

Opole, dnia 30.04.2024r.

L.dz. 1426/2024

Nr postępowania: ZP/05/2024

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

**ODPOWIEDZI  
na wnioski i zapytania do treści SWZ**

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”, nr postępowania ZP/05/2024, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Zadania nr 2

Ze względu na fakt, iż Ortoflex to nazwa własna jednego producenta i większość postawionych wymagań nie jest określona jako minimalna, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą SWZ szynę rehabilitacyjną inną niż Ortoflex, do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego zgodnie z zapisem punktu 1, umożliwiającą dodatkowo mobilizację stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w pełnym, nieograniczonym zakresie kątowym z jednoczesną regulacją pozycji inwersji i ewersji stawu skokowego leczonego pacjenta w zakresie 40 stopni, o wadze 11kg, z pilotem z wyraźnym ekranem i przyciskami pozwalającymi na wprowadzenie wymaganych w punkcie 2 parametrów zabiegu, z szerszym/ lepszym zakresem ruchu biernego w stawie kolanowym  $-10^{\circ}$ -  $120^{\circ}$ , szerszym zakresem ruchu biernego w stawie biodrowym  $0^{\circ}$  -  $115^{\circ}$  oraz szerszym zakresem ustawienia dla kości udowej od 31 do 49 cm, spełniającą oraz przekraczającą pozostałe wymagania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szynę rehabilitacyjną inną niż Ortoflex przy zachowaniu parametrów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 (zał. nr 2b do SWZ)**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna ma posiadać, zgodnie z wymogami, obsługę w j. polskim (jeśli oprogramowanie obejmuje słowa i zwroty) lub intuicyjną obsługę za pomocą ikon bez użycia słów i zwrotów?

**Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 (zał. nr 2b do SWZ) wymaga instrukcji w języku polskim**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego, ze względów bezpieczeństwa ma posiadać klasę ochronności II zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym, klasę IP21, stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych oraz zatrzymanie urządzenia po naciśnięciu dowolnego przycisku (pacjent nie musi szukać specjalnego przycisku awaryjnego)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego ma być wyposażona w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego ma być wyposażona w elektrostymulator do zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego ma być wyposażona w dedykowany wózek transportowy tego samego producenta? Z doświadczenia wiemy, iż wózki znacznie poprawiają komfort pracy personelu i eliminują potrzebę noszenia urządzeń.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego ma być wyposażona w dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co motywuje i znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**