

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania  
„Dostawa sprzętu medycznego”

Znak sprawy: ZP/31/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw nr 1**

**Pytanie 1 -**

Pytanie dotyczy pakiet 2 i 3, Załącznik nr 1a, pkt 4,5 Prosimy o potwierdzenie że, Zamawiający będzie punktował również monitor powyżej 21 cali oraz touchpanel powyżej 13 cali.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza i zmienia zapisy w Załączniku nr 1a – Opis przedmiotu zamówienia na następujące :

**pakiet 2 i 3 - pkt. 4 w kolumnie Punktacja :**

20 cali - 0 pkt.

21 cali i więcej - 20 pkt.

**pakiet 2 i 3 - pkt. 5 w kolumnie Punktacja:**

12 cali - 0 pkt.

13 cali i więcej - 20 pkt.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego  
Dyrektor Marzena Kula