

Cennik wykaz asortymentowo ilościowy – ZADANIE NR 2 – stanowiący integralną część Formularza ofertowego

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (zadanie nr 2) Załącznik nr 1.2. do SWZ - po zmianach 02.08.2022r.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia* wymagania postawione przez Zamawiającego	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Fabrycznie nowy chromatograf gazowy, dwukanałowy z dozownikiem split/splitless i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wpisać nazwę producenta, model, typ	17 kompletów	
2	Chromatograf musi być wyposażony we własny dotykowy panel sterowania pozwalający na dostęp do wszystkich danych aparatu w czasie rzeczywistym	spełnia / nie spełnia		
3	Chromatograf musi mieć możliwość zamontowania 2 dozowników	spełnia / nie spełnia		
4	Chromatograf musi mieć elektronicznie programowane przepływy i ciśnienia gazów o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,001 psi (na dozownikach i detektorach)	spełnia / nie spełnia		
5	Chromatograf musi mieć elektroniczną kontrolę przepływów oraz temperatur	spełnia / nie spełnia		
6	Chromatograf musi mieć tryb utrzymania stałej szybkości przepływu	spełnia / nie spełnia		
7	Chromatograf musi mieć możliwość programowania narostu temperatury, ciśnienia i przepływu	spełnia / nie spełnia		
8.	Chromatograf musi mieć możliwość utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury	spełnia / nie spełnia		
9.	Chromatograf musi być wyposażony w kanał z portem nastrzykowym typu split/splitless	spełnia / nie spełnia		
10.	Chromatograf musi mieć możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych mieszczących się w przedziale od 0,05 do 0,53 mm	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

strona 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia* wymagania postawione przez Zamawiającego	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Chromatograf musi być wyposażony w piec z zakresem temperatur mieszczącym się w od temperatury otoczenia +4°C do co najmniej 450°C	spełnia / nie spełnia		
2	Chromatograf musi mieć możliwość maksymalnej liniowej zmiany temperatur w piecu co najmniej 120 °C/min	spełnia / nie spełnia		
3	Chromatograf musi mieć możliwość zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych podczas analizy	spełnia / nie spełnia		
4	Chromatograf musi chłodzić piec od 450°C do 50°C w czasie nie dłuższym niż 4 minuty	spełnia / nie spełnia		
5	Dozownik chromatografu musi być typu split/splitless i musi mieć możliwość cyfrowego nastawu przepływu i ciśnienia gazu z dokładnością nie niższą niż 0,001psi	spełnia / nie spełnia		
6	Chromatograf musi mieć możliwość automatycznego ustawiania parametrów przepływu i ciśnienia w tym stosunku podziału próbki	spełnia / nie spełnia		
7.	Dozownik chromatografu musi pracować w temperaturze co najmniej 400°C	spełnia / nie spełnia		
8.	Dozownik chromatografu musi mieć maksymalny współczynnik podziału dozownika co najmniej 7500:1	spełnia / nie spełnia		
9.	Możliwość dozowania w trybie z podziałem, bez podziału, pulsedsplit i pulsedsplitless	spełnia / nie spełnia		
10.	Chromatograf musi posiadać minimalny limit detekcji (MDL) detektora FID 1,2 pg C/s	spełnia / nie spełnia		
11.	Chromatograf musi posiadać zakres liniowy detektora co najmniej 10 ⁷	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

strona 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia* wymagania postawione przez Zamawiającego	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Chromatograf musi posiadać częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych przynajmniej 500 Hz	spełnia / nie spełnia		
2	Detektor chromatografu musi pracować w temperaturze co najmniej do 450°C	spełnia / nie spełnia		
3	Chromatograf musi być wyposażony w autosampler z automatycznym podajnikiem próbek	spełnia / nie spełnia		
4	Autosampler chromatografu musi być wyposażony w strzykawkę o pojemności 10µl	spełnia / nie spełnia		
5	Autosampler chromatografu musi być wyposażony w tacę do fiolek o pojemności 2 ml mieszcząca co najmniej 150 fiolek	spełnia / nie spełnia		
6.	Autosampler musi mieć możliwość programowania szybkości nastrzyku	spełnia / nie spełnia		
7.	Autosampler musi mieć programowalną głębokość pobierania próbki	spełnia / nie spełnia		
8.	Autosampler musi mieć regulowane objętości nastrzyku w zakresie co najmniej od 0,1 µl do 5 µl lub większym	spełnia / nie spełnia		

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia* wymagania postawione przez Zamawiającego	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Chromatograf musi być dostarczony wraz ze stacją komputerową sterującą kompatybilną z zestawem GC-FID wyposażoną w procesor min. czterordzeniowy procesor: osiągający min 10000 pkt. wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM min. 64 GB lub więcej, dysk twardy co najmniej 2000 GB 7200 rpm, drugi dysk twardy o pojemności co najmniej 256 GB typu M2, zintegrowaną kartę graficzną, zintegrowaną kartę sieciową 10/100/1000 MB, napęd Blue-Ray, klawiaturę i mysz optyczną USB, monitor LCD co najmniej 27", kolorową drukarkę laserową z wyświetlaczem LCD, z możliwością automatycznego drukowania dwustronnego z interfejsem sieciowym wpisać nazwę producenta, model, typ		
2	Oprogramowanie sterujące systemem GC-FID w języku polskim lub angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym (w najnowszej wersji z dożywotnią licencją)	spełnia / nie spełnia		
3	System GC-FID musi posiadać walidacyjne oprogramowanie chromatograficzne umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem, z pełnymi polskimi instrukcjami.	spełnia / nie spełnia		
4	Wykonawca musi dostarczyć zestaw instalacyjny do chromatografu oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu.	spełnia / nie spełnia		
5	Wykonawca musi dostarczyć zestaw narzędzi do obsługi zestawu GC-FID, umożliwiających wymianę materiałów eksploatacyjnych.	spełnia / nie spełnia		
6.	<p>Z chromatografem Wykonawca musi dostarczyć co najmniej jeden zestaw dodatkowych części i materiałów eksploatacyjnych składający się co najmniej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Strzykawka do podajnika próbek ciekłych (10µl) - 10 szt. o Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C) - co najmniej 100 szt. o Liner Split (dezaktywowany) - 10 szt. o Zdezaktywowana wełna szklana 10g do glasslinera w chromatografii gazowej – 1 szt. o Nakrętki do montażu kolumn co najmniej 10 szt. o Uszczelka O-ring przeznaczona do glasslinera, do pracy w temperaturach do 350°C - co najmniej 10 szt. o Kolumna chromatograficzna o wymiarach 30m, 0.25mm, 0.25µm np. ZB-DRUG-1, SH-I-35Sił MS, DB-35MS, Rxi-35Sił MS lub inna równoważna do wymienionych kolumn, która dostosowana będzie do testów mieszaniny n- alkanów C7-C33 oraz mieszaniny substancji psychotropowych i środków odurzających np. kokaina, heroina, LSD, tetrahydrokannabinol – 1 szt. W przypadku oferowania kolumny równoważnej, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o równoważności oferowanej kolumny, wskazując w tym oświadczeniu parametry techniczne oferowanej kolumny. Zamawiający sprawdzi równoważność oferowanej kolumny poprzez porównanie parametrów technicznych oferowanej kolumny z wymaganymi. o Ferule vespelowe do kolumn kapilarnych co najmniej 20 szt. o Fiolki o pojemności 2 mlz nakrętką z otworem i uszczelką silikonową/PTFE do podajnika próbek - co najmniej 3000 szt. o Filtr do oczyszczania gazu nośnego z węglowodorów, tlenu i wilgoci – 1 szt. 	<p>spełnia / nie spełnia</p> <p>W przypadku kolumny chromatograficznej proszę podać nazwę i model oferowanej kolumny:</p> <p>.....</p>		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

strona 5

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia* wymagania postawione przez Zamawiającego	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Dostarczony chromatograf gazowy GC oraz dostarczony autosampler muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić od jednego Producenta	spełnia / nie spełnia		
2	Wykonawca musi dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty).	spełnia / nie spełnia		
3	W ramach umowy Wykonawca musi dokonać przyłączenia chromatografu do istniejącej sieci gazowej, (hel, wodór, powietrze syntetyczne). Materiały niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci gazowej (przewody, trójniki, złączki itp.) – musi zapewnić Wykonawca.	spełnia / nie spełnia		
4.	Wykonawca musi uruchomić dostarczony sprzęt u Bezpośrednich Użytkowników oraz przeprowadzić jedno dwudniowe szkolenie i jedno jednodniowe szkolenie z obsługi urządzenia dla przedstawicieli Bezpośrednich Użytkowników w danej jednostce. Personel musi otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.	spełnia / nie spełnia		
5	Oferowany sprzęt musi być kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja i uruchomienie sprzętu musi być wykonana przez autoryzowany serwis.	spełnia / nie spełnia		
6.	W okresie gwarancji Wykonawca musi zapewnić pełną nieodpłatną obsługę serwisową, zgodnie z zaleceniami Producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy Zamówienia.	spełnia / nie spełnia		
6.	Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 3 dni robocze. Serwis sprzętowy gwarancyjny i pogwarancyjny musi być świadczony przez jedną firmę z siedzibą w Polsce, przez inżynierów serwisowych posiadających certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu GC-FID wydane przez Producenta.	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

strona 6

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa producenta, model, typ, parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia* wymagania postawione przez Zamawiającego	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych do dostarczonego systemu przez okres co najmniej 10 lat od chwili zakupu sprzętu.	spełnia / nie spełnia		
2	Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt, która będzie liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo- jakościowego	wpisać okres udzielanej gwarancji		
Razem wartość brutto			

*spełnia / nie spełnia – niewłaściwe skreślić

**Należy wpisać w kol. nr 5 w wierszu wartość ogółem brutto – cenę oferowanego zestawu

UWAGA:

W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

Ilekoć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważny”. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, to proponowane przez niego produkty nie mogą być gorszej jakości i muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i funkcjonalność jak wymienione w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.

