



Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 15.12.2023

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na **dostawę jednorazowych końcówek do noża harmonicznego wraz z przetwornikiem piezoelektrycznym oraz dzierżawą generatora noża harmonicznego (nr sprawy ZP/P/10/23)**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Załącznik nr 1, pozycja 1- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie noża o długości trzonów 23cm, 36cm (do wyboru) oraz zakrzywionych bransz o długości 15mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

2. Załącznik nr 1, pozycja 3- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie noża o długości trzonu 36cm oraz zakrzywionych bransz o długości 18mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

3. Dotyczy załącznika nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ), Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne jednorazowe końcówki noża harmonicznego (ultradźwiękowe), umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Długość robocza 35 cm oraz 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

4. Dotyczy załącznika nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ), Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne jednorazowe końcówki integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Długość robocza 9 cm. Bransze zakrzywione. Uchwyt narzędzia nożycowy. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

5. Dotyczy załącznika nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ), Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne jednorazowe końcówki noża harmonicznego (ultradźwiękowe), umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt

na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

6. Dotyczy załącznika nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ), Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne przetworniki do użytku z narzędziami zaoferowanymi w pozycji nr 1,2 oraz 3. Rodzaj przetwornika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

7. Dotyczy załącznika nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ), opis przedmiotu dzierżawy, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny generator ultradźwiękowo-bipolarny, menu w języku polskim, częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 47 kHz, wyposażony w jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradźwiękowych lub hybrydowych (bipolarnoultradźwiękowych). Pozostałe niezbędne warunki dzierżawy wg wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

8. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

9. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

10. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania napraw do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

11. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w ustępie 3 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

12. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ), paragraf 11, ustęp 1, podpunkt e): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kary umowne określone w podpunkcie e) były liczone za każdy dzień zwłoki? Kara umowna liczona za każdą godzinę jest rażąco wysoka.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/