



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
IP:657-18-13-314 REGON: 290391139



zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 10 lutego 2023 r.

Znak sprawy: 03/PN/2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI W POSTĘPOWANIU

dot. *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II” – część 1 i 4.*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, przekazuje informację o unieważnieniu postępowania dla części 1 i części 4 w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Część 1

Uzasadnienie faktyczne: W części pierwszej w terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty od Wykonawców. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił oferty na podstawie:

- art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c ofertę Wykonawcy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k, który w terminie przewidzianym w wezwaniu, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, nie złożył lub nie uzupełnił przedmiotowego środka dowodowego

- art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp oferty wykonawców; J.Chodacki, A. Misztal „Medica” Sp. J. oraz Bialmed Sp. z o.o. z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94: otrzymane jako próbki strzykawki do pomp infuzyjnych nie spełniają wymogu podwójnej skali na tłoku strzykawki. Strzykawki tego rodzaju są używane obecnie w szpitalu, zatem są takie na rynku.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania część 1: Art. 255, punkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.1710 z późn. zm.) – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 4

Uzasadnienie faktyczne: W części czwartej w terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty od Wykonawców. W toku badania ofert Zamawiający odrzucił na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp oferty wykonawców: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., KD Medical Polska Sp. z o.o., ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, Bialmed Sp. z o.o. z powodu niezgodności z warunkami zamówienia.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania 53, 56, 99 Zamawiający wymagał aby wszystkie rodzaje przyrządów do przetaczania w części czwartej były wolne od PVC.

Treść udzielonych wyjaśnień przez Wykonawców: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., KD Medical Polska Sp. z o.o., ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, Bialmed Sp. z o. o wskazuje że oferowane przez w/w Wykonawców przyrządy zawierają PVC, zatem są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne: Art. 255, 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.1710 z późn. zm.) – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Zatwierdził:

Z-CIA DYREKTORA
ds. administracyjno - gospodarczych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
.....
(podpis)
Szymon Mażukiewicz