



Znak sprawy: ZP/20/2020

Słupsk, dnia 28.10.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr postępowania ZP/20/2020**

Akademia Pomorska w Słupsku zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3 Sprzęt Medyczny poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycję nr 18 do osobnego pakietu, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich producentów/dystrybutorów posiadających w ofercie nebulizatory?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 4 Sprzęt Medyczny poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycję nr 1 do osobnego pakietu, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich producentów/dystrybutorów posiadających w ofercie videolaryngoskopy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4 Sprzęt Medyczny poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop:

- przeznaczony do laryngoskopii bezpośredniej lub pośredniej z użyciem lub bez użycia prowadnicy do rurki intubacyjnej
- zasilany bateriami AAA (3 szt.), w zestawie 3 komplety baterii, pozwalające na prace urządzenia przez około 270 min. oraz urządzenie posiadające wskaźnik w postaci świecącej się diody, informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany baterii,
- łyżka wykonana z wytrzymałego poliwęglanu/TPE,
- wbudowana kamera i monitor LCD o przekątnej 2,4”,
- bez określonej odporności na upadki z wysokości,
- urządzenie (rękojeść i ekran) nadające się do powierzchniowego mycia i dezynfekcji za pomocą wilgotnych ściereczek,
- źródło światła LED – wysokiej intensywności,
- łyżki jednorazowe do videolaryngoskopu – łyżka aBlade standardowa, rozmiar 3 – 2 sztuki; łyżka aBlade ze zintegrowanym kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną, rozmiar 3C – 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KIEROWNIK
Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

mgr Emilia Simonowicz