

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:
„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

(organizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pakiet nr 1, pozycja nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do elektrostymulacji przy użyciu USG oraz neurostymulatora o szlifie 20' w rozmiarach : 23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

PAKIET 3, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego system do nawilżania o pojemności 325 ml napełnionego jałową, pięciokrotnie destylowaną i dejonizowaną, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiającą prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, do 100 dni przy terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

Dotyczy: pakiet nr 2 - pozycja 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji wkładów jednorazowych na wydzielinę o poj. 2 litry kompatybilnych z pojemnikami typu Serres stosowanymi już w Państwa szpitalu, ze zintegrowaną pokrywą z jednym portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, z uchwytem w pokrywie dla wygodnej wymiany wkładów workowych, ze zintegrowanym filtrem antybakteryjnym i antyprzelewowym (hydrofobowym) , łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta, wymiana wkładów bez konieczności odłączania źródła ssania .

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakiet nr 2 - pozycja 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji wkładów jednorazowych z żelem, na wydzielinę o poj. 2 litry kompatybilnych z pojemnikami typu Serres stosowanymi już w Państwa szpitalu, ze zintegrowaną pokrywą z jednym portem do pacjenta portem do połączenia szeregowego, z uchwytem w pokrywie dla wygodnej wymiany wkładów workowych, ze zintegrowanym filtrem antybakteryjnym i antyprzelewowym (hydrofobowym) , łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta, wymiana wkładów bez konieczności odłączania źródła ssania .

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakiet nr 2 - pozycja 3

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pozycji zbiorników wielorazowego użytku do wkładów jednorazowych o pojemności 2 litry posiadających zaczep do zawieszenia do ssaka i przyłącze obrotowe stożkowe do źródła ssania. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych.

Zgodnie z SWZ.

DIREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek [signature]