



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 20.05.2024 r.

DZP – 15/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ Z DNIA 17.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych, bielizny, obłożeń jednorazowych oraz matryc z klejem do tkanek

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść wyjaśnień z dnia 17.05.2024 r. dotyczących odpowiedzi na pytania nr 60, 61 i 62 w zakresie Pakietu nr 17, poz. 1, 2, 3, które otrzymują brzmienie jak niżej.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o składzie:

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, ze wzmocnieniem 65 x 190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m², wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm


1 x serweta do kraniotomii dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego 60g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, włókninowe.



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu 17, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu kolanowego o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym i zaworem do podłączenia drenażu

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm


WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm
 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
 Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O.



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu 17, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu urologicznego typu TUR o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm


1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 8 cm oraz kroczywym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora, lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości.

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma typu rzep 2x22cm

Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 287%.



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Treść pozostałych odpowiedzi pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
 Wojciech Michalik