

Tarnów, dnia 08.05.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK...../20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Pakiet 64 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i dług. 1,8m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym,. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 55 - 60cm Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 2 Pakiet 64 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy o długości rur rozciągliwych w zakresie 60 - 180 cm oraz dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 60-180 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Lub

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy o długości rur rozciągliwych w zakresie 65 - 200 cm oraz dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 50-150 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza 1 wariant pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 3 Pakiet 64 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny do aparatu do znieczuleń wykonany z polipropylenu składający się z trzech rur rozciągliwych w zakresie 50- 150 cm, z dodatkową rurą do worka rozciągliwą w zakresie 25-75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Lub

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny do aparatu do znieczuleń wykonany z polipropylenu składający się z trzech rur rozciągliwych w zakresie 60- 180 cm, z dodatkową rurą do worka rozciągliwą w zakresie 50-150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza 2 wariant pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 4 Pakiet 64 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22mm i dług. 1,8m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym,. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 55 - 60cm Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe., oraz oddzielnie zapakowany przewód do próbkowania z łącznikiem typu męskiego o dł 2 m 2 m, czysta mikrobiologicznie

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 5 Pakiet nr 64 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przedłużacz do łączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, jednorazowy, rozciągliwa rurka od 7-15cm z łącznikiem podwójnie obrotowym, z portem do bronchoskopii i

portem do odsysania, złącza od strony pacjenta 22mmM/15mmF, złącze od strony filtra 22mmF z elastycznego EVA, sterylny lub biologicznie czysty
Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 5 Pakiet 99

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną jednorazowego użytku z otwartym mankietem w następujących oznaczeniach:

Rozmiar 1 kolor niebieski

Rozmiar 2 kolor pomarańczowy

Rozmiar 3 kolor biały

Rozmiar 4 kolor różowy

Rozmiar 5 kolor żółty

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 6 Pakiet 100

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 0-5, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:
Adresat
2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

R