

Tarnów, dnia 09.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1585/20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 - ZAKRES NR 21 - ELEKTRODY EKG

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w Zakresie 21 w pozycji 4 oczekuje elektrody EKG do badań Holter / Sterss ze złączem typu banan z otworkiem fi 4mm, które można podłączyć do kabla pacjenta posiadającego końcówkę (wtyk) w postaci bolca o średnicy 4 mm?

Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje elektrody EKG do badania Holter/Stress ze standardowym, metalowym złączem zatrzaskowym jak w typowych elektrodach EKG przeznaczonych do tego typu badań.

Odp. Zamawiający ma na myśli elektrodą standardową EKG z metalową zapinką z nacięciem i dwoma otworkami do zamocowania kabla pacjenta bez przecięcia boków elektrody.

Pytanie 2 - ZAKRES NR 21 - ELEKTRODY EKG

Prosimy o dopuszczenie w Zakresie 21 w pozycji 6 równoważnej elektrody blaszkowej pod pas gumowy dla dzieci, prostokątnej, pokrytej Ag/AgCl. Rozmiar elektrody 15mm x 20mm.

Elektroda spełnia wszystkie inne określone przez zamawiającego wymagania.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

R