



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/55/P/19

Bydgoszcz, dnia 19.11.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1 - dotyczy grupy 40

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, z pojedynczymi otworami w szczękach, pancerz pokryty tworzywem ograniczającym tarcie narzędzia w kanale endoskopu, wyposażonych w system wielu markerów na końcu dystalnym i proksymalnym określających położenie narzędzia i sygnalizujące wysuwanie narzędzia, łęczki elipsoidalne standardowe i powiększone, pozostałe parametry według opisu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2 - dotyczy Załącznika nr 3D do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3D do SIWZ poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury, w tym kontroli terminu ważności wyrobów medycznych oddanych w depozyt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 3 - dotyczy Załącznika nr 3D do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3D do SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 1a o następującej treści: „Wyroby medyczne, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności wyrobu medycznego o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4 - dotyczy grupy 40

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza aby Cena jednostkowa zaoferowana w ramach grupy wyrażona była z dokładnością do więcej, niż dwóch miejsc po przecinku (do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku) w celach wyłącznie kalkulacyjnych, w sytuacji gdy ze względu na niską jej wartość lub dla wyrobów masowych nie da się jej wyrazić zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami zaokrąglania i obowiązującym systemem płatniczym Polsce, przy czym zgodnie z zapisami SIWZ i obowiązującym w Polsce systemem płatniczym ostateczna cena oferty oraz inne wartości wykazane w formularzu oferty i przedmiocie zamówienia/szczegółowym formularzu cenowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to należy zaokrąglić w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to należy zaokrąglić w dół.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

W przypadku zaoferowania niepodzielnych opakowań zbiorczych Zamawiający zezwala wyłącznie na zaoferowanie odpowiedniej ilości pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny za poszczególne grupy zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ. W powyższym przypadku w celu obliczania ceny końcowej - wartości grup - należy podać w przedmiocie zamówienia/szczegółowym formularzu cenowy wielkość i ilość zaoferowanych opakowań zbiorczych oraz cenę za jedno opakowanie zbiorcze wpisując w kolumnie - Zamawiane ilości- szt. - odpowiednio ilość opakowań zbiorczych/iłość w opakowaniu; zaś w kolumnie - Cena jednostkowa NETTO w PLN - cenę za opakownie zbiorcze.

wg poniższego wzoru

Lp	Nazwa artykułu	Potwierdzenie wymagań parametrów TAK/Nie/opisać-należy wpisać	Zamawiane ilości- szt. - ilość opakowań zbiorczych / ilość w opakowaniu opakowania	Cena jednostkowa NETTO w PLN - cenę za opakowanie zbiorcze	Wartość NETTO w PLN	Stawka VAT w %	Wartość Stawki VAT w PLN	Wartość BRUTTO w PLN
1	2	2a	3	4	5=(3x4)	6	7=(5x6)	8=5+7
1.								

Pytanie 5- dotyczy Projektu umowy – załącznik nr 3

Dotyczy § 3 pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu z projektu umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6- dotyczy Projektu umowy – załącznik nr 3

Dotyczy § 4 pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 7- dotyczy Projektu umowy – załącznik nr 3

Dotyczy § 4 ust. 13, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub zareklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2 % (lub 5%) wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub zareklamowanego przedmiotu umowy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, (lub 1825 %!) wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 8 - dotyczy Projektu umowy – załącznik nr 3

Dotyczy § 4 ust. 15 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości brutto Zamówienia, którego dotyczy naruszenie z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 9 - dotyczy Projektu umowy – załącznik nr 3

Dotyczy § 4 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „ w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. §4 ust. 18 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 10 - dotyczy Projektu umowy – załącznik nr 3

Dotyczy § 4 ust. 18

Czy Zamawiający w przypadku kiedy umowa będzie dotyczyć Pakietów nr. 1, 2, 3 – wyrazi zgodę na wykreślenie z treści umowy zapisów §5, który dotyczy sprzętu medycznego wielorazowego użytku

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 11- dotyczy Przedmiotu zamówienia: dotyczy Grupy 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również płyty do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym.

Pytanie 12 - dotyczy - Pakiet 14, poz. 1-3

Czy Zamawiający opisując parametr „odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99%” wymaga od składającego ofertę przedłożenia dokumentów producenta potwierdzających powyższy parametr? Jest to istotne z punktu widzenia zachowania zamkniętego systemu infuzyjnego, zgodnie z definicją Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy NIOSH przy Centrum Zapobiegania i Kontroli Zakażeń CDC., będącym uznanym ośrodkiem wydającym zalecenia w tym obszarze.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 13 - dotyczy - Pakiet 14, poz. 1-3

Czy Zamawiający opisując parametr „kompatybilny z pompami infuzyjnymi objętościowymi Braun Infusomat Space” wymaga potwierdzenia pełnej kompatybilności z pompą w postaci wyszczególnienia drenów wg numerów katalogowych w instrukcji obsługi pompy? Jest to analogiczna sytuacja, w której za kompatybilne z pompami



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

strzykawkowymi produkty uważa się strzykawki po przejściu procesu kalibracji z pompami., co skutkuje umieszczeniem producenta strzykawek jako **bezpiecznych** w instrukcji obsługi pompy. Walidacja ma znaczenie zasadnicze w zagwarantowaniu bezpieczeństwa terapii infuzyjnej u pacjenta (zminimalizowanie niepożądanych zdarzeń medycznych mogących wynikać z braku możliwości utrzymania żądanych parametrów infuzji z powodu drenażu o niewystarczającej jakości)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14 - dotyczy - Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestaw do regionalnego znieczulenia mieszanego pp+zo (CSE), w skład którego wchodzi:


- igła ze szlifem Touchy 18G x 88 mm posiadająca tylne okienko („back-eye”) w osi igły dla igły podpajęczynówkowej
- igła pp z atraumatycznym szlifem Pencil Point (odpowiednik igły Sprotte) 27G x 127,5 mm (138,5 dla zestawu z systemem unieruchamiania igły pp w igły Tuohy), ze znacznikiem wskazującym na moment wysunięcia się czubka igły z okienka igły Tuohy
- cewnik zewnątrzoponowy wykonany z poliamidu długość 1000mm, czytelne znaczniki długości wtopione w materiał cewnika, zamknięty koniec, trzy otwory boczne
- tulejka założona na cewniku ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy
- zatrzaskowy łącznik cewnika, przezierny dla pewności prawidłowego mocowania cewnika (ryzyko zamknięcia światła cewnika lub nieszczelności
- strzykawka z kontrastującym tłem LOR 10ml bez zawartości latexu, końcówka luer, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek
- Filtr płaski, 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,55ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta.
- samoprzylepny system mocowania filtra z zatrzaskiem do skóry pacjenta, pozwalający na obrót filtra 360°?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie.

Pytanie 15 - dotyczy - Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał system umożliwiający wzdłużosiowe zablokowanie igły podpajęcznej w igły Tuohy, w celu uniknięcia urazu przy jej przypadkowym przesunięciu? System umożliwia jednocześnie obrót igły pp wokół własnej osi, umożliwiając zorientowanie otworu igły pp dla podania leku znieczulającego we właściwym kierunku.



Znaczniki na igle podpajęczynówkowej zestawu Espocan:

Dla większego bezpieczeństwa igły podpajęczynówkowej w każdym zestawie Espocan posiadają specjalne znaczniki dla określenia momentu kiedy końcówka igły podpajęczynówkowej wysuwa się przez tylny otwór igły Tuohy. Znaczniki znajdują się w różnych miejscach igły podpajęczynówkowej zależnie czy zestaw Espocan wyposażony jest w Docking system czy nie.

System unieruchamiania igły podpajęczynówkowej (Docking system)

- Zapewnia bezpieczne i łatwe mocowanie igły podpajęczynówkowej wewnątrz igły Tuohy po zakończonej sukcesem punkcji opony twardej
- Umożliwia obrót igły podpajęczynówkowej nawet gdy jest ona unieruchomiona
- Dzięki niewielkiej konstrukcji Docking system nie stwarza trudności związanych z manipulacją obiema igłami.

Właściwe wysunięcie igły podpajęczynówkowej z igły Tuohy wynosi:


- 15 mm dla igły typu Pencil Point
- 13 mm dla igły ze szlifem Quincke



SZPITAL
AKREDYTOWANY

—

— 15 mm —



— 13 mm —



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 16 - dotyczy - Grupa 11, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta oraz urządzenia antybakteryjny antywirusowy. Skuteczność filtracji wirusy 99,999% oraz bakterie 99,999%, przestrzeń martwa 34 ml, zalecana objętość oddechowa 150-1500ml, opór 0,6 przy 30l/min. Port do kapnografii, z koreczkiem luer lock z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze 22M/15F-22F/15M, bez lateksu bez PCV, ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 17 - dotyczy -Grupa 11, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści linie próbkującą dren o długości 3,05m pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza linię próbkującą dren o długości 3,05 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 18 - dotyczy -Grupa 6, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop do trudnych intubacji w rozmiarze 1,2,3,4, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 19 - dotyczy -Grupa 6, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści rękojeść radełkowaną zapewniającą pewny chwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 20 - dotyczy -Grupa 15 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do toalety pacjenta zawierający w składzie witaminy E , aloes oraz dimetikon z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej 20 sekund, 700 opakowanie 12 sztuk zgodnie z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 21 - dotyczy -Grupa 15 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20x 20 cm z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej 20 sekund, 700 opakowanie 25 sztuk zgodnie z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 22 - dotyczy -Grupa 15, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 33x 22 cm z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej 20 sekund, 700 opakowanie 8 sztuk zgodnie z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 23 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjki do ciała z 2% roztworem chlorheksydyny są szczególnie przeznaczone do przedoperacyjnego mycia ciała pacjenta. Zapewniają możliwość szybkiego umycia pacjenta antyseptycznym preparatem, bez konieczności splukiwania. 2% diglukonianu chlorheksydyny szybko zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także zapewnia długotrwałą ochronę, zapewniając dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu. Istnieje możliwość stosowania ścierek bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a'4 sztuki z możliwością wielokrotnego zamykania. Opakowanie z możliwością wielokrotnego otwarcia.?



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 24 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30x 33cm gramatura 55 g/m², grube, opakowanie foliowe, niesterylne?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 25 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 2

Grupa 29, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z włókniny wiskozowej, miękkiej i przyjemnej w dotyku w rozmiarze 50 x 70 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 26 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, z odżywką, o gramaturze 120g, 30% wiskoza + 70% PE, średnica czepka ok 29 cm, zawierający w składzie m.in.: dimetikon, wyciąg z aloesu, witaminę E, prowitaminę B5, środek myjący oraz składniki zapobiegające powstaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój m.in. grzybów, pleśni, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka z możliwością podgrzania w kuchenke mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W, produkt bez lateksu, pakowany pojedynczo w jednorazowe szczelne opakowanie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 27 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do ciała w formie ściereczki nie wymagające splukiwania oraz namaczania rozmiar 33cmx 22cm, możliwość podgrzania w mikrofalówce 60 sekund 800W, niesterylne, opakowanie flow wrap, skład m.in. Bis-Peg/PPG-20 dimetikon, polysorbate 20, disodium EDTA, Capryl, niezapachowe, , opak' a 8 sztuk?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 28 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające splukania oraz namaczania, rozmiar 20 x20 cm, zawierający w składzie min. dimetikon, PG-dimonioowego, D-pantenol, diglukonian chlorheksydyny, Vitamina E, prowitamina B5, możliwość podgrzania w mikrofalówce 700 W przez 20 sekund opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem ilości, opakowanie flow wrap, zapachowe,?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 29 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści podkład chłonny 60x 90 cm, absorbnet o chłonności 1150 ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 30 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku. Chroni przed wyziębieniem. Wymiary produktu: 150 x 220 cm. Specyfikacja techniczna: 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/m kw.. Kolor: niebiesko-zielony. Produkt pakowany indywidualnie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 31 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści maskę z graficzną instrukcją obsługi w wersji papierowej w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 33 – dotyczy grupy 11 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie linii o długości 2,45 m lub 3 m z zakończeniami luer-lock - do wyboru Zamawiającego, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 34 – dotyczy grupy 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, wykonaną z jednego odlewu wraz z częścią roboczą, bez gąbki na powierzchni szczoteczki, w zestawie również 15 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę-aplikator, pojemnik na płyn. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP, zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 35 – dotyczy grupy 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawów wyposażonych w bezpieczny przyrząd do aplikacji substancji nawilżających wykonanych w całości z delikatnego tworzywa sztucznego, z regulacją siły odsysania oraz miękką końcówką, a także saszetkę żelu (2 gr) dedykowanego do higieny jamy ustnej – produkty pakowane osobno, mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 36 – dotyczy grupy 24 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnych filtrów mechanicznych o efektywności 99.999%, oporze przy przepływie 30L/min wynoszącym 1.7 cm H₂O oraz 3.6 cm H₂O przy przepływie 60L/min, przestrzeń martwa 63 ml, waga 36 g, złącza 22M/15F-22F/15M. Minimalna objętość oddechowa od 200ml.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 37 – dotyczy grupy 24 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych filtrów mechanicznych o efektywności 99.999%, oporze przy przepływie 30L/min wynoszącym 1.3 cm H₂O oraz 2,9 cm H₂O przy przepływie 60L/min, przestrzeń martwa 63 ml, waga 30 g. Złącza 22M/15F-22F/15M. Minimalna objętość oddechowa od 200ml.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 38 - dotyczy - WZORU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Prosimy o obniżenie kary umownej wymaganej w §4 ust. 13 do 3% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 39 - dotyczy - WZORU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Prosimy o obniżenie kary umownej wymaganej w §4 ust. 15 do 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 40 - dotyczy - WZORU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż zapisy §5 dotyczą jedynie grup towarowych, w których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do używania Zamawiającemu instrumentarium związanym z przedmiotem zamówienia

Odpowiedź na zapytanie:

Zapisy §5 dotyczą jedynie grup towarowych, w których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do używania Zamawiającemu instrumentarium związanym z przedmiotem zamówienia



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 41 - dotyczy - opisu przedmiotu zamówienia - grupa 31, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na o wydzielenie z grupy powyższej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnej grupy, w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 42 - dotyczy - opisu przedmiotu zamówienia - grupa 30, poz. 2

Ze względu na fakt, iż cewniki pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 6 sztuk proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ilości 48 sztuk (8 opakowań), czy 54 sztuk (9 opakowań), a w depozycie 6 szt. (1 opakowania) cewników?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie ilości i sposobu pakownia.

Pytanie 43 - dotyczy - opisu przedmiotu zamówienia - grupa 30, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na o wydzielenie z grupy powyższej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnej grupy, w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 44 - dotyczy - opisu przedmiotu zamówienia - grupa 40

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypcy biopsyjnej jednorazowego użytku, tyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez lub o powiększonej objętości; tyżeczki uchylne do biopsji stycznych wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłodka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 230 cm lub 155cm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 45 - dotyczy - opisu dotyczące zapisów umowy, przedmiotu zamówienia grupa 30, zapisów SIWZ r. VI, p. 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia depozytu wynosił 3 dni robocze?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 46 - dotyczy - zapisów umowy - załącznik nr 3D depozyt, paragraf 1 ustęp 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie podanej kary do 0,5% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 47 - dotyczy - zapisów umowy - załącznik nr 3D depozyt, paragraf 1 ustęp 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisy „ale nie więcej niż 10 % wartości całej umowy”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 48 - dotyczy - zapisów umowy –załącznik nr 3 do SIWZ paragraf 4 ustęp 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie podanej kary do 2% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 49 - dotyczy - zapisów umowy –załącznik nr 3 do SIWZ paragraf 4 ustęp 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisy „ale nie więcej niż 10 % wartości całej umowy”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 50 - dotyczy - zapisów umowy –załącznik nr 3 do SIWZ paragraf 4 ustęp 15a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie podanej kary do 2% ?



SZPITAL
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 5932582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 51 - dotyczy - zapisów umowy –załącznik nr 3 do SIWZ paragraf 4 ustęp 15a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisy „ale nie więcej niż 10 % wartości całej umowy”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 52 - dotyczy - GRUPY 10, Projekt umowy § 4 ust. 15

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 53 - dotyczy - GRUPY 10, Projekt umowy § 4 ust. 18

Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku rozwiązania umowy wynosi aż 15 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy. Wysokość tej kary jest wygórowana. Dlatego Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej kary do 10 %.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 54 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy - pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zespół zastawki z przetwornikiem przepływu 1-200l/min?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zespół zastawki z przetwornikiem przepływu 1-200l/min.

Pytanie 55 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy - pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści przetwornik przepływu 1-200l/min?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza przetwornik przepływu 1-200l/min.

Pytanie 56 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy - pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów z przewodem do pomiarów o dł 2m? Jest to zalecana długość producenta modułu E-COVX do pomiarów kalorymetrii pośredniej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw drenów z przewodem do pomiarów o dł 2m.

Pytanie 57 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy - pozycja 4:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego modułu pomiarowego przeznaczone będą pułapki lub potwierdzenie że są to pułapki o nr referencyjnym 876446-HEL.

Odpowiedź na zapytanie:

Są to pułapki o numerze referencyjnym 876446-HEL. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny jeżeli będzie spełniał WYMOGI Zamawiającego.

Pytanie 58 - dotyczy - Grupa 40. Kleszcze biopsyjne

Czy Zamawiający dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160, 180 i 230 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,3mm; 3,0mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 59 - dotyczy - Grupy 6 poz. 1

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencyjności, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert przetargowych (spełniających wymagania SIWZ) z korzyścią dla Zamawiającego?



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 60- dotyczy - Grupy 6 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zestawu składającego się z jednej łyżki i jednej rękojeści, czy z kompletu łyżek o różnych rozmiarach i jednej rękojeści? Obecny opis jest nieprecyzyjny, co może prowadzić do dowolnej interpretacji zapisów SIWZ. („zestaw składa się z łyżki typu McIntosh w rozmiarach 0, 1, 2, 3 3plus, 4 (...)”, „ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez Zamawiającego”)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z jednej łyżki i jednej rękojeści.

Pytanie 61 - dotyczy - Grupy 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 33 ml, zalecana objętość oddechowa 150 – 1500 ml, opór przepływu 4.3mm H₂O przy 30 l/min.. Port do próbkowania gazu luer z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny. Zamawiający korzysta obecnie z takiego rozwiązania, bez żadnych zastrzeżeń. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 33 ml, zalecana objętość oddechowa 150 – 1500 ml, opór przepływu 4.3mm H₂O przy 30 l/min.. Port do próbkowania gazu luer z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny.

Pytanie 62 - dotyczy - Grupy 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 32 ml, zalecana objętość oddechowa 150 – 1200 ml, opór przepływu 0,6cm H₂O przy 30 l/min.. Port do próbkowania gazu luer z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 32 ml, zalecana objętość oddechowa 150 – 1200 ml, opór przepływu 0,6cm H₂O przy 30 l/min.. Port do próbkowania gazu luer z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny

Pytanie 63 - dotyczy - grupa nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie próbki laboratoryjnej z PS 5ml i spełniających pozostałe wymagania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 64 - dotyczy - Grupa nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana próbka była kompatybilna z nakłuwaczami do drenów używanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 65 - dotyczy - Dot. zapisy SIWZ rozdz. III pkt 2.6.2

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Probówka w Grupie nr 3 nie została zakwalifikowana przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlega przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. **Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani żadnego innego dokumentu dopuszczającego do obrotu.** Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia zamiast wymaganego oświadczenia w załączniku nr 8 w SIWZ, stosownego oświadczenia Wykonawcy dla wyrobu, który nie został zakwalifikowany jako medyczny i nie posiada żadnych dokumentów dopuszczających do obrotu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 66 - dotyczy - Dot. zapisy SIWZ rozdz. IX pkt 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zapis: „Cenę oferty/grupy oraz inne wartości wykazane w załączniku nr 1, 2 do SIWZ należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (...)” można rozumieć, że Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku (zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa), wartości muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 4

Pytanie 67 - dotyczy - zapisów umowy § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 68 - dotyczy - Dot. zapisów umowy § 4 ust. 13, 15, 15a

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 4 ust. 13, 15 i 15a w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 69 - dotyczy Grupa 40:

Czy Zamawiający dopuści szczypcę biopsyjną, jednorazowego użytku; jałową, średnica narzędzia 1,8; 2,4 i 3,0, długość robocza 160 cm, 180 cm i 240 cm, łyzeczki z okienkiem i ząbkami, osłodka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną. Do wyboru: z igłą i bez igły, długość do wyboru 1600, 1800, 2300mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 70 - dotyczy - Grupa 18, pozycja 1

Czy Zamawiający w Grupie 18 w pozycji 1 wymaga, rurka posiadająca samoblokujący się (poprzez specjalne zaciski) mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w Grupie 18 w pozycji 1 nie wymaga, aby rurka posiadała samoblokujący się mandryn, lecz wymaga otworu na prowadnicę.

Pytanie 71 - dotyczy - Grupa 23, pozycja 1

Czy Zamawiający w Grupie 23 w pozycji 1 dopuści zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia podopajęczynówkowego-zewnątrzoponowego zawierający: Iglę Tuohy 18G/80 mm (o budowie umożliwiającej wprowadzenie igły podopajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wklucia igły podopajęczynówkowej, z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igły, z możliwością zdejmowania skrzydełek); Iglę podopajęczynówkową Pencil Point 27G x 122 mm posiadającą otwór



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

boczny (z możliwością obrotu igłą o 360 stopni mimo ufixsowania jej w igle Tuohy); Cewnik zewnątrzoponowy 20G /90 cm z materiału o dużej przejrzystości i odporności na złamanie, z trzema otworami bocznymi, posiadający niebieskie znaczniki głębokości oraz oznaczenie końcówki dystalnej; Płaski filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm; Strzykawkę niskooporową LOR 10 ml; Płaski, zatrzaskowy łącznik do cewnika; Prowadnik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy; Etykietę identyfikacyjną cewnika zewnątrzoponowego; gąbkę do mocowania cewnika do skóry. Zestaw sterylne, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego-zewnątrzoponowego zawierający: Iglę Tuohy 18G/80 mm (o budowie umożliwiającej wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wklucia igły podpajęczynówkowej, z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igły, z możliwością zdejmowania skrzydełek); Iglę podpajęczynówkową Pencil Point 27G x 122 mm posiadającą otwór boczny (z możliwością obrotu igłą o 360 stopni mimo ufixsowania jej w igle Tuohy); Cewnik zewnątrzoponowy 20G /90 cm z materiału o dużej przejrzystości i odporności na złamanie, z trzema otworami bocznymi, posiadający niebieskie znaczniki głębokości oraz oznaczenie końcówki dystalnej; Płaski filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm; Strzykawkę niskooporową LOR 10 ml; Płaski, zatrzaskowy łącznik do cewnika; Prowadnik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy; Etykietę identyfikacyjną cewnika zewnątrzoponowego; gąbkę do mocowania cewnika do skóry. Zestaw sterylne, pakowany pojedynczo pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 72 - dotyczy - Grupa nr 11 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999% oraz filtracji wirusowej > 99,999%, przestrzeń martwa 33 ml, oporach przepływu 0,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/m, waga 19 g, o objętości oddechowej 150-1500 ml, z portem kapno z koreczkiem zabezpieczającym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 73- dotyczy - Grupa nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną linię próbkującą do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO₂, O₂, N₂O długość 300 cm, z dwoma końcówkami luer lock?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również linię próbkującą do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO₂, O₂, N₂O długość 300 cm, z dwoma końcówkami luer lock

Pytanie 74 - dotyczy - grupy 11, poz. 1

W Grupie 11, poz. 1 Zamawiający wymaga :

„Filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 45 ml, zalecana objętość oddechowa 300 – 1500 ml, opór przepływu 0,7 mbar przy 30 l/min..

Port do próbkowania gazu luer lock z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny.”

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany parametr przestrzeń martwa 45ml, stanowi minimalne wymagania Zamawiającego, który ma spełnić oferowany produkt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o korzystniejszej dla pacjenta, mniejszej przestrzeni martwej 20ml ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 75 - dotyczy - grupy 11, poz. 1

W Grupie 11, poz. 1 Zamawiający wymaga :

„Filtr elektrostatyczny do układów oddechowych z możliwością stosowania po stronie pacjenta lub urządzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skuteczność filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeń martwa 45 ml, zalecana objętość oddechowa 300 – 1500 ml, opór przepływu 0,7 mbar przy 30 l/min..

Port do próbkowania gazu luer lock z kapturkiem osłaniającym, przymocowanym na stałe do filtra. Złącze ISO 22M/15F – 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas użytkowania 24 godziny.”



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

*Prosimy o dopuszczenie filtra z koreczkiem luer lock, standardowo stosowanym w tego typu rozwiązaniach.
Opisany wymów stanowi cechę i nie przekłada się na korzyść użytkownika.*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 76 - dotyczy - grupy 11, poz.2

W Grupie 11, poz. 2 Zamawiający wymaga :

Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO₂, O₂, N₂O długość 250 – 260 cm, dwie końcówki luer lock.

Prosimy o dopuszczenie większego zakresu długości od 200–300 cm, w celu umożliwienia złożenia oferty innym wykonawcom.

Opis w siwz jednoznacznie opisuje produkt jednego producenta, a tym samym narusza zapisy ustawy PZP.

Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia stosując opis minimalnych wymaganych warunków, a nie konkretny produkt, konkretnego producenta. Stosując takie opisy Zamawiający narusza art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 Pzp). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 29 ust. 3 Pzp).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza większy zakres długości od 200–300 cm

Pytanie 77 - dotyczy - grupy 22

Pytanie do grupy 22 (rurka krtaniowa)

Grupa 22. Rurka krtaniowa

Lp	Nazwa artykułu	Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/Nie /opisać- należy wpisać	Zamawiane ilości- szt.	Cena jednostkowa NETTO w PLN	Wartość NETTO w PLN	Stawka VAT w %	Wartość Stawki VAT w PLN	Wartość BRUTTO w PLN
1	2	2a	3	4	5=(3x4)	6	7=(5x6)	8=5+7
1.	Rurka krtaniowa LT - D jednokanałowa, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiar 3,0, 4,0. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego		30					

Jesteśmy dystrybutorami producenta rurek krtaniowych i oświadczamy, że rurki LT-D , o których mowa w Państwa opisie nie są już produkowane.

Proszę o dopuszczenie rurki LTS-D dwukanałowej , która jest ulepszoną , nowszą wersją modelu LT-D.

Rurka LTS-D posiada dodatkowy kanał, umożliwiający odprowadzanie zgromadzonego powietrza i treści płynnej z żołądka na zewnątrz jamy ustnej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza rurkę LTS-D dwukanałową .



SZPITAL
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie 78 - dotyczy - grupy 1 i 3

Dotyczy Grupy 1 i 3: Podanie ceny jednostkowej netto za 1 sztukę pipetki/probówki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jest niemiernodajne. Powoduje sytuację, iż wielu oferentów podaje tą samą cenę. Z tego powodu zostało unieważnione postępowanie nr NZZ/05/P/19. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku za 1 sztukę lub cenę do dwóch miejsc po przecinku za opakowanie. Zamawiający będzie kupował pipetki/probówki na opakowania, gdzie cena będzie zawierała 2 miejsca po przecinku. Wartość netto i brutto oferty w tym pakiecie będzie również podana do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 4

Pytanie 79- dotyczy - grupy 1

Czy Zamawiający w Grupie 1 wymaga pipetek pakowanych po 500szt. w opakowaniu kartonowym z dozownikiem pipetek?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również pipetki pakowane po 500szt. w opakowaniu kartonowym z dozownikiem pipetek

Pytanie 80 - dotyczy - grupy 1

Czy Zamawiający w Grupie 1 wymaga pipetek z podziałką co 0,25ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również pipetki z podziałką co 0,25ml

Pytanie 81- dotyczy - grupy 3

Czy Zamawiający w Grupie 3 wymaga, aby worek na próbówki posiadał wielokrotne zamknięcie strunowe?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza aby worek na próbówki posiadał wielokrotne zamknięcie strunowe

Pytanie 82 - dotyczy - grupy 4

Czy zamawiający zgodzi się na Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę Amika o długości 250cm z pustym workiem o objętości 1500ml, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończonym portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP, wraz z bezpłatnym przekazaniem do użytkowania 4szt pomp do żywienia dojelitowego typu AMIKA- kompatybilnych z opisanym wyżej przedmiotem zamówienia (pompa ma również możliwość podłączenia różnego typu zestawów dedykowanych do pompy AMIKA).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 83 - dotyczy - Grupa 36, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnika z końcówką prostą o długości 450cm i średnicy 0,035"? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 84 - dotyczy - Grupa 40, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści szczypce: o długości roboczej 160cm i 230 cm (zamiast 240cm), średnica szczęk 2,3mm, z igłą i bez igły, dwa rozmiary łżeczek biopsyjnych elipsoidalne, alligator. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 85 - dotyczy - Grupa 39.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku wyposażony w przewodnicę osłoniętą koszulką polimerową? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 86 - dotyczy - Rozdział V SIWZ Przedmiot zamówienia, pkt 5

Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

- Grupa 42, poz. 5 - koszulki ochronne do anorektalnego cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości,
- Grupa 42, poz. 8 - roztwór buforowy do kalibracji pH 4
- Grupa 42, poz. 9 - roztwór buforowy do kalibracji pH 7?

Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jednokrotnego użytku, produkowanymi poza obszarem Unii Europejskiej, które będą sukcesywnie dostarczane do Zamawiającego przez okres 24 miesięcy. Producent deklaruje dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. Biorąc pod uwagę wymagany przez Zamawiającego termin dostawy (5 dni roboczych) nie jest możliwe zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego terminu przydatności liczonego od dnia dostawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 42 poz. 4,5,8,9 termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy. Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 87 - dotyczy - Rozdział VI SIWZ Termin wykonania zamówienia, pkt 3

Czy Zamawiający zmieni termin dostawy wyrobów medycznych z 5 dni na 56 dni dla:

- Grupa 42, poz. 1 - manometryczny cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości,
- Grupa 42, poz. 2 - manometryczny cewnik anorektalny wysokiej rozdzielczości,
- Grupa 42, poz. 3 - manometryczny cewnik przełykowy wysokiej rozdzielczości z impedancją?

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga 5-dniowego terminu dostawy wyrobów medycznych, wyspecyfikowanych w Grupie 42. Manometryczne cewniki wysokiej rozdzielczości produkowane są poza obszarem Unii Europejskiej (USA). Przy zakupie manometrycznych cewników wysokiej rozdzielczości poz. 1-3 Grupa 42 Oferent otrzymuje od producenta zapewnienie realizacji dostawy w terminie wynoszącym od 6 do 8 tygodni i taki termin dostawy jest do zaakceptowania jako wymaganie w zakresie realizacji. Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że termin dostawy był podawany we wszystkich naszych ofertach kierowanych do Państwa. Utrzymanie przez Zamawiającego 5-dniowego terminu dostawy dla ww. cewników manometrycznych z góry skazywałoby Oferenta na zapłatę kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu dostawy. Mając powyższe na względzie wnosimy o zmianę terminu dostawy na 56 dni.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie w dniu 04.11.2019 r.

Pytanie 88- dotyczy - Grupa 32. Szczypce wielorazowe

Czy Zamawiający wymaga szczypców chwytających do usuwania ciał obcych typu ALIGATOR, ramiona typu „V” chowane do osłonki (wielorazowego użytku) – 1 szt. Zaprezentowanych na zdjęciu poniżej?

Zdjęcie w złączniku do udzielonych odpowiedzi.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia jak na załączonym zdjęciu.

Pytanie 89 - dotyczy - Grupa 32. Szczypce wielorazowe

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o długości 160cm i minimalną średnicą kanału 1,8mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 90 - dotyczy - Grupa 1, poz. 1

Czy Zamawiający w grupie 1 w pozycji 1, dopuści produkt o podanej długości całkowitej 138mm, bez wyszczególnionej długości pompki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 91 - dotyczy - Grupa 3, poz. 1

Czy Zamawiający w grupie 3 w pozycji 1, dopuści produkt o średnicy wewnętrznej 11mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 92- dotyczy - Załącznika nr 3D do SIWZ



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3D do SIWZ poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał upoważniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu z natury, w tym kontroli terminu ważności wyrobów medycznych oddanych w depozyt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 93 - dotyczy - Załącznika nr 3D do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3D do SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 1a o następującej treści: „Wyroby medyczne, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, Zamawiający zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności wyrobu medycznego o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 94 - dotyczy - Pakiet 11, Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9999\%$, p/wirusowej $\geq 99,999\%$, skuteczność filtracji względem NaCl $\geq 97,100\%$; bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 44 ml, opory przepływu 2,3 cm H₂O przy 60 l/min (0,9 cm H₂O przy 30 l/min), objętość oddechowa V_t 150-1200 ml, waga 21 g, filtr ze złączem kątowym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 95 - dotyczy - Pakiet 15, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta dedykowanych do pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach 20 x 30 cm, w składzie: nie wymagający splukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, z wysoką zawartością aloesu chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, Produkt bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie zawiera 48 myjek.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 96- dotyczy - Pakiet 16, Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej w wyciskanej szaszetce, 1 szaszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 97 - dotyczy - Pakiet 28, Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem



SZPITAL
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 98 - dotyczy - Pakiet 28, Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 99 - dotyczy - Pakiet 29, Poz.1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tamponów nasyconych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po 6 tamponów w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 100 - dotyczy - Pakiet 29, Poz.1

Zwracamy się prośbą o doprecyzowanie zamierzonego zastosowania produktów oferowanych w poz 1, tj, czy Zamawiający ma zamiar stosować myjki z chlorheksydyną (środek bakteriobójczy) w celu zapobiegania zakażeniom nabytym w szpitalu czy wyłącznie do mycia higienicznego niemającego wpływu na ilość notowanych powikłań zakaźnych takich jak zakażenia krwi, odrespiratorowe zapalenie puc oraz zakażenia układu moczowego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 101 - dotyczy - Pakiet 28, Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy koca ogrzewającego, jednorazowego użytku; o gramaturze 144 g/m² z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; zgodny z normą EN 13485. Możliwość podgrzania w urządzeniu grzewczym do 60°C. Rozmiar: 210 cm x 110 cm (+/- 5cm)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 102 - dotyczy - Pakiet 28, Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy fartucha jednorazowego użytku, przód i rękawy wykonane z bilaminatu- z folii polietylenowej i Spunbond o gramaturze min. 25 g/m², rękawy zakończone poliestrowym mankietem kolor żółty lub niebieski. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej kategorii I. Odporność na przenikanie wody w miejscach wzmocnionych na poziomie co najmniej 109 cmH₂O. Rozmiar L lub XL.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 103 - dotyczy - Pakiet 28, Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy półmasksi filtrującej respiratorowej spełniającej wymogi klasy FFP2 wg EN 149:2001 zarejestrowanej jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowej, wykonanej z materiałów: poliestr, melt blown, poliestr posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) szczelnie przylegająca pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm) > 99,9 %. Maski w kolorze białym, gumki w kolorze żółtym. Opakowanie 10 szt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 104 - dot. Pakiet 9



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Zamawiający dopuszcza ustniki wykonane z tworzywa bez zawartości lateksu i DEHP, pakowanych indywidualnie w warunkach aseptycznych z datą produkcji i ważności na każdym opakowaniu jednostkowym

Pytanie nr 122 - dotyczy grupy 41 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga opakowania zbiorczego typu podajnik kartonowy, z otworem do wyciągania ustników

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza opakowanie zbiorcze typu podajnik kartonowy, z otworem do wyciągania ustników

Pytanie nr 123 - dotyczy 25 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do akupunktury w rozmiarze 0,25 x 13mm lub 0,3 x 10mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza igłę do akupunktury w rozmiarze 0,25 x 13mm lub 0,3 x 10mm.

Pytanie nr 124 - dotyczy Grupa 25 pozycja 1 – 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ). W takiej sytuacji należy ustalić i podać cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie nr 125 - dotyczy Grupa 28, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny. Port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną.

W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 126 - dotyczy Grupa 28, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 127 - dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 3

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa

ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. Obecne kary są niewspółmiernie wysokie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 128 - dotyczy Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Zamawiający wprowadza ujednolicony załącznik 1 do SIWZ - *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY*. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dokonał dwukrotnie modyfikacji załącznika w dwóch grupach (w grupie 16 w dniu 22.10.2019 r. i w grupach: 30 i 41 w dniu 04.11.2019 r.

Powyższe ma na celu zapewnienie przejrzystości w postępowaniu.

Ujednolicony załącznik 1 do SIWZ - *PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY* NOWY jest załącznikiem do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu.

Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Marek Bryk



SZPITAL
AKREDYTOWANY

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO