



Gdynia, dnia 15 kwietnia 2022 r.

03/UCMMiIT/TP-fn/2022
UC/1291/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na „ŚWIADCZENIE USŁUG ROCZNEGO PRZEGLĄDU SERWISOWEGO ORAZ KONSERWACJI SYSTEMU KOMORY HIPERBARYCZNEJ TYPU HAUX – STARMED – QUADRO 2700/2,2/C”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00072331/01

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy CREATOR Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 54-154 przy ul. Lotniczej 37.

Cena oferty złożona wynosi 148 500,00 złotych brutto,

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryterium oceny, które określono w treści SWZ oraz spełnił warunki i wymagania postawione przez Zamawiającego (liczba przyznaných punktów 100, w kryterium: cena oferty brutto – 60,00 pkt, termin wykonania zamówienia - 40,00 pkt).

Zamawiający zawrze umowę w terminie zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.).

Poniżej przedstawiam:

Zestawienie ofert:

Oferta	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]
1	CREATOR Sp. z o. o. ul. Lotnicza 37 54-154 Wrocław NIP 9250012902	148 500,00
2	P.H.U. Aquaticus Krzysztof Czermak ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin NIP 8511696260	134 920,00

Jednocześnie, na podstawie art. 287 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że niżej wymieniona oferta została odrzucona:

Oferta nr 2 .H.U. Aquaticus Krzysztof Czermak



Uzasadnienie faktyczne:

Oferta została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ stwierdzono brak:

- 1) wskazania dwóch rocznych przeglądów komór hiperbarycznych typu Haux o wartości minimum 100.000 zł brutto.

Zgodnie z pkt X ppkt 1 lit a) Zamawiający wymagał dwóch rocznych przeglądów komór hiperbarycznych typu Haux o wartości minimum 100.000 zł brutto.

Wykonawca wskazał wykonane usługi w zakresie przeglądów komór Ratowniczo-Lecznicznych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych tzw. "Sercówek", których system sterowania oparty jest na innym oprogramowaniu niż w komorach hiperbarycznych typu Haux. W komorach Ratowniczo-Lecznicznych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych tzw. "Sercówek", proces sprężania i dekompresji czyli system sterowania przeprowadzany jest analogowo (ręcznie). Natomiast w komorach hiperbarycznych typu Haux system monitorowania medycznego (HMMS) proces sprężania i dekompresji czyli system sterowania przeprowadzany jest automatycznie.

Komora hiperbaryczna a komora Ratowniczo-Lecznicza Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych tzw. "Sercówka" to dwie odrębne komory, w których zastosowanie mają różne odrębne rozwiązania technologiczne, a w szczególności systemy sterowania.

- 2) co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 przeglądów rocznych komór hiperbarycznych typu Haux.

Zgodnie z pkt X ppkt 1 lit b) Zamawiający wymagał skierowania do realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 przeglądów rocznych komór hiperbarycznych typu Haux.

Wskazany przez wykonawcę Pan Ryszard Pisula nie ma doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 przeglądów rocznych komór hiperbarycznych typu Haux, ponieważ nie brał czynnego udziału, czyli nie przeprowadzał bezpośrednio ani samodzielnie przeglądu, ani nie wykonywał czynności w przeglądach, a jedynie nadzorował przebieg prac serwisowych przy komorze Haux po stronie Zamawiającego – UCMMiT, czyli sprawował nadzór na realizacją umów, co oznacza, że przeglądy były wykonywane przez osoby wyznaczone przez wykonawcę do realizacji przeglądów posiadające odpowiednie umiejętności, uprawnienia i podlegały bezpośrednio kierownikowi serwisu po stronie Wykonawcy. Natomiast nadzorowanie, a wykonywanie to są dwie odrębne, niezależne od siebie czynności.

Jednocześnie, w wyznaczonym na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.), przez Zamawiającego terminie do dnia 08.04.2022 r. Wykonawca, zamiast uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa powyżej, aktualnych na dzień ich złożenia, złożył wyjaśnienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dorota Tużnik

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej
prof. dr hab. n. med. Marcin Rejke

Strona 2 z 2