

Nr postępowania: GUM2024ZP0041

Gdańsk, dnia 30.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę wraz z montażem stanowisk symulacyjnych stomatologicznych do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany położenia popiersia fantomowego za pomocą silników elektrycznych, a co za tym idzie blokadę położenia za ich pomocą – rozwiązanie to daje możliwość lepszego odwzorowania pracy na standardowym unicie stomatologiczny dla studentów w porównaniu z manualną zmianą położenia popiersia fantomowego z blokadą położenia hamulcem mechanicznym jak to zostało opisane w punkcie 4.4 załącznika 3.1 do SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Milena Kulikowska

/-/

Zastępca Kanclerza
ds. Organizacyjnych

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula