

Warszawa, dnia 02.10.2024 r.

Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych PW  
Ul. Nowowiejska 15/19  
00-665 Warszawa

### **Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym nr WEiTI/101/ZP/2024/1030 pn: „Naprawa i kalibracja analizatora Agilent N5245A.”

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanego zapytania wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie**

Załączony plik nie zawiera informacji z diagnostyki układów urządzenia ani informacji o rzeczywistej usterce, jest jedynie wynikiem testu wewnętrznego software tego urządzenia, który nie stanowi o rzeczywistej wykrytej wadzie. Czy Zamawiający zgodzi się na diagnostykę serwisową urządzenia?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przekazał raport autodiagnostyki wygenerowany przez urządzenie. Ponadto Zamawiający samodzielnie przeprowadził dalszą diagnostykę, która potwierdziła uszkodzenie syntezer Source 2, na którego awarię wskazują anomalie wykazane w raporcie z autodiagnostyki.

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych PW

/-/

Prof. dr. hab. inż. Tomasz Starecki