



**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „ **Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą 2 szt. zbiorników na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a wraz z jednostką zamiejscową przy ul. Poświęckiej**”

**Pytanie nr 1**

Proszę o zmiany w załączniku nr 1.1 Formularz Asortymentowo-Cenowy:

- a) Czy Zamawiający będzie używał sprężonego powietrza do bezpośredniego kontaktu z pacjentami (do ich leczenia, oddychania, sporządzania mieszanek oddechowych)? Jeśli tak, prosimy o zmianę odpowiednio w pozycji 15 Formularza Asortymentowo -Cenowego na „Powietrze sprężone medyczne” (VAT 8%, produkt leczniczy) 50l 200bar.
- b) Proszę o zmianę jednostki miary dla pozycji 13 z „kg” na „szt” zapewne taka była intencja Zamawiającego a zapis „kg” znalazł się tam przez omyłkę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje że modyfikuje zapis w kolumnie nr 2 poz. 15 Formularza Asortymentowo - Cenowego wpisując „POWIETRZE SPRĘŻONE MEDYCZNE W BUTLACH O POJEMNOŚCI 50L 200 BAR” oraz w kolumnie nr 3 poz. 13 Formularza Asortymentowo - Cenowego wpisując „szt.” zamiast „kg”.**

**Pytanie nr 2**

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Umowie:

- a) Rozumiemy, że Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiorników na ciekły tlen medyczny w dniu podpisania umowy, dokonania w tym czasie również na własny koszt odbiorów UDT i przekazania go do eksploatacji Zamawiającemu. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź a):**

**Zamawiający potwierdza powyższe. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania 2 szt. zbiorników na ciekły tlen medyczny w dniu podpisania umowy, dokonania w tym czasie również na własny koszt odbioru przez UDT i przekaże je do eksploatacji Zamawiającemu.**

- b) W § 4 ust 2 prosimy o zmianę brzmienia na „Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Wykonawcy”. W przypadku ewentualnego braku zgody na tę zmianę, prosimy o wprowadzenie do Umowy paragrafu o brzmieniu: „Za termin dostarczenia gazów do Zamawiającego przyjmuje się termin wysyłki gazów z magazynu Wykonawcy”.

**Odpowiedź b):**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym powyższym zapytaniem.**

- c) Proszę o zmianę terminu płatności z „60 dni” na „30 dni” tak jak to Zamawiający miał/ma w dotychczasowej Umowie. Termin płatności nie jest kredytem a czasem potrzebnym na operacje księgowo-bankowe na które to czas 30 dniowy jest wystarczający. Ewentualne pozostawienie terminu 60cio dniowego będzie w sposób oczywisty pociągało za sobą dodatkowy wzrost cen.

**Odpowiedź c):**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

d) W § 5 ust 10 prosimy o zmianę polegającą na dopisaniu zwrotu: „Faktury mogą być również dostarczane drogą mailową w formacie pdf na adres email .....”

**Odpowiedź d):**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym powyższym zapytaniem.**

**W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych

*mgr inż. Jacek Banaszak*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*inż. Monika Wojciechowska*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)



Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.1

do oferty na dostawę gazów medycznych oraz technicznych  
wraz z napełnieniem i dzierżawą 2 szt. zbiorników na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a  
wraz z jednostką zamiejscową przy ul. Poświęckiej  
znak postępowania Szp-241/ZP-051/2024

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

LP	NAZWA	J.M	ILOŚĆ	OKRES	CENA J. NETTO	WARTOŚĆ NETTO (ZA 24 MIESIĄCE)	% VAT	CENA J. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO (ZA 24 MIESIĄCE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DZIERŻAWA 1 SZT. ZBIORNIKA NA TLEN CIEKŁY (O POJEMNOŚCI 11 000 KG +/- 5%) Z PAROWNICĄ O WYDAJNOŚCI 210 M3/H ORAZ ZBIORNIKA NA TLEN CIEKŁY (O POJEMNOŚCI 11 000 KG +/- 5%) Z PAROWNICĄ O WYDAJNOŚCI 42N M3/H PRZY PRACY CIĄGŁEJ	m-c	2	24			8		
2	TLEN MEDYCZNY CIEKŁY	tona	622				8		
3	TRANSPORT TLENU MEDYCZNEGO	tona	622				8		
4	AZOT CIEKŁY MEDYCZNY DO ZBIORNIKA DZIERŻAWIOWEGO 200 L DOSTAWY NA UL. POŚWIĘCKĄ	kg	25 474				8		
5	AZOTA CIEKŁY MEDYCZNY DO ZBIORNIKA DZIERŻAWIOWEGO 200 L DOSTAWY NA UL. KAMIEŃSKIEGO	kg	6 048				8		
6	DZIERŻAWA 2 SZT. ZBIORNIKÓW NA AZOT MEDYCZNY CIEKŁY OBA O POJEMNOŚCI 200 L (1 SZT. UL. POŚWIĘCKĄ/1 SZT. UL. KAMIEŃSKIEGO)	m-c	2	24			8		
7	TRANSPORT AZOTU CIEKŁEGO MEDYCZNEGO	dostawa	244				8		
8	TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY W BUTLACH O POJEMNOŚCI 2L/0,43 M3	szt.	1692				8		
9	TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY W BUTLACH O POJEMNOŚCI 5L/0,8 M3	szt.	36				8		
10	TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY W BUTLACH ALUMINIOWYCH ORAZ STALOWYCH O POJEMNOŚCI 10L/1,6 M3	szt.	56				8		
11	TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY W BUTLACH O POJEMNOŚCI 40L/6,4 M3	szt.	10				8		
12	TLEN TECHNICZNY SPRĘŻONY W BUTLU 50L	szt.	2				23		
13	ACETYLEN TECHNICZNY W BUTLACH 40L	szt.	2				23		
14	POWIETRZE SPRĘŻONE W BUTLACH O POJEMNOŚCI 50L CZYSTOŚĆ 4,5	szt.	100				23		
15	POWIETRZE SPRĘŻONE MEDYCZNE W BUTLACH O POJEMNOŚCI 50L 200 BAR	szt.	14				8		
16	ARGON W BUTLACH O POJEMNOŚCI 10L CZYSTOŚĆ 5,2	szt.	2				23		
17	DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY W BUTLACH O POJEMNOŚCI 40L/26 KG DO LAPAROSKOPII	szt.	140				8		
18	DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY W BUTLACH O POJEMNOŚCI 10L/7,5 KG DO LAPAROSKOPII	szt.	20				8		
19	DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY W BUTLACH O POJEMNOŚCI 10L/7,5 KG DO KRIOTERAPII	szt.	2				8		
20	DWUTLENEK WĘGLA TECHNICZNY W BUTLU 40L/26 KG	szt.	4				23		
21	DZIERŻAWA BUTLI NA GAZY MEDYCZNE	BDZ	158410				8		
22	DZIERŻAWA BUTLI NA GAZY TECHNICZNE	BDZ	3650				23		
23	DZIERŻAWA BUTLI NA GAZY CZYSTE	BDZ	6570				23		
24	TRANSPORT BUTLI (ASORTYMENT TECHNICZNY)	dostawa	8				23		
25	TRANSPORT BUTLI (ASORTYMENT MEDYCZNY)	dostawa	112				8		
26	MIESZANINA GAZÓW M-99-TE-20750 5% CO2 Z 15,9% O2 W N2, STABILNOŚĆ 120, W BUTLU O POJEMNOŚCI 10 L/1,868 M3	szt.	2				23		
27	DZIERŻAWA BUTLI DO MIESZANINY GAZÓW M-99-TE-20750 5% CO2 Z 15,9% O2 W N2 O POJEMNOŚCI 10 L	BDZ	730				23		

(imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)