

Toruń, dnia 20-03-2024 r.

**W.Sz.Z: TZ-280-19/24**

dotyczy: postępowania na **dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1:**

*Dotyczy Zadania Nr 2:*

Czy w pkt.II -Testy przesiewowe immunochromatograficzne, pozycja nr 6, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z zanurzeniowym testem paskowym do wykrywania ketaminy w moczu (1000) - punkt odcięcia w 1000 ng/mL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Nr 2:**

W związku z odpowiedzią z dnia 20.03.2024 „Pytanie Nr 7: Dotyczy Zadania Nr 2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty przez Wykonawcę nieposiadającego autoryzacji producenta dla oferowanego urządzenia na terenie Polski? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia oferty przez Oferenta, który jest przedstawicielem producenta firmy Thermo i ma możliwość do składania ofert przetargowych na terenie Polski i ma już zainstalowane analizatory spełniające wymogi klienta. Umowy na zaoferowane analizatory podpisywane były w ramach przetargów publicznych i umów z wolnej ręki. Pozytywne rozpatrzenie prośby będzie skutkowało możliwością złożenia oferty konkurencyjnej i uzyskania korzystnej dla Zamawiającego oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega odpowiedź udzielona na Pytanie Nr 7 w dniu 20.03.2024 r.

**Jest:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zmienia się na:** Zamawiający dopuszcza.

***Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.***

Z poważaniem