



Szp/ZP – 225/633 /2022

Wrocław, dnia 22.07.2022 r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa sprzętu medycznego**”

Pytanie nr 1 - do Zadania nr 2 – Videolaryngoskop do trudnych intubacji – 1 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Videolaryngoskopu do trudnych intubacji z możliwością intubacji wideo sondom lub łyżką laryngoskopową o niższych parametrach :

Monitor 8” o następujących parametrach:

- Akumulator zapewniający 7 godzinną pracę urządzenia
- Waga – 396 g
- przycisk on/off
- Wymiary monitora: szer/wys/gru - 205mmx130mmx25mm
- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V, 5000mAh
- Ładowanie przez mikro USB
- Rozdzielczość - 800X1280 PIKSELI
- Uchwyt biurkowy lub uchwyt mocowany na stałe

W komplecie 2 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu.

Akcesoria jednorazowe:

Wideo sonda o następujących parametrach:

- sterylna, jednorazowego użytku
- automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji
- miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania
- obrotowa złączka USB
- wyjmowany w całości, giętki przewodnik
- niskociśnieniowy mankiet o dużej rozdzielczości
- „efekt akordeonowy” – unikalna harmonijkowa konstrukcja rurki pod mankiem umożliwia jej zginanie we wszystkich kierunkach
- miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta
- kamera umiejscowiona na samym końcu rurki intubacyjnej, innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie rurki w drogach oddechowych.

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiarach 6,5 – 7 – 7,5 – 8

Łyżki laryngoskopowa jednorazowego użytku:

- sterylne, jednorazowego użytku
- wykonana z metalu
- wbudowane zabezpieczenie przeciwmgłowe

Mac Blade Size 3 ; Size 4

Hyper Blade Size 3; Size 4

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. *Jacek Baran*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. *Wojciech Witkiewicz*
(5)

