



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 13/ZP/2020
DZP/194/2020

Zgorzelec, dnia 06.05.2020r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu i artykułów jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych II.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1. (Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 1 i dopuści protezę jednorazową, samorozprężalną proteza tchawiczo - oskrzelowa; wykonana z nitinolu, pokrywana silikonem; długość robocza 45 i 55mm (do wyboru), długość całkowita odpowiednio 40, 50 60mm (do wyboru); średnica w każdej długości 10,12,14,16,18 i 20 mm (do wyboru); doskonała widoczność podczas fluoroskopii dzięki 10 złotym znacznikom radiologicznym, długość aplikatora 60cm; do stosowania z przewodnicą 0,035".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następujących jednorazowych nasadek na końcówkę endoskopu: „nasadki miękkie, proste z otworkiem bocznym, odległość od końcówki endoskopu 4mm; pasują do endoskopów o średnicy zewnętrznej końcówki w przedziale od 9,2 do 13,9 mm (do wyboru). Maksymalna średnica nasadek w zależności od modelu 11,35; 12,4; 15 i 15,7mm”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 2 Załącznik nr 9A do SIWZ § 2 ustęp 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca informował Zamawiającego o zmianach w realizacji zamówienia z podaniem przyczyny nie później niż w ciągu **48 godzin** od daty założenia zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji umowy w § 2 ustęp 7.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 2 Załącznik nr 9A do SIWZ § 6 ustęp 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany reklamowanego towaru na wolny od wad wynosił 5 dni roboczych (od dnia otrzymania zawiadomienia)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji umowy w § 6 ustęp 5.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 2 Załącznik nr 9A do SIWZ § 7 ustęp 1.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym przysługiwało Zamawiającemu, jeśli zwłoka będzie wynosiła powyżej 7 dni roboczych (a nie kalendarzowych)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku możliwości sprzedaży towaru objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca pokryje różnicę w cenie – przekraczającą wartość towaru określoną w umowie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 6 ustęp 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar na okres wskazany przez producenta, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla wyrobów jednorazowych.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji umowy w § 6 ustęp 1.

Pytanie 3. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację, jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych (od dnia uznania reklamacji za zasadną).”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 7 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 100 zł na 50 zł?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7. dot. Załącznik nr 9A do SIWZ § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą, oraz organu założycielskiego Zamawiającego. Forma pisemna dla zgody o której mowa w zdaniu poprzednim zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji transbronchialnej; w komplecie ze strzykawką podciśnieniową; średnica igły 21G; długość igły 15 mm; długość robocza 120 cm; średnica osłonki 1.9 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów o długości całkowitej 40 mm i 50 mm dla średnic 10 mm i 12 mm, długości całkowitej 40 mm i 60 mm dla średnic pozostałych, długość robocza 30 mm, 40 mm i 50 mm – odpowiednio, widoczność podczas fluoroskopii uzyskiwane dzięki obecności 4 znaczników cieniujących w RTG na obu końcach i pośrodku stentu, stenty bez lassa.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie noża z zakończeniem okrągłym spłaszczonym, długość robocza 1820, średnica zakończenia 0,8 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie noża o długości 4,0 mm, długość robocza 1820 mm i 2300 mm, średnica izolowanej końcówki 1,5 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie noża z zakończeniem okrągłym spłaszczonym, o średnicy zakończenia 0,8 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o maksymalnej szerokości rozwarcia łyżeczek 9 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

1) Platforma zakupowa zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

3) A/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jagiełło
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl