



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 11.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 5/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 9**

**1. Pytanie do postępowania**

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**2. Pytanie do postępowania**

Proszę o dopuszczenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**3. Pakiet 7, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,3 x 12 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**4. Pakiet 7, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,4 x 20 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**5. Pakiet 7, poz. 11-14**

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**6. Pakiet 7, poz. 11-14**

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez dodatkowo wyróżnionej skali.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**7. Pakiet 7, poz. 14**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**8. Pakiet 7, poz. 14**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**9. Pakiet 7, poz. 11-14**

Proszę o doprecyzowanie jakiej ilości strzykawek wymaga Zamawiający, jednostką miary są opakowania, nie ma jednak podanej ilości sztuk w opakowaniu.

**Odp. Zamawiający oczekuje opakowania wielkości 100 sztuk.**

**10. Pakiet 10, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul z 6 paskami RTG.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**11. Pakiet 10, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach

---

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Rozmiar Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar	Długość
14G	Pomarańczowy	270	2,1	45
16G	Szary	200	1,8	45
17G	Biały	140	1,5	45
18G	Zielony	85	1,3	32
18G	Zielony	85	1,3	45
20G	Różowy	55	1,1	32
20G	Różowy	55	1,1	25
22G	Niebieski	33	0,9	25
24G	Żółty	18	0,7	19

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**12. Pakiet 10, poz. 5-11, 15**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**13. Pakiet 42, poz. 1-4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**14. Pakiet 42, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**15. Pakiet 42, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**16. Pakiet 42, poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójplaszczynowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**17. Pakiet 42, poz. 1-4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów.**

**18. Pakiet 42, poz. 1-4**

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez opaski stabilizującej dren.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**19. Pakiet 42, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez dodatkowego portu do iniekcji.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**20. Pakiet 42, poz. 5, 6, 8**

Proszę o dopuszczenie drenów o długości 150 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

IB 91/ 810 59 82

  
**KOMENDANT**  
płk mgr Krzysztof Jurkowski

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl