

Nr ref. CZ-272-5/22

Załącznik nr 1.16 do SWZ

Młynek do rozdrabniania biomasy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe cechy funkcjonalne i parametry techniczne:

- Młynek nożowy przelotowy
- Przeznaczenie: do mielenia i homogenizacji biomasy, próbek materiałów miękkich i włóknistych o twardości poniżej 3 w skali Mohs'a
- Moc silnika: minimum 2 kW
- Szybkość obrotowa: min. 1500 obr/min
- Uziarnienie wstępne: <40 mm
- Uziarnienie końcowe: powyżej 5mm bez sita, 0,425mm, 1mm, 2mm lub 3mm z sitami)
- Wydajność (zależna od sit): do ok. 10kg/h
- W zestawie powinny znajdować się dodatkowo minimum 3 sita (0,425 mm, 1 mm oraz 3 mm) oraz cyklon do odpylania

Wymagania dodatkowe:

- Aparatura nowa
- Instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany (tj. upoważniony ze strony producenta do wykonywania czynności serwisowych) serwis producenta
- Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego
- Zasilanie: 400V/16A
- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku angielskim lub polskim

Dostawa i gwarancja:

- Dostawa (ubezpieczenie, pakowanie, transport, wniesienie, montaż, rozruch i szkolenie) - w cenie
- Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące
- Autoryzowany (tj. upoważniony ze strony producenta do wykonywania czynności serwisowych) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce