

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl
BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,
REGON 810733454, KRS 0000001757



Znak sprawy: WZAM.2354.6.155.2024

Szczecin, dnia 12.02.2024 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Dostawa ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 6/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie 1 dotyczy krzeselka transportowego poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuści krzeselko transportowe wyposażone w tylne kółka o średnicy 150 mm umożliwiające wygodne przemieszczanie krzeselka z pacjentem po nierównym podłożu, zapewniając jego bezpieczeństwo. Proponowane przez nas tylne kółka posiadają również blokadę, umożliwiającą sterowanie krzeselka z punktu operatora, co jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze w trakcie transportu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy krzeselka transportowego poz. nr 11

Czy Zamawiający dopuści krzeselko transportowe renomowanej firmy, której produkty cieszą się zaufaniem na całym świecie o wadze 15 kg? Nieznacznie zwiększona waga krzeselka wynika z jego poprawionej jakości i znacznie większej wytrzymałości, która umożliwia transport pacjentów o wadze nawet do 250 kg

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z możliwością zasilania prądem stałym w zakresie 12-15V DC? Zakres ten jest w zupełności do bezpiecznego zasilania urządzenia w ambulansach sanitarnych pracujących w Polsce.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy ssaka elektrycznego poz. nr 10

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny generujący hałas na poziomie 65 dB? Różnica jest nieznaczna a proponowany zakres można dalej uznać za cichy.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 5 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. nr 14

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z możliwością płynnej regulacji podciśnienia w zakresie 0,03 do 0,8 bara? Regulowany zakres jest znacznie większy od wymogu Zamawiającego, co umożliwi możliwość pracy w większej ilości przypadków a możliwość płynnej regulacji siły ssania umożliwi idealne dopasowanie podciśnienia do potrzeb sytuacji i pacjenta.

Odpowiedź nr 5:**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 6 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. nr 19**

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z możliwością wykonania testu funkcjonalnego przy obecności i zaangażowaniu użytkownika?

Odpowiedź nr 6:**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 7 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. nr 20**

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z wbudowanym, zintegrowanym akumulatorem?

Odpowiedź nr 7:**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 8 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. nr 21**

Czy Zamawiający ssak elektryczny wyposażony w specjalny uchwyt w torbie na dren z końcówką?

Odpowiedź nr 8:**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 9 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. nr 24**

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga spełnienia normy EN ISO 10079-2:1999, która dotyczy ssaków napędzanych ręcznie? Wymóg ten w przypadku ssaka elektrycznego jest nielogiczny. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z wymogu spełnienia tego niezasadnego certyfikatu.

Odpowiedź nr 9:**Zamawiający odstępuje od wymogu spełnienia normy EN ISO 10079-2:1999****Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ „Wymagania techniczne – Warunki graniczne”. W w/w zakresie.****Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.****Pytanie 10 dotyczy defibrylatora poz. nr 10 „Zasilacz wbudowany”**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora wyposażonego w zewnętrzny moduł zasilający w postaci zasilacza sieciowego 230V oraz modułu zasilającego wbudowanego w uchwyt karetkowy zgodny z normą PN EN 1789.

Odpowiedź nr 10:**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 11 dotyczy defibrylatora poz. nr 13 „Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.”**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, w efekcie której Zamawiający ma większe szanse uzyskać bardziej korzystną cenowo ofertę dopuści defibrylator wykonujący automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Odpowiedź nr 11:**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 12 dotyczy defibrylatora poz. nr 17 „Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min od 5 do 360 J.”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.



Odpowiedź nr 12:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy defibrylatora poz. nr 22 „Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min”

Czy w punkcie „Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min” nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej tj. czy poprzez wskazanie wyżej wymienionego zakresu Zamawiający nie miał na myśli zakresu akcji serca?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający zmienia zakres pomiaru tętna na 20-250 uderzeń na minutę.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ „Wymagania techniczne – Warunki graniczne”. W w/w zakresie.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

Pytanie 14 dotyczy defibrylatora poz. nr 23 „Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.”

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnienie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie ?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy defibrylatora poz. nr 27 „Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktu „Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych” poprzez zaoferowanie pamięci wewnętrznej - wymiennej w postaci karty pamięci CF o pojemności 2GB pozwalającej na rejestrację ponad 500 zdarzeń?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 16 dotyczy noszy poz. nr 4

W związku z tym, że OPZ wskazuje na nosze monoblokowe elektryczne prosimy o doprecyzowanie i zmianę punktu 4 na: „Nosze monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie”.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ „Wymagania techniczne – Warunki graniczne”. W w/w zakresie.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

Pytanie 17 dotyczy noszy poz. 13.

Prosimy o dopuszczenie noszy posiadającej możliwość skrócenia ramy do 163 cm, jest to niewielka różnica, nie mająca wpływu na codzienne użytkowanie, a wynika z modyfikacji uchwytu przez producenta.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dotyczy noszy poz. 25 i 23 .

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza parametr opisany w pkt. 25: Max 250 kg. Nosze tego typu posiadają udźwignię powyżej 300 kg, więc taki zapis uniemożliwia złożenie ważnej oferty, dodatkowo Zamawiający w punkcie 23 określił minimalne obciążenie na 200 kg.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską winno być „Możliwość mycia ciśnieniowego, minimum IP66.”

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ „Wymagania techniczne – Warunki graniczne”. W w/w zakresie.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.



Pytanie 19 Dotyczy krzeselka transportowego z systemem rampa poz. nr 11.
Prosimy o dopuszczenie krzeselka o wadze ok 13 kg, spełniające pozostałe wymagania OPZ.
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 dotyczy przenośnego ssaka elektrycznego poz. 7, 10 i 14

Prosimy o dopuszczenie ssaka elektrycznego, popularnego w Polsce modelu Accuvac, posiadający zasilanie prądu stałego typowo dla ambulansów 12-15V, poziom generowanego hałasu poniżej 70 dB, skokowa regulacja ciśnienia 0,1 do 0,8 bar, spełniający pozostałe wymagania OPZ.

Odpowiedź nr 20:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dotyczy ambulansu

Czy Zamawiający dopuszcza do zaofiarowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź nr 21:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Czy Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli potwierdza ona dany parametr lub rozwiązanie techniczne wymagane przez SWZ, które jest wykonane w sposób odmienny od innego Wykonawcy tj. na innym etapie montażu danego elementu (np. w fabryce producenta pojazdu bazowego lub w fabryce dokonującej zabudowy autoryzowanej przez producenta pojazdu bazowego) ?

Odpowiedź nr 22:
Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego wskazane w załączniku nr 7 do SWZ. Odrzucenie oferty następuje w momencie nie spełnienia wymogów Zamawiającego określonych w SWZ.

Pytanie 23 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaofiarowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada równomierne rozproszczenie powietrza w przedziale medycznym poprzez 4 wyloty umieszczone w części podsufitowej na przegrodzie lub rozwiązanie równoważne przebadane na zgodność z normą PN EN 1789 zapewniające wentylację zgodną z przytoczoną normą i wymogami SWZ?

Odpowiedź nr 23:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy ambulansu.

Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo, jest szyberdach, który oprócz doświetlenia i wentylacji pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego.

Norma PN EN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta.

Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne.

Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne ?

Odpowiedź nr 24:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 25 dotyczy zmiany terminu dostawy.

Czy dopuszcza wykonanie dostawy w terminie 210 dni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź nr 25:



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

Pytanie 26 dotyczy zmiany terminu dostawy

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się do podpisanej umowy podpisanie aneksu ze zmianą tj. wydłużeniem terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie miał wpływu ?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody, termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

Pytanie 27 dotyczy ambulansu poz. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w autoalarm ?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy ambulansu

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy (nie chowany w kasecie) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie, stosowany od wielu lat w ambulansach użytkowanych na terenie Polski?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3 do SWZ.

Uwzględniając art.484 § 2 k.c. gdzie jest wskazane, iż dłużnik może zażądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy jest ona „rażąco wygórowana” prosimy o zmianę zapisu w SWZ w projekcie umowy w paragrafie 5 w pkt. 1 z 1,50% na 0,1%, co jest standardowym zapisem w dostawach opartych na ustawie pzp ?

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 30 dotyczy ambulansu

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Wykonawca ?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający wymaga w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz bezpłatnych napraw przedmiotu umowy, oraz w zakresie dostarczonego wyposażenia medycznego do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. Warunki gwarancji określa § 3. Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 31 dotyczy ambulansu.

Prosimy o podanie jakiego typu ambulans ma być wykonany wg. aktualnej normy PN EN 1789 ?

Odpowiedź nr 31:

Według Normy PN EN 1789:2008 Typ A: ambulans do transportu pacjentów.

Pytanie 32 dotyczy ambulansu

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy jest ambulans typu B wg. aktualnej normy PN EN 1789 ?

Odpowiedź nr 32:

Według Normy PN EN 1789:2008 Typ A: ambulans do transportu pacjentów.

Pytanie 33 dotyczy ambulansu

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy wymaga się dojazdu na lawecie, aby ambulans był nieuszkodzony ?

Odpowiedź nr 33:



Zgodnie z zapisami w SWZ dostawa ambulansu na lawecie.

Pytanie 34 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych ?
Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 dotyczy ambulansu.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach lub lawecie ?
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź nr 35:

Zgodnie z zapisami w SWZ dostawa ambulansu na lawecie.

Pytanie 36 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez czujników ciśnienia w oponach ?
Wyjaśniamy, że czas oczekiwania na pojazd bazowy z taką opcją wynosi ok. 20 tygodni

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24 m-cy oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38 dotyczy ambulansu.

Czy jest wymagane, aby szyby w drzwiach tylnych były ogrzewane, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo dla użytkowników pojazdu itp. ?

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 39 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel kierowcy bez regulacji wysokości ?
Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 40 dotyczy ambulansu.

Prosimy o zmianę wymogu produkcji pojazdu skompletowanego w 2023 roku i dopuszczenie rocznika 2024?
Obecne zapisy wskazują na niegospodarność i chęć kupna starego już wykonanego ambulansu firmy AMZ Kutno.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający dopuszcza pojazd skompletowany nie starszy niż 2023 r.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ „Wymagania techniczne – Warunki graniczne”. W w/w zakresie.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

Pytanie 41 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,1m szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu A, B i C ?

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dotyczy ambulansu.



Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43 dotyczy ambulansu.

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44 dotyczy ambulansu.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnych osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy ambulansu.

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46 dotyczy ambulansu.

Prosimy o podanie wyjaśnienia, czy punktowana „gwarancja na ambulans ” dotyczy pojazdu bazowego z limitem 200000 kilometrów?

Odpowiedź nr 46:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 poz. 90 „Gwarancja na bezusterkową eksploatację pojazdu: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 47 dotyczy ambulansu.

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789.

Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „ powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku.

W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednoczeniu koloru ambulansów, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.



Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie. Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia biały ?

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający potwierdza biały kolor nadwozia z fluorescencyjnymi pasami w kolorze czerwonym i niebieskim.

Pytanie 48 dotyczy ambulansu.

Czy ambulans będzie przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ?

Odpowiedź nr 48:

Tak, ambulans będzie przeznaczony do przewozu pacjentów w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych

Pytanie 49 dotyczy ambulansu.

Czy użytkownik końcowy jest podmiotem leczniczym wpisanym do odpowiedniego rejestru ?

Tak, Zamawiający jest podmiotem leczniczym wpisanym do odpowiedniego rejestru.

Pytanie 50 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy wyposażony w reflektory przeciwmgielne, przednie światła do jazdy dziennej w technologii halogenowej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyposażony w reflektory przeciwmgielne, przednie światła do jazdy dziennej w technologii halogenowej włączane automatycznie

Pytanie 51 dotyczy ambulansu.

Prosimy o doprecyzowanie typu ambulans transportowego.

Odpowiedź nr 51:

Według Polskiej Normy PN-EN 1789:2008 typ A ambulans do transportu pacjentów.

Pytanie 52 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy wyposażony w fotel kierowcy z podłokietnikiem z prawej strony fotela z regulacją wysokości. Podłokietnik z lewej strony zastępuje specjalnie wyprofilowana tapicerka drzwi.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyposażony w fotel pasażera z podłokietnikiem z lewej strony, a z prawej strony może zastąpić specjalnie wyprofilowana tapicerka drzwi.

Pytanie 53 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy wyposażony w fotel pasażera z podłokietnikiem z lewej strony fotela z regulacją wysokości. Podłokietnik z prawej strony zastępuje specjalnie wyprofilowana tapicerka drzwi.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyposażony w fotel pasażera z podłokietnikiem z lewej strony, a z prawej strony może zastąpić specjalnie wyprofilowana tapicerka drzwi.

Pytanie 54 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera.

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera.



Pytanie 55 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy wyposażony w stopień wejściowy do przedziału medycznego zewnętrzny tzn. elektrycznie wysuwany i chowany wraz otwieraniem i zamykaniem drzwi przesuwanych.

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyposażony w stopień wejściowy do przedziału medycznego zewnętrzny tzn. elektrycznie wysuwany i chowany wraz z otwieraniem i zamykaniem drzwi przesuwanych.

Pytanie 56 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy bez świateł bocznych pozycyjne.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy bez świateł bocznych pozycyjnych.

Pytanie 57 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd bazowy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l.

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności minimum 70l.

Pytanie 58 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulans z rozprowadzeniem powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 5 wylotów chłodnego powietrza trzy w przednie, jeden w środkowej i jeden w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia.

Odpowiedź nr 58:

Zamawiający dopuszcza ambulans z rozprowadzaniem powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 4 wloty chłodnego powietrza.

Pytanie 59 dotyczy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulans wyposażony w belkę świetlną, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlenia przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów.

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający dopuszcza ambulans wyposażony w belkę świetlną, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED do oświetlenia przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów.

Pytanie nr 60 dotyczy zabudowy ambulansu.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulans z zabudową specjalną na ścianie prawej:

- a) minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,
- b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, za fotelem uchwyt na urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej.
- c) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych.

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający dopuści wymienione w podpunkcie A, b i c propozycje wyposażenia.

Pytanie nr 61 dotyczy noszy.

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości nosze monoblokowe hydraulicznoelektryczne o parametrach:



- Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 15 cm i szerokości min. 4 cm, obrotowe o 360o , min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost.
 - System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy
 - Manualne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą rączki.
 - Zakres temperatury pracy noszy zgodny z normą PN EN 1789 (lub normą równoważną).
 - Dopuszczalne obciążenie noszy maksimum 300 kg.
 - Waga noszy zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg.
 - Certyfikat IP54 zgodnie z normą PN EN 1865 (bez możliwości mycia ciśnieniowego).
 - Deklaracje Zgodności UE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego.
- Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź nr 61:

Zamawiający dopuści wymienione w podpunktach propozycje wyposażenia.

Pytanie nr 62 dotyczy noszy.

13. Prosimy o podanie średniego rocznego przebiegu ambulansu.

Odpowiedź nr 62:

Średni roczny przebieg wynosi 40 000 km.

Pytanie nr 63 dotyczy ambulansu.

Czy zamawiający zgodzi się na dostawę pojazdu z napędem na tył.

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z napędem na tył.

Pytanie nr 64 dotyczy noszy.

Czy zamawiający zgodzi się na dostawę pojazdu z fotelami wyposażonymi w jeden podłokietnik dla każdego z foteli?

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający wyraża zgodę, podłokietnik może zastąpić specjalnie wyprofilowana tapicerka drzwi.

Pytanie nr 65 dotyczy defibrylatora poz. 7, 8.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z równoważnym (lub lepszym) systemem zasilania, wyposażonym w uchwyt ścienny z zasilaniem 12V dającym stałe ładowanie akumulatora w czasie transportowania urządzenia w uchwycie transportowym, jak również w czasie monitorowania i posiadającym akumulator gwarantujący czas pracy aż 6 godzin bez konieczności ładowania?

Takie rozwiązanie pozwala na to by aparat wpięty w uchwyt był zasilany nawet bez konieczności posiadania zainstalowanego w defibrylatorze akumulatora, nie korzystał z zasilania akumulatorowego utrzymując go zawsze w 100% gotowości do pracy, jak również umożliwia pracę tj. monitorowanie pacjenta, ładowanie akumulatora defibrilacją a także wymianę akumulatora bez wyłączania aparatu. Na wyposażeniu każdego aparatu znajduje się nowoczesny akumulator ze wskaźnikiem czasu pracy podanych w godzinach, ten sam czas co na baterii wyświetlany jest na ekranie aparatu co pozwala na pełną kontrolę poziomu naładowania. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dodatkowa ładowarka sieciowa 230v oraz dodatkowe akumulatory są dodatkowym elementem podnoszącym cenę oferowanego sprzętu.

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 dotyczy defibrylatora poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie, które posiada stałą kontrolę gotowości urządzenia do użycia, tzn. zmiana gotowości urządzenia do pracy jest wyświetlana na bieżąco bez konieczności włączania urządzenia? Opisany sposób kontroli gotowości urządzenia monitoruje na bieżąco gotowość urządzenia do pracy, a nie jedynie w momencie włączenia testu. Dodatkowo oferowane urządzenie przeprowadza autotest potwierdzony wydrukiem przy każdym włączeniu urządzenia, tym samym daje użytkownikowi gwarancję sprawności przy każdej potrzebie użycia a nie tylko w momencie przeprowadzania testu.

Odpowiedź nr 66:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 67 dotyczy defibrylatora poz. 17

Zapis w pkt. 17 Zamawiający eliminuje z możliwości zaferowania najnowocześniejszych defibrylatorów posiadających technologię defibrylacji niskimi energiami, które są dopuszczone do użycia uznawane na całym świecie i są wymienione w Wytycznych ERC/AHA jako co najmniej równoważne do energii wysokoenergetycznych. Wymaganie możliwości podawania impulsu w zakresie do 360J nie ma żadnego uzasadnienia medycznego, wręcz ERC zaleca użycie defibrylatorów z niższymi energiami (chroniącymi mięsień sercowy przed niekorzystnymi efektami przepływu wysokich wartości prądu).

W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie defibrylatora posiadającego zakres energii dwufazowej od 1 do 200J w równoważnej (lub skuteczniejszej) technologii podawania impulsu – RBW dostępnych w 20 poziomach energii oraz prądem stymulacji 0-140mA.

Odpowiedź nr 67:

Tak, Zamawiający zgadza się na dopuszczenie defibrylatora posiadającego zakres energii dwufazowej od 1 do 200J w równoważnej technologii podawania impulsu -RBW dostępnych w 20 poziomach energii oraz prądem stymulacji 0- 140mA.

Pytanie nr 68 dotyczy defibrylatora poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie, które w trybie defibrylacji przez łyżki twarde nie stosuje **automatycznej regulacji parametrów defibrylacji uwzględniającej impedancję pacjenta?**

Odpowiedź nr 68:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 dotyczy defibrylatora poz. 23.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada zakres wzmocnienia sygnału EKG w 6ciu poziomach wzmocnienia w zakresie od 0,125 do 4 cm/Mv? W wytycznych resuscytacji, które opisują szczegółowo wykorzystanie defibrylatora między innymi w zakresie stosowania wzmocnień EKG jest mowa jedynie o stosowaniu maksymalnego wzmocnienia EKG dostępnego w danym urządzeniu – nie ma żadnych zaleceń co do minimalnego zakresu i ilości poziomów.

Zastosowanie ograniczenia w postaci wymagania 7 poziomów wzmocnienia EKG ogranicza możliwość zaferowania rozwiązań konkurencyjnych, które są dopuszczone do użytku i powszechnie stosowane. Zwracamy się o dopuszczenie do postępowania defibrylatora, który posiada zakres wzmocnienia sygnału EKG w 6ciu poziomach wzmocnienia w zakresie od 0,125 do 4 cm/mV, gdyż zakres ten w pełni umożliwia identyfikację specyficznych rytmów EKG takich jak drobnofaliste migotanie komór (w zakresie wzmocnienia EKG), czy częstoskurcz komorowy lub hiperkalcemia (w zakresie zmniejszenia EKG). Warto nadmienić, iż wykonywane przez urządzenia medyczne wydruki w zakresie diagnostycznym (czyli pozwalającym na faktyczne diagnozowanie zaburzeń EKG u pacjenta) odbywają się bez zastosowania jakichkolwiek wzmocnień EKG.

Odpowiedź nr 69:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 dotyczy defibrylatora poz. 25

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści defibrylator z ekranem o przekątnej 6,5", z możliwością pracy ekranu w różnych trybach: monitorowania, wyświetlania trendów, wyświetlania 12-odporowadzeń EKG jednocześnie, kardiomonitora z jednoczesną możliwością zamiany natężenia podświetlenia ekranu, automatycznym przełączaniem w tryb pracy ze wspomaganiem RKO i filtrowaniem zapisu EKG, co zapewnia większą funkcjonalność niż wymagana w OPZ?

Odpowiedź nr 70:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 dotyczy defibrylatora poz. 32

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zrezygnuje z wymogu możliwości rozbudowania defibrylatora o moduł pomiaru ciśnienia inwazyjnego?

Pomiar ciśnienia inwazyjnego nie jest wymaganym parametrem z zakresu podstawowego monitorowania i leczenia. Jest to parametr monitorowania zaawansowanego stosowany w warunkach leczenia na oddziałach intensywnej nadzoru lub podczas specjalistycznych transportów. Wymaga aseptycznych warunków do jego założenia oraz



pełnego zaplecza anestezjologicznego zatem nie ma zastosowania w warunkach podstawowego monitorowania i leczenia.

Odpowiedź nr 71:

Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości rozbudowania defibrylatora o moduł pomiaru ciśnienia inwazyjnego.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ „Wymagania techniczne – Warunki graniczne”. W w/w zakresie. Zmodyfikowany załącznik nr 7 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania

Pytanie nr 72 dotyczy Zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści rozdziału IV pkt 11 oraz pkt 11 ppkt 2 SWZ, a także treści §1 ust. 3 projektu umowy poprzez odwołanie w treści przywołanych postanowień do aktualnie obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.), która zastąpiła ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o tym samym tytule. Prosimy także o wprowadzenie tożsamej zmiany do treści załącznika nr 5 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 72:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w/w zakresie.

1) SWZ Rozdział IV pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„Oferowane produkty powinny być dopuszczone do użytku zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) oraz posiadać oznaczenie CE.

Zaoferowane produkty określone w Szczegółowej ofercie cenowej w zależności od tego, do jakiej kategorii zostały zarejestrowane przez producenta, muszą odpowiadać przepisom wymienionym poniżej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt:”

2) SWZ Rozdział IV pkt 11 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz. 974 ze zm.)”;

3) Zmodyfikowany załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej postępowania

Pytanie nr 73 dotyczy Rozdziału VII pkt 1 SWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści zapisu Rozdziału VII pkt 1 SWZ „Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 180 dni”, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 180 dni liczony od dnia podpisania umowy”.

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w/w zakresie.

Rozdziału VII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 180 dni liczony od dnia podpisania umowy”.

Pytanie nr 74 dotyczy zapisów Rozdziału XVII pkt 1 SWZ

Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej co do Rozdziału XVII pkt 1 SWZ termin związania oferty z 08.02.2024r., na **08.03.2024 r.**

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w/w zakresie.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Pytanie nr 75 dotyczy zapisów Rozdziału XIV pkt 2, ppkt 6c SWZ

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie zapisu Rozdziału XIV pkt 2, ppkt 6c SWZ, o zgodę na dopuszczenie przedłożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących parametrów nieuwzględnionych w katalogach/folderach/opisach oferowanego produktu. Należy wskazać, że nie wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą być odzwierciedlone w katalogach czy opisach produktów.



Odpowiedź nr 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 76 dotyczy zapisów XIX pkt 1 SWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści zapisu Rozdziału XIX pkt 1 SWZ, Kryterium 2 – Termin dostawy ambulansu wraz z wyposażeniem o brzmieniu: „Termin na dostawę musi być określony datą (dzień-miesiąc-rok)”, poprzez określenie terminu dostawy w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach zgodnie z art. 436 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na określenie terminu dostawy poprzez odwołanie się do konkretnej daty kalendarzowej.

Tym bardziej, że Zamawiający w treści Rozdziału VII, pkt 1 SWZ jednoznacznie wskazał termin realizacji do 180 dni. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 77

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o zgodę na dodanie do projektu umowy klauzuli o poniższej treści:

„.....*, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

* Wykonawca

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem fabrycznie nowy, nieużywany Zamawiający rozumie także pojazdy z przebiegiem technicznym – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 2 ust. 1 projektu umowy, poprzez dopuszczenie dostawy wskazanego przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego na kołach.

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie nr 80

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust.3 projektu umowy z „Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszym **badaniem** przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.”, na „Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszymi **ogłędzinami** przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 81

Prosimy Zamawiającego o zmianę w rozdziale XIX SWZ pkt 1, Kryterium 3, L.p. 1, z „Okres gwarancji udzielonej na eksploatację pojazdu” na „Okres gwarancji udzielonej na **eksploatację pojazdu bazowego (bez limitu kilometrów)**”. Jednocześnie prosimy o modyfikację Formularza Ofertowego pkt 3, ppkt. 1., pkt 90 załącznika nr 7 do SWZ oraz treści projektu umowy §3 ust. 1 pkt. 1) lit. a). Standardowo bowiem producenci ambulansów i



sprzętów medycznych udzielają odrębnej gwarancji na pojazd bazowy, powłoki lakiernicze pojazdu, perforację nadwozia, zabudowę medyczną i sprzęt medyczny. Tym samym, celem uniknięcia wątpliwości i zachowania porównywalności składanych ofert, koniecznym jest doprecyzowanie powyższego i przyjęcie, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie okres gwarancji na eksploatację pojazdu bazowego.

Odpowiedź nr 81:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 82

Prosimy także o zmianę postanowienia zamieszczonego w treści Rozdziału XIX pkt 1 SWZ, Kryterium 3- Okres gwarancji poprzez zastąpienie sformułowania "Okres gwarancji oferowany na poszczególne elementy przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 48 miesięcy" zdaniem „Okres gwarancji **na eksploatację pojazdu bazowego oraz na sprzęt i aparaturę medyczną** oferowany na poszczególne elementy przez Wykonawcę w jego ofercie nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 48 miesięcy”. Zgodnie bowiem z treścią pkt 92 załącznika nr 7 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest zaoferować gwarancję na perforację wynoszącą minimum 120 miesięcy, a więc powyższe dotyczyć będzie tylko gwarancji na pojazd bazowy oraz sprzęt i aparaturę medyczną.

Odpowiedź nr 82:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 83

Prosimy także o zmianę §3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez dodanie dodatkowych podpunktów o następującej treści:

c) „gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu na okres miesięcy;

d) gwarancja na perforację nadwozia pojazdu na okres miesięcy;

e) gwarancja na zabudowę medyczną na okres miesięcy”.

Powyższe pozostanie w zgodzie z treścią pkt 91-93 załącznika nr 7 do SWZ.

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 84

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §3 ust.1 pkt. b) projektu umowy, z „Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia” na „Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz podpisania **protokołu** zdawczo - odbiorczego”.

Odpowiedź nr 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 85

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że:

a) usunięcie wad/usterek w przedmiocie umowy w okresie rękojmi/gwarancji co do zasady następować będzie poprzez podjęcie zdalnej diagnostyki, a jeśli okaże się ona niewystarczająca, to naprawy sprzętu i zabudowy medycznej będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, zaś serwis i naprawa pojazdu bazowego - w siedzibie ASO producenta pojazdu bazowego.

b) w przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad/usterek w sprzęcie medycznym i zabudowy medycznej w warunkach warsztatowych poza siedzibą Zamawiającego, naprawa taka zostanie dokonana w siedzibie producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela producenta zabudowy medycznej i sprzętu medycznego.

Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do siedzib producentów bądź autoryzowanych przedstawicieli producentów pojazdu bazowego, zabudowy medycznej, sprzętu poniesie Wykonawca. O konieczności dokonania naprawy przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie 3 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej”.

Zmiana §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy w powyższym zakresie jest konieczna z kilku powodów. Wskazać bowiem należy, że auta bazowe serwisowane i naprawiane są w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego, a nie w miejscu użytkowania pojazdów. Proponujemy także zmianę w zakresie sposobu zawiadamiania o konieczności naprawy przedmiotu umowy poprzez stosowanie powiadomienia elektronicznego na wskazany adres mailowy. Proces ten usprawni i przyspieszy komunikację, a co za tym idzie także proces naprawy towaru.

Odpowiedź nr 85:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



Pytanie nr 86

Proszę także o wprowadzenie do treści §3 ust. 1 pkt 4 projektu umowy oraz pkt 95 dla ambulansu medycznego, pkt 29 w części dotyczącej wyposażenia ambulansu, pkt 17 w części dotyczącej krzeselka transportowego, pkt 37 w części dotyczącej defibrylatora oraz pkt 28 w części dotyczącej przenośnego ssaka elektrycznego załącznika nr 7 do SWZ zastrzeżenia, zgodnie z którym: „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszoną awarię lub usterkę Przedmiotu Umowy wyniesie 72 godziny i liczony będzie od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”.

16. Prosimy Zamawiającego o uściślenie zapisu w zakresie terminu usunięcia awarii, usterki lub wady przedmiotu umowy. W projekcie umowy Zamawiający wskazał w § 3 ust. 1 pkt 4, że awaria, usterka lub wada przedmiotu umowy zostanie usunięta w terminie maksymalnie **2 dni roboczych** od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Natomiast w treści § 3 ust.1 pkt 8 projektu umowy, Zamawiający wskazuje, że w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego wyposażenia ambulansu w czasie **do 3 dni roboczych** liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w ciągu najwyżej **3 dni roboczych** - na czas naprawy, urządzenia zamiennego tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. Co więcej, w treści pkt 96 załącznika nr 7 do SWZ wskazano, że maksymalny czas trwania naprawy Przedmiotu Umowy, po upływie którego powstaje obowiązek podstawienia przez Wykonawcę ambulansu zastępczego wynosi **7 dni**. Prosimy zatem ujednoczenie wskazanych rozbieżności oraz o wydłużenie wszystkich przywołanych terminów **do 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o awarii**.

Odpowiedź nr 86:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 87

W związku z proponowaną zmianą opisaną w pytaniu nr 14, prosimy również o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 7 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt 4 lub 6 Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 87:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 88

Prosimy także o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 9 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zamiennego, o którym mowa w pkt 8), Zamawiający po upływie 3 dni roboczych liczonych od upływu terminu na dostarczenia urządzenia zamiennego, wskazanego w pkt 8 powyżej, ma prawo zwrócić się do podmiotu trzeciego o dostarczenie odpowiedniego urządzenia zamiennego aż do czasu dostarczenia urządzenia zamiennego przez Wykonawcę, bądź do momentu usunięcia awarii, usterki lub wady urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz przywrócenia możliwości jego użytkowania przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem urządzenia zamiennego od podmiotu trzeciego obciążają Wykonawcę”. Wskazać należy, iż uprawnienie do wynajęcia na koszt Wykonawcy zastępczego urządzenia zamiennego powinno nastąpić dopiero po upływie terminu na dostawę tego sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, a nie już po upływie 3 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii, usterce lub wadzie.

Odpowiedź nr 88:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 89:

Prosimy również Zamawiającego o dodanie do treści § 3 ust. 1 pkt 9 projektu umowy zapisu, że przed zwróceniem się do podmiotu trzeciego celem dostarczenia urządzenia zamiennego Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 90



Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści §3 ust. 1 pkt 10 projektu umowy. W ocenie Wykonawcy konieczność pokrycia dodatkowych kosztów przestoju i utraconych korzyści od Wykonawcy, w sytuacji w której Zamawiający będzie w posiadaniu lub uprawniony będzie wynajmując sprzęt zastępczy na czas przedłużającej się naprawy przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy uznać należy za niezasadne. Zamawiający będzie bowiem w posiadaniu zastępczego ambulansu medycznego lub zastępczego sprzętu medycznego, z którego będzie mógł korzystać na czas trwania naprawy Przedmiotu Umowy, co oznacza, że nie dojdzie do przestoju.

Odpowiedź nr 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 91:

Prosimy także o zmianę treści §3 ust. 1 pkt 11 projektu umowy poprzez przyjęcie, że obowiązek wymiany na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu (części) dotyczy wyłącznie tego samego elementu (części), a nie całego urządzenia. Powyższe pozostanie w zgodzie m.in. z pkt 97 załącznika nr 7 do SWZ, gdzie przewidziano obowiązek wymiany wyłącznie tego wadliwego elementu na nowy, a nie całego urządzenia. 22. Proszę o dodanie do §3 ust. 14 projektu umowy dodatkowego zapisu: „Jeżeli niezależny rzeczoznawca w wydanej ekspertyzie stwierdzi, że zgłoszona przez Zamawiającego reklamacja dotycząca odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem takiej ekspertyzy ponosi Wykonawca, w wysokości wynikającej z faktury przedłożonej przez niezależnego rzeczoznawcę”.

Odpowiedź nr 91:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 92

Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że protokół zdawczo-odbiorczy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 3 projektu umowy, zostanie podpisany w dniu dostawy i odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, a przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego zostanie potwierdzone w formie np. wykazu osób w nim uczestniczących. Taki wykaz zostanie załączony do protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie późniejszym.

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający potwierdza, że Wydanie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, poprzedzonego wcześniejszym badaniem przeprowadzonym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego szkolenia personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 93

Prosimy także o zmianę treści §2 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie zapisu, że w przypadku odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, wyznaczy on Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, po upływie którego Strony ponownie przystąpią do czynności związanych z odbiorem Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź nr 93:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 94

Prosimy Zamawiającego o uściślenie zapisu zawartego w § 3 ust. 2 pkt 3 projektu umowy i przyjęcie, że „szkolenie przeprowadzone będzie w terminie i godzinach wskazanych przez Zamawiającego, przy czym minimalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 2. pełne godziny zegarowe”. W treści §3 ust. 2 projektu umowy brak jest bowiem pkt 4.

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w/w zakresie.

§ 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Szkolenia:

- 1) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia, co najmniej jednego szkolenia personelu Zamawiającego, tj. wskazanych przez niego osób (do 12 osób personelu technicznego i medycznego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w zakresie przekazania informacji niezbędnych dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, w tym jego mycia, dezynfekcji i sposobu przechowywania,**



- 2) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego szkolenia personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia;
- 3) szkolenie przeprowadzone będzie w terminie i godzinach wskazanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem pkt 4;
- 4) minimalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 2 pełne godziny zegarowe."

Pytanie nr 95

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację § 4 ust. 6 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego na fakturze VAT”.

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 96

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- określonej w § 5 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy z 10% do **5%**,
- określonej w § 5 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy dot. zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1,50 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1,5% do **1%** „,
- określonej w § 5 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy dot. zwłoki w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej do **125,00 zł**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- określonej w § 5 ust. 2 wzoru umowy „łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy”, zmniejszając wysokość kary z 50% do **20%**".

Kary umowne nie mogą służyć .wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 96:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 97

Prosimy także o zmianę treści §5 ust. 1 pkt 1 projektu umowy poprzez wykreślenie sformułowania „jednostronnego rozwiązania umowy” oraz o zmianę treści §5 ust. 2 projektu umowy poprzez zastąpienie wyrażenia „z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” zastrzeżeniem „z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”. Wskazać należy, iż rozwiązanie umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu Stron Umowy, tym samym nie może ono nastąpić jednostronnie. Rozwiązanie umowy na mocy zgodnego porozumienia Stron nie powinno nadto prowadzić do naliczania jakichkolwiek kar umownych z tego tytułu.

Odpowiedź nr 97:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 98

Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu w §5 wzoru umowy: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”.

Odpowiedź nr 98:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 99

W związku z treścią §3 ust. 1 pkt 8 i 9 projektu umowy, prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas przedłużającej się naprawy Przedmiotu Umowy ambulansu sanitarnego zastępczego wraz z wyposażeniem, Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za zwłokę w usunięciu wady, w ramach naprawy gwarancyjnej, określonej w treści §5 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy.

Odpowiedź nr 99:



Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 100

Prosimy także o zmianę treści §6 ust. 2 projektu umowy i dostosowanie jego treści do art. 491 §1 k.c., zgodnie z którym przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Wskazać należy, iż pojęcie „wadliwego przedmiotu umowy” jest pojęciem bardzo szerokim, co jednocześnie oznacza, że każda niezgodność dostarczonego ambulansu z Umową może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od Umowy. Wykonawca powinien mieć wobec tego świadomość tego, że wskazana wada zaistniała i mieć możliwość odpowiedniej reakcji w tym zakresie.

Odpowiedź nr 100:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 101

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o poszerzenie katalogu przesłanek, zawartego w §8 ust. 2 projektu umowy, umożliwiających Stronom dokonanie zmian zawartej umowy o poniższe:

- a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- c) zmiany sposobu/terminów płatności;
- d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 102

Prosimy Zamawiającego o dodanie w Załączniku nr 7 do SWZ – Ambulans Techniczny – Warunki Gwarancji, Lp. nr 90, 91, 92, 93 zapisu „okres liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, potwierdzony protokołem zdawczo odbiorczym”.

Odpowiedź nr 102:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu pogwarancyjnego o których mowa w Załączniku nr 7 do SWZ – Ambulans Techniczny – Warunki Gwarancji, Lp. nr 98 ograniczają się do przedłożenia wykazu punktów świadczących serwis pogwarancyjny. Serwis pogwarancyjny będzie wykonywany na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Odpowiedź nr 103:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 7 do SWZ, dot. Wyposażenie Medyczne Ambulansu Lp. 31, Krzesło Transportowe Lp. 19, Defibrylator Przenośny Lp. 39, Przenośny Ssak Elektryczny Lp. 30, „koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu” świadczone będą tylko w okresie gwarancji.

Odpowiedź nr 104:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 105

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści Załącznika nr 2 do SWZ – Szczegółowa Oferta Cenowa poprzez dodanie dodatkowej pozycji na Przedmiot Zamówienia objęty stawką VAT – 23%. Poniżej propozycja:



znak sprawy: 6/2024			SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA				Załącznik nr 2 do SWZ		
Kod CPV: 33191000-5									
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość netto (4x5)	Cena jednostkowa brutto (5x6)	Wartość brutto (4x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ambulans	szt.	1	200,00 zł	23,00%	24,60 zł	200,00 zł	246,00 zł	246,00 zł
2.	Wypożyczenie medyczne	szt.	1	200,00 zł	8,00%	16,00 zł	200,00 zł	216,00 zł	216,00 zł
Szczecin, dnia									
..... podpis osoby upoważnionej									

Nadmienię, że wg. obowiązującego stanu prawnego to na Wykonawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku VAT. Część Przedmiotu Umowy objęta może być bowiem wyższą stawką VAT niż przewidział to Zamawiający. Powyższe pozostanie także w zgodzie z treścią art. 225 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą do obowiązków Wykonawcy, a nie Zamawiającego, należy wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w/w zakresie. Zmodyfikowany załącznik nr 2 zamieszczony został na stronie internetowej postępowania.

Pytanie nr 107

Prosimy Zamawiającego o dodanie w rozdziale XX SWZ pkt 6 poprzez wyrażenie zgodny na zawarcie umowy w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) k.c.

Odpowiedź nr 107:

**Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Rozdziału XX SWZ przez dodanie pkt. 6., który otrzymuje brzmienie:
„6. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej.”**

Pytanie nr 108

Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy, dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z art. 578 k.c.

39. W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

- 1) Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.
- 2) Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
- 3) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
- 4) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
- 5) Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.



6) W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”

Odpowiedź nr: 108

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 19.02.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 19.02.2024 r. o godz. 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Z UPOWAŻNIENIA
Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Zastępcza Dyrektora ds. Medycznych**

Luiza Reddig

