




dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywna dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, znak ZP/14/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>Pakiet 11</p> <p>Pytanie 1 Zamawiający w pakiecie 11 umieścić produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, Zestaw do drenażu przezskórnego, Introduktor naczyniowy z dostępu udowego, Cewnik do embolizacji) Przedmioty zamówienia w pakiecie 11 mają odmienne przeznaczenie i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie 11 nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia, tożsamość czasowa zamówienia a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców w związku z tym pakiet 11 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).</p> <p>W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 11 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania lub wydzieli pozycję 1 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia ww. przepisów.</p> <p>Pytanie 2 W przypadku odpowiedzi</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p> <p>Przywołane w pytaniu 2 kryteria nie mają w tym przypadku zastosowania. Tożsamość czasowa, podmiotowa i przedmiotowa znajdują zastosowanie do szacowania wartości zamówienia i w celu uniknięcia podziału zamówienia na części, co w niniejszej sytuacji nie zachodzi.</p>

	<p>negatywnej prosimy o odpowiedź: Jak Zamawiający odnajduje kryterium podobieństwa przedmiotowego i funkcjonalnego zamówienia, kryterium tożsamości czasowej zamówienia i możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę, przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego?</p>	
2.	<p>Pakiet 11</p> <p>pozycji 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki o tej samej funkcjonalności leczniczej, lecz niewielkich różnicach technicznych? oferujemy:</p> <p>Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jałowy 16G, 16G, zamiast 18G, 16G, pozostałym parametry bez zmian</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>
3.	<p>Pakiet 36</p> <p>Czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy 12Fr lub 14 Fr, długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35" x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, opatrunek na cewnik.</p>  <p>The diagram shows a catheter system with the following components labeled:</p> <ul style="list-style-type: none"> Egzemplarz oznaczone kolorem zasklepienie bezpiecznego mocowania Miękkie zakończenie cewnika umożliwiająca łatwe wprowadzenie do naczynia Subklep, oznaczone kolorem luer umożliwiająca sterowanie Nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów Termoaktywny polimer dla zwiększenia komfortu pacjenta i zmniejszenia ryzyka urazu ściany naczynia Oznaczenie głębokości CM umożliwiająca kontrolę Konfiguracja sterująca bocznymi portami umożliwiającymi przepływ i oddychanie Konduktor metaliczny dla promieni rentgenowskich umożliwiający sterowanie cewnikiem 	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>
4.	<p>Zakres 26, pozycja 1:</p> <p>Ile sztuk w 1 opakowaniu Zamawiający wymaga? (Np. 1 op.=50 szt.)</p>	<p>Zamawiający wymaga wyceny 100 op. po 1 szt. Zamawiający nie określa wielkości opakowania zbiorczego.</p>
5.	<p>Zakres 40, pozycja 1:</p>	<p>2000 op. po 1 szt czyli 2000 szt.</p>

	Czy Zamawiający wymaga elektrod neutralnych pakowanych pojedynczo- łącznie 2000szt.?	
6.	Pakiet 1, poz. 4 Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
7.	Pakiet 1, poz. 4 Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
8.	Pakiet 1, poz. 9-10 Proszę o dopuszczenie strzykawek o długości całkowitej min. 15 cm.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
9.	Pakiet 1, poz. 9-10 Proszę o dopuszczenie strzykawek o długości całkowitej min. 15,5 cm.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
10.	Pakiet 3, poz. 1-3 Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości szkodliwych ftalanów?	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie przyrządów opisanych w pytaniu.
11.	Pakiet 3, poz. 8 Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych • uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem • Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem • Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie 	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu • Kropłomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml) • 15 µm filtr płynu • Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną • Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym • Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h <p>i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jedнокrotnego użytku • Opakowanie typu blister • Wolny od ftalanów 	
12.	<p>Pakiet 3, poz. 9-10</p> <p>Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przepuszczalności światła UV na poziomie nie więcej niż 10% w zakresie długości fal 200-450 nm.</p> <p>W przypadku braku sprecyzowania tego parametru, w pakiecie nr 15 można będzie zaoferować zwykłe worki na odpady komunalne.</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.
13.	<p>Pakiet 3, poz. 9-10</p> <p>Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga worków z dodatkową taśmą klejącą?</p>	Nie wymaga, dopuszcza
14.	<p>Pakiet 24, poz. 1</p> <p>Proszę o dopuszczenie aplikatora do bezigłowego pobierania i wstrzykiwania produktów leczniczych, z filtrem</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	<p>bakteryjnym odpowietrzającym 3 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, skuteczność bakteriologiczna >99,999%</p> <p>Nie zawiera PVC, DEPH i lateksu, posiada osłonę zabezpieczającą port, objętość wypełnienia 0,75 ml. Długość kolca- min. 21 mm. Kompatybilny z opakowaniami stojącymi.</p>	
15.	<p>Zakres 1, poz. 5,9-10</p> <p>Czy zamawiający wydzieli poz.5,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
16.	<p>Zakres 1, poz. 9-10</p> <p>Czy zamawiający dopuści strzykawkę o dł. 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
17.	<p>Zakres 2, poz. 1</p> <p>Czy 2 litry zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu, bez portu, z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością stosowania do 7 dni – potwierdzone oświadczeniem producenta?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
18.	<p>Zakres 2, poz. 2,3,5</p> <p>Czy zamawiający wydzieli poz.2,3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	<p>przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	
19.	<p>Zakres 2, poz. 4 Czy zamawiający dopuści pojemnik typu TULIPAN, z pokrywką?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.</p>
20.	<p>Zakres 3, poz. 1-3 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>
21.	<p>Zakres 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.</p>
22.	<p>Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania</p>	<p>Brak informacji o jaki zakres chodzi</p>


	<p>bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?</p> <p>Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.</p> <p>Czy Zamawiający dopuści IS z ostrą igłą biorczą dwukanałową trój płaszczyznową?</p> <p>Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?</p> <p>Czy zamawiający dopuści IS bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?</p>	
23.	<p>Zakres 5, poz. 1</p> <p>Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>

24.	<p>Zakres 5, poz. 5-8,12,13,16,17, Czy zamawiający wydzieli poz. 5-8,12,13,16,17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
25.	<p>Zakres 17, poz. 2-3 Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
26.	<p>Dotyczy: ZP/14/2023 zakres 36 pozycja 1 termin składania ofert: 24.11.2023</p> <p>1. Czy Zamawiający w pozycji 1 zakres 36 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu o średnicy 11 Fr lub 13 Fr z ramionami prostymi długościami: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?</p> <p>Charakterystyka cewnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący sztaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów 	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	<p>zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu</p> <ul style="list-style-type: none"> - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11 Fr lub 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt. 	
27.	<p>Zakres 26</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie ilości zapotrzebowania - czy chodzi o 100 szt. czy o 100 op. ? Jeśli opakowań to prosimy o określenie ilości szt. w op.</p>	100 sztuk (dowolne przeliczenie na opakowania.)
28.	<p>Zakres 40</p> <p>Prosimy o dopuszczenie elektrody dzielonej REM, z hydrożelem, o wymiarach 150x120 mm, powierzchni aktywnej 104 cm² i powierzchni całkowitej 153 cm² i dł. kabla 3m, przeznaczonej do stosowania u pacjentów o wadze powyżej 5 kg, kompatybilnej z urządzeniami Valleylab</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
29.	<p>Pytanie 1 – dotyczy zakresu 38 poz. 1-2</p> <p>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie w jakich zakresach wagowych mają pracować jednorazowe czujniki SpO₂.</p>	W zakresie wagowym 3- 20kg, w tym również dla noworodków
30.	<p>Część nr 2 poz. 7</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zastawkę antyrefluksyjną w worku zamiast w łączniku cewnikowym?</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31.	Część nr 2 poz. 8, 9 Czy Zamawiający dopuści miękką końcówkę z PCV?	
32.	Część nr 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści tylko w rozmiarach 22, 24?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
33.	Część nr 4 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści cewnik zawierający śladowe ilości ftalanów?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
34.	Część nr 4 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik zawierający śladowe ilości ftalanów?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
35.	Część nr 4 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 25mm, 30mm, 35mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
36.	Część nr 7 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
37.	Część nr 7 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
38.	Część nr 7 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści tylko w rozmiarze dla dorosłych?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
39.	Część nr 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2,0; 3,3; 5,0?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
40.	Część nr 7 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach i długościach: 2,0 – 25,5 cm; 3,3 – 34 cm; 4,0 – 34 cm; 4,7 – 34 cm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
41.	Część nr 8 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową ze stałym kołnierzem?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
42.	Część nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 88 mm zamiast 90 mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
43.	Część nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 22G bez prowadnicy?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
44.	Część nr 12 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający aerozol – cząsteczki o średnicy	Jeżeli chodzi o wielkość cząsteczek wyrażoną w µm to dopuszcza

	max 2,0 – 2,2?	
45.	Część nr 13 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową bez zabezpieczenia przed przegryzieniem?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
46.	Część nr 13 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
47.	Część nr 13 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 1,8 mm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
48.	Część nr 13 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową Vt 150-300 ml?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
49.	Część nr 13 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści nawilżanie min. 24 mg H2O/l?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
50.	Część nr 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści łyżki w rozmiarach 2, 3, 4 bez rozmiaru 5?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
51.	Część nr 18 poz. 13, 14 Czy Zamawiający dopuści odpowiednio <ul style="list-style-type: none"> • 13. Żel do USG a' 500 ml • 14. Żel do EKG a'250 ml? 	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
52.	Część nr 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość linii głównej 6-8 cm	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
53.	Część nr 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści objętość napełniania linii głównej ok. 0,56 ml?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

54.	<p>Część nr 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość użycia produktu 300 razy lub przez okres 96 godzin?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
55.	<p>Część nr 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaawansowany opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej. Urazy penetrujące klatkę piersiową, które skutkują otwartymi ranami klatki piersiowej, mogą prowadzić do odmy prężnej, drugiej najczęstszej przyczyny możliwej do uniknięcia śmierci na polu bitwy. Uszczelnienia klatki piersiowej są specjalnie zaprojektowane z użyciem hydrożelowego kleju klasy medycznej, który jest wystarczająco mocny, aby przylegał do skóry narażonej na kontakt z krwią, potem, włosami, piaskiem lub wodą. Rozmiar 15x15 cm? Zdjęcie poglądowe poniżej</p> 	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
56.	<p>Część nr 27 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7,6cm x 1,50 m?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
57.	<p>Część nr 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm • Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika • Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo • Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący • Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (ska- 	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

	<p>lowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka • Niesterylne • Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe • Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przylepne opatrunki • Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni? 	
58.	<p>Część nr 28 poz. 2 Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
59.	<p>Część nr 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem, wykonana z medycznego PCV, bez zawartości DEHP, z standardowym mankietem, posiada regulowaną blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach, nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1, nebulizator wytwarzający aerozol – cząsteczki o średnicy max 2,0 – 2,2, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, sterylna?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
60.	<p>Pakiet 1 Poz.5: Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawki mają mieć końcówkę ściętą prosto/ nie pod kątem?</p>	Zgodnie z SWZ, kształt końcówki stożkowy. Stożek kompatybilny z nasadką cewników. Zamawiający nie określa w jaki sposób ma być ścięta końcówka.
61.	<p>Pakiet 1 Poz. 9 i 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać dwustronna czytelną skalę w kolorze czarnym, co ułatwia precyzyjną podaż płynów? 2. Prosimy o podanie typów i rodzajów pomp strzykawkach będących na wyposażeniu Szpitala w celu zaoferowania strzykawek gwarantujących bezpieczną podaż leków? 3. Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowa- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek opisanych w pytaniu. 2. Zamawiający nie podaje typów i rodzajów pomp, wskazuje jak w SWZ. 3. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie strzykawek opisanych w pytaniu.

	<p>ne strzykawkki mają być wymienione w instrukcji użycia oraz w menu pomp strzykawkach będących na wyposażeniu Zamawiającego? Zapewni to prawidłową i w pełni bezpieczną podaż</p>	
62.	<p>Pakiet 1 Poz. 13</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowych igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym i tępy ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni , przeznaczone do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, rozmiar 1,2x40 mm (18G) i 1,2 x 25 mm – do wyboru Zamawiającego - a 100 szt.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</p>
63.	<p>Pakiet 3:</p> <p>Poz.1:</p> <p>1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu?</p> <p>2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?</p>	<p>Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie przyrządu opisanego w pytaniu.</p>
64.	<p>Pakiet 3 Poz.2:</p> <p>1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?</p> <p>2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu?</p>	<p>1. Zamawiający nie oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV</p> <p>2. Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza zaoferowanie przyrządu o parametrach opisanych w pytaniu.</p>
65.	<p>Pakiet 3 Poz.3:</p> <p>1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy</p>	<p>1. Zamawiający nie oczekuje zaoferowania przyrządów do</p>

	<p>oczekuje zaferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?</p> <p>2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu?</p>	<p>przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV</p> <p>2.Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.</p>
66.	<p>Pakiet 3 Poz.5,6,7:</p> <p>1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego?</p> <p>2.Prsoimy o doprecyzowanie czy na oryginalnej etykiecie przedłużaczy ma się znajdować nadruk "VOL", co ma być potwierdzone dołączona próbką lub zdjęciem etykiety produktu dołączona do oferty?</p>	<p>1. Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.</p> <p>2. Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu</p>
67.	<p>Pakiet 3 Poz.7:</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie czy przedłużacze mają być przeierne w celu uwidocznienia całej drogi podawanego płynu?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania właściwości dla podania leków światłoczułych</p>
68.	<p>Pakiet 17</p> <p>Poz. 4</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nasadki dezynfekującej do bezigłowych systemów zabezpieczeń dostępu dożylnych opakowanie 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym Poz. 7</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu</p>
69.	<p>ZAKRES 1</p> <p>1. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści opakowanie a' 200 sztuk?</p> <p>2. Czy Zamawiający w poz. 9 i 10 wymaga podwójnej skali?</p>	<p>1. Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu</p> <p>2.Nie wymaga.</p>
70.	<p>ZAKRES 3</p> <p>1. Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga komorę kroplową wolną od PCV?</p> <p>2. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści osłony w rozmiarze 30 x 50cm?</p>	<p>1. Zamawiający nie wymaga w poz. 3 komory kroplowej wolnej od PCV.</p> <p>2.Zamawiający dopuszcza</p>

	3. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści osłony w rozmiarze 20 x 30cm?	zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu
71.	ZAKRES 17 1.Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi? 2.Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk? 3.Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści koreczek typu Combi do bezpiecznego zamykania zarówno łączników typu luer jak i luer lock? 4.Czy Zamawiający wymaga w celu lepszej identyfikacji aby porty w poz. 1, 4, 5 i 6 pochodziły od jednego producenta?	1.Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu 3.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu 4.Zamawiający nie określa takiego wymogu w SWZ.
72.	ZAKRES 24 1.Czy Zamawiający dopuści ilość aktywacji do 600 razy zamiast 100 razy?	Tak, Zamawiający dopuszcza ilość aktywacji do 600 razy zamiast 100 razy.
73.	Czy karty katalogowe Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty <u>wyłącznie</u> dla Zakresu: 31, 35 i 38?	Tak, zgodnie z SWZ.
74.	<u>Zakres 13 poz. 8</u> Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy o objętości oddechowej w zakresie od 70-250ml? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający zna oraz z powodzeniem stosuje wyżej wymienione filtry.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.
75.	<u>Zakres 13 poz. 4</u> Czy zamawiający dopuści jako równoważny obwód z portem luer-lock na kolanku, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ ? Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający zna oraz z powodzeniem stosuje wyżej wymieniony obwód.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 24.11.2023 r.