

Łódź, dnia 24 października 2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowej -
Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/33/2023.

Odpowiedź na pytania Wykonawców

1. Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami. Wszystkie pytania dotyczą części nr 1 – komora laminarna.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, której wnętrze wykonane jest z niemalowanej stali nierdzewnej AISI304L pokrytej powłoką antybakteryjną Zerocoat? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w szybę frontową nachyloną pod kątem nachylenia od pionu 7 stopni? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 2.

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, że nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem 1000 luksów z możliwością regulacji natężenia? Światło dzienne ma ok. 700-800 luksów, wyższe może niekorzystnie wpływać na komfort pracy. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 3.

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lampą UV (jednożarnikową) zainstalowaną w górnej części komory roboczej z przodu? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 4.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z gniazdami elektrycznymi pojedynczymi w ilości 4 sztuk zainstalowanymi na tylnej ścianie komory roboczej? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 5.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wyświetlaczem graficznym LCD z panelem sterowania wyposażonym w przyciski membranowe? Oferowana komora posiada przyjazny interfejs dla Użytkownika, zabezpieczony czterocyfrowym hasłem. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 6.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną informującą o włączonej lampie UV nie przez diody a po przez zmianę koloru wyświetlacza?. Oferowana komora podczas załączenia lampy UV zmienia kolor wyświetlacza na kolor żółty. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 7.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w demontowalny podłokietnik V-kształtnym zintegrowanym z kratkami wlotowymi powietrza, który chroni przed blokowaniem otworów, przez które zasysane jest powietrze na wlocie bez podpórek pod ręce bo przy takim rozwiązaniu są one zbędne? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 8.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1948 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 9.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach wewnętrznych 1800xG548xW666 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Ad. 10.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w części nr 1 opisanego w treści Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

Arkusze asortymentowo-cenowy po modyfikacji z dnia 24.10.2024r.

Z poważaniem

**Sieć Badawcza Łukasiewicz
Łódzki Instytut Technologiczny**