



Kraków, dn. 19.07.2022r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-19/22

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_4

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA XV

DOTYCZY PAKIETU 1 – APARAT EKG z możliwością elektronicznego zapisu 2 szt.

Pytanie 1 (dotyczy punktu 7 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy urządzenie z wbudowanym ekranem TFT 800x480 o przekątnej 7” z możliwością podglądu EKG w trybie 12-odprowadzeń, wydruk na papierze w konfiguracji: 3, 6, 12 odprowadzeń)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dotyczy punktu 11 tabeli OPZ)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych zakresów przesuwu papieru, tj.: 5, 10, 25, 50 mm/s.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 3 (dotyczy punktu 12 tabeli OPZ)

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyświetlania odprowadzeń w formacie 12-kan. oraz wydruk w formacie: 3, 4, 6, 12, 3x4+ 1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 12x1 odprowadzeń EKG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dotyczy punktu 15 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania Aparat EKG z filtracją zakłóceń sieciowych 50-60Hz i mięśniowych 25/35Hz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 5 (dotyczy punktu 21 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania Aparat EKG z sygnałem dźwiękowym tętna w zakresie 20-240 bpm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dotyczy punktu 25 tabeli OPZ)

Prosimy o dopuszczenie wydruku na papierze termicznym o szerokości 112mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 7 (dotyczy punktu 29 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparat EKG z formatem zapisu ecg.scp oraz możliwością eksportu badań z pamięci aparatu do komputera (na pendrive) z możliwością prezentacji badania i eksportu do pdf – z pozycji komputera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 (dotyczy punktu 30 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zapisu w formacie SCP, PDF, DICOM (bezpośrednio w aparacie) bez konieczności XML.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYANIA XVI

Dotyczy Części nr 5

Czy Zamawiający dopuści łyżki ze światłowodem 4.5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2E, pakiet nr 5 do SWZ i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Dotyczy Części nr 5

Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia, montażu/installacji i uruchomienia w zakresie w/w pozycji. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia, montażu/installacji i uruchomienia w zakresie Pakietu nr 5. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie:

- załącznika nr 2E, pakiet nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz
 - załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy,
- i nadaje im brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.**



Jednocześnie Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 5 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Załącznik nr 2E, pakiet nr 5 do SWZ – po zmianie
- ✓ Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy – po zmianach