

Do wszystkich Wykonawców

ZP-1849/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego (znak sprawy: Z/21/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego (znak sprawy: Z/21/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

W związku z modyfikacją treści SIWZ w dniu 03.08.2020 w zakresie opisu technicznego przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zaoferowane elementy systemu zintegrowanego oraz analizatory back up mają być fabrycznie nowe?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający potwierdza, że wszystkie zaoferowane elementy systemu zintegrowanego oraz analizatory backup mają być fabrycznie nowe.

Zapytanie nr 2:

*W związku z modyfikacją treści SIWZ w dniu 03.08.2020 w zakresie opisu technicznego przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ujęte w zapisach SIWZ wydajności analizatorów („Analizator biochemiczny, główny wykonujący minimum 800 oznaczeń fotometrycznych na godzinę”, „Analizator biochemiczny back up wykonujący minimum 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę”, „wydajność ISE minimum 200 oznaczeń na godzinę”, „Analizator immunochemiczny, główny wykonujący minimum 170 oznaczeń na godzinę”, „Analizator immunochemiczny back up min. 170 oznaczeń na godzinę”) oznaczają, że **deklarowane przez producenta w materiałach marketingowych maksymalne wydajności analizatorów nie powinny być mniejsze niż wydajności wymagane przez Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych aparatów**. Brak tak jednoznacznie zdefiniowanego kryterium wydajności aparatów naraża Zamawiającego na trudności w jednoznacznej ocenie potencjalnych oferentów i skutkować może ewentualnymi odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający potwierdza, że ujęte w zapisach SIWZ wydajności analizatorów oznaczają, że deklarowane przez producenta w materiałach marketingowych maksymalne wydajności analizatorów nie powinny być mniejsze niż wydajności wymagane przez Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych aparatów.

Zapytanie nr 3:

W związku z modyfikacją treści SIWZ w dniu 03.08.2020 w zakresie opisu technicznego przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ „moduł ISE – elektrody pojedyncze, ale nie wymagające dodatkowej obsługi”, jeśli elektrody ISE wymagają jedynie kalibracji i okresowej wymiany, a procedury mycia wykonywane są automatycznie przez analizator na zlecenie operatora. Natomiast wszelkie wszelkie czynnościami konserwacyjnymi wykonywanymi okresowo lub na żądanie przez autoryzowany serwis producenta.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający uznaje za spełniony warunek SIWZ „moduł ISE – elektrody pojedyncze, ale nie wymagające dodatkowej obsługi”, jeśli elektrody ISE wymagają jedynie:

- kalibracji i okresowej wymiany,
- procedur mycia wykonywanych automatycznie przez analizator na zlecenie operatora,
- wszelkich czynności konserwacyjnych wykonywanymi okresowo lub na żądanie przez autoryzowany serwis producenta.