

Nr ref. CZ-272-5/22

## Załącznik nr 1.9 do SWZ

### **Komora badań cieplnych (suszarka laboratoryjna) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Podstawowe cechy funkcjonalne i parametry techniczne:

- Suszarka z naturalnym obiegiem powietrza
- Pojemność co najmniej 100 l
- Wymiary komory – minimum 45x50x40 cm
- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo
- Zakres temperatury pracy min. od +5°C do +250°C
- Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD
- Min. 2 półki wyjmowalne, półki druciane ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic
- Protokół kontroli jakości (w +105°C)
- Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (średnica min. 30 mm)
- Regulacja temperatury min. co 0,1°C
- Możliwość zaprogramowania pracy w wybranej temperaturze w trybie ciągłym
- Możliwość zaprogramowania pracy w wybranej temperaturze w wybranym zakresie czasu
- Zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 lub równoważną

Wymagania dodatkowe:

- Aparatura nowa
- Aparatura posiada deklarację zgodności UE
- Instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego
- Szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego
- Zasilanie 230V AC 50-60 Hz
- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim

Dostawa i gwarancja:

- Dostawa (ubezpieczenie, pakowanie, transport, wniesienie, montaż, rozruch i szkolenie) - w cenie
- Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące
- Autoryzowany (tj. upoważniony ze strony producenta do wykonywania czynności serwisowych) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski