

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 4.10.2022 r.

L.dz.SZP/ZP/2690/2022

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy materiałów szewnych i siatek chirurgicznych (postępowanie nr 11/2022)

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Grupa nr 1

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odp. Nie.

Pytanie 2

Grupa nr 1, poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści podwiązki o długości nitki 150cm?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Grupa nr 1, poz.5,7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Pytanie nr 1 do pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści taśmy o gramaturze 57g/m² ? Wszystkie pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ.

Odp. Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Grupie nr 9:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, jednorodną, niewchłaniającą z plastikową osłonką na ramionach, długimi niemi do przeciągnięcia przez otwory zasłonowe, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriał (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odp. Nie.

Pytanie 6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1-2:

1. Z tytułu opóźnienia w dostawie Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto materiałów dostarczonych z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto materiałów dostarczonych z opóźnieniem** .

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10% wartości brutto niezrealizowanej części** umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje zapisów.

Pytanie 7

Dot. Grupy 1 poz. 5, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 8

Dot. Grupy 2 poz. 13,14,19

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odp. Zamawiający nie przychyła się prośby.

Pytanie 9

Dot. Grupy 3

Czy Zamawiający w w/w Grupie dopuści syntetyczne, wchłanialne, wielowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10). Nić jest powlekana mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego wynosi około 50 % wartości początkowej po 5 dniach od wszczepienia oraz około 0% po 10-14 dniach. Proces wchłaniania zostaje zakończony do 42 dni od wszczepienia.

Odp. Nie.

Pytanie 10

Dot. Grupy 3

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny w okresie po ok. 42 dni, pleciony, powlekany, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

Odp. Tak.

Pytanie 11

Dot. Grupy 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 12

Dot. Grupy 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści również długość igły 35 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie 13

Dot. Grupy 6, 7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie wchłaniania 90-120 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok.70%, po 14 dniach ok.40%, po 21 dniach ok.15% i po 28 dniach ok.5%)?

Odp. Nie.

Pytanie 14

Czy w grupie 2 Zamawiający dopuści:

W pozycji 6 dopuści igłę 21mm?

Odp. Tak.

Pytanie 15

Czy w grupie 2 Zamawiający dopuści:

W pozycji 10/11 igłę 35mm?

Odp. Tak.

Pytanie 16

Czy w grupie 2 Zamawiający dopuści:

Składanie ofert bez pozycji 13,14.

Odp. W przypadku braku dostępności asortymentu na rynku należy dołączyć oświadczenie i pozycji nie należy wyceniać.