



DZP.KK.282.11.2022

Sopot, dnia 17.11.2022 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 11-TP-22**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy materiałów szewnych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 7 pakietów – znak: 11-TP-22

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2022.1710 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	<b>Pakiet nr 1 poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, reszta parametrów bez zmian?	Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ bez zmian.
2	<b>Pakiet nr 1 poz. 15</b> Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm, reszta parametrów bez zmian?	Zamawiający dopuszcza i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.1 do SWZ w poz. 15
3	<b>Pakiet nr 4 poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze czarnym, reszta parametrów bez zmian?	Zamawiający w SWZ wymaga aby nitka była w kolorze czarnym
4	<b>Pakiet nr 5 poz. 1</b> Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 1/2 koła, reszta parametrów bez zmian?	Zamawiający dopuszcza i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.5 do SWZ w poz. 1
5	<b>Pakiet nr 5 poz. 3</b> Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o krzywiznie 3/8 koła, reszta parametrów bez zmian?	Zamawiający dopuszcza i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.5 do SWZ w poz. 3
6	<b>Pakiet nr 5 poz. 4</b> Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm, reszta parametrów bez zmian?	Zamawiający dopuszcza i w związku z tym modyfikuje Zał. nr 2.5 do SWZ w poz. 4

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 2.1-2.7 do SWZ

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy materiałów szewnych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 7 pakietów – znak: 11-TP-22 – **nie zmienia się.**

PREZES ZARZĄDU  
*Tomasz Augustyniak*