



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>

O-RSK.SZP.80.9..(DT-SERW/44).22.K.K.

Poznań, dnia 16 grudnia 2022 r.

**strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa narzędzi chirurgicznych” nr ref. SZP/DT-SERW/44/22.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2**

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakietach tolerancję na długość narzędzi +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo - cenowym.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji nr. 3 hak o długości 21,5 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 1 pozycji nr. 3 hak o długości 21,5 cm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji nr.7 raspator o długości 21 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 1 pozycji nr.7 raspator o długości 21 cm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji nr. 8 pobijak o szerokości 8 mm lub 10 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji nr. 9 pobijak o długości 15,5 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 1 pozycji nr. 9 pobijak o długości 15,5 cm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji nr.12 kleszczyki o długości 20 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 pozycji nr. 5 szczypce o długości 18 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 pozycji nr. 8 hak o długości o 22 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 4 pozycji nr. 8 hak o długości o 22 cm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 pozycji nr. 30 podważkę o długości 16 cm, szerokości 6 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 7 hak o długości 22 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 11 hak o długości 22 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu cenowym.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 20 oraz 22 kleszczyki Rochester Ochsnes, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 6 pozycji nr. 20 oraz 22 kleszczyki Rochester Ochsnes pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr.30 dźwignię o długości 27,5 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.2 odgryzacz o długości 17 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.3 hak o długości 22 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu cenowym.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.5 hak o długości 21 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 5 pozycji nr.5 hak o długości 21 cm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym z opisem.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.9 hak o długości 22 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.20 kleszczyki o długości 22 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.22 dźwignię o długości 18 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

### **Część nr 2- Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II**

#### **Pytanie nr 20**

Poz.6) Rozwierak o dł. 130mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 2 w pozycji nr. 6 rozwierak o długości 130mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 21**

Poz.7) Hak o dł. całkowitej 230mm, część robocza 85x23mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym..

#### **Pytanie nr 22**

Poz.10) Raspator o nazwie własnej McKenty o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 23**

Poz.11) Raspator o nazwie własnej Lempert o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 24**

Poz.13,14,15,16) Łyzeczka o dł. 210m, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 25**

Poz.17) Nożyce o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 2 w pozycji nr. 17 nożyce o długości 150mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym..

**Pytanie nr 26**

Poz.21) Podważka o dł. 190mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 2 w pozycji nr. 21 podważkę o długości 190mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 27**

Poz.23) Skrobaczka o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 28**

Poz.27,28,29) Z uwagi na fakt, że pozycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie przez jednego wykonawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie ich z części i utworzenie dla nich nowej, odrębnej części, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 29**

Poz.30) Piła o śr. 1mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Część nr 3-Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów III****Pytanie nr 30**

Poz.1) Młotek o śr. 26mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 31**

Poz.4) Pęseta o dł. 120mm, funkcjonalnie identyczna lub pęseta bez otworów w uchwycie, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 32**

Poz.7) Hak o dł. 210mm, część robocza 50x10mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 3 w pozycji nr. 7 hak o długości 130mm i części roboczej 50x10mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 33**

Poz.8) Hak o dł. 200mm, część robocza 28mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 34**

Poz.10) Raspator o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 3 w pozycji nr. 10 raspator o długości 220mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 35**

Poz.11) Raspator o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 3 w pozycji nr. 10 raspator o długości 220mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym z opisem.

**Pytanie nr 36**

Poz.13) Raspator o szer. 9mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 37**

Poz.14) Osteotom o szer.12mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 38**

Poz.31) Nożyce o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 3 w pozycji nr. 31 nożyce o długości 140mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym .

**Pytanie nr 39**

Poz.37) Dźwignia o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Część nr 6- zestaw narzędzi chirurgicznych do dużych kości**

**Pytanie nr 40**

Poz.7) Hak o dł. 210mm, część robocza 80x15mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 6 w pozycji nr. 7 hak o długości 210mm i części roboczej 80x15mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 41**

Poz.10) Hak o części roboczej 9x18mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 6 w pozycji nr. 10 hak o części roboczej 9x18mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym z opisem.

**Pytanie nr 42**

Poz.11) Hak o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 6 w pozycji nr. 11 hak o długości 210mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym z opisem.

**Pytanie nr 43**

Poz.12,13) Osteotom o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 44**

Poz.14) Osteotom o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 6 w pozycji nr. 14 osteotom o długości 250mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 45**

Poz.17) Łyżka o szer. 7mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 46**

Poz.19) Łyżka o szer.12mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 47**

Poz.26) Imadło o dł. 135mm, funkcjonalnie identyczne

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Część nr 7- zestaw narzędzi chirurgicznych do kręgosłupa****Pytanie nr 48**

Poz.1) Pęseta o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 49**

Poz.6) Kleszcze o dł. 210mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym..

**Pytanie nr 50**

Poz.10) Skrobaczka o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczna

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Część nr 1- uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów I****Pytanie nr 51**

Poz.1) Odgryzacz o nazwie własnej Jansen o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 52**

Poz.2) Hak o wym. 70x30mm, funkcjonalnie identyczny.



**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 53**

Poz.3) Hak o wym. 10x40mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 54**

Poz.4) Hak bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 55**

Poz.5) Hak z uchwytem okrągłym, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 56**

Poz.6) Hak o wym. 8x9mm, bez nazwy własnej, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 57**

Poz.12) Kleszcze o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 58**

Poz.13) Kleszcze o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Część nr 4- zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości**

**Pytanie nr 59**

Poz.6) Odgryzacz o nazwie własnej Fiedmann, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 60**

Poz.8) Hak o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 4 w pozycji nr. 8 hak o długości 220mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 61**

Poz.9) Hak o dł. 170mm, wym. 25x6mm, funkcjonalnie identyczny lub hak o dł. 170mm, wym. 15x6mm, nazwa własna Strandell-Stille, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 62**

Poz.11) Hak o wym. 28mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 63**

Poz.12) Osteotom o dł. 130mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 64**

Poz.13,15,16,17) Osteotom o dł. 130mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym..

**Pytanie nr 65**

Poz.22) Imadło o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne. .

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 66**

Poz.29) Podważka o szer. 3mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 67**

Poz.30) Podważka o szer. 6mm, dł. 160mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 68**

Poz.31) Nożyce o dł. 105mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Część nr 5**

**Pytanie nr 69**

Poz.2) Odgryzacz o nazwie własnej Beyer, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 70**

Poz.3) Hak o wym. 80x15mm, dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 71**

Poz.5) Hak o wym. 40x10mm, dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 72**

Poz.7) Hak o wym. 10x13mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 73**

Poz.8) Hak o wym. 18x10mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 74**

Poz.9) Hak o wym. 30x7mm, dł. 210mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym..

**Pytanie nr 75**

Poz.10) Dłuto o szer.10mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 76**

Poz.19) Imadło o nazwie własnej Crile-Wood, funkcjonalnie identyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 77**

Poz.21) Dźwignia o szer.7mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 78**

Poz.22) Dźwignia o szer.18mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 79**

Poz.23) Dźwignia o dł.290mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Części 5 w pozycji nr. 23 dźwignię o długości 290mm pod warunkiem spełnienia, pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

*Dokument podpisany elektronicznie*

Opracował: K. Kubiak  
egz. strona internetowa prowadzonego postępowania/aa.