

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

„Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”

Specyfikacja warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000 EURO
zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320)

Specyfikację Warunków Zamówienia
zatwierdził:
z up. Dyrektora
Adam Szkudlarek
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Nr postępowania: Zp/92/PN/24

I. Informacje podstawowe

Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony**

Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Nr telefonu: 74/6489941

Adres poczty elektronicznej: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) (dalej zwana, jako Pzp).

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl
- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza wyslij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
- Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (Ustawa Pzp, art. 63 ust. 1).

II. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Zamawiający dzieli zamówienie na części, które nazywa pakietami. Liczba pakietów – 7.

- Pakiet nr 1** – Myjnia ultradźwiękowa
- Pakiet nr 2** – Myjnia dezynfektor - przelotowa
- Pakiet nr 3** – Sterylizator parowy z podwójnymi drzwiami 8-wsadowy z wyposażeniem
- Pakiet nr 4** – Myjnia dezynfektor
- Pakiet nr 5** – Sterylizator parowy przelotowy
- Pakiet nr 6** – Sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą
- Pakiet nr 7** – Suszarka do narzędzi

Główny kod CPV :**33100000-1** – Urządzenia medyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych/aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych dla Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dalszy i dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ).

Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy, niedemonstracyjny.

Zgodnie z treścią art. 257 pkt 1 Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III. Informacje ogólne:

Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym - stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Wzór oferty - stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Projekt umowy - stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 - stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 - stanowi załącznik nr 4b do SWZ – jeżeli dotyczy.

Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – stanowi załącznik

nr 6 do SWZ.

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy.

Wykaz podwykonawców - „Tabela podwykonawcy” - stanowi załącznik nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Wykaz dostaw – stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - maksymalna ilość pakietów, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy – 7 pakietów.

Zamawiający nie stosuje procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 261 Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1-2 ustawy Pzp zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi Załączniki nr 3 do SWZ.

W Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego od 2009r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001 i Standardami Akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Treść standardów zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl – BIP w zakładce « System Zarządzania Jakością ».

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemów referencji technicznych itp. nie mają na celu naruszenie art. 16 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że

będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

IV. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

Więcej informacji na temat wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje się w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl oraz Regulaminie platformazakupowa.pl.

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny

Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy pzp.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

V. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

VI. Termin wykonania zamówienia

Do 30.11.2025r. od dnia zawarcia umowy.

VII. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,
- 2) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym

- mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 3) nie podlegają wykluczeniu przewidzianym w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
- 4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie urządzeń medycznych na kwotę minimum:

Dla pakietu nr 1 –	55 000,00 zł
Dla pakietu nr 2 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 3 –	175 000,00 zł
Dla pakietu nr 4 –	330 000,00 zł
Dla pakietu nr 5 –	80 000,00 zł
Dla pakietu nr 6 –	185 000,00 zł
Dla pakietu nr 7 –	50 000,00 zł

każda z dostaw.

VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>
3. W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązany jest złożyć wraz z Formularzem oferty oraz oświadczeniem JEDZ uzupełniające oświadczenia.
4. Szczegółowe dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia znajdują się w poniższej Tabeli:

Sposób oceny warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia
<p><u>A.I. Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia:</u></p> <p>1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).</p>
<p><u>A.II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy P.z.p.:</u></p> <p>1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych (Załącznik nr 11 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –</p>

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie urządzeń medycznych na kwotę:

Dla pakietu nr 1 –	55 000,00 zł
Dla pakietu nr 2 –	200 000,00 zł
Dla pakietu nr 3 –	175 000,00 zł
Dla pakietu nr 4 –	330 000,00 zł
Dla pakietu nr 5 –	80 000,00 zł
Dla pakietu nr 6 –	185 000,00 zł
Dla pakietu nr 7 –	50 000,00 zł

każda z dostaw.

B.I. Na podstawie załączonych do oferty przetargowej oświadczeń:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ).
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – jeżeli dotyczy.

B.II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy P.Z.P.:

1. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,



- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (**załącznik nr 5**).

6. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (**załącznik nr 6**).

7. Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji.
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) **dot. pakietów nr 1-7, zał. nr 10 do SWZ**.
3. Certyfikat CE lub równoważny lub deklarację zgodności lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 974) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w tejże ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – **dot. pakietów nr 1-7**

IX. Podmioty zagraniczne

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4 B.II tabeli – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 punkt 1 i 2 oraz art.108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2 B.II tabeli, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp. lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 B.II tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o którym mowa w art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.



3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 7 B II tabeli - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.

X. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum, Spółka Cywilna)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają **pełnomocnictwo**.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z **art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4** ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

XI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Małgorzata Słomiana – Dział Zamówień Publicznych, tel. (74) 6489941, e-mail: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza **Wyślij wiadomość** dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

XIII. Pozostałe informacje

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W postępowaniu oferty, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U z 2020 poz. 2452).

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **18.06.2025r.**

XV. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SWZ
2.	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach: - Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”, - Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt A, B, C, D, - Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D, - Część IV „Kryteria kwalifikacji”: – α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji - Część VI „Oświadczenia końcowe”. <i>Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone.</i>
3.	Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu

	nadany rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ)
4.	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadany rozporządzeniem (UE) 2022/576 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – złożyć jeżeli dotyczy.
5.	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.
6.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 8 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy.
7.	Tabela podwykonawcy – stanowi załącznik nr 9 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy
8.	<p>Przedmiotowe środki dowodowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji. 2. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) – dot. pakietów nr 1-7, zał. nr 10 do SWZ. 3. Certyfikat CE lub równoważny lub deklarację zgodności lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 974) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w tejże ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dot. pakietów nr 1-7.

XVI. Zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami zgodnie z art. 77

Nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

XVII. Udostępnianie zasobów

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ) oraz Załącznik 4b do SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik.

Zamawiający informuje, że zakaz dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek przedłożenia aktualnych stosownych oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XVIII. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Jeżeli wykluczenie lub zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego wykazał, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XIX. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy p.z.p

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Odpis z właściwego rejestru - na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.	Wykaz dostaw (załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

	inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj <u>wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie urządzeń medycznych na kwotę:</u> Dla pakietu nr 1 – 55 000,00 zł Dla pakietu nr 2 – 200 000,00 zł Dla pakietu nr 3 – 175 000,00 zł Dla pakietu nr 4 – 330 000,00 zł Dla pakietu nr 5 – 80 000,00 zł Dla pakietu nr 6 – 185 000,00 zł Dla pakietu nr 7 – 50 000,00 zł każda z dostaw.
3.	Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4.	Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6.	Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 5 do SWZ).
7.	Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o <u>braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej</u> w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).
8.	Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

XX. Opis sposobu przygotowywania oferty

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773).

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów : .pdf .doc .xls .xlsx .jpg (.jpeg) .rtf .odt **ze szczególnym wskazaniem na .pdf.**
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów : .zip .7Z, natomiast Zamawiający dopuszcza wszystkie formaty kompresji zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych

- Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Wśród formatów powszechnych **a nie występujących** w Rozporządzeniu występują : .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
 4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
 6. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 9. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. Do Formularza Oferty należy dołączyć i uzupełnić Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Na ofertę składa się łącznie Formularz Oferty oraz Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym.
 11. Do oferty należy dołączyć:
 - 11.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - 11.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 12. Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
 13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 14. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
 15. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w Tabeli XV Zawartość oferty.

XXI. Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Opis takich procedur znajduje się w **Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl**

XXII. Wyjaśnienie treści SWZ

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XXIII. Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

XXIV. Uzupelnienie przedmiotowych środków dowodowych

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Uzupełnieniu podlegają wszystkie przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Tabeli VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

XXV. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19.02.2025r.**, do godz. **08:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XXVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **19.02.2025r.** o godz. **09:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
 5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert za pośrednictwem **platformazakupowa.pl**

XXVII. Sposób obliczenia ceny

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.
3. W celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej należy w Załączniku nr 1 do SWZ wypełnić tabelę według następujących wytycznych odnoszących się do każdego wiersza: wpisać „wartość netto”, wpisać podatek VAT (procentowo). W pozycji „wartość brutto” dokonać przemnożenia pozycji „wartość netto” oraz podatek VAT. Kwotę z pozycji „wartość netto” i „wartość brutto” przenieść do Formularza Ofertowego. Kwota z pozycji „wartość brutto” stanowi cenę ofertową.
4. Cena wykonania przedmiotu zamówienia („cena ofertowa”) obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej zobowiązany jest wypełnić Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ dla każdego pakietu dla którego składana jest oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać wartości jednostkowe, w formularzu o którym mowa powyżej. Każda z wartości ma być wartością wyższą niż 0,00.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów.
7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
8. W ofercie, o której mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowiązek:
 - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 - W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

dotyczy pakietu nr 1

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt	10%
3.	Całkowita pojemność komory mycia 78 litrów (± 5%) Całkowita pojemność: < 78 litrów – 0 pkt ≥ 78 litrów – 10 pkt	10%
4.	Kosz wsadowy z przyłączem do komory myjni oraz możliwością podłączenia 40 (± 5%) narzędzi kanałowych Liczba przyłączy: <40 – 0 pkt ≥ 40 – 10 pkt	10%
5.	Dotykowy panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 4” Przekątna wyświetlacza: = 4” – 0 pkt > 4” – 10 pkt	10%

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1} + 2 + 3 + 4 + 5$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji
3 – pozycja nr 3
4 - pozycja nr 4
5 – pozycja nr 5
dotyczy pakietu nr 2

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt	10%
3.	Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory lub trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm). Min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory – 0 pkt Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm) – 8 pkt	8%
4.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostęp. Ilość poziomów dostępu: = 4 – 0 pkt. > 4 – 8 pkt	8%
5.	Min. 2 przyłącza w komorze myjni do efektywnego rozprowadzania wody w wózkach wsadowych do ramion natryskowych i do wszystkich przyłączy narzędzi mikrochirurgicznych. 2 przyłącza – 0 pkt 3 i więcej przyłączy – 7 pkt	7%

6.	Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki	7%
	Licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt Pomiar różnicy ciśnień – 7 pkt	

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1} + 2 + 3 + 4 + 5 = 6$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji

3 – pozycja nr 3

4 - pozycja nr 4

5 – pozycja nr 5

6 – pozycja nr 6

dotyczy pakietu nr 3

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt	10%
3.	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany Przestrzeń serwisowa: dostępna od frontu/tyłu i boku – 0 pkt dostępna od frontu i tyłu – 6 pkt	6%
4.	Min. 1 zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora	6%

	1 lub 2 wspólne zawory bezpieczeństwa – 0 pkt 3 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 6 pkt	
5.	<p>Przemysłowy sterownik PLC urządzenia wyposażony, po stronie załadowniczej, w dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 9,5 cala. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem</p> <p>Przekątna ekranu: = 9,5 cala – 0 pkt > 9,5 cala – 6 pkt</p>	6%
6.	<p>Dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 9,5 cala po stronie wyładowniczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.</p> <p>Przekątna ekranu: = 9,5 cala – 0 pkt > 9,5 cala – 6 pkt</p>	6%
7.	<p>Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafiają one na opór</p> <p>Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt elektryczny – 6 pkt</p>	6%

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1} + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji

3 – pozycja nr 3

4 - pozycja nr 4

5 – pozycja nr 5

6 - pozycja nr 6

7 - pozycja nr 7

dotyczy pakietu nr 4

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt	10%
3.	Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory lub-trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm) Min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory – 0 pkt Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm) – 10 pkt	10%
4.	Min. 2 przyłącza w komorze myjni do efektywnego rozprowadzania wody w wózkach wsadowych do ramion natryskowych i do wszystkich przyłączy narzędzi mikrochirurgicznych 2 przyłącza – 0 pkt 3 i więcej przyłączy – 10 pkt	10%
5.	Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki Licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt Pomiar różnicy ciśnień – 10 pkt	10%

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1}+2+3+4+5$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji

3 – pozycja nr 3

4 - pozycja nr 4
5 - pozycja nr 5
dotyczy pakietu nr 5

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy – 10 pkt	10%
3.	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany Przestrzeń serwisowa: dostępna od frontu/tyłu i boku – 0 pkt dostępna od frontu i tyłu – 5 pkt	5%
4.	Min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze i wytwornicy pary sterylizatora 1 wspólny zawór bezpieczeństwa – 0 pkt 2 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 5 pkt	5%
5.	Sterownik urządzenia po stronie załadowniczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 6,5 cala Przekątna ekranu: = 6,5 cala – 0 pkt > 6,5 cala – 5 pkt	5%
6.	Dotykowy ekran o przekątnej min. 4 cale po stronie wyładowniczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu Przekątna ekranu: = 4 cale – 0 pkt > 4 cale – 5 pkt	5%
7.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostęp = 4 poziomy – 0 pkt 5 i więcej poziomów – 5 pkt	5%

8.	Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafiają one na opór Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt elektryczny – 5 pkt	5%
----	---	----

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1}+2+3+4+5+6+7+8$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji

3 – pozycja nr 3

4 - pozycja nr 4

5 - pozycja nr 5

6 - pozycja nr 6

7 - pozycja nr 7

8 - pozycja nr 8

dotyczy pakietu nr 6

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy – 10 pkt	10%
3.	Ekran min. 9,5” po stronie załadowniczej i wyladowczej sterylizatora w celu przejrzystej prezentacji informacji w tym pozostałego czasu cyklu Przekątna ekranu: = 9,5” – 0 pkt > 9,5” – 5 pkt	5%

4.	Wymiary wewnętrzne komory (szer. x gl. x wys.) min. 450 x 810 x 400 mm Głębokość komory: = 810 – 0 pkt > 810 – 5 pkt	5%
5.	W celu zmniejszenia uwalniania nadtlenu wodoru potrójny system filtracji: generator plazmy, katalizator oraz filtr węglowy Wykonanie katalizatora: platynowy – 5 pkt inny – 0 pkt	5%
6.	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą dwustopniowej pompy próżniowej chłodzonej i smarowanej olejem w układzie zamkniętym. Olej o długiej żywotności - wymiana po min. 3 latach lub po min. 4000 cykli Wymiana oleju: po 3 latach/4000 cykli – 0 pkt > 3 lat/4000 cykli – 5 pkt	5%
7.	Termin przydatności pojemnika min. 10 miesięcy od daty produkcji Termin przydatności: 10 miesięcy – 0 pkt > 10 miesięcy – 5 pkt	5%
8.	Możliwość przechowywania w pamięci sterownika minimum 900 cykli sterylizacyjnych Pamięć sterownika: 900 cykli – 0 pkt > 900 cykli – 5 pkt	5%

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1} + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji

3 – pozycja nr 3

4 - pozycja nr 4

5 - pozycja nr 5

6 - pozycja nr 6

7 - pozycja nr 7

8 - pozycja nr 8

dotyczy pakietu nr 7

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy – 10 pkt	10%
3.	Drzwi suszarki przeszklone, wykonane ze szkła hartowanego lub podwójnego szkła hartowanego HST i izolowane w celu uniknięcia strat ciepła – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory Wykonanie przeszklonych drzwi: szkło hartowane – 0 pkt podwójne szkło hartowane HST – 15 pkt	15%
4.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. Moc urządzenia nie przekraczająca 3,0 kW Moc urządzenia: = 3 kW – 0 pkt < 3 kW – 15 pkt	15%

Łączna punktacja oferty (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = \text{Poz.1} + 2 + 3 + 4$$

gdzie:

S – łączna ilość punktów oferty ocenianej

1 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Ceny

2 - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium Okres gwarancji

3 – pozycja nr 3

4 - pozycja nr 4

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena :

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

$$\frac{\text{Cena wyższa z oferty ocenianej}}{\text{Cena najniższa z oferty a}} \times 60 \text{ pkt} = \text{ilość punktów dla oferty ocenianej o wyższej cenie}$$

4. Brak informacji dotyczącej kryterium oceny ofert (**Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia**) nie powoduje niezgodności z dokumentami zamówienia. Wykonawca, który nie wskaże informacji otrzyma **0 pkt** w w/w kryterium oceny ofert, natomiast na potrzeby realizacji zamówienia zostanie przyjęta informacja wskazana w OPZ jako minimalny termin.

5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- zamieści informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XXIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XXX. INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowani Oddziały Szpitalne Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu a o udzielenie zamówienia na: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24** jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24** na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokolarnie niszczone.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Przysługuje również prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 „RODO”, nie może ono jednak ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
7. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepis „RODO” przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwości uczestniczenia w przedmiotowym zamówieniu lub konkursie.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie profilowania.

XXXI. Projektowane postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechaniu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

- wobec treści dokumentów wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

- a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem asortymentowo-cenowym - zał. nr 1 do SWZ
- b) Oferta - zał. nr 2 do SWZ
- c) Projekt umowy - zał. nr 3 do SWZ
- d) JEDZ - zał. nr 4 do SWZ
- e) Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 – zał. nr 4a do SWZ.
- f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 – zał. nr 4b do SWZ.
- g) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania –zał. nr 5 do SWZ.
- h) Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 6 do SWZ.
- i) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - zał. nr 7 do SWZ.
- j) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – zał. nr 8 do SWZ.
- k) Tabela podwykonawcy – zał. nr 9 do SWZ.

- l) Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - zał. nr 10 do SWZ.
- m) Wykaz dostaw – zał. nr 11 do SWZ.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700

Załącznik nr 1 do SWZ

Pakiet nr 1**Myjnia ultradźwiękowa**

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Myjnia ultradźwiękowa	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Przedmiotem zamówienia jest myjnia ultradźwiękowa, szafkowa z walidowanym cyklem mycia narzędzi skomplikowanych w zaawansowanej technologii - wymiary wewnętrzne komory mycia: 750 x 400 x 260 mm (DxSxW) US 300 - pojemność komory mycia 78 litrów - komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej 316L (wg AISI) - pojemność do 40 narzędzi rurowych - pokrywa komory mycia otwierana i zamykana automatycznie - system dokowania kosza wsadowego w myjni pozwalający na podłączenie go bezpośrednio do układu myjącego urządzenia - czujnik minimalnego wymaganego poziomu wody w komorze mycia - sterowanie mikroprocesorowe - dotykowy panel z kolorowym ekranem sterowania o przekątnej 4,3 cala - 20 stałych programów - możliwość zaprogramowania dodatkowych 20 programów - pompa dozująca środek chemiczny - automatyczny układ odgazowywania kąpeli mycia - podgrzewanie kąpeli mycia - program dezynfekcji termicznej oraz możliwość ostatniego płukania wodą demineralizowaną - wbudowana suszarka z filtrem HEPA H14 do dokładnego suszenia wsadu - 1 szt. wbudowany port USB do pobierania archiwalnych danych - wbudowana drukarka do rejestracji parametrów procesu mycia - częstotliwość ultradźwięków 38 kHz - wyposażenie kosza wsadowego: - dwa demontowalne wsporniki do narzędzi - 40 przyłączy dla narzędzi rurowych. Instalacje zasilające: - woda zimna - 2-8 bar; 3/4"; DN20 (max.

twardość wody 7^of) - woda ciepła - 2-8 bar; 3/4"; DN20 (max. twardość wody 7^of) - woda demineralizowana - 2-8 bar; 3/4"; DN20 - odpływ do ścieku - DN 50 - sprężone powietrze - 6-8 bar; DN15 - zasilanie elektryczne - 400 V; 3F; 50 Hz; 9,8 kW Wymiary zewnętrzne: 900 x 680 x 1100 mm (DxSxW)

1.1 Kosz do mycia narzędzi laparoskopowych z podłączeniem do mycia kanałowego o wymiarach 700 x 350 x 150 mm (dxsxxw)

1.2 Konektor z przyłączeniami na 4 instrumenty połączeń narzędzi skomplikowanych w nowocześniejszej technologii.

Nazwa i typ/model:

Producent	
Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oceniane	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025.	Tak, podać		
2.	Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do mycia i termicznej dezynfekcji narzędzi	Tak, podać		

	laparoskopowych (kanałowych), małoważyjnych i złożonych.			
3.	Urządzenie wolnostojące.	Tak, podać		
4.	Komora mycia o zaokrąglonych narożach i wymiarach 750 x 400 x 260 mm (DxGxW) ± 5%, wykonana ze stali kwasoodpornej min. 316L, odporna na działanie środków chemicznych.	Tak, podać		
5.	Całkowita pojemność komory mycia 78 litrów (± 5%).	Tak, podać	Całkowita pojemność: < 78 litrów – 0 pkt ≥ 78 litrów – 10 pkt	
6.	Czujniki minimalnego i roboczego poziomu roztworu.	Tak, podać		
7.	Obudowa myjni, pokrywa oraz kosz wsadowy wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, podać		
8.	Wymuszony przepływ roztworu roboczego, przez wszystkie podłączone kanały wewnętrzne mytych narzędzi.	Tak, podać		
9.	Wymuszony system suszenia gorącym powietrzem, wyposażony w filtr HEPA min. H14.	Tak, podać		
10.	Czujnik otwarcia pokrywy, powodujący wyłączenie ultradźwięków i ponowne kontynuowanie cyklu mycia po zamknięciu pokrywy.	Tak, podać		
11.	Pokrywa myjni na zawiasach	Tak, podać		

	pneumatycznych, drzwi otwierane i zamykane automatycznie za pomocą czujnika na podczerwień.			
12.	Podgrzewanie elektryczne komory mycia.	Tak, podać		
13.	Moc generatora ultradźwięków min. 2000 W przy częstotliwości ultradźwięków 38 kHz.	Tak, podać		
14.	Min. 1 pompa dozująca środek chemiczny, z możliwością nastawy procentowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego bezpośrednio z ekranu sterowania dla każdego programu oddzielnie.	Tak, podać		
15.	Automatyczne napełnianie komory mycia wodą zimną lub demineralizowaną i ciepłą oraz opróżnianie komory mycia za pomocą pompy spustowej.	Tak, podać		
16.	Kosz wsadowy z przyłączem do komory myjni oraz możliwością podłączenia 40 ($\pm 5\%$) narzędzi kanałowych.	Tak, podać	Liczba przyłączy: <40 – 0 pkt ≥ 40 – 10 pkt	
17.	Urządzenie posiadające zwalidowany, dedykowany program mycia oraz zestaw przyłączy do zwalidowanej ponownej obróbki (mycie i dezynfekcja termiczna) narzędzi do chirurgii robotycznej.	Tak, podać		

18.	Tuleje natryskowe z uszczelnieniami i wężykami silikonowymi.	Tak, podać		
19.	Wężyki silikonowe z końcówkami Luer Lock ze stali kwasoodpornej .	Tak, podać		
20.	Pompa recyrkulacji wody do wydajnego płukania narzędzi.	Tak, podać		
21.	2 ramiona natryskowe myjące zamontowanej na pokrywie urządzenia, aby zapewnić efektywną dystrybucję wody wewnątrz komory myjącej.	Tak, podać		
22.	Łatwy demontaż ramion natryskowych w celu ich czyszczenia i konserwacji.	Tak, podać		
23.	Sterowanie mikroprocesorowe.	Tak, podać		
24.	Dotykowy panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 4".	Tak, podać	Przekątna wyświetlacza: = 4" – 0 pkt > 4" – 10 pkt	
25.	Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania.	Tak, podać		
26.	Min. 20 stałych programów fabrycznych.	Tak, podać		
27.	Program dezynfekcji termicznej 93°C.	Tak, podać		
28.	Program samo dezynfekcji myjni.	Tak, podać		

29.	Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 20 programów, możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika.	Tak, podać		
30.	Prezentacja przebiegu cyklu mycia w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, temperaturze roztworu roboczego, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim.	Tak, podać		
31.	Myjnia wyposażona w kondensator oparów.	Tak, podać		
32.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. trzy poziomy dostęp.	Tak, podać		
33.	Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach.	Tak, podać		
34.	Urządzenie wyposażone we wbudowaną drukarkę parametrów cyklu.	Tak, podać		
35.	Port USB do archiwizacji cykli mycia na zewnętrznym przenośnym nośniku danych.	Tak, podać		

36.	Pod komorą mycia, zintegrowana, zamykana szafka z miejscem na min. 2 pojemniki o pojemności min. 5 l każdy na środki chemiczne.	Tak, podać		
37.	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 900 x 680 x1100 mm (DxGxW) ±5%.	Tak, podać		
38.	Urządzenie wyposażone w port Ethernet.	Tak, podać		
39.	Przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana.	Tak, podać		
40.	Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc urządzenia nie przekraczająca 10 kW.	Tak, podać		
41.	Urządzenie oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).	Tak, podać		
42.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych – 93/42/EEC). Załączyć deklarację zgodności producenta myjni.	Tak, podać		
Wyposażenie myjni				
43.	Dedykowany kosz wsadowy wykonany ze stali kwasoodpornej wyposażony w dwa uchwyty transportowe, przyłączy do	Tak, podać		

	<p>komory myjni oraz 20 przyłączy do narzędzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 połączeń z silikonowymi rurkami + tuleja złącza z silikonową uszczelką; - 14 połączeń z silikonowymi rurkami + żeńskie złącze Luer Lock. <p>Pozycjonery na instrumenty z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu lub ich demontażu.</p>			
44.	<p>Konektor z przyłączeniami na 4 narzędzia do chirurgii robotycznej laparoskopowej.</p>	Tak, podać		

Pakiet nr 2
Myjnia dezynfektor - przelotowa

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Myjnia dezynfektor - przelotowa	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Przedmiotem zamówienia jest myjnia-dezynfektor przelotowa, dwudrzwiowa z szybkim cyklem - przelotowa (2 drzwiowa) – obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej - drzwi otwierane w płaszczyźnie pionowej, w pełni przeszklone, izolowane cieplnie - automatyczny system rozładunku wózków z myjni - pojemność na jeden wsad: 18 tac narzędziowych DIN 1/1 zgodnych z DIN 58952-3 – Data lub równoważną - możliwość podpięcia sterylizatora do systemu T-DOC - programowalny elektroniczny układ sterowania - kolorowy dotykowy ekran sterowania - wydajna pompa obiegowa - trójkolorowe oświetlenie w komorze mycia w zależności od statusu urządzenia/cyklu - wbudowany kondensator oparów ograniczający zawilgocenie instalacji wentylacyjnej - czujnik wilgotności do kontroli zakończenia fazy suszenia - ogrzewanie komory mycia elektryczne - agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia, wyposażony w system Filtracji powietrza z końcowym filtrem HEPA H14 - trzy pompy dozujące z przepływomierzami kontrolującymi ilość dozowanych środków z czujnikami poziomu w

pojemnikach ze środkami chemicznymi - sygnał akustyczny alarmów i zakończenia cyklu - drukarka do rejestracji parametrów procesu - woda demineralizowana - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - woda zimna zmiękczone - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - sprężone powietrze - DN 15, ciśnienie 6 - 8 bar - odpływ do ścieku zaszyfrowany - temperatura max 93°C - odpływ do ścieku zaszyfrowany - DN 75, odporny na temperaturę min. 80°C - wpust podłogowy - DN 50, z rusztem nierdzewnym - wywiew z myjni: przyłącze - zasilanie elektryczne - 400 V; 50Hz; moc 26 kW - wymiary zewnętrzne: 900 x 960 x 2476 mm (s x g x w)

1 Wózek transportowy z regulacją wysokości i 1 akumulatorem - wózek wyposażony w system sprzęgania z myjnią - pojemnik ociekowy - wykonanie: stal kwasoodporna.

2 Wózek - pojemność 8 narzędzi robotycznych - przystosowany do mycia narzędzi, z zastosowaniem odpowiednich adapterów - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem - wykonanie: stal kwasoodporna 304 wg AISI.

2.1 - Przygotowywanie narzędzi robotycznych - dla 8 narzędzi - Wykonanie - stal szlachetna 3 Wózek do narzędzi ortopedycznych - 2 poziomy mycia - 3 poziom demontowalny z ramieniem natryskowym A 606 1 - demontowalne moduł do narzędzi ortopedycznych - 6 podłączeń dla narzędzi rurowych do ortopedii - wykonanie: stal kwasoodporna.

4 Wózek wsadowy modułowy z przyłączami do długich narzędzi laparoskopowych - 3 poziomy mycia - możliwość podłączenia modułów do mycia przepływowego - pojemność 9 tac DIN 1/1 - wykonanie: stal kwasoodporna

4.1 Moduł laparoskopowy - 16 przyłączy do podłączenia narzędzi - wykonanie: stal kwasoodporna.

4.2 Moduł z przyłączami do narzędzi - 20 szt. węży silikonowych z adapterami Luer Lock - 50 uchwytów na mikronarzędzia - 20 podstawek na mikroinstrumenty - taca siatkowa z zamykaną pokrywką na małe narzędzia - wykonanie: stal kwasoodporna.

5 Wózek wsadowy 6 poziomów - pojemność do 18 tac DIN 1/1 - możliwość podłączenia modułów do mycia przepływowego - 2 poziomy demontowalne - wykonanie: stal kwasoodporna 5.1 Moduł z przyłączami do narzędzi 4 węże silikonowe z adapterami Luer Lock - 3 dysze iniekcyjne - wykonanie: stal kwasoodporna.

6. Wózek do narzędzi okulistycznych - wykonanie: stal kwasoodporna + tworzywo sztuczne.

6.1 Dodatkowy poziom bez ramienia natryskowego.

6.2 Moduł przyłączeniowy do chirurgii oka - 10 x adapter 90° z przyłączem gwintowym - 10 x wąż silikonowy z adapterem luer-lock M do F długość 160 mm - 11 x adapter luer-lock F do M - 11 x adapter luer-lock M do F.

Nazwa i typ/model:

Producent	
Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry ocenianie	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025.	Tak, podać		
2.	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia.	Tak, opisać		
3.	Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L o grubości minimum 1,5 mm, obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, opisać		

4.	Podgrzewanie wody elektryczne, grzałki o mocy min. 18 kW umieszczone poza komorą mycia i komorą spustową (komora spustowa rozumiana jako prostopadłościan pod komorą mycia pomiędzy filtrem siatkowym komory mycia a odpływem myjni) w celu higienicznego oczyszczania komory.	Tak, opisać		
5.	Komora wyposażona w minimum potrójny system filtracji zabezpieczający przed przedostaniem się do instalacji obiegowej drobnych wyrobów.	Tak, opisać		
6.	Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory lub trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm).	Tak, opisać	Min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory – 0 pkt Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min.	

			praca, cykl zakończony, alarm) – 8 pkt	
7.	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, wykonane z podwójnego szkła HST, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu.	Tak, opisać		
8.	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i wyładowniczej.	Tak, opisać		
9.	Ergonomiczna wysokość za/rozładunku myjni-dezynfektora – 800÷900 mm.	Tak, opisać		
10.	Pojemność na jeden wsad: do 18 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 lub równoważną.	Tak, opisać		
11.	Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania.	Tak, opisać		
12.	Kontrola pracy wszystkich	Tak, opisać		

	ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów.			
13.	Przemysłowy sterownik PLC urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 7 cali. Analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.	Tak, opisać		

14.	Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.	Tak, opisać		
15.	Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej, wydruk wartości temperatury w komorze, wydruk wykresu temperatury w funkcji czasu.	Tak, opisać		
16.	10 stałych programów fabrycznych mycia-dezynfekcji oraz 5 programów serwisowych.	Tak, opisać		
17.	Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min.	Tak, opisać		
18.	Programy dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min.	Tak, opisać		

19.	Program z dezynfekcją chemiczno-termiczną.	Tak, opisać		
20.	Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 50 programów.	Tak, opisać		
21.	Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika.	Tak, opisać		
22.	Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze.	Tak, opisać		
23.	Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach.	Tak, opisać		
24.	Możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją	Tak, opisać		

	pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów).			
25.	Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej myjni - dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu.	Tak, opisać		
26.	Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników.	Tak, opisać		
27.	Myjnia wyposażona w czujnik pomiaru wilgotności wewnątrz komory mycia pozwalający na	Tak, opisać		

	skrócenie czasu fazy suszenia po osiągnięciu zadanej wartości referencyjnej.			
28.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostęp.	Tak, opisać	Ilość poziomów dostępu: = 4 – 0 pkt. > 4 – 8 pkt	
29.	Pompa o wydajności min. 700 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych.	Tak, opisać		
30.	Min. 2 przyłącza w komorze myjni do efektywnego rozprowadzania wody w wózkach wsadowych do ramion natryskowych i do wszystkich przyłączy narzędzi mikrochirurgicznych.	Tak, opisać	2 przyłącza – 0 pkt. 3 i więcej przyłączy – 7 pkt.	
31.	System mycia i suszenia połączony w jednym obiegu.	Tak, opisać		
32.	Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji.	Tak, opisać		

33.	Zintegrowana suszarka wyposażona w agregat suszący o wydajności min. 320 m ³ /h z możliwością nastawy temperatury suszenia do min. 120°C. Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, wstępny i filtr absolutny min. HEPA H14.	Tak, opisać		
34.	Agregat suszący wraz z wentylatorem oraz elementami grzejnymi suszarki umieszczony poza komorą mycia.	Tak, opisać		
35.	Agregat z napędem silnikiem elektrycznym bez szczotek węglowych.	Tak, opisać		
36.	Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki.	Tak, opisać	Licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt Pomiar różnicy ciśnień – 7 pkt	
37.	Kondensator oparów z odzyskiem ciepła (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej). Zimna woda	Tak, opisać		

	przeływająca przez kondensator chłodzi opary przez co zostaje wstępnie podgrzana a następnie jest kierowana do zbiornika procesowego i wykorzystywana w fazie dezynfekcji termicznej.			
38.	Trzy pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej lub w promilach stężenia środka chemicznego bezpośrednio z ekranu sterowania dla każdego programu oddzielnie.	Tak, opisać		
39.	Wbudowany zbiornik o poj. min. 40 litrów zlokalizowany poza komorą zainstalowany w celu szybkiego przygotowania wody do fazy dezynfekcji termicznej oraz do wstępnego podgrzania wody do płukania końcowego. Podgrzewanie zbiornika elektryczne, grzałką o mocy min. 10 kW.	Tak, opisać		
40.	Wbudowany zbiornik o poj. min. 40 litrów zlokalizowany	Tak, opisać		

	poza komorą zainstalowany w celu szybkiego przygotowania wody do fazy mycia. Podgrzewanie zbiornika elektryczne, grzałką o mocy min. 5 kW.			
41.	Możliwość wykorzystania wody z fazy dezynfekcji termicznej do przygotowania wody do fazy mycia, co zapewni znaczną oszczędność energii, wody oraz czasu.	Tak, opisać		
42.	Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie wyładowczej), wydruk wartości temperatury w komorze, wartości A0, wydruk wykresu temperatury w funkcji czasu.	Tak, opisać		
43.	Zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni,	Tak, opisać		

	szczerne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.			
44.	Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 35 litrów.	Tak, opisać		
45.	Podłączenie - zasilanie elektryczne 400 V; 50 Hz; moc max. urządzenia 32 kW.	Tak, opisać		
46.	Ze względu na ograniczenia architektoniczne maksymalne wymiary zewnętrzne myjni: 900 x 960 x 2620 mm (sxgxw).	Tak, opisać		
47.	Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).	Tak, opisać		
48.	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z normami: PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2; ISO/DIS 15883-5 lub równoważnymi	Tak, opisać		
49.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z	Tak, opisać		

	dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC lub nowszą).			
Wyposażenie				
50.	Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 2 szt.	Tak, opisać		
51.	Wózek wyposażony w system sprzęgania z myjnią.	Tak, opisać		
52.	Płynna, automatyczna regulacja wysokości wózka.	Tak, opisać		
53.	Możliwość zaprogramowania żądanych wysokości.	Tak, opisać		
54.	Zasilanie wózka elektryczne za pomocą wbudowanej baterii. Ładowanie za pomocą gniazdka 1F, 230 V.	Tak, opisać		
55.	Możliwość dokowania wózka również do oferowanej myjni tunelowej.	Tak, opisać		
56.	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 1 szt.	Tak, opisać		
57.	Pojemność 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach	Tak, opisać		

	480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3 lub równoważnej.			
58.	5 poziomów mycia w tym co najmniej cztery demontowalne.	Tak, opisać		
59.	Wyposażony w system automatycznej identyfikacji.	Tak, opisać		
60.	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI.	Tak, opisać		
61.	Możliwość stosowania wózka również w oferowanej myjni tunelowej.	Tak, opisać		
62.	Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt.	Tak, opisać		
63.	Przyłącza do modułów wtryskowych.	Tak, opisać		
64.	Min. dwa łatwo demontowalne ramiona natryskowe.	Tak, opisać		
65.	Trzy poziomy mycia z możliwością rozbudowy do 5 poziomów.	Tak, opisać		
66.	Min. 49 podłączeń dla narzędzi rurowych.	Tak, opisać		

67.	Konstrukcja umożliwi załadunek modułów narzędziami poza wózkiem wsadowym (w celu łatwego załadunku), a następnie wpięcie ich do systemu natryskowego wózka.	Tak, opisać		
68.	Możliwość stosowania wózka również w oferowanej myjni tunelowej.	Tak, opisać		
69.	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgii oka – 1 szt.	Tak, opisać		
70.	Przyłącza do modułów wtryskowych.	Tak, opisać		
71.	Min. dwa łatwo demontowalne ramiona natryskowe.	Tak, opisać		
72.	Trzy poziomy mycia z możliwością rozbudowy do 5 poziomów.	Tak, opisać		
73.	Moduł przyłączeniowy na narzędzia do chirurgii oka.	Tak, opisać		
74.	Min. dwa przewody filtrujące.	Tak, opisać		
75.	Min. 10 x adapter 90° z	Tak, opisać		

	przyłączem gwintowym.			
76.	Min. 10 x wąż silikonowy z adapterem luer-lock męski-żeński.	Tak, opisać		
77.	Min. 10 x adapter luer-lock żeński-męski.	Tak, opisać		
78.	Min. 10 x adapter luer-lock męski-żeński.	Tak, opisać		
79.	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI oraz wytrzymałe tworzywo sztuczne.	Tak, opisać		
80.	Konstrukcja umożliwi załadunek modułów narzędziami poza wózkiem wsadowym (w celu łatwego załadunku), a następnie wpięcie ich do systemu natryskowego wózka.	Tak, opisać		
81.	Możliwość stosowania wózka również w oferowanej myjni tunelowej.	Tak, opisać		
82.	Stelaż na 4 wózki wsadowe – 1 szt.	Tak, opisać		
83.	Przystosowany do przechowywania 4 wózków	Tak, opisać		

	wsadowych do myjni – dezynfektorów na 2 poziomach.			
84.	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI.	Tak, opisać		

Pakiet nr 3
Sterylizator parowy z podwójnymi drzwiami 8-wsadowy z wyposażeniem

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Sterylizator parowy z podwójnymi drzwiami 8-wsadowy z wyposażeniem	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Przedmiotem zamówienia jest sterylizator parowy - przelotowy, dwudrzwiowy

- konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285 / EN 285 lub równoważne
- pojemność 8 jednostek sterylizacyjnych
- wbudowana elektryczna wytwornica pary
- komora, drzwi, płaszcz grzewczy, instalacje wewnętrzne pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej 316 wg AISI
- automatyczne, przesuwne pionowo drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej 316 wg AISI - konstrukcja sterylizatora umożliwiająca walidowanie procesu zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 lub równoważne wbudowany system degazacji wody zasilającej wytwornicę pary

- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji
- panel sterowania
- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10" po stronie załadowniczej i wyładowniczej
- możliwość automatycznego startu/stopu sterylizatora
- wbudowana drukarka do archiwizacji przebiegu cyklu
- UPS do zasilania systemów sterowania i kontroli - skaner kodów kreskowych
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną - programy sterylizacji: 121°C, 134°C
- program Bowie Dick - program testu szczelności
- możliwość konfiguracji dodatkowych programów wg wymagań użytkownika

Instalacje zasilające: - woda demineralizowana - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - woda zimna zmięczona - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - sprężone powietrze - DN 10, ciśnienie 6 - 8 bar - odpływ do ścieku zaszyfrowany - DN 75, odporny na wysoką temperaturę - wpust podłogowy z rusztem nierdzewnym - DN 50 - energia elektryczna - 400 V, 50 Hz, moc 52 kW. Wymiary urządzenia: - wymiary wewnętrzne komory: 670 x 1310 x 700 mm (s x g x w) - pojemność komory: 614 l - wymiary zewnętrzne sterylizatora: 950 x 1600 x 2400 mm (s x g x w)

2.1 Wózek transportowy/załadowniczy do wózka wsadowego w cenie - wyposażony w system 1 szt sprzęgania ze sterylizatorem i wózkiem wsadowym - wózek z elektryczną regulacją wysokości - 4 kółka jezdne z obrotnicami - wykonanie: stal kwasoodporna / tworzywo sztuczne

2.2 Wózek wsadowy 1 - pojemność 8 JS - wyposażony w 2 półki - górna półka z regulowaną wysokością - wykonanie: stal kwasoodporna

Nazwa i typ/model:

Producent	
Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oceniane	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025.	Tak, podać		
2.	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany.	Tak, podać	Przestrzeń serwisowa: dostępna od frontu/tyłu i boku – 0 pkt dostępna od frontu i tyłu – 6 pkt	
3.	Pojemność komory min. 8 jednostek sterylizacyjnych wg PN-EN 285/EN 285 lub równoważne, (1 JS=300x600x300 mm, wxdxs).	Tak, podać		
4.	Pozioma przelotowa komora sterylizatora z pełnym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie powierzchni komory,	Tak, podać		

	płaszcz grzejny musi zapewniać pokrycie minimum 85% komory sterylizacyjnej, drzwi i komora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316L.			
5.	Steryliizator zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary.	Tak, podać		
6.	Wytwornica pary z systemem automatycznego podgrzewania wody w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej min. AISI 316L.	Tak, podać		
7.	Automatyczny system spustu wody z wytwornicy, komora izolowana termicznie grubą tkaniną bez pokrycia blachą, łatwo zdejmowalną bez użycia narzędzi, w celu sprawdzenia spawów podczas okresowej inspekcji UDT.	Tak, podać		
8.	Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej.	Tak, podać		
9.	Możliwość kontroli poziomu wody w wytwornicy pary poprzez sterownik urządzenia oraz szkło wodowskazowe w	Tak, podać		

	przypadku zaniku zasilania elektrycznego.			
10.	Wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5µS/cm.	Tak, podać		
11.	Min. 1 zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora.	Tak, podać	1 lub 2 wspólne zawory bezpieczeństwa – 0 pkt 3 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 6 pkt	
12.	Min. 8 stałych programów fabrycznych sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w pojemnikach sterylizacyjnych 134°C oraz program na priony 134°C, czas ekspozycji minimum 18 min., wszystkie programy sterylizacji o całkowitym czasie trwania max. 65 min. każdy.	Tak, podać		
13.	Min. 4 programy testowe i przygotowawcze (Bowie Dick, Helix, test szczelności, program rozgrzewający).	Tak, podać		
14.	Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 50 programów.	Tak, podać		

15.	Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania.	Tak, podać		
16.	Sygnal optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach.	Tak, podać		
17.	Przemysłowy sterownik PLC urządzenia wyposażony, po stronie załadowniczej, w dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 9,5 cala. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.	Tak, podać	Przekątna ekranu: = 9,5 cala – 0 pkt > 9,5 cala – 6 pkt	
18.	Po stronie załadowniczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości F ₀ , czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie	Tak, podać		

	komunikaty w języku polskim.			
19.	Dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 9,5 cala po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.	Tak, podać	Przekątna ekranu: = 9,5 cala – 0 pkt > 9,5 cala – 6 pkt	
20.	Programowanie automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności.	Tak, podać		
21.	Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowniczej i wyładowczej oraz wyłącznik zasilania elektrycznego na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowniczej.	Tak, podać		
22.	Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim.	Tak, podać		

23.	Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej w sterylizator drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie załadowniczej), wydruk wartości ciśnienia i temperatury w komorze, wartości F ₀ , wydruk wykresu temperatury i ciśnienia w funkcji czasu.	Tak, podać		
24.	Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora parowego do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów.	Tak, podać		
25.	Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą	Tak, podać		

	koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania lub dezaktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu.			
26.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, cztery poziomy dostęp.	Tak, podać		
27.	Mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości.	Tak, podać		
28.	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego.	Tak, podać		
29.	Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.	Tak, podać		
30.	W panelu czołowym po stronie załadowniczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze, w płaszczu oraz w wytwornicy pary.	Tak, podać		
31.	W panelu czołowym po stronie wyładowniczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze.	Tak, podać		

32.	Zawory procesowe sterowane pneumatycznie i wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi.	Tak, podać		
33.	Lekka i energooszczędna konstrukcja komory, grubość ścian komory nie większa niż 6 mm.	Tak, podać		
34.	Rama, panele czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, podać		
35.	Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na spuście z komory.	Tak, podać		
36.	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, gładkie od strony komory, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu.	Tak, podać		
37.	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i wyładowniczej.	Tak, podać		

38.	Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafiają one na opór.	Tak, podać	Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt elektryczny – 6 pkt	
39.	Uszczelka drzwi o trwałości min. 2000 cykli sterylizacji, dociskana parą wodną (dołączyć deklarację producenta).	Tak, podać		
40.	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego, z dwustopniową pompą z pierścieniem wodnym i napędem silnikiem elektrycznym, zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 63 dB i wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowy.	Tak, podać		
41.	System oszczędzania wody chłodzącej.	Tak, podać		
42.	Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza.	Tak, podać		
43.	Maksymalne wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary - 950 x 1600 x 2400 mm (sxgxw).	Tak, podać		
44.	Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz, moc	Tak, podać		

	urządzenia nie przekraczająca 52 kW.			
45.	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia.	Tak, podać		
46.	Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).	Tak, podać		
47.	Konstrukcja i działanie sterylizatora zgodne z normą PN-EN 285/EN 285 lub równoważną.	Tak, podać		
48.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC z późniejszymi zmianami i normą PN-EN 285/EN 285 lub równoważną). Załączyć deklaracje producenta.	Tak, podać		
Wypożyczenie				
49.	Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 8 JS, wózek dwupoziomowy wyposażony w górny	TAK, podać		

	półkę o regulowanym położeniu (min. 4 różne położenia), wykonany ze stali kwasoodpornej – 1 szt.			
50.	Wózek transportowy z regulacją wysokości do wózka wsadowego do za/wyładunku wsadu z komory, wykonany ze stali kwasoodpornej, 4 podwójne koła \varnothing 125 mm. Kółka wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe zapewniające wysoką zwrotność, płynną i wymagającą zmniejszonego wysiłku obsługę. 2 kółka po stronie uchwytu wózka wyposażone w blokadę. – 2 szt.	Tak, podać		
51.	Zabudowa otworu montażowego oraz drzwi do przestrzeni technicznej, wykonane ze stali kwasoodpornej.	Tak, podać		

Pakiet nr 4
Myjnia dezynfektor

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Myjnia dezynfektor	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Przedmiotem zamówienia jest myjnia-dezynfektor tunelowa - przelotowa (2 drzwiowa) zbudowana z dwóch osobnych komór: jednej do mycia i płukania oraz drugiej do suszenia wsadu - trzy wbudowane zbiorniki na wodę w celu redukcji czasu trwania cyklu: 2 podgrzewane - na wodę demineralizowaną do ekologicznej technologii do płukania i wodę do mycia zasadniczego oraz jeden zbiornik na zimną wodę do mycia wstępnego - obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej - drzwi otwierane w płaszczyźnie pionowej, w pełni przeszklone, izolowane cieplnie - pojemność każdej z komór na jeden wsad: 18 tac narzędziowych DIN 1/1 o wymiarach ok. 485-480 x 254-240 x 50 mm zgodnych z DIN 58952-3 lub równoważną, czas cyklu poniżej 20 minut - programowalny elektroniczny układ sterowania - kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej 7" - 10 stałych programów fabrycznych, 5 programów serwisowych oraz możliwość stworzenia 50 różnych programów według wymagań użytkownika - wydajna pompa obiegowa o zmiennej wydajności w zależności od wsadu (sterowana falownikiem) - ogrzewanie komory mycia – elektryczne - agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia, wyposażony w system filtracji powietrza z końcowym filtrem HEPA i sterowanie za pomocą czujnika wilgotności - cztery pompy dozujące z przepływomierzami kontrolującymi ilość dozowanych środków, czujnikami poziomu w pojemnikach ze środkami chemicznymi - czujniki monitoringu obrotu ramion natryskowych - drukarka do rejestracji parametrów procesu - trójkolorowe oświetlenie komory sygnalizujące stan pracy myjni - wbudowany kondensator oparów - ograniczenie wilgotności w instalacji wentylacyjnej - kondensator oparów wyposażony w system odzysku ciepła, służącego do podgrzewania wody na potrzeby kolejnego procesu - system automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych - czytnik

kodów kreskowych - sygnał akustyczny zakończenia cyklu i wystąpienia alarmu - podłączenie do systemu komputerowego obiegu narzędzi zgodnie z systemem obowiązującym ZCS poprzez wbudowany port ethernet - możliwość mycia narzędzi chirurgii robotycznej nowe technologie Przyłącza - woda demineralizowana - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - woda zimna zmięczona - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - sprężone powietrze - DN 15, ciśnienie 6 - 8 bar - odpływ do ścieku zasyfonowany - DN 75, odporny na temperaturę min. 90°C - kratka ściekowa - DN 50, z rusztem nierdzewnym - wywiew z myjni - DN 120 - zasilanie elektryczne - 400 V (3F+N+PE); 50Hz; moc 63 kW Wymiar - wymiary zewnętrzne: 1150 x 1780 x 2800 mm (sxgxw) - pojemność do 32 tac DIN

1.1 Wózek transportowy/załadowczy do 1 szt., wózków wsadowych z regulacją wysokości, 230 V C205 2 - wózek wyposażony w system sprzęgania z myjnią - pojemnik ociekowy - wykonanie: stal kwasoodporna.

1.2 Wózek wsadowy 5 poziomy C100W 2 - pojemność do 15 tac DIN 1/1 - 4 poziomy demontowalne - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem - wykonanie: stal kwasoodporna z elementami z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

1.3 Modułowy wózek do mycia narzędzi mikrochirurgicznych 1 - pojemność: 49 przyłączy do instrumentów kaniulowanych o długości do 450 mm 1 w cenie - 6 tac 1 + 1 - efektywne mycie i suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych narzędzi 1 w cenie - wykonanie: stal kwasoodporna + tworzywo sztuczne.

1.4 Modułowy wózek do mycia narzędzi oftalmologicznych 1 - pojemność: 32 przyłączy do instrumentów do chirurgii oka - 9 tac - efektywne mycie i suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych narzędzi - wykonanie: stal kwasoodporna + tworzywo sztuczne.

1.5 Stelaż na 4 wózki wsadowe - przystosowany do przechowywania 4 wózków wsadowych do myjni dezynfektorów na 2 poziomach - wykonanie: stal kwasoodporna 304 wg AISI.

1.6 System automatycznego załadunku / wyładunku myjni-dezynfektora - napęd elektryczny, automatyczny załadunek / wyładunek po zakończeniu procesu - wbudowana taca ociekowa - wykonanie: stal kwasoodporna 304 wg AISI automatyczny wózek załadowczy 1 - pojemność 1 wózek wsadowy automatyczny wózek wyładowczy - pojemność 1 wózek wsadowy.

Nazwa i typ/model:

Producent	
Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry ocenianie	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025.	Tak, podać		
2.	Myjnia dwukomorowa, komory myjni wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L, obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, opisać		
3.	Myjnia o pojemności każdej z komór min. 18 tac o wymiarach 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 lub równoważną oraz min. wydajności na godzinę 50 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3 lub równoważną.	Tak, opisać		
4.	Pierwsza komora do mycia i dezynfekcji wyrobów, druga komora do suszenia wyrobów, transport	Tak, opisać		

	wózków wsadowych pomiędzy komorami automatyczny.			
5.	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia od strony załadowniczej i od strony wyładowniczej.	Tak, opisać		
6.	Podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia i komorą spustową w celu higienicznego oczyszczania komory.	Tak, opisać		
7.	Myjnia wyposażona w min. trzy dodatkowe zbiorniki na wodę z podgrzewaniem w celu wcześniejszego przygotowania wody dla różnych faz cyklu mycia i skróceniu czasu trwania cyklu.	Tak, opisać		
8.	Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory lub-trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm).	Tak, opisać	Min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory – 0 pkt Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony,	

			alarm) – 10 pkt	
9.	Każda komora wyposażona w drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu, pomiędzy komorami także drzwi przesuwne.	Tak, opisać		
10.	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i wyładowniczej.	Tak, opisać		
11.	Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania.	Tak, opisać		
12.	Kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów.	Tak, opisać		
13.	Przemysłowy sterownik PLC urządzenia po stronie załadowniczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 7 cali. Analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym	Tak, opisać		

	na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.			
14.	Kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali po stronie załadowniczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.	Tak, opisać		
15.	Po stronie załadowniczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego	Tak, opisać		

	programu, etapie cyklu, wartości A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim.			
16.	10 stałych programów fabrycznych mycia-dezynfekcji oraz 5 programów serwisowych.	Tak, opisać		
17.	Program dezynfekcji termicznej BGA 93 °C, 10 min.	Tak, opisać		
18.	Programy dezynfekcji termicznej 90 °C, 5 min.	Tak, opisać		
19.	Program z dezynfekcją chemiczno-termiczną.	Tak, opisać		
20.	Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 50 programów.	Tak, opisać		
21.	Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika.	Tak, opisać		
22.	Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze.	Tak, opisać		
23.	Pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w	Tak, opisać		

	celu oceny pozostałości środków chemicznych, informacja o przewodności wody do odczytu w uS/cm na ekranie.			
24.	Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach.	Tak, opisać		
25.	Myjnia wyposażona w czujnik wilgotności, dostosowujący czas suszenia do wartości zadanej przez użytkownika.	Tak, opisać		
26.	Urządzenie posiadające zabezpieczenie przed pojawieniem się piany w komorze myjącej. W przypadku jej wykrycia proces zostaje przerwany i wyświetlony odpowiedni komunikat.	Tak, opisać		
27.	Możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy	Tak, opisać		

	innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów).			
28.	Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej myjni-dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu.	Tak, opisać		
29.	Monitorowanie temperatury w każdej z komór przy pomocy dwóch niezależnych czujników.	Tak, opisać		
30.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, trzy poziomy dostęp.	Tak, opisać		
31.	Pompa o wydajności min. 700 l/min, do natrysku wody oddzielnie w	Tak, opisać		

	ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych.			
32.	Min. 2 przyłącza w komorze myjni do efektywnego rozprowadzania wody w wózkach wsadowych do ramion natryskowych i do wszystkich przyłączy narzędzi mikrochirurgicznych.	Tak, opisać	2 przyłącza – 0 pkt. 3 i więcej przyłączy – 10 pkt	
33.	Zintegrowana suszarka wyposażona w agregat suszący o wydajności min. 320 m ³ /h z możliwością nastawy temperatury suszenia do min. 120°C. Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, wstępny i filtr absolutny min. HEPA H14.	Tak, opisać		
34.	Agregat z napędem silnikiem elektrycznym bez szczotek węglowych	Tak, opisać		
35.	Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki.	Tak, opisać	Licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt Pomiar różnicy ciśnień – 10 pkt	

36.	Kondensator oparów z odzyskiem ciepła (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej). Zimna woda przepływająca przez kondensator chłodzi opary przez co zostaje wstępnie podgrzana a następnie jest kierowana do zbiornika procesowego i wykorzystywana w fazie dezynfekcji termicznej.	Tak, opisać		
37.	Trzy pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej lub w promilach stężenia środka chemicznego bezpośrednio z ekranu sterowania dla każdego programu oddzielnie.	Tak, opisać		
38.	Wbudowane dwa zbiorniki o poj. min. 40 litrów każdy zlokalizowane poza komorą, zainstalowane w celu szybkiego przygotowania wody do fazy dezynfekcji termicznej lub do wstępnego podgrzania wody do płukania końcowego. Podgrzewanie zbiorników elektryczne, grzałką/grzałkami o mocy min. 17 kW każdy.	Tak, opisać		

39.	Wbudowany zbiornik o poj. min. 40 litrów zlokalizowany poza komorą zainstalowany w celu szybkiego przygotowania wody do fazy mycia. Podgrzewanie zbiornika elektryczne, grzałką o mocy min. 8 kW.	Tak, opisać		
40.	Możliwość wykorzystania wody z fazy dezynfekcji termicznej do przygotowania wody do fazy mycia, co zapewni znaczną oszczędność energii, wody oraz czasu.	Tak, opisać		
41.	Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie wyładowczej), wydruk wartości temperatury w komorze, wartości A0, wydruk wykresu temperatury w funkcji czasu.	Tak, opisać		
42.	Zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią.	Tak, opisać		
43.	Zużycie wody na jedno napełnienie	Tak, opisać		

	komory mycia nie większe niż 40 litrów.			
44.	Podłączenie - zasilanie elektryczne 400 V; 50 Hz; moc max. urządzenia 63 kW.	Tak, opisać		
45.	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 1150 x 1780 x 2800 mm (sxgxw) ±5%.	Tak, opisać		
Wyposażenie dla myjni tunelowej				
46.	Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 2 szt.	Tak, opisać		
47.	Wózek wyposażony w system sprzęgania z myjnią.	Tak, opisać		
48.	Płynna, automatyczna regulacja wysokości wózka.	Tak, opisać		
49.	Możliwość zaprogramowania żądanych wysokości.	Tak, opisać		
50.	Zasilanie wózka elektryczne za pomocą wbudowanej baterii. Ładowanie za pomocą gniazdka 1F, 230 V.	Tak, opisać		
51.	Możliwość dokowania wózka również do oferowanych myjni 18 – tacowych.	Tak, opisać		
52.	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 2 szt.	Tak, opisać		

53.	Pojemność 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3 lub równoważnej.	Tak, opisać		
54.	5 poziomów mycia w tym co najmniej cztery demontowalne.	Tak, opisać		
55.	Wyposażony w system automatycznej identyfikacji.	Tak, opisać		
56.	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI.	Tak, opisać		
57.	Możliwość stosowania wózka również w oferowanych myjniach 18 – tacowych.	Tak, opisać		
58.	Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt.	Tak, opisać		
59.	Przyłącza do modułów wtryskowych.	Tak, opisać		
60.	Min. dwa łatwo demontowalne ramiona natryskowe.	Tak, opisać		
61.	Trzy poziomy mycia z możliwością rozbudowy do 5 poziomów.	Tak, opisać		
62.	Min. 49 podłączeń dla narzędzi rurowych.	Tak, opisać		

63.	Konstrukcja umożliwi załadunek modułów narzędziami poza wózkiem wsadowym (w celu łatwego załadunku), a następnie wpięcie ich do systemu natryskowego wózka.	Tak, opisać		
64.	Możliwość stosowania wózka również w oferowanych myjniach 18 - tacowych	Tak, opisać		
65.	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgii oka – 1 szt.	Tak, opisać		
66.	Przyłącza do modułów wtryskowych.	Tak, opisać		
67.	Min. dwa łatwo demontowalne ramiona natryskowe.	Tak, opisać		
68.	Trzy poziomy mycia z możliwością rozbudowy do 5 poziomów.	Tak, opisać		
69.	Moduł przyłączeniowy na narzędzia do chirurgii oka.	Tak, opisać		
70.	Min. dwa przewody filtrujące.	Tak, opisać		
71.	Min. 10 x adapter 90° z przyłączem gwintowym.	Tak, opisać		
72.	Min. 10 x wąż silikonowy z adapterem luer-lock męski-żeński.	Tak, opisać		

73.	Min. 10 x adapter luer-lock żeński-męski.	Tak, opisać		
74.	Min. 10 x adapter luer-lock męski-żeński.	Tak, opisać		
75.	Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI oraz wytrzymałe tworzywo sztuczne.	Tak, opisać		
76.	Konstrukcja umożliwi załadunek modułów narzędziami poza wózkiem wsadowym (w celu łatwego załadunku), a następnie wpięcie ich do systemu natryskowego wózka.	Tak, opisać		
77.	Możliwość stosowania wózka również w oferowanych myjniach 18 – tacowych.	Tak, opisać		
78.	Automatyczny system załadunkowy wózków wsadowych – 1 szt.	Tak, opisać		
79.	Umożliwia kolejkowanie min. 1 wózka	Tak, opisać		
80.	Automatyczne załadowanie wózka oraz wybór programu.	Tak, opisać		
81.	Czujniki na przenośniku wykrywające obecność wózka wraz z przekazaniem informacji do	Tak, opisać		



	sterownika o położeniu wózka.			
82.	Wykonanie: stal kwasoodporna	Tak, opisać		
83.	Stelaż na 4 wózki wsadowe – 1 szt.	Tak, opisać		
84.	Przystosowany do przechowywania 4 wózków wsadowych do myjni dezynfektor tunelowej i myjni 18 – tacowych.	Tak, opisać		
85.	Przechowywanie wózków na 2 poziomach (po 2 na poziom).	Tak, opisać		
86.	Wykonanie: stal kwasoodporna.	Tak, opisać		

Pakiet nr 5
Sterylizator parowy przelotowy

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Sterylizator parowy przelotowy	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Przedmiotem zamówienia jest sterylizator parowy - przelotowy, dwudrzwiowy konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285 / EN 285 lub równoważne - pojemność 2 jednostki sterylizacyjne zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285 lub równoważne - komora, drzwi i płaszcz grzewczy wykonane ze stali kwasoodpornej 316L wg AISI - dwie półautomatyczne wysuwane półki, wykonane ze stali kwasoodpornej - automatyczne, przesuwne pionowo drzwi komory sterylizatora - wbudowana elektryczna wytwornica pary - dostęp serwisowy od przodu urządzenia - obudowa, rama wykonane ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI - instalacje wewnętrzne pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej 316 wg AISI - konstrukcja sterylizatora umożliwiająca walidowanie procesu zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 lub równoważne - mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji - UPS do zasilania systemów sterowania i kontroli - skaner kodów kreskowych - panel sterowania - kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali - wbudowana drukarka do archiwizacji przebiegu cyklu - programy z frakcjonowaną próżnią wstępną - programy sterylizacji: 121°C, 134°C - program Bowie Dick - program testu szczelności - możliwość konfiguracji dodatkowych programów wg wymagań użytkownika Instalacje zasilające: - woda demineralizowana - DN 20, ciśnienie 3 - 6 bar - woda zimna zmiękczone (zasilanie pompy próżniowej) - DN 20, ciśnienie 3 1 szt. str. 102 - 6 bar - odpływ do ścieku zasyfonowany - DN 75, odporny na wysoką temperaturę - wpust podłogowy z rusztem nierdzewnym - DN 50 - energia elektryczna - 400 V, 50 Hz, moc 23 kW Wymiary: - wymiary wewnętrzne komory: 330 x 700 x 620 mm (sxwxg) - pojemność komory: 143 litry - wymiary zewnętrzne sterylizatora: 760 x 850 x 1900 mm (sxgxw)

Nazwa i typ/model:

Producent	
Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry ocenianie	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025.	Tak, podać		
2.	Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany.	Tak, opisać	Przestrzeń serwisowa: dostępna od frontu/tyłu i boku – 0 pkt. dostępna od frontu i tyłu – 5 pkt.	
3.	Pojemność komory min. 2 jednostki	Tak, opisać		

	sterylizacyjne wg PN-EN 285/EN 285 lub równoważnej, (1 JS=300x600x300 mm, wxdxs).			
4.	Pozioma przelotowa komora sterylizatora, z równomiernym podgrzewaniem całej powierzchni komory, drzwi i komora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L.	Tak, opisać		
5.	Dno komory wyprofilowane ze spadkiem w kierunku spustu z komory.	Tak, opisać		
6.	Komora izolowana termicznie grubą tkaniną, łatwo zdejmowalną bez użycia narzędzi, w celu sprawdzenia spawów podczas okresowej inspekcji UDT.	Tak, opisać		
7.	Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary.	Tak, opisać		
8.	Wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5µS/cm.	Tak, opisać		
9.	Min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze i wytwornicy pary sterylizatora.	Tak, opisać	1 wspólny zawór bezpieczeństwa – 0 pkt	

			2 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 5 pkt;	
10.	Wytwornica pary z system automatycznego podgrzewania wody w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie kotła, armatury ze stali kwasoodpornej min. AISI 316, automatyczny system spustu wody z wytwornicy, izolowana termicznie.	Tak, opisać		
11.	Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej.	Tak, opisać		
12.	Min. 3 stałe programy fabryczne sterylizacji parowej (134°C i 121°C) oraz program na priony 134°C, czas ekspozycji minimum 18 min., wszystkie programy sterylizacji o całkowitym czasie trwania max. 65 min. każdy.	Tak, opisać		
13.	Min. 4 programy testowe i przygotowawcze (Bowie Dick, Helix, test szczelności, program rozgrzewający).	Tak, opisać		

14.	Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 50 programów.	Tak, opisać		
15.	Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania.	Tak, opisać		
16.	Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach.	Tak, opisać		
17.	Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 6,5 cala.	Tak, opisać	Przekątna ekranu: = 6,5 cala – 0 pkt > 6,5 cala – 5 pkt	
18.	Dotykowy ekran o przekątnej min. 4 cale po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu.	Tak, opisać	Przekątna ekranu: = 4 cale – 0 pkt > 4 cale – 5 pkt	
19.	Po stronie załadowczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika	Tak, opisać		

	z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości F0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim.			
20.	Programowanie automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności.	Tak, opisać		
21.	Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowniczej i wyładowniczej oraz wyłącznik zasilania elektrycznego zlokalizowany za przednim panelem urządzenia.	Tak, opisać		
22.	Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim.	Tak, opisać		
23.	Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej w sterylizator drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie załadowniczej), wydruk wartości	Tak, opisać		

	ciśnienia i temperatury w komorze, wartości F0, wydruk wykresu temperatury i ciśnienia w funkcji czasu.			
24.	Sterownik sterylizatora posiadający możliwość podłączenia sterylizatora parowego do sieci komputerowej szpitala oraz posiadanego przez szpital specjalistycznego oprogramowania do archiwizacji cykli sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów.	Tak, opisać		
25.	Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu,	Tak, opisać		

	możliwość w trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu.			
26.	Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostępu.	Tak, opisać	= 4 poziomy – 0 pkt 5 i więcej poziomów – 5 pkt	
27.	Mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości.	Tak, opisać		
28.	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego.	Tak, opisać		
29.	Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.	Tak, opisać		
30.	W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz w wytwornicy pary.	Tak, opisać		
31.	W panelu czołowym po stronie wyładowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze.	Tak, opisać		
32.	Zawory procesowe sterowane	Tak, opisać		

	pneumatycznie, wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi.			
33.	Lekka i energooszczędna konstrukcja komory, grubość ścian komory nie większa niż 6 mm.	Tak, opisać		
34.	Rama, panele czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, opisać		
35.	Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości:	Tak, opisać		
36.	- brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki;	Tak, opisać		
37.	- łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na spuście z komory.	Tak, opisać		
38.	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, gładkie od strony komory, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu.	Tak, opisać		
39.	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowniczej i wyładowniczej.	Tak, opisać		

40.	Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią one na opór.	Tak, podać	Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt elektryczny – 5 pkt	
41.	Uszczelka drzwi o trwałości min. 2000 cykli sterylizacji, dociskana parą wodną (dołączyć deklarację producenta).	Tak, opisać		
42.	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego, z pompą próżniową z pierścieniem wodnym i napędem silnikiem elektrycznym.	Tak, opisać		
43.	Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody.	Tak, opisać		
44.	Maksymalne wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary - 760 x 850 x 1900 mm (sxgxw) ±5%.	Tak, opisać		
45.	Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz, moc urządzenia nie przekraczająca 23 kW.	Tak, opisać		
46.	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EC dla elementów ciśnieniowych	Tak, opisać		

	oferowanego urządzenia.			
47.	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia.	Tak, opisać		
48.	Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) lub równoważne.	Tak, opisać		
49.	Konstrukcja i działanie sterylizatora zgodne z normą PN-EN 285/EN 285 lub równoważną.	Tak, opisać		
50.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC lub równoważną).	Tak, opisać		

Pakiet nr 6
Sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Przedmiotem zamówienia jest sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą - przelotowy, dwudrzwiowy - konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 14937/ EN ISO 14937 lub równoważne - sterylizator posiadający procesy sterylizacji dopuszczone do sterylizacji narzędzi robotycznych z wykorzystaniem cyklu FLEX - Data - możliwość podpięcia sterylizatora do systemu komputerowego - czytnik kodów kreskowych lub czytnik kodów RFID do identyfikacji wsadu - pojemność całkowita komory 148 l - wymiary komory: 450 x 810 x 400 mm (SxGxW) - panel sterowania: kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10 cali - automatyczne otwierane i zamykane drzwi, przesuwne w pionie - po zakończeniu cyklu, wysterylizowane wyroby gotowe do użytku - bezpieczny nabój jednorazowy (jeden nabój na jeden cykl): gwarantowany koszt cyklu - nabój sterylizujący identyfikowany za pomocą systemu RFID - brak ryzyka straty naboju z powodu przerwania cyklu, błędów załadunku czy nadmiernej wilgotności - bezpieczny nabój z tworzywa sztucznego bez pozostałości chemicznych na koniec cyklu, zużyty nabój można wyrzucić do śmieci komunalnych - niezależny system zapisu danych cyklu z czujnikami monitorowania ciśnienia / temperatury w komorze - wbudowany port USB - wbudowany czujnik wilgotności - wbudowana sprężarka powietrza - wbudowana drukarka termiczna po stronie załadunkowej Pięć cykli sterylizacyjnych: * szybki – 27 min. * FLEX do endoskopów elastycznych - 37 min. * standardowy – 48 min. * intensywny – 60 min. * superszybki – 20 min. - łatwa instalacja sterylizatora - urządzenie wymaga podłączenia tylko do instalacji elektrycznej - zasilanie elektryczne – 400 V; 50 Hz; moc 5 kW - wymiary zewnętrzne: 770 x 1070 x 1685 mm (SxGxW)

2.1 Kosz wsadowy ze stali kwasoodpornej 685 x 420 x 130 mm (DxSxW) 2 wraz z uchwytem do pozycjonowania pakietów

- 2.2 Pojemnik z nadtlakiem wodoru (1 pojemnik na 1 cykl sterylizacji) 40 - okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji.
- 2.3 Inkubator z czytnikiem do wskaźników biologicznych z drukarką 1 który można połączyć z wydrukiem ze sterylizatora w procesie dokumentacji.
- 2.4 Wskaźnik biologiczny VH202 o czasie inkubacji 30 min (opak. 50 wskaźników) 1szt.
- 2.5 Wskaźniki chemiczne VH2O2, Typ 4 (opakowanie 250 sztuk) 1 szt.

Nazwa i typ/model:

Producent	
Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oceniane	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025.	Tak, podać		
2.	Sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy.	Tak, podać		
3.	Ergonomiczna wysokość załadunku 920 mm ($\pm 5\%$).	Tak, podać		

4.	Drzwi automatyczne, przesuwne pionowo.	Tak, podać		
5.	Drzwi wyposażone w czujnik bezpieczeństwa zapobiegający ich zamknięciu w przypadku wykrycia przeszkody.	Tak, podać		
6.	Drzwi zabezpieczone przed jednoczesnym otwarciem komory po stronie załadowniczej i wyładowniczej.	Tak, podać		
7.	Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą panelu dotykowego i przycisku nożnego.	Tak, podać		
8.	Akustyczne i wizualne ostrzeżenie o otwarciu drzwi.	Tak, podać		
9.	Możliwość ustawienia automatycznego zamykania drzwi po rozładunku.	Tak, podać		
10.	Oblachowanie, rama sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, podać		
11.	Ekran min. 9,5” po stronie załadowniczej i wyładowniczej sterylizatora w celu przejrzystej prezentacji informacji w tym pozostałego czasu cyklu.	Tak, podać	Przekątna ekranu: = 9,5” – 0 pkt > 9,5” – 5 pkt	
12.	Wewnątrz komory dwie wysuwane półki z drutu ze stali nierdzewnej. Możliwość	Tak, podać		

	wyjęcia górnej półki, aby umożliwić załadunek dużych przedmiotów.			
13.	Czytnik kodów kreskowych (skaner ręczny) do rozpoznawania operatora, wsadu i automatycznego wyboru cyklu.	Tak, podać		
14.	Wymiary wewnętrzne komory (szer. x gł. x wys.) min. 450 x 810 x 400 mm.	Tak, podać	Głębokość komory: = 810 – 0 pkt > 810 – 5 pkt	
15.	Objętość komory min. 147 litrów.	Tak, podać		
16.	Objętość użytkowa komory min. 140 litrów.	Tak, podać		
17.	Szerokość urządzenia nie większa niż 770 mm.	Tak, podać		
18.	Kształt komory prostokątny.	Tak, podać		
19.	Drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej min. 316L bez spawów.	Tak, podać		
20.	Uszczelki drzwi silikonowe.	Tak, podać		
21.	Komora prostopadłościenna wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L, polerowana - Ra <0.4 μm.	Tak, podać		
22.	Komora wysokiej jakości, odporna na działanie środków chemicznych, łatwa w utrzymaniu w czystości.	Tak, podać		

23.	Zewnętrzna izolacja komory wykonana z nietoksycznego włókna redukująca utratę ciepła i poziom hałasu.	Tak, podać		
24.	Izolacja termiczna gwarantująca, iż temperatura zewnętrzna urządzenia nie przekroczy 40°C.	Tak, podać		
25.	Rama oraz panele zewnętrzne sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304.	Tak, podać		
26.	Sterylizator wyposażony w 4 koła z regulowanym systemem blokowania.	Tak, podać		
27.	Generator plazmy zainstalowany poza komorą sterylizacyjną w celu lepszej ochrony żywotności instrumentów.	Tak, podać		
28.	W celu zmniejszenia uwalniania nadtlenu wodoru potrójny system filtracji: generator plazmy, katalizator oraz filtr węglowy.	Tak, podać	Wykonanie katalizatora: platynowy – 5 pkt inny – 0 pkt	
29.	Sterylizator wyposażony w zespół filtrów powietrza o dokładności min. 99,995%, zgodnie z DOP.	Tak, podać		
30.	Kontrola poziomu wilgotności wewnątrz komory w czasie rzeczywistym.	Tak, podać		

	Automatyczne usuwanie nadmiaru wilgoci ze wsadu przed uruchomieniem każdego cyklu.			
31.	Czujnik wilgotności gwarantujący szybkość, optymalną kontrolę bez czasu oczekiwania. W przypadku alarmu o nadmiernej wilgotności proces zostaje przerwany bez użycia naboju z czynnikiem sterylizującym.	Tak, podać		
32.	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą dwustopniowej pompy próżniowej chłodzonej i smarowanej olejem w układzie zamkniętym. Olej o długiej żywotności - wymiana po min. 3 latach lub po min. 4000 cykli.	Tak, podać	Wymiana oleju: po 3 latach/4000 cykli – 0 pkt > 3 lat/4000 cykli – 5 pkt	
33.	Stężenie nadtlenu wodoru w pojemniku 58-60%.	Tak, podać		
34.	System jednorazowych pojemników z czynnikiem sterylizującym (1 pojemnik na 1 cykl), pojemniki nie wymagające specjalnej utylizacji ani dodatkowych opakowań ochronnych przed wyrzuceniem do śmieci, mogą być traktowane jako odpad komunalny.	Tak, podać		

35.	Nabój z czynnikiem sterylizującym musi gwarantować stały koszt cyklu i brak możliwości upływu terminu ważności w trakcie jego użytkowania.	Tak, podać		
36.	Zużyty nabój zwracany po każdym cyklu automatycznie całkowicie pusty (bez żadnych pozostałości H ₂ O ₂) w celu łatwego i bezpiecznego użytkowania i utylizacji.	Tak, podać		
37.	Automatyczny załadunek i rozładunek pojemnika z czynnikiem sterylizującym, zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem szuflady z pojemnikiem sterylizacyjnym podczas trwania całego cyklu sterylizacji.	Tak, podać		
38.	Zabezpieczenie RFID uniemożliwiające rozpoczęcie cyklu z użytym lub przeterminowanym pojemnikiem. System RFID powinien dostarczać informację na temat: kodu i partii produktu, daty ważności i ilości H ₂ O ₂ .	Tak, podać		
39.	Termin przydatności pojemnika min. 10 miesięcy od daty produkcji.	Tak, podać	Termin przydatności: 10 miesięcy – 0 pkt	

			> 10 miesięcy – 5 pkt	
40.	Wszystkie cykle z wykorzystaniem nieskoncentrowanego H ₂ O ₂ , aby zapewnić dłuższą żywotność narzędzi.	Tak, podać		
41.	Cykl sterylizacji składający się z następujące po sobie fazy: 1. Kontrola wilgotności w czasie rzeczywistym i przygotowane (wstępne podgrzanie); 2. Faza próżniowa; 3. Sterylizacja; 4. Wentylacja. Czas cyklu musi obejmować wszystkie wymienione fazy.	Tak, podać		
42.	5 zwalidowanych przez producenta urządzenia programów sterylizacyjnych; 4 standardowe i jeden opcjonalny.	Tak, podać		
43.	Dodatkowa możliwość zapisania do 50 cykli niestandardowych w sterowniku urządzenia.	Tak, podać		
44.	4 standardowe cykle: <u>Szybki</u> – dla instrumentów wymagających sterylizacji powierzchniowej o czasie trwania max. 30 min (wliczając fazy kontroli wilgotności i podgrzewania wstępnego); <u>Flex</u> – dla endoskopów elastycznych,	Tak, podać		

	łącznie z narzędziami daVinci® (Intuitive Surgical). Czas trwania max. 40 min. (wliczając fazy kontroli wilgotności i podgrzewania wstępnego); <u>Standardowy</u> – dla kanałów sztywnych, półsztywnych i elastycznych. Czas trwania max. 52 min. (wliczając fazy kontroli wilgotności i podgrzewania wstępnego); <u>Intensywny</u> – do sterylizacji kanałów sztywnych i półsztywnych. Czas trwania max. 65 min. (wliczając fazy kontroli wilgotności i podgrzewania wstępnego).			
45.	Walidowany opcjonalny ultraszybki cykl o czasie trwania max. 22 min. (wliczając fazy kontroli wilgotności i podgrzewania wstępnego).	Tak, podać		
46.	Temperatura sterylizacji maksymalnie 55 °C.	Tak, podać		
47.	Zabezpieczenie przed kondensacją na powierzchni drzwi poprzez wbudowany w drzwi elektryczny system ogrzewania.	Tak, podać		
48.	Trójstopniowy system usuwania pozostałości nadtlenu wodoru z komory sterylizatora.	Tak, podać		
49.	Wartość pozostałości nadtlenu wodoru po przeprowadzonym procesie nie większa	Tak, podać		

	niż 0,010 mg/m ³ .			
50.	Pomiar stężenia nadtlenku wodoru w komorze sterylizatora za pomocą redundantnych (podwójnych) czujników temperatury i ciśnienia (kontrola i rejestr).	Tak, podać		
51.	Ciśnienie w komorze sterylizatora sterowane elektronicznie za pomocą min. 4 czujników ciśnienia.	Tak, podać		
52.	Temperatura w komorze sterylizatora sterowana elektronicznie za pomocą podwójnej sondy PT 1000.	Tak, podać		
53.	Wartości ciśnienia i temperatury dostępne do odczytu w czasie rzeczywistym w panelu sterowania. Parametry temperatury komory (środek komory, ściana górna, ściana dolna i drzwi) oraz wartość wilgotności wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas trwania cyklu.	Tak, podać		
54.	UPS do podtrzymania systemu sterowania w przypadku chwilowego zaniku zasilania.	Tak, podać		
55.	Sterowanie mikroprocesorowe z kolorowym ekranem dotykowym po obu stronach sterylizatora i niezależnym systemem kontrolującym i rejestrującym parametry cyklu.	Tak, podać		

56.	Wyświetlane alarmy, alerty i status wyraźnie oznaczone kolorami.	Tak, podać		
57.	Wyraźne oznaczenie pozostałego czasu cyklu.	Tak, podać		
58.	Możliwość automatycznego uruchomienia cyklu po załadunku sterylizatora.	Tak, podać		
59.	Możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia testu próżniowego.	Tak, podać		
60.	Po stronie załadowniczej wbudowana termiczna drukarka parametrów cyklu. Wydruk danych procesu zarówno w postaci numerycznej jak i graficznej (wykres przebiegu cyklu). Na wydruku umieszczone minimum ciśnienie, temperatura, numer cyklu, nazwa programu oraz nazwisko operatora, data i godzina początku i końca cyklu, alarmy i ostrzeżenia.	Tak, podać		
61.	W przypadku awarii drukarki lub braku papieru możliwość ponownego wydruku ostatniego cyklu z odpowiedniego menu.	Tak, podać		
62.	Możliwość wydrukowania wszystkich poprzednich cykli poprzez odpowiednie menu.	Tak, podać		
63.	Możliwość przechowywania w pamięci	Tak, podać	Pamięć	

	sterownika minimum 900 cykli sterylizacyjnych.		sterownika: 900 cykli – 0 pkt > 900 cykli – 5 pkt	
64.	Wszystkie komunikaty i ostrzeżenia w języku polskim. Sygnalizacja alarmu wizualna i dźwiękowa.	Tak, podać		
65.	Port USB do aktualizacji oprogramowania i tworzenia kopii zapasowych.	Tak, podać		
66.	Urządzenie wyposażone w port Ethernet.			
67.	Urządzenie wymagające jedynie podłączenia do sieci elektrycznej: 400 V, 50 Hz, moc max. 5 kW.	Tak, podać		
68.	Urządzenie wyposażone w port Ethernet.	Tak, podać		
69.	Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w	Tak, podać		

	trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu.			
70.	Możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności fabrycznego procesu sterylizacji.	Tak, podać		
71.	Konstrukcja i działanie sterylizatora zgodne z dyrektywą dot. wyrobów medycznych 93/42/EWG z późniejszymi zmianami oraz dyrektywą maszynową 2006/42/WE.	Tak, podać		
72.	Steryliizator walidowany zgodnie z normą EN ISO 14937 lub równoważną przez niezależne akredytowane laboratorium EN ISO / IEC 17025 lub równoważną.	Tak, podać		
73.	Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), załączyć do oferty certyfikat jednostki notyfikowanej na wyrób medyczny na sterylizator i środek sterylizujący.	Tak, podać		
74.	Działanie sterylizatora zgodne z normą PN-EN ISO 14937/EN ISO 14937 lub równoważną, załączyć do oferty deklarację	Tak, podać		

	zgodności producenta.			
75.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – załączyć do oferty deklarację zgodności producenta.	Tak, podać		
Wyposażenie sterylizatora				
76.	Kosz załadowniczy wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach 685 x 420 x 130 mm ($\pm 5\%$) wraz z wyjmowanym wkładem na pozycjonowanie torebek włókninowo – foliowych – 2 szt.	Tak, podać		
77.	Zapasy naboju sterylizacyjnych na 50 cykli.	Tak, podać		
78.	Inkubator z czytnikiem do wskaźników biologicznych wyposażony w drukarkę - 1 szt.	Tak, podać		
79.	Wskaźnik biologiczny VH ² O ² o czasie inkubacji nieprzekraczającym 30 min – 50 szt.	Tak, podać		

Pakiet nr 7**Suszarka do narzędzi**

L.P.	Opis asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Wartość netto	Stawka VAT*	Wartość brutto	Producent i numer katalogowy
1.	Suszarka do narzędzi	szt.	1				

*Jeśli przedmiot zamówienia posiada różne stawki VAT należy rozbić wartości netto i brutto wg odpowiednich stawek.

Suszarka do narzędzi wykonanie suszarki: nieprzelotowa - obieg powietrza wymuszony wentylatorem z napędem elektrycznym - konstrukcja obudowy, komory i drzwi ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI, drzwi przeszklone - temperatura suszenia do 80°C - regulacja czasu pracy od 1 do 999 min. - filtrowanie zasysanego powietrza z zewnątrz, filtr HEPA - 8 półek ażurowych na 16 tac z narzędziami wg DIN 1/1 - na każdej półce połączenie LuerLock do suszenia wewnętrznych kanałów - panel sterowania LED do ustawiania temperatury i czasu suszenia - wbudowany czujnik wilgotności - 3 programy suszenia - wbudowana drukarka - wymiary zewnętrzne: 710 x 790 x 1900 mm (s x g x w)

Instalacje zasilające: - podłączenie do wentylacji - DN 100 - energia elektryczna - 230V; 50 Hz; do 3 kW.

Nazwa i typ/model:

Producent	
-----------	--

Oferowany model	
Rok produkcji	

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oceniane	Parametr oferowany (podać dokładny opis oferowanego parametru)
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025.	Tak, podać		
2.	Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa.	Tak, podać		
3.	Pojemność komory (minimalna): - 16 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1.	Tak, podać		
4.	Suszarka wyposażona w min. 8 demontowanych półek. Na każdym poziomie przyłącze Luer Lock do podłączenia narzędzi kanałowych.	Tak, podać		
5.	Obudowa, komora i drzwi oraz wyposażenie ze stali kwasoodpornej z gatunku nie gorszego niż AISI 304.	Tak, podać		

6.	Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora z napędem elektrycznym.	Tak, podać		
7.	Filtrowanie zasysanego powietrza z zewnątrz poprzez filtr HEPA nie gorszy niż H14.	Tak, podać		
8.	Drzwi suszarki przeszklone, wykonane ze szkła hartowanego lub podwójnego szkła hartowanego HST i izolowane w celu uniknięcia strat ciepła – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory.	Tak, podać	Wykonanie przeszklonych drzwi: szkło hartowane – 0 pkt podwójne szkło hartowane HST – 15 pkt	
9.	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego z panelem sterującym wyposażonym w przyciski membranowe i wyświetlacz LED.	Tak, podać		
10.	Nastawiany czas suszenia w zakresie nie mniejszym niż 1 – 999 [min] oraz możliwość ustawienia pracy ciągłej.	Tak, podać		
11.	Możliwość ustawienia różnych temperatur suszenia w zakresie nie	Tak, podać		

	mniejszym niż 20 - 80°C.			
12.	Wbudowany czujnik wilgotności monitorujący jej poziom w komorze suszarki.	Tak, podać		
13.	Brak konieczności podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Suszarka wyposażona we wbudowaną sprężarkę – nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza.	Tak, podać		
14.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. Moc urządzenia nie przekraczająca 3,0 kW.	Tak, podać	Moc urządzenia: = 3 kW – 0 pkt < 3 kW – 15 pkt	
15.	Maksymalne wymiary zewnętrzne: 710 x 790 x 1900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).	Tak, podać		
16.	Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych).	Tak, podać		



Załącznik nr 2 do SWZ

.....
(Wykonawca)

.....
(Data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24** informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP: WOJEWÓDZTWO:

Numer telefonu e-mail

Numer telefonu e-mail

(do zamówień składanych przez Zamawiającego)

3. Czy Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem
 - małym przedsiębiorstwem
 - średnim przedsiębiorstwem
 - jednosobowa działalność gospodarcza
 - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 - inny rodzaj:
- ¹⁾ **proszę wskazać właściwe**

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr 1: Myjnia ultradźwiękowa

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
<p>Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia:</p> <p>24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt</p>	

<i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i>	
Całkowita pojemność komory mycia 78 litrów ($\pm 5\%$) Całkowita pojemność: < 78 litrów – 0 pkt ≥ 78 litrów – 10 pkt	
Kosz wsadowy z przyłączem do komory myjni oraz możliwością podłączenia 40 ($\pm 5\%$) narzędzi kanałowych Liczba przyłączy: <40 – 0 pkt ≥ 40 – 10 pkt	
Dotykowy panel sterujący na przedniej ściance urządzenia wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 4" Przekątna wyświetlacza: = 4" – 0 pkt > 4" – 10 pkt	

dla pakietu nr 2 Myjnia dezynfektor – przelotowa

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
<p>Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia:</p> <p>24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt</p> <p><i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i></p>	
<p>Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory lub –trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm).</p> <p>Min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory – 0 pkt</p> <p>Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm) – 8 pkt</p>	
<p>Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostęp.</p> <p>Ilość poziomów dostępu: = 4 – 0 pkt. > 4 – 8 pkt</p>	
<p>Min. 2 przyłącza w komorze myjni do efektywnego rozprowadzania wody w wózkach wsadowych do ramion natryskowych i do wszystkich przyłączy narzędzi mikrochirurgicznych.</p> <p>2 przyłącza – 0 pkt 3 i więcej przyłączy – 7 pkt</p>	
<p>Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki</p>	

Licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt Pomiar różnicy ciśnień – 7 pkt	
---	--

dla pakietu nr 3 Sterylizator parowy z podwójnymi drzwiami 8-wsadowy z wyposażeniem

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
<p>Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia:</p> <p style="text-align: center;">24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt</p> <p style="text-align: center;"><i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i></p>	
<p>Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany</p> <p style="text-align: center;">Przestrzeń serwisowa: dostępna od frontu/tyłu i boku – 0 pkt dostępna od frontu i tyłu – 6 pkt</p>	
<p>Min. 1 zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora</p> <p style="text-align: center;">1 lub 2 wspólne zawory bezpieczeństwa – 0 pkt 3 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 6 pkt</p>	
<p>Przemysłowy sterownik PLC urządzenia wyposażony, po stronie załadowniczej, w dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 9,5 cala. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem</p>	

Przekątna ekranu: = 9,5 cala – 0 pkt > 9,5 cala – 6 pkt	
Dotykowy kolorowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 9,5 cala po stronie wyladowniczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu. W celu łatwego mycia i dezynfekcji ekran sterowania umieszczony za szklanym panelem.	
Przekątna ekranu: = 9,5 cala – 0 pkt > 9,5 cala – 6 pkt	
Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrąfią one na opór	
Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt elektryczny – 6 pkt	

dla pakietu nr 4 Myjnia dezynfektor

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt <i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i>	

<p>Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory lub-trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm)</p> <p>Min. dwa punkty świetlne LED umieszczone w górnej części komory – 0 pkt Trójkolorowe oświetlenie wnętrza komory myjni informujące o statusie pracy urządzenia (min. praca, cykl zakończony, alarm) – 10 pkt</p>	
<p>Min. 2 przyłącza w komorze myjni do efektywnego rozprzewadzenia wody w wózkach wsadowych do ramion natryskowych i do wszystkich przyłączy narzędzi mikrochirurgicznych</p> <p>2 przyłącza – 0 pkt 3 i więcej przyłączy – 10 pkt</p>	
<p>Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki</p> <p>Licznik godzin pracy suszarki – 0 pkt Pomiar różnicy ciśnień – 10 pkt</p>	

dla pakietu nr 5 Sterylizator parowy przelotowy

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
<p>Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia:</p> <p>24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt</p> <p><i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i></p>	
<p>Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowniczej z prawej lub lewej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany</p>	

<p>Przestrzeń serwisowa: dostępna od frontu/tyłu i boku – 0 pkt dostępna od frontu i tyłu – 5 pkt</p>	
<p>Min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze i wytwornicy pary sterylizatora</p> <p>1 wspólny zawór bezpieczeństwa – 0 pkt 2 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 5 pkt</p>	
<p>Sterownik urządzenia po stronie załadowniczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 6,5 cala</p> <p>Przekątna ekranu: = 6,5 cala – 0 pkt > 6,5 cala – 5 pkt</p>	
<p>Dotykowy ekran o przekątnej min. 4 cale po stronie wyladowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu</p> <p>Przekątna ekranu: = 4 cale – 0 pkt > 4 cale – 5 pkt</p>	
<p>Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostęp</p> <p>= 4 poziomy – 0 pkt 5 i więcej poziomów – 5 pkt</p>	
<p>Drzwi komory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafia one na opór</p> <p>Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt elektryczny – 5 pkt</p>	

dla pakietu nr 6 Sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
<p>Okres gwarancji, podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia:</p> <p>24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt</p> <p><i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i></p>	
<p>Ekran min. 9,5” po stronie załadowniczej i wyladowczej sterylizatora w celu przejrzystej prezentacji informacji w tym pozostałego czasu cyklu</p> <p>Przekątna ekranu: = 9,5” – 0 pkt > 9,5” – 5 pkt</p>	
<p>Wymiary wewnętrzne komory (szer. x gł. x wys.) min. 450 x 810 x 400 mm</p> <p>Głębokość komory: = 810 – 0 pkt > 810 – 5 pkt</p>	
<p>W celu zmniejszenia uwalniania nadtlenu wodoru potrójny system filtracji: generator plazmy, katalizator oraz filtr węglowy</p> <p>Wykonanie katalizatora: platynowy – 5 pkt inny – 0 pkt</p>	
<p>Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą dwustopniowej pompy próżniowej chłodzonej i smarowanej olejem w układzie zamkniętym. Olej o długiej żywotności - wymiana po min. 3 latach lub po min. 4000 cyklach</p> <p>Wymiana oleju: po 3 latach/4000 cyklach – 0 pkt > 3 lat/4000 cyklach – 5 pkt</p>	
<p>Termin przydatności pojemnika min. 10 miesięcy od daty produkcji</p> <p>Termin przydatności: 10 miesięcy – 0 pkt > 10 miesięcy – 5 pkt</p>	
<p>Możliwość przechowywania w pamięci sterownika minimum 900 cykli sterylizacyjnych</p> <p>Pamięć sterownika:</p>	

900 cykli – 0 pkt > 900 cykli – 5 pkt	
--	--

dla pakietu nr 7 Suszarka do narzędzi

„netto” PLN, (słownie: złotych),

podatek VAT – %: PLN, (słownie: złotych),

„brutto” PLN, (słownie: złotych).

Gwarantujemy:

Nazwa Kryterium	Odpowiedź: (wpisać w wolnym polu poniżej)
Okres gwarancji , podany w miesiącach licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt od 36 miesięcy i więcej – 10 pkt <i>Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące</i>	
Drzwi suszarki przeszklone, wykonane ze szkła hartowanego lub podwójnego szkła hartowanego HST i izolowane w celu uniknięcia strat ciepła – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory Wykonanie przeszklonych drzwi: szkło hartowane – 0 pkt podwójne szkło hartowane HST – 15 pkt	
Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. Moc urządzenia nie przekraczająca 3,0 kW Moc urządzenia: = 3 kW – 0 pkt < 3 kW – 15 pkt	



6.OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, *będziemy / nie będziemy** polegać na zasobach następujących podmiotów:

Nazwa (firma)

adres ul.

kod pocztowy miasto kraj

nr telefonu nr faksu.....

NIP....., REGON

Ww. podmiot będzie*/nie będzie* brał udziału w realizacji części zamówienia.

7.ZASTRZEGAMY / NIE ZASTRZEGAMY* informacje/i stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami SWZ. Do oferty dołączamy wymagane uzasadnienie.

8.OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji zawartych pliku o nazwie: „.....” wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zabezpieczyliśmy zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ.

9.OŚWIADCZAMY, że posiadamy wymagane zdolności zawodowe w niniejszym postępowaniu i nie znajdujemy się w sytuacji konfliktu interesów, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że Zamawiający może uznać, że dany wykonawca nie ma wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli ustali/-ł, że wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Załączniki do oferty (zgodnie z SWZ dla Wykonawców):

1.....

2.....

3.....

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....
(podpis Wykonawcy lub osób
upoważnionych przez Wykonawcę)

¹⁾ **Mikroprzedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia **mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają **mniej niż 250 osób** i których roczny obrót **nie przekracza 50 milionów EUR** lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 43 milionów EUR**.

Załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr

zawarta w dniu, zwana dalej „Umową” pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu - pod numerem KRS 0000046016, posiadającym numer NIP 8862385315, reprezentowanym przez:

Jolantę Królak – p.o. Dyrektora Szpitala,

zwanego w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

.....
reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 132 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na : **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu**

§ 2.

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dalej jako „Sprzęt”, zgodnie z postanowieniami

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej jako „SWZ” i ofertą Wykonawcy, dalej jako „Przedmiot Zamówienia”.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w tym wykaz Sprzętu, określa **Załącznik nr 1** do Umowy.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia:
 - 1) dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania, dokumentów to potwierdzających,
 - 2) w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 - 3) wraz z ulotką w języku polskim zawierającą wszystkie informacje niezbędne dla każdego użytkownika w formie papierowej i elektronicznej oraz wszelką konieczną dokumentacją tj. paszportem technicznym, kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, wykazem punktów serwisowych, kopiami dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności producenta – wystawiona przez producenta.
 - 4) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz Załączniku nr 1,
 - 5) zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974 z póź. zm.),
 - 6) wraz z jego instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem personelu Zamawiającego z obsługi Sprzętu, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz Załączniku nr 1.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem gwarantującym należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony Przedmiot Zamówienia pozostaje nowy i wolny od wad.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami oraz aktualną wiedzą techniczną.
5. Wykonawca jest zobowiązany do montażu Sprzętu zgodnie ze sztuką, a także na warunkach określonych w Umowie oraz w Załączniku nr 1.
6. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji Umowy przestrzegać obowiązujący u Zamawiającego ład oraz porządek.
8. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia jego wykonania podmiotowi trzeciemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie

krótszego niż 10 dni. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z powierzenia wykonania Przedmiotu Zamówienia podmiotowi trzeciemu, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie wymaga uzyskania zgody sądu.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Przedmiotu Zamówienia w terminie **do 30 listopada 2025r.** od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie realizacji Przedmiotu Zamówienia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego wskazany w § 10 ust. 1 pkt 1.
3. Wykonawca zapewnia przechowywanie Sprzętu oraz jego transport w odpowiednim opakowaniu oraz w odpowiednich warunkach, w szczególności zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia w dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 14:35.
5. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia w terminie 5 dni od dnia uruchomienia Sprzętu.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wymieni wadliwe elementy na wolne od wad lub dokona usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 2.
7. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Okres usuwania wad, o którym mowa w ust. 6, wlicza się do okresu realizacji Umowy.
9. Po dokonaniu odbioru oraz usunięciu ewentualnych wad lub wymianie wadliwych elementów na wolne od wad, zgodnie z ust. 6 powyżej, Strony podpiszą Protokół odbioru z dostawy Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń, dalej jako „**Protokół Odbioru**” oraz końcowy Protokół odbioru z realizacji pełnego zakresu Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń, dalej jako „**Końcowy Protokół Odbioru**”.
10. Protokół Odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT oraz zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 5.
11. Odebranie przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy, ani roszczeń z tytułu rękojmi, które ujawnią się dopiero po dokonaniu odbioru, w tym w szczególności w trakcie korzystania ze Sprzętu.

§ 5.

1. Za należyte wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia i wszystkich obowiązków określonych w Umowie Wykonawcy należne będzie od Zamawiającego wynagrodzenie w łącznej wysokości zł netto (słownie:), powiększone o należny podatek VAT w wysokości%, to jest w kwocie zł brutto (słownie:).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym koszty transportu, montażu, instalacji oraz uruchomienia Sprzętu, koszty przeprowadzenia szkoleń, a także koszty serwisu gwarancyjnego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym faktura zostanie wystawiona w terminie dni od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy i przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą:
 - 1) wystawione w języku polskim,
 - 2) zawierały numer Umowy.
8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
9. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
 - 1) w wersji papierowej,
 - 2) pocztą elektroniczną na adres: efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
10. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) numer rachunku bankowego płatności wskazany na fakturze wystawionej dla Zamawiającego będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT,
 - 3) numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, jest wpisany do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonego przez Ministerstwo Finansów RP (tzw. „biała lista podatników VAT”).

§ 6.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt, zapewniając, iż jest on wolny od wad.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres.....
3. Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru sprzętu.

4. Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie-podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailowo, faxem lub telefonicznie.
5. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania na własny koszt i ryzyko wszelkich wad dotyczących Przedmiotu Zamówienia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie do 14 dni roboczych oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta od dnia powiadomienia o wadzie.
6. Zawiadomienia o wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 2.
7. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni.
8. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 nie spowoduje utraty praw z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
9. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 nie wymaga uzyskania zgody sądu.
10. Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie zalicza się do czasu trwania gwarancji.
11. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji, chyba że Zamawiający zażąda wystawienia osobnego dokumenty gwarancji.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
13. Gwarancja oraz rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje także Przedmiot Zamówienia lub jego część wykonany przez podwykonawców.
14. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
15. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia przez minimum 10 lat od daty jego dostawy.
16. Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewnia:
 - bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego,
 - przeglądy okresowe, konserwacje oraz naprawy gwarancyjne (obejmujące dojazd, robociznę i części) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych dostarczanych przez producenta oferowanego Przedmiotu Zamówienia,
 - przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- 2) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 3, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
 - 4) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1.
 3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
 6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i osób, którymi będzie posługiwał się do wykonania Umowy, jak za działania własne.

§ 8.

1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w dostarczaniu Przedmiotu Zamówienia, jego instalacji, uruchomienia lub przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Sprzętu w terminie określonym w § 4 ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 14 dniowy termin na wykonanie zobowiązania, a w przypadku jego bezskutecznego upływu od umowy odstąpić, według swojego wyboru w całości lub w części niezrealizowanej.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku utraty źródła finansowania Przedmiotu Zamówienia w całości lub części.
3. Odstąpienie przewidziane w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonywania zobowiązania przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie przewidziane w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia wskazanych w tym ustępie okoliczności.
5. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 oraz 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej.

§ 9.

1. W każdym czasie obowiązywania Umowy Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian Umowy, za które Strony traktują zmianę inną, niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 454 ust. 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
2. Niezależnie od postanowienia ust. 1, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy w razie zaistnienia następujących okoliczności:
 - 1) w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu jej realizacji;
 - 2) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli zmiana ta skutkować będzie zoptymalizowaniem przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego;
 - 3) w przypadku wycofania z produkcji lub sprzedaży jakiegokolwiek modelu lub typu Sprzętu - Wykonawca dostarczy obecnie produkowany lub sprzedawany model lub typ Sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta lub dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania danego modelu lub typu Sprzętu celem akceptacji przez Zamawiającego;
 - 4) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa.

§ 10.

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
 - 2) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,

- 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa, jeśli doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów w takiej wysokości, że łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia zmienia się o minimum 10% względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w przypadku ewentualnej drugiej i dalszych waloryzacji względem łącznego kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ostatnim aneksie waloryzacyjnym,
 - 4) obowiązek wykazania zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz ich wpływu na łączny koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z pkt 3), należy do Strony, która występuje z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Strona wnioskująca zobowiązana jest przedstawić szczegółową kalkulację w tym zakresie oraz dokumenty to potwierdzające,
 - 5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
 - 6) zmiana wysokości wynagrodzenia dokonywana będzie do wysokości wykazanej zgodnie z pkt 1) - 4) rzeczywistej łącznej zmiany kosztów wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż o wartość wskaźnika wzrostu/ obniżki towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
 - 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, wynosi w każdym roku realizacji Umowy 10% wartości Wynagrodzenia maksymalnego.
2. Strona Umowy może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową kalkulację i dokumenty niezbędne do oceny przez drugą Stronę, czy proponowane zmiany są zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, a także czy zmiany cen materiałów lub kosztów mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych cen lub kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie.
 4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia.
 5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień paragrafu 10 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w paragrafie 5 pkt 1.

§ 11.

1. Niniejszym Strony ustanawiają osoby do kontaktu w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy oraz dane adresowe właściwe dla wzajemnych kontaktów:
 - 1) ze strony Zamawiającego :, tel. :, e-mail :
 - 2) ze strony Wykonawcy :, tel. :, e-mail :
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- 2) Załącznik nr 2 – Informacja Administratora

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do Umowy nr

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
2. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja czynności poprzedzających zawarcie umowy, realizacja warunków i zobowiązań określonych w zawartej umowie, w tym obowiązków prawnych (m. in. odprowadzania składek ubezpieczeniowych, podatków). Podstawą prawną ich przetwarzania będą art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (umowa zlecenie, umowa o współpracy, umowa o świadczenie usług), czy też art. 42 - 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. b i c;
4. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. NFZ, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, (np. usługi IT), serwisanci lub Poczta Polska.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i realizacji umowy. Po jej wygaśnięciu przez okres 5 lat. W zakresie wymaganym przepisami prawa o systemie ubezpieczeń społecznych, okres ten liczy się od wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy, która podlegała oskładkowaniu. Okres ten dotyczy również celów podatkowych i liczy się go od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres ich przechowywania. Po tych terminach dane będą protokołarnie niszczone.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Można również skorzystać z prawa do przenoszenia danych w przypadku spełnienia określonych wymogów i możliwości technicznych w odniesieniu do tych zebranych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”.
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepis „RODO” przysługuje prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i niezbędne do realizacji zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości jej zawarcia.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie profilowania.

Załącznik nr 4 do SWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer[], data[], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:

¹Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

²W przypadku **instytucji zamawiających**: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.

W przypadku **podmiotów zamawiających**: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.

³Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	Zp/92/PN/24
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:

⁴Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁶Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<p><u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone</u>⁸: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?</p> <p>Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>

7Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

9Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>

¹⁰Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –

dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w **organizacji przestępczej**¹³;

korupcja¹⁴;

nadużycie finansowe¹⁵;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷

¹² Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (**Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15**).

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Jeżeli tak , proszę podać ²⁰ : a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („ samooczyszczenie ”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:
--	-------------------

¹⁸Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²²Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	Składki na ubezpieczenia społeczne a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁACIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych

²⁴Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) zbankrutował; lub</p> <p>b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub</p> <p>c) zawarł układ z wierzycielami; lub</p> <p>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub</p> <p>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub</p> <p>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?</p> <p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
	<p>Nie dotyczy [.....]</p>

26O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

27Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

28Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>Nie dotyczy</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>Nie dotyczy</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p>	<p>Nie dotyczy</p>

29W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

30Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o

³¹Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	{...} (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- {.....}{.....}{.....}
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: {...} <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- {.....}{.....}{.....}

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:	rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta rok: {.....} obrót: {.....} {...} waluta
i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w	(liczba lat, średni obrót): {.....}, {.....} {...} waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- {.....}{.....}{.....}

32Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

33Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....]³⁷</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:</p> <p>Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>

34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania:</p>	<p>[.....]</p>								

38 Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

39 Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

40 Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

⁴²Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ,</p>

Jeżeli jednośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

dokładne dane referencyjne dokumentacji):-
[.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):- [.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot

44Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

45Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

46Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

47Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

48W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.



zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

Załącznik nr 4a do SWZ

Zamawiający:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, oświadczam, co następuje:**

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: (określić
odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 4b do SWZ

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, oświadczam, co następuje:**

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

.....

Oświadczenie wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:**

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

są nadal aktualne

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca:

.....

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24** w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. **nie należymy** do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*
 2. **należymy** do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*
-
3. **nie należymy** do żadnej grupy kapitałowej*.

* **niepotrzebne skreślić**

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot.

Ad. pkt 2. Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Ad. pkt 3. Oświadczenie wskazane w pkt 3. może złożyć Wykonawca, według swego wyboru, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z ofertą.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7 do SWZ
(jeśli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne):

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie
art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)
DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH,
KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24**, oświadczam, że:

•Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....

•Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....

•Wykonawca.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

.....

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawca udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy)

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres,
NIP, Nr KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY

**Na podstawie art. 118 ust.3 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku –
Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam, że udostępniam swoje zasoby Wykonawcy:.....

.....
przystępującemu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24.**

.....
.....
(podać zakres udostępnianych zasobów).

Jednocześnie oświadczam, iż:

- Udostępnione przeze mnie zasoby zostaną wykorzystane przy wykonywaniu zamówienia

.....
(podać sposób udostępniania i wykorzystania zasobów) w okresie.....

- W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługę/usługi/roboty budowlane.....(podać zakres)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)

Zamawiający:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

.....

TABELA – PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Przedmiot Zamówienia: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24.**

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Zakres zlecony podwykonawcy

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 10 do SWZ

.....
(Wykonawca)

.....
(miejsowość i data)

Oświadczenie

Oświadczamy, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974). Na każde żądanie Zamawiającego jesteśmy w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 11 do SWZ

.....
(Wykonawca)

.....
(miejsowość i data)

Wykaz dostaw

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Centralnej Sterylizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu - Zp/92/PN/24** oświadczamy że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) następujące zamówienia:

Lp.	Zakres wykonanych dostaw, w tym m.in.	Termin realizacji zamówienia		Zamawiający/ Odbiorca zamówienia (nazwa i adres, adres e-mail)	Wartość dostaw
		Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr)	Zakończenie (dd/mm/rrrr)		
1					
2					

UWAGA: Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy załączyć **referencje** lub dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

