

Wszyscy Wykonawcy

ZP- 1204/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/5/PN/19).

W związku z wpływaniem od Wykonawców zapytań, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odp. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji.
2. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm i 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji?
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakiet 1 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
Odp. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji.
4. **Dot. załącznik nr 2 do SIWZ pkt. I ppkt. 2** – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aparatów fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2016 lub później czy też dopuszcza aparaty używane?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi mu o aparaty fabrycznie nowe lub używane wyprodukowane w roku 2016 lub później.
Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie opisu technicznego (załącznik nr 2):
pkt. I.2 otrzymuje nowe brzmienie: „Aparaty fabrycznie nowe lub używane wyprodukowane w roku 2016 lub później”.
W załączeniu zmodyfikowany opis techniczny (załącznik nr 2).
5. **Dot. załącznik nr 2 do SIWZ pkt. II ppkt. 7** – Prosimy o dopuszczenie aparatów posiadających możliwość wykonywania zabiegów CVVHD (pre- i postdylucja) z antykoagulacją cytrynianową już przy instalacji oraz gwarancją uzupełnienia o zabiegi CVVHDF (pre- i postdylucja) z antykoagulacją cytrynianową do końca bieżącego roku kalendarzowego.
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
6. **Dot. załącznik nr 2 do SIWZ pkt. II ppkt. 4** – Prosimy o dopuszczenie aparatów z gwarancją uzupełnienia o zabiegi hemoperfuzji do końca bieżącego roku kalendarzowego.
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

7. **Dot. załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 4C** – Prosimy o dopuszczenie płynów o stężeniu cytrynianu sodu 134,9 mmol/l w workach po 2000 ml.
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
8. **Dot. załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 14** – Prosimy o wyłączenie z formularza zestawów do dializy albuminowej gdyż zgodnie z opisem załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający nie wymaga aparatów wykonujących tego typu zabiegi.
Odp. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji.
9. **Dotyczy umowy:** Czy Zamawiający dopuści doszczegółowienie podpunktu 3 w punkcie 3.2 wzorca umowy, poprzez wyłączenie obowiązku dostawy nowego sprzętu przez Wykonawcę, w przypadku kiedy naprawa serwisowa wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wyrazi zgodę na następujące brzmienie podpunktu 3?
„3.2. Serwis zapewniać będzie w szczególności:
[...]
wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad – w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej, z wyłączeniem sytuacji, kiedy interwencja serwisowa wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”
Zwracam uwagę również, na poniższy zapis, który mówi o wymianie części na koszt wykonawcy (w tym sytuacji kiedy uszkodzenie powstało z winy zamawiającego).
3.1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się przez czas trwania umowy do obsługi serwisowej dzierżawionych aparatów, w tym przeprowadzenie ewentualnych napraw wraz z wymianą części przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie i na własny koszt.
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
10. **Zapytanie 1 do Załącznika nr 2, p. 18** - Czy Zamawiający uzna podaż z 4 worków po 5 litrów i przyzna punkty z oceny, jeśli podawane będą jednocześnie 2 worki z płynem dializacyjnym i 2 worki z płynem substytucyjnym?
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
11. **Zapytanie 2 do Załącznika nr 2, p. 19** - Czy Zamawiający uzna podaż wapnia z pompy strzykawkowej i przyzna punkty z oceny, jeśli pompa strzykawkowa będzie zintegrowana z aparatem, sterowana z ekranu, zintegrowana z pompą krwi i pompą cytrynianu, tzn. reagująca na zmiany prędkości tych dwóch pomp?
Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
12. **Dotyczy Załącznika nr 2: Opis techniczny, PARAMETRY WYMAGANE, część II, poz. 7:**
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonywania CVVHD i postdylucyjnej CVVHDF z antykoagulacją cytrynianową?
Zapisany wymóg antykoagulacji cytrynianowej w hemodiafiltracji z pre- i postdylucją umożliwia złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań. W przypadku zaferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w opisie technicznym.
13. **Dotyczy Załącznika nr 1: Formularz cenowy, poz. 14:** Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej minimalnej wielkości powierzchni hemofiltera służącego do przeprowadzenia zabiegu dializy albuminowej.
Odp. Minimalna wielkości powierzchni hemofiltera służącego do przeprowadzenia zabiegu dializy albuminowej wynosi 2m².

Zamawiający przesuwają termin składania ofert przetargowych do dnia 10.01.2019 r. do godziny 12:30.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień10.07.2019... na godzinę **13:00**.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XI, które otrzymują brzmienie:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na **platformazakupowa.pl** lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* - **https://platformazakupowa.pl/ pn/bieganski nie później niż do 10.07.2019 godz. 12.30.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2019..... o godz. **13.00**. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) cen zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

W załączeniu zmodyfikowany opis techniczny (załącznik nr 2).

KOORDYNATOR
ds. Restrukturyzacji

Krzysztof Bułkowski

SPECJALISTA

M. Radtke
mgr Magdalena Radtke