

Drezdenko, dnia 29 kwietnia 2024 roku

Do Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie

P4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej i molekularnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/6/2024, 2024/BZP 00294611/01 z dnia 2024-04-22,

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą*, udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany treści SWZ:

### Pytanie 1

#### Pakiet 2

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 1 do pakietu nr 2, w dniu 26 kwietnia, przez Zamawiającego stawia nowy wymóg do istniejących warunków SIWZ i rozszerza zakres wymagań o wsparcie dla analizatora, który nie jest przedmiotem pakietu nr 2.

Prosimy o wykreślenie tego nowo postawionego wymogu niezwiązanego z dostawą odczynników do analizatora.

Zakres wsparcia dla analizatora (zarówno serwisowy jak i aplikacyjny zawarty jest w oddzielnej Umowie między dostawcą systemu a Zamawiającym.

#### Odp. do pytania 1

Zamawiający wyjaśnia, że opisując przedmiot zamówienia w zakresie pakietu 2, w dodatku nr 2 wymagał w pkt. 3, aby do posiadanego analizatora MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD był:

„...dostępny serwis aplikacyjny posiadanego aparatu przez 7 dni w tygodniu, gwarantujący pomoc merytoryczną w szczególności w zakresie obsługi aplikacji, rozwiązywania problemów związanych z identyfikacją drobnoustrojów, sprawdzanie czystości matrycy i kontroli BTS oraz innych aspektów związanych z obsługą programu, odpowiedź serwisanta aplikacyjnego do 48h od zgłoszenia. W przypadku błędu krytycznego oprogramowania, który uniemożliwia wykonanie rozpoczętych badań Zamawiający wymaga usunięcia awarii serwisu aplikacyjnego w terminie do 24 godzin od zgłoszenia”

Wskazany zakres wsparcia nie dotyczy funkcjonalności oprogramowania Epicenter.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający potwierdził tylko, że wymaga takiego wsparcia, jakie określi w SWZ.

### Pytanie 2

#### Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 i 11 w pakiecie 2 końcówki pakowane w worki 2x 500 sztuk, wymagane końcówki pakowane w boksy (tacki) konfekcjonowane są 5x96 sztuk, więc wymagane 16 tys. sztuk to 33,3 opakowania, zaokrąglenia nie są przez Zamawiającego dopuszczone.

#### Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się zmiany w zakresie wymaganego opakowania dla **pakietu 2, poz. 10 i 11.**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.1 SWZ wskazane jest, że jeżeli jednostką miary jest „szt.” **wymaga się podania ceny jednostkowej netto za „szt.”**. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i brutto poszczególnych pozycji winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny jednostkowej netto za „szt.” zakup będzie odbywał się wg wielkości zaofertowanych opakowań podanych w ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiający w delegacji do art. 284 ust. 3 oraz w trybie 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę:
- terminu składania i otwarcia ofert określonego w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert: do dnia 06.05.2024 godz.: 10:00. Otwarcie ofert 06.05.2024 godz.: 10:05,**
  - terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 27 SWZ – nowy termin związania - do końca dnia 4.06.2024 r. – zmiana wynikająca ze zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

**Agnieszka Banaszek**

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 i art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia i zmiany SWZ oraz ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 29.04.2024 r.