



POLITECHNIKA
LUBELSKA

Zamawiający:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin, woj. Lubelskie
tel. 081 538 46 00,

Lublin dn. 10.11.2022 r.

Znak sprawy: KZA-3/846/WM-KIM/2022

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA NR 2 Z DN. 10.11.2022 R.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę pn.:

Dostawa pieca laboratoryjnego z wyposażeniem

Do Zamawiającego zostało przesłane zapytanie o treści:

"Czy zamawiający dopuszcza piec jak niżej?

Typ pieca FCF 10HM

Laboratoryjny piec komorowy

Maksymalna temperatura pracy 1350 °C

Temperatura pracy ciągłej 1350 °C

Pojemność komory 10 dm³

Wymiary komory roboczej (szer. x wys. x gł.) 210 x 160 x 290 mm

Programator temperatury PID typ MRT-7B

Z chwilą otwarcia drzwi pieca następuje odcięcie obwodu zasilania grzałek

Napięcie zasilania 230 V~, 50Hz

Moc znamionowa 3,45 kW

Układ zasilania w gaz ochronny"

Ad. 1)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający