



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

Bydgoszcz, dnia 12.10.2023 r.

NZZ/71/P/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  
Dostawa aparatury medycznej

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ

**Pytanie 1**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §3 ust. 10 pkt. c.)**

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

**Odpowiedź:**

W przypadku zadania 2 – Aparat RTG stacjonarny (telekomando) Zamawiający odstępuje w nowym projekcie umowy – załącznik nr 3B do SWZ od zapisów w dotychczasowym projekcie umowy – załącznik nr 3 do SWZ - §3 ust. 10 pkt. c.). Załącznik nr 3B do SWZ nie zawiera w/w uregulowań.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

**Pytanie 2**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §3 ust. 12**

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych"

Prosimy o rezygnację z wymagania wymiany Towaru na nowy , która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji, kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym

**Odpowiedź:**

W przypadku zadania 2 – Aparat RTG stacjonarny (telekomando) Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Załącznik nr 3B do SWZ nie zawiera w/w uregulowań.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

**Pytanie 3**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §4 ust. 2**

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny lub jego podzespoły nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

**Odpowiedź:**

W przypadku zadania 2 – Aparat RTG stacjonarny (telekomando) §4 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wprowadza następujący zapis:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca usunął wadę termin gwarancji ulega przedłużeniu o dwukrotność czasu od momentu zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia”.

Zamawiający wprowadza nowy projekt umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

#### **Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Reklamacje będą załatwiane przez Wykonawcę poprzez dostarczenie Materiałów wolnych od wad w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji w okresie określonym w ust. 8.\*”?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza nowy projekt umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2.

W nowym projekcie umowy Zamawiający usunął zapis §4 ust. 9

**Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zamieszczony wraz z zmianą treści SWZ.**

#### **Pytanie 5**

Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie wymaga wykonania projektu osłon stałych dla nowego aparatu RTG Telekomando

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania projektu osłon stałych dla nowego aparatu RTG Telekomando.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy SWZ

Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcyjnego stropu pod pracownią RTG.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający we wskazanym terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytych wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia dedykowanego do instalacji w/w aparatu w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. Adaptacja pomieszczenia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania zatem bezzasadne jest publikowanie projektu konstrukcyjnego stropu pod pracownią RTG.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy SWZ

Prosimy o opublikowanie rzutów technicznych pomieszczeń pracowni RTG.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający we wskazanym terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytych wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia dedykowanego do instalacji w/w aparatu w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. Adaptacja pomieszczenia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania zatem bezzasadne jest publikowanie rzutów technicznych pomieszczeń pracowni RTG.

#### **Pytanie 8**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia RTG.

Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający we wskazanym terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytych wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (również pod kątem zapewnienia odpowiedniej wentylacji) dedykowanego do instalacji w/w aparatu w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. Adaptacja pomieszczenia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania zatem bezzasadne jest publikowanie protokołu sprawności wentylacji.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

#### **Pytanie 9**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach: połączenie szerokopasmowe (min. 4 MBit/s przy pobieraniu i 768 kBit/s przy wysyłaniu) oraz umożliwi instalację routera cisco z wyjściem na zewnątrz po sieci szpitalnej (dodatkowo wymagany dostęp do niego z zewnątrz po ustalonym porcie oraz po ssh.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na instalację urządzeń sieciowych firm zewnętrznych. Wszelkie dostępy zdalne muszą być realizowane za pomocą zestawionego połączenia VPN site-to-site z urządzeniem końcowym Zamawiającego.

#### **Pytanie 10**

Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS.

#### **Pytanie 11**

Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie wszystkich szkoleń na aparacie nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Po zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od Wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem nowego projektu umowy - §5 ust. 2

„Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, protokół potwierdzający dostarczenie przedmiotu umowy w oparciu, o który będzie wystawiona faktura. W przypadku czynności związanych z uruchomieniem oraz przeszkoleniem, Strony zobowiązują się podpisać odrębny protokół po należytych dokonaniu tych czynności”. – dotyczy zadania 2

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zamieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

#### **Pytanie 12**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że testy podstawowe aparatu RTG i monitorów zostaną wykonane przez Zamawiającego

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że testy podstawowe aparatu RTG i monitorów zostaną wykonane przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 13**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie dokona demontażu obecnego systemu RTG.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że we własnym zakresie dokona demontażu obecnego systemu RTG. Adaptacja pomieszczenia a tym samym demontaż obecnego aparatu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

#### **Pytanie 14**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w określonym terminie 12-12-2023 wymaga dostarczenia, uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający we wskazanym terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia dedykowanego do instalacji w/w aparatu w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

#### **Pytanie 15**

Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie są prace adaptacyjne/ogólnobudowlane, np. (malowanie, wymiana wykładziny podłogowej itp.) i Zamawiający wykona we własnym zakresie adaptację pomieszczenia pod nowy aparat RTG zgodnie z wytycznymi.....(*nazwa producenta*) dla tego aparatu (wzmocnienie, kanały kablowe, instalacje elektryczne, wentylacja i klimatyzacja) oraz wszelkie wymagane osłony radiologiczne.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie są prace adaptacyjne/ogólnobudowlane, np. (malowanie, wymiana wykładziny podłogowej itp.). Zamawiający wykona we własnym zakresie adaptację pomieszczenia pod nowy aparat RTG zgodnie z wytycznymi oferenta dla tego aparatu (wzmocnienie, kanały kablowe, instalacje elektryczne, wentylacja i klimatyzacja) oraz wszelkie wymagane osłony radiologiczne.

#### **Pytanie 16**

Dotyczy Załącznik nr 1 – Przedmiot Zamówienia – Zadanie nr 2, Aparat RTG stacjonarny (telekomando) rodz. VII – Konsola Technika.

Prosimy o zmianę omyłkowo powielonego opisu w rozdziale VII z rozdziału VII na wymóg dodatkowej konsoli technika na wózku mobilnym w pomieszczeniu badań, która będzie służyła do sterowania ruchami ścianki oraz do ustawiania parametrów pracy generatora.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający z należytą starannością opisał swoje wymagania techniczne odnośnie aparatu rentgenowskiego. Zamawiający nie dokonał żadnej omyłki w opisie. Zamawiający wymaga łącznie 2 szt. konsol technika- jedna konsola opisana jest w punkcie VI a druga w punkcie VII tabeli z parametrami technicznymi. Każda z konsol ma zostać umiejscowiona w innym miejscu pracowni rentgenowskiej.

W celu zwiększenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający w punkcie VII. Tabeli z parametrami (opis od pkt. VII. 1. do pkt VII.12) dopuszcza również konsolę na wózku mobilnym dedykowaną do pomieszczenia badań, która będzie służyła co najmniej do sterowania ruchami ścianki oraz do ustawiania parametrów pracy generatora.

#### **Pytanie 17**

Dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do 12 grudnia 2023 wymaga jedynie dostawy aparatu RTG do Zespołu Magazynów Szpitalnych, a montaż, instalacja i uruchomienie aparatu nastąpi w terminie późniejszym max. 3 miesiące od daty dostawy, po uprzedniej adaptacji pomieszczenia wykonanej przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu. W przypadku braku możliwości dokonania montażu, instalacji i uruchomienia aparatu RTG w terminie 3 miesięcy od daty dostawy bieg swój gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia (ze względu na elementy próżniowe).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający we wskazanym terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (dokonanej zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji w/w aparatu w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Gwarancja swój bieg rozpoczyna od momentu instalacji i uruchomienia aparatu.

#### **Pytanie 18**

Dotyczy SWZ

Proszę o wskazanie nazwy dostawców i systemów PACS i RIS posiadanych przez Zamawiającego, z którymi ma zostać zintegrowany dostarczony aparat. Proszę o informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje w tym zakresie.

#### **Odpowiedź:**

PACS: AGFA IMPAX 6.6

RIS: Opencare firmy Antrez Medical Software



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Zamawiający posiada wolne licencje w tym zakresie.

#### **Pytanie 19**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §3 ust. 6 pkt. a., b.**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §3 ust. 13, pkt. b.**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §3 ust. 16**

Prosimy o obniżenie stawki do 0,1% - powszechnie przyjętej w umowach zawieranych na podstawie pzp w sektorze medycznym

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecnictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem nowego projektu umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2 wysokość kar umownych regulują następujące przepisy:

§3 ust.6a

§3 ust.6b

§3 ust.7

§3 ust.14 pkt.a

§3 ust.14 pkt.b

§3 ust.17

§3 ust.19

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

#### **Pytanie 20**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §3 ust. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Uzasadnienie:

Prosimy o dodanie celem doprecyzowania.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w nowym projekcie umowy – załącznik nr 3 skreśla w całości zapis §3 ust. 20 w zamian wprowadza się nowy zapis §3 ust. 20, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie szkody na osobie oraz w przypadku, gdy bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy brutto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy”.

Zamawiający w nowym projekcie umowy – załącznik nr 3 skreśla w całości zapis §3 ust. 21 wprowadza nowy zapis



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

§3 ust. 21, który otrzymuje brzmienie:

„ W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Gdyby z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę umowy w terminie Zamawiający utraciłby dofinansowanie z programu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, Zamawiający może, w szczególności, żądać naprawienia szkody wynikającej z nieotrzymania dofinansowania. Ograniczenia odpowiedzialności określone w ust. 20 mają zastosowanie”.

W nowym projekcie umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2 paragraf 3 ust. 21 i ust.22 otrzymują takie same brzmienie.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3 został zamieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zamieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

#### **Pytanie 21**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §4 ust. 1**

Czy Zamawiający doprecyzuje, że gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie. – co wynika z treści art. 578 kc?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Wobec faktu, iż umowa nie rozszerza gwarancji ponad zakres określony w art. 578 k.c. modyfikacja jest zbędna.

#### **Pytanie 22**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „*W razie interwencji serwisowych gwarancja przedłuża się o czas niesprawności urządzenia.*”?

##### **Uzasadnienie**

Jak Państwu wiadomo z istoty instytucji gwarancji jakości wynika określony okres jej obowiązywania, czyli okres, w którym podmiot uprawniony z gwarancji ma zapewnione świadczenia ze strony zobowiązanego z gwarancji (odpowiednio sprzedawcy albo producenta rzeczy) w zakresie usunięcia ewentualnych wad urządzenia. Nie bez powodu również ustawowy okres gwarancji na rzecz ruchomą wynosi 2 lata, bo jak zakłada ustawodawca, bazując na doświadczeniu rynkowym, wady rzeczy tkwiące w niej w chwili sprzedaży (wydania) kupującemu – w szczególności wady materiałowe, konstrukcyjne, montażowe – z założenia powinny ujawnić się w początkowym okresie używania rzeczy. Jak Państwu wiadomo, tzw. okres żywotności urządzenia nie ma nic wspólnego z okresem gwarancji. Jakkolwiek na rynku spotyka się czasami tzw. „gwarancję dożywotnią”, to przy bliższym zapoznaniu się z jej warunkami okaże się zazwyczaj, że jest to tylko „chwyt reklamowy” albo taka gwarancja dotyczy bardzo specyficznego rodzaju rzeczy, do których wyroby (urządzenia) medyczne z całą pewnością nie należą. Mamy przy tym świadomość, że postawiony przez Państwa warunek w zakresie odnawialności gwarancji na wymieniane części urządzenia odpowiada istniejącym przepisom Kodeksu cywilnego, ale, jak Państwu wiadomo, przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji mają tylko charakter „pomocniczy” na wypadek, gdyby strony umowy nie sprecyzowały warunków gwarancji i siłą rzeczy muszą mieć jak najbardziej ogólne / uniwersalne brzmienie, które może nie być i z reguły nie jest adekwatne w stosunku do nowoczesnych urządzeń medycznych. Urządzenia takie, jak Państwo wiecie, ze swej natury bardzo skomplikowane, składają się z wielu części / podzespołów / oprogramowania, podlegają z mocy przepisów krajowych i unijnych rozlicznym procesom certyfikacyjnym / jakościowym, z tego też względu niezwykle rzadko (jeśli już ulegają jakiejś awarii, uszkodzeniu) naprawia się poszczególne ich części / podzespoły - części / podzespoły takie ulegają wymianie na certyfikowane części / podzespoły. Z tego też względu każda taka naprawa gwarancyjna prowadziłaby do odnowienia gwarancji w zakresie tej części, w najgorszym przypadku na cały okres tzw. „żywotności urządzenia”. A nie taki jest przecież sens i istota gwarancji i co najważniejsze, niemożliwe staje się de facto określenie czasu, w którym wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany w okresie gwarancji, co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości właściwego skalkulowania ceny oferty.

##### **Odpowiedź:**

W przypadku zadania 2 – Aparat RTG stacjonarny (telekomando) §4 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wprowadza następujący zapis:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca usunął wadę termin gwarancji ulega przedłużeniu o dwukrotność czasu od momentu zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia”.

Zamawiający wprowadza nowy projekt umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

#### **Pytanie 23**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §5 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „*Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.*”?

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 24**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, §8 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazana, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Zapis przeniesiony z ustawy pzp. Ponadto w kontekście brzmienia przepisu zapisu umowy (np.; par. 8 ust. 3 pkt 1) wezwanie byłoby całkowicie nielogiczne, gdyż nie mogłoby spowodować zmiany okoliczności.

Oświadczenia dotyczące umowy dotyczące jej rozwiązania czy odstąpienia wymagają zachowania formy przewidzianej dla umowy.

#### **Pytanie 25**

##### **Dotyczy załącznika nr 3A do SWZ, rozdział 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem .....

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.”?

#### Uzasadnienie

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

#### Odpowiedź:

Zamawiający skreśla w projekcie umowy powierzenia przetwarzania danych osób – załącznik nr 3A do SWZ - zapis pkt. 2.

W zamian wprowadza się nowy zapis pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

#### „ 2. Podpowierzenie

2.1. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

2.2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem .....

2.3. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

2.4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

2.5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

2.6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

2.7. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

#### Pytanie 26

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny ( Telekomando ) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 2 opisu parametrów: „Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) ≤ 50 cm.”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające najniższe położenie ścianki 65cm,





ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

idealnie dostosowane wysokością do pozycji siedzącej typowego pacjenta z dostępnym zakresem 65cm do 133cm (łącznie z pozycją stojącą operatora przy pacjencie)? Wysokość jest tak dobrana, aby zapewnić łatwe usadowienie i ułożenie pacjenta na blacie z uwzględnieniem międzynarodowych oraz polskich wytycznych i dobrych praktyk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 27**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny ( Telekomando ) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 7 opisu parametrów: „Szerokość blatu [cm]  $\geq 80$  cm.”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające szerokość blatu stołu 73,8 cm, przy długości blatu 235,6 cm?

W oferowanym przez nas rozwiązaniu powierzchnia robocza blatu (73,8cmx235,6cm) jest większa niż obecnie wymagana (80cmx210cm), co czyni nasze rozwiązanie tożsamym, a nawet lepszym z punktu widzenia praktycznego użytkownika aparatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 28**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny ( Telekomando ) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 9 opisu parametrów: „Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylenia i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg]  $\geq 300$  kg.”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające obciążalność z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu, łącznie z obciążalnością podnóżka 284 kg?

Jest to rozwiązanie w praktyce lepsze od obecnie wymaganego ze względu na fakt, że operator nie musi analizować jaki ruch może zrobić, a jakiego nie przy określonej wadze pacjenta. W oferowanym przez nas rozwiązaniu wszystkie funkcje ruchów można swobodnie stosować w przypadku pacjentów do 284 kg. Z użytkowego punktu widzenia znacząco łatwiej jest, jeśli obciążalność odnosi się do wszystkich ruchów wykorzystywanych w praktyce w trakcie badań

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 29**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny ( Telekomando ) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 11 opisu parametrów: „Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu.”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z trzech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu?

Oferowane przez nas rozwiązanie pracuje w co najmniej kilkunastu dużych szpitalach w Polsce i użytkownicy podkreślają jego dobrą ergonomię, a zwłaszcza jasne zasady co do obciążalności (284 kg z zachowaniem wszystkich ruchów). Jednocześnie podkreślamy, że oferowane przez nas rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o dużej ilości badań oraz najwyższej jakości obrazowania przy najniższej dawce promieniowania absorbowanej przez pacjenta i personel.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 30**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny ( Telekomando ) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 16 opisu parametrów: „Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo  $\geq 150$  cm”

Czy Zamawiający w przypadku tego aparatu będzie chciał wykonywać badania klatki piersiowej?

Zwracamy uwagę, że obecny wymóg co do maksymalnego SID nie gwarantuje wykonywania badań klatki piersiowej



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

z SID 180 cm.

Prosimy o rozpatrzenie zmiany wymogu na „Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo  $\geq 180$  cm.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 31**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 20 opisu parametrów: „Odległość blat stołu-detektor [mm]  $\leq 80$  mm.”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające automatyczny dobór kratki przeciwrozproszeniowej wraz z automatyczną pozycją parkingową kratki poza wiązką promieniowania, co w związku z technologią wymaga zastosowania odległości blat stołu-detektor 125 mm? Takie rozwiązanie, z automatycznym doborem kratki, daje szereg korzyści i poprawia ergonomię pracy, zajmując minimalną dla tej funkcjonalności przestrzeń

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 32**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 21 opisu parametrów: „Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry Min. 10:1, min. 50 l/cm.”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające: kratki przeciwrozproszeniowa – parametry 12:1, min. 44 pl/cm?

Każdy producent stosuje kratki zaprojektowane i dostosowane indywidualnie do zastosowanego toru obrazowego. Oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia najwyższą jakość obrazowania, a automatycznie dobierane kratki przeciwrozproszeniowej pozwalają na pracę w całym zakresie SID 113cm-183cm.

Obecny wymóg wskazuje na konkretnego producenta i nie jest podyktowany przesłankami merytorycznymi.

**Odpowiedź:**

Dotyczy zadania 2

Zamawiający w pkt.7 Walory techniczno-eksploatacyjne w ppkt.21 dopuszcza kratkę przeciwrozproszeniową parametry 12:1, min. 44 pl/cm

**Pytanie 33**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział I. Pkt 23 opisu parametrów: „System AEC w ścianie.”

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie punktacji dla rozwiązań zaprojektowanych do radiografii i fluoroskopii posiadających 7 komór AEC w ścianie.

Większość rozwiązań ma 5 komór, ale najlepsze posiadają 7 (4 boczne + 3 usytuowane w pionie w osi pacjenta dla lepszej optymalizacji dawki promieniowania przy badaniach kontrastowych).

Przykładowy zapis:

$\geq 7$  komór – 10 pkt.

$< 7$  komór – 0 pkt

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 34**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział II opisu parametrów: „Lampa rtg i kolimator w ścianie do prześwietleń (Telekomando)”

Czy Zamawiający będzie wymagał lub przyzna punkty za najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku jakim jest lampa rtg sterowana siatką (strumień elektronów sterowany dodatkowym polem elektrycznym)?

Lampa z siatką w przypadku fluoroskopii pulsacyjnej zapewnia redukcję dawki do 68% względem klasycznych lamp rtg. Dzięki funkcji siatki impulsy są idealnie prostokątne (bez narastania i opadania) oraz bardzo krótkie, dzięki czemu możliwe jest użyci dużego prądu fluoroskopii pulsacyjnej (do 200mA) przy zachowaniu bardzo małej dawki. Duży



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

prąd znacząco poprawia kontrastowość obrazu, w efekcie uzyskujemy lepszą jakość obrazu (kontrast jest wprost proporcjonalny do wartości prądu) przy jednoczesnej znaczącej redukcji dawki promieniowania pochłanianego przez pacjenta i personel.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 35**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział II Pkt 2 opisu parametrów: „*Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336 lub regulacją równoważną)  $\leq 1,2$ .*”

Czy Zamawiający przyzna punkty dla ogniska 0,8 mm ( $\leq 0,8\text{mm}$ ) zapewniającego znacząco lepszą jakość obrazowania, ze względu na większą rozdzielczość wiązki i większą ilość przenoszonych informacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 36**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział II Pkt 4 opisu parametrów: „*Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613)  $\geq 80 \text{ kW}$ .*”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta posiadające: Nominalna moc dużego ogniska 64 kW, przy jednoczesnym rozmiarze ogniska 0,8 mm w przypadku lampy z siatką o redukcji dawki do 68% względem tradycyjnych lamp rtg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 37**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział II Pkt 9 opisu parametrów: „*Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG.*”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, a nawet lepsze (dokładniejsze) jakim jest kalkulacja dawki z danymi o dawce zapisywanymi automatycznie w tagach obrazów DICOM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 38**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział III Pkt 5 opisu parametrów: „*Zakres napięć w radiografii min. 40 - 150 kV.*”

Aktualny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta o parametrze: Zakres napięć w radiografii min. 40 - 125 kV, wynikające z zastosowanej lampy sterowanej siatką?

Zakres napięcia wynika z konstrukcji lampy i spełnia wszystkie zalecane napięcia badań dla radiografii cyfrowej. Dodatkowo większość parametrów oferowanych w przypadku lampy sterowanej siatką znacząco przekracza minimalne wymagania opisane przez Zamawiającego w tym postępowaniu (m.in.: pojemność cieplna anody 800 kHU, szybkość chłodzenia 267,3 kHU/min, ogniska: małe: 0,6mm/44kW, duże 0,8mm/64 kW)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 39**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział III Pkt 8 opisu parametrów: „*Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej  $\geq 80 \text{ mA}$ .*”

Czy Zamawiający będzie wymagał lub przyzna punkty za najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku jakim jest lampa rtg sterowana siatką (strumień elektronów sterowany dodatkowym polem elektrycznym) zapewniającej prąd



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

fluoroskopii pulsacyjnej  $\geq 200$  mA?

Lampa z siatką w przypadku fluoroskopii pulsacyjnej zapewnia redukcję dawki do 68% względem klasycznych lamp rtg. Dzięki funkcji siatki impulsy są idealnie prostokątne (bez narastania i opadania) oraz bardzo krótkie, dzięki czemu możliwe jest użycie dużego prądu fluoroskopii pulsacyjnej (do 200mA) przy zachowaniu bardzo małej dawki. Duży prąd znacząco poprawia kontrastowość obrazu, w efekcie uzyskujemy lepszą jakość obrazu (kontrast jest wprost proporcjonalny do wartości prądu) przy jednoczesnej znaczącej redukcji dawki promieniowania pochłanianego przez pacjenta i personel.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 40**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne).

- Rozdział V Pkt 1 opisu parametrów : „Min. jeden monitor w sterowni oraz dwa monitory na wózku w pokoju badań.”

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitory spełniały parametry monitorów medycznych, były kalibrowalne z krzywą DICOM oraz posiadały kompensację natężenia oświetlenia zgodnie ze standardem DICOM automatycznie dostosowywaną do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 41**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne)

- Rozdział VII opisu parametrów: „Konsola technika”

Czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował interfejs konsoli operatora (menu, komunikaty) wraz z pomocą kontekstową w języku polskim?

Jest to niezmiernie ważne z powodów bezpieczeństwa i zrozumienia przez operatorów jakie informacje wyświetla urządzenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 42**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne)

- Rozdział VII opisu parametrów: „Konsola technika”

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby konsola operatora była wyposażona w oprogramowanie obrazowe producenta aparatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 43**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 8. Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne)

- Rozdział I Pkt 3 opisu parametrów: „Projekcje skośne, zakres kątów [ $^{\circ}$ ]  $\geq \pm 40$ ”

Prosimy o usunięcie punktacji, ponieważ opisany parametr ma niską wartość merytoryczną i kliniczną. Rekomendujemy o zastąpienie go przez:

System AEC w ścianie.

$\geq 7$  komór – 10 pkt.

$< 7$  komór – 0 pkt

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 44**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne)

- Rozdział VIII Pkt 8 opisu parametrów: „Integracja z systemem PACS i RIS Zamawiającego.”



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu, natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i udostępni je Wykonawcy.

**Pytanie 45**

Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne)

- Rozdział VIII Pkt 8 opisu parametrów: „Integracja z systemem PACS i RIS Zamawiającego.”

Czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG z systemami RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w SWZ z należytą starannością sformułował wymogi gwarancyjne.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 46**

Pytanie nr 21 – Dotyczy Zadania nr 2 - Aparat RTG stacjonarny (Telekomando) – 1 szt. (Załącznik nr 1 do SWZ, Pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne)

- Rozdział VIII Pkt 8 opisu parametrów: „Integracja z systemem PACS i RIS Zamawiającego.”

Prosimy o wskazanie dostawcy oraz nazw systemów z jakimi Zamawiający wymaga integracji.

**Odpowiedź:**

PACS: AGFA IMPAX 6.6

RIS: Opencare firmy Antrez Medical Software

**Pytanie 47**

Dotyczy projektu umowy - §3 ust. 2 (Załącznik nr 3 do SWZ)

Prosimy o wyjaśnienie, czy po dostawie towaru zgodnie z par. 3 ust. 2 umowy strony podpiszą protokół dostawy?

**Odpowiedź:**

Tak po dostawie towaru strony podpiszą protokół dostawy.

**Pytanie 48**

Dotyczy projektu umowy - §3 ust. 2 i 3 (Załącznik nr 3 do SWZ)

Czy po zakończeniu montażu, instalacji i uruchomienia towaru strony podpiszą protokół odbioru towaru?

Jeśli tak, prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy.

**Odpowiedź:**

Po dostawie aparatu strony umowy podpiszą protokół potwierdzający dostawę. W przypadku czynności związanych z uruchomieniem oraz przeszkoleniem, Strony zobowiązują się podpisać odrębny protokół po należytych dokonaniu tych czynności.

Powyższa kwestia została uregulowana w nowym projekcie umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2 - §5 ust.2.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

**Pytanie 49**

Dotyczy projektu umowy - §5 ust. 2 (Załącznik nr 3 do SWZ)

Czy podpisane obustronnie protokoły odbioru towaru będą podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w par. 5 ust. 2 umowy?

Jeśli tak, prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy.

**Odpowiedź:**

Powyższa kwestia została uregulowana w nowym projekcie umowy – załącznik nr 3B do SWZ – dotyczy zadania 2 - §5 ust.2.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

#### **Pytanie 50**

Pytanie nr 25 - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 51**

Pytanie nr 26 - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 52**

Pytanie nr 27 - Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 53**

**Pytanie nr 28 – Dotyczy SWZ – Rozdział III. Środki dowodowe – Pkt 1.7. „Przedmiotowe środki dowodowe – ppkt 1.7.2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli do oferty zostanie złożone stosowne oświadczenie producenta lub Wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego

#### **Odpowiedź:**

Dotyczy SWZ – Rozdział III pkt. 1.7.1

Zamawiający jednoznacznie w SWZ określił wymagania w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.

Wskazano tam między innymi – „i/lub oświadczenie/a producenta”.

Nie wskazano oświadczenia Wykonawcy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 54**

##### **Pytania dotyczące prac adaptacyjnych:**

1. Czy w pomieszczeniu do którego planowana jest dostawa i instalacja znajduje się stary sprzęt? Jeśli tak, proszę o wskazanie, która ze stron będzie odpowiedzialna za demontaż i w jakiej formie (nieszczęcy, nieniszczęcy)?
2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych dla pomieszczenia RTG. Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji – tj. wykonanie prac koniecznych do zainstalowania aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe).



3. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie aparatu RTG oraz przeszkolenie z zakresu obsługi. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac adaptacyjnych po stronie Zamawiającego (szpital) jest wykonanie remontu pomieszczenia RTG, wymiana stolarki ochronnej oraz dostawa mebli.
4. Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.
5. Czy Zamawiający oczekuje malowania ścian i sufitów pomieszczeń pracowni RTG? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń.
6. Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego aparatu RTG o parametrach 65 kVA [moc chwilowa do 176 kVA]?
7. Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany RTG.
8. Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni głównej RG z której jest zasilany obecny aparat.
9. Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej RTG i określenie jej szacunkowej długości.
10. Prosimy o opublikowanie pomiarów elektrycznych (w tym impedancji) linii zasilającej w rozdzielni głównej budynku z którego będzie zasilane urządzenie.
11. Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu RTG.
12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.
13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.
14. Prosimy o umożliwienie w najbliższych dniach wykonania wizji lokalnej dla nowego aparatu RTG.
15. Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG.
16. Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego konstrukcji sufitowej.
17. Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią w której będzie instalowane nowe urządzenie a także o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni
18. Prosimy o udostępnienie projektu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej obejmującej swym zakresem pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.
19. Prosimy o udostępnienie dokumentacji oraz opisu stropu pod oraz nad pracownią RTG, a także o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG.
20. Prosimy o podanie wagi dla obecnie zainstalowanego urządzenia.
21. Prosimy o potwierdzenie, że czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia PAA na uruchomienie pracowni aparatu RTG (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
22. Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon stałych dla pomieszczenia RTG?
23. Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG.
24. Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem:
  - grubości ścian
  - technologii wykonania ścian i tynków
  - osłon radiologicznych.
25. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dla konsoli technika biurka i krzesła w sterowni?
26. Zamawiający wymaga szkoleń aplikacyjnych na nowy aparat RTG, jednak po zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia.  
Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego?  
Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.
27. Jeśli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania adaptacji pomieszczeń, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia WSSE na użytkowanie pracowni (od momentu złożenia wniosku do uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony do czasu realizacji zadania wskazanego w umowie w § 5 punkt 1 oraz zmianę zapisów umowy wskazujących że czas realizacji zadania może być wydłużony o czas uzyskania formalnych pozwoleń WSSE.
28. Prosimy o potwierdzenie że zgłoszenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na odbiór pracowni i stosowanie przedmiotu zamówienia jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS, w tym testy odbiorcze



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

i specjalistyczne. W przypadku obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie pracowni w WSSE zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas który jest niezbędny na uzyskanie niezbędnych zezwoleń na uruchomienie pracowni RTG (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych.

29. Prosimy o informację, w jakim terminie zamawiający jest w stanie przekazać pomieszczenie po podpisaniu umowy?
30. Prosimy o wskazanie liczby wykonywanych badań/tydzień przewidywanej dla każdej pracowni.
31. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki.
31. Jeśli Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania adaptacji pomieszczeń, zwracamy się z prośbą o przedstawienie szczegółowego zakresu niezbędnych prac które Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy, w tym prosimy o uszczegółowienie takich aspektów jak m.in.:
  - a) wskazanie miejsca gdzie wykonawca będzie mógł podłączyć sieć IT do zapewnienia przesyłania badań oraz zdalnej diagnostyki,
  - b) wskazanie, czy Zamawiający będzie oczekiwał dostawy i instalacji jakichkolwiek aktywnych elementów sieci IT. Jeśli tak, to prosimy o dokładne podanie wyspecyfikowanie parametrów.
  - c) wskazanie, czy Zamawiający będzie wymagał jakiegokolwiek instalacji/modernizacji gazów medycznych (prosimy o opis zakresu wymaganych prac).
  - d) wskazanie, czy istniejąca instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. jest sprawna i nie podlega modernizacji lub wymianie. Jeśli Zamawiający będzie wymagał modernizacji którejs z wskazanych instalacji, prosimy o szczegółowy zakres wymaganych prac.
  - e) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuści punktową naprawę uszkodzeń ścian, a nie wykonywania gładzi gipsowej na wszystkich ścianach adaptowanych pomieszczeń,
  - f) wskazanie, czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu RTG?
  - g) wskazanie, czy zamawiający wymaga dodatkowych prac w pomieszczeniach sterowni RTG, przebieralni i toalety dla pacjentów? Jeśli tak, prosimy o określenie zakresu.
  - h) wskazanie, czy zamawiający wymaga wymiany oświetlenia?
  - i) wskazanie, w jakim zakresie Zamawiający wymaga wymiany wykładzin?
  - j) wskazanie, czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji elektrycznej, zamiany w rozmieszczeniu urządzeń peryferyjnych (np. gniazdka elektryczne)
  - k) wskazanie, czy Zamawiający w ramach prac adaptacyjnych przewiduje dostawę mebli? Jeśli tak prosimy o specyfikację.
  - l) wskazanie, czy Zamawiający nie wymaga wymiany stolarki ochronnej w pomieszczeniu?
  - ł) potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wymiany konstrukcji sufitowej i wymiany kasetonów.
  - m) określenie zakresu dokumentacji projektowej jaka ma zostać wykonana przez dostawcę aparatu?

**Odpowiedź:**

**Pkt. 1 -**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja dotyczy również demontażu istniejącego aparatu. Zamawiający jeszcze nie podjął decyzji czy demontaż istniejącego aparatu zostanie przeprowadzony w sposób niszczący czy nieniszczący.

**Pkt 2 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

**Pkt 3 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego





ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

**Pkt 4 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

**Pkt 5 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

**Pkt 6 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja pomieszczenia będzie również uwzględniał zapewnienie odpowiedniego zasilania dla aparatu RTG.

**Pkt 7 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja pomieszczenia będzie również uwzględniał zapewnienie odpowiedniego zasilania dla aparatu RTG.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt 8 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja pomieszczenia będzie również uwzględniał zapewnienie odpowiedniego zasilania dla aparatu RTG.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt 9 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja pomieszczenia będzie również uwzględniał zapewnienie odpowiedniego zasilania dla aparatu RTG.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pkt. 10 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja pomieszczenia będzie również uwzględniała zapewnienie odpowiedniego zasilania dla aparatu RTG.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 11 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja pomieszczenia będzie również uwzględniała zapewnienie odpowiedniego zasilania dla aparatu RTG.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 12 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja dotyczy również instalacji gazów medycznych

**Pkt. 13 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. W/w adaptacja dotyczy również instalacji klimatyzacji.

**Pkt. 14 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. Zamawiający wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określił w SWZ. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje odbicia wizji lokalnej przez Wykonawcę. Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 15 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 16 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należytym



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt.17 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 18 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt.19 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 20 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 21 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie. Zamawiający udostępni wszelkie informacje techniczne po dostawie urządzenia do Siedziby Zamawiającego. Zamawiający również we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie zezwolenia niezbędne do dopuszczenia do pracy aparatu RTG oraz dopuszczenia do uruchomienia pracowni rentgenowskiej. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że wszelkie w/w czynności związane z formalnym dopuszczeniem aparatu/pracowni do pracy nie będą miały związku ani wpływu na wywiązanie się z terminu 03.04.2024 dotyczącego instalacji, uruchomienia, szkoleń przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje również występowania z jakimkolwiek wnioskiem o dopuszczenie do PAA (Państwowa Agencja Atomistyki). Jednostką właściwą, do której zwraca się Zamawiający w sprawie dopuszczenia aparatu/pracowni rtg jako jednostka podlegająca pod Ministerstwo zdrowia jest PWIS (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny).



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pkt. 22 –**

Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt wykona projekt osłon stałych dla pomieszczenia RTG.

**Pkt. 23 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że we własnym zakresie, na własny koszt i z należyтым wyprzedzeniem dokona stosownej adaptacji pomieszczenia (zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu) dedykowanego do instalacji aparatu rentgenowskiego w celu umożliwienia wykonawcy dokonania powyższych czynności we wskazanym terminie.

Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje wskazane w dokumentacji postępowania opublikowanej na stronie prowadzonego postępowania.

**Pkt. 24 –**

Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt wykona projekt osłon stałych dla pomieszczenia RTG.

**Pkt. 25 –**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dla konsoli technika biurka i krzesła w sterowni.

**Pkt. 26 –**

Zamawiający w terminie 12-12-2023 wymaga jedynie dostarczenia urządzenia. Pozostałe czynności takie jak: Instalacja aparatu we wskazanym miejscu, uruchomienie aparatu, szkolenia pracowników muszą zostać dokonane do dnia 03.04.2024. Zamawiający zobowiązuje się, że z należyтым wyprzedzeniem zapewni formalne dopuszczenia PWIS aparatu/pracowni aby umożliwić wykonawcy sprawne przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych do dnia 03.04.2024.

**Pkt. 27 –**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania adaptacji pomieszczeń.

**Pkt. 28 –**

Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie zezwolenia niezbędne do dopuszczenia do pracy aparatu RTG oraz dopuszczenia do uruchomienia pracowni rentgenowskiej

**Pkt. 29 –**

Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone do instalacji aparatu po podpisaniu umowy nie później niż do dnia 20.03.2024.

**Pkt. 30 –**

Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie zezwolenia niezbędne do dopuszczenia do pracy aparatu RTG oraz dopuszczenia do uruchomienia pracowni rentgenowskiej.

**Pkt. 31 –**

Nie wyrażamy zgody na instalację urządzeń sieciowych firm zewnętrznych. Wszelkie dostępy zdalne muszą być realizowane za pomocą zestawionego połączenia VPN site-to-site urządzeniem końcowym Zamawiającego.

**Pkt. 31 – ppkt. a – m**

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wykonywania prac adaptacyjnych.

**Pytanie 55**

Dotyczy : załącznik nr 1

**pozycja 40** Prosimy o dopuszczenie do postępowania : Pozycjoner profilowany pod nogi do ułożeń na brzuchu o wymiarach 450 x 600 x 220mm – 1 szt.. Wymiary pozycjonera tylko nie znacznie różnią się od opisanego przez Zamawiającego natomiast spełniają wymogi funkcjonalnie podane w SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pkt. 7. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt 40 dopuszcza pozycjoner profilowany pod nogi do ułożeń na brzuchu o wymiarach 450 x 600 x 220mm przy zachowaniu pozostałych opisów parametrów – dotyczy zadania 4.

**Pytanie 56**

Rozdział VI Termin wykonania zamówienia . Prosimy o wydłużenie terminu na wykonanie zamówienie dla zadania nr 4 o 10 dni tj. do dnia 22.12.2023

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

**Pytanie 57**

dotyczy Projektu umowy paragraf 3 punkt 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego .Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 58**

Pytanie do umowy paragraf 3 ust. 20 - Zamawiający w tym ustępie posługuje się pojęciem "Materiałów" jednak bez wskazania definicji. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod tym pojęciem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający skreśla w całości zapisy projektu umowy – załącznik nr 3 - paragraf 3 ust. 20 oraz zapisy paragrafu 4 ust. 8, 9, 10, 11, 12.

Zamawiający wprowadza nowy projekt umowy – załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy zadania 1, 3, 4

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3 został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

**Pytanie 59**

Pytanie do umowy § 5 Forma płatności ust. 3 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 30 dniowego terminu płatności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 60**

Pytanie do umowy § 5 Forma płatności ust. 4 pkt. 4 – Wykonawca wymaga dostarczenia co najmniej dwóch faktur – przy czym jedna ma obejmować jedynie przedmiot zamówienia , natomiast pozostała faktura/y muszą obejmować swoim zakresem pozostałą część zgodnie z formularzem ofertowym. Czy Zamawiający dopuści wystawienie jednej faktury na przedmiot zamówienia, w przypadku pakietu nr 4 , tj. Stół operacyjny neurochirurgiczny - 1 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający skreśla w całości zapisy projektu umowy – załącznik nr 3 - paragraf 5 ust.4 pkt.4

Zamawiający wprowadza nowy projekt umowy – załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy zadania 1, 3, 4

Nowy projekt umowy – załącznik nr 3 został zmieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

**Pytanie 61**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.19 Czy zamawiający wymaga aby oferowane kardiokografy były tak jak wszystkie posiadane przez zamawiającego z zakresem pomiarowym US 30-240 bpm , jest to rozwiązanie eliminujące możliwość pomyłki w interpretacji zapisu przez personel w sytuacji stresowej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 62**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.26 Czy zamawiający dopuści aby oferowane kardiokografy mogły dokonywać zapisu na papierze „składance” przeznaczonym do współpracy z kardiokografami typ Sonicaid , Philips i GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany) ?

**Odpowiedź:**

Dotyczy zadania 3

Zamawiający w pkt 7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt. 26 dopuszcza aby oferowane kardiokografy mogły dokonywać zapisu na papierze „składance” przeznaczonym do współpracy z kardiokografami typ Sonicaid , Philips i GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany).

**Pytanie 63**

Dotyczy zadania 3

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.28 Czy zamawiający wymaga aby oferowane kardiokografy były wyposażone w wyświetlacz LCD o przekątnej 8,1” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej , oraz obsługę wszystkich funkcji za pomocą ekranu dotykowego ?.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 64**

Dotyczy zadania 3

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.30 Czy zamawiający dopuści kardiokografy, wyposażone w wyświetlacz prezentujący wartości liczbowe i graficzne monitorowanych parametrów ?

**Odpowiedź:**

Dotyczy zadania 3

Zamawiający w pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt. 30 dopuszcza kardiokografy, wyposażone w wyświetlacz prezentujący wartości liczbowe i graficzne monitorowanych parametrów.

**Pytanie 65**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.33 Czy zamawiający dopuści kardiokografy, których waga z drukarką wynosi 6 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 66**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.34 Czy zamawiający dopuści kardiokografy wyposażone w gniazda : 1x RS232 , 1xDb15, 2xUSB i 1x LAN służące do komunikacji z systemem okołoporodowym oraz urządzeniami zewnętrznymi ?

**Odpowiedź:**

Dotyczy zadania 3

Zamawiający w pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt. 34 dopuszcza kardiokografy wyposażone w gniazda : 1x RS232 , 1xDb15, 2xUSB i 1x LAN służące do komunikacji z systemem okołoporodowym oraz urządzeniami zewnętrznymi.

**Pytanie 67**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.42 Czy zamawiający wymaga aby oferowany kardiokograf był tak jak wszystkie posiadane przez zamawiającego z zakresem pomiarowym US 30-240 bpm , jest to rozwiązanie eliminujące możliwość pomyłki w interpretacji zapisu przez personel w sytuacji stresowej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 68**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.50 Czy zamawiający wymaga aby oferowany kardiokograf oprócz monitorowania ciąży bliźniaczej miał możliwość po podłączeniu trzeciej głowicy FHR monitorowania ciąży trojaczej ?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 69**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.51 Czy zamawiający dopuści oferowany kardiokograf mógł dokonywać zapisu na papierze „składance” przeznaczonym do współpracy z kardiokografami typ Sonicaid , Philips i GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt. 51 dopuszcza aby oferowany kardiokograf mógł dokonywać zapisu na papierze „składance” przeznaczonym do współpracy z kardiokografami typ Sonicaid , Philips i GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany).

**Pytanie 70**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.53 Czy zamawiający wymaga aby oferowany kardiokograf był wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 8,1” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej , oraz obsługę wszystkich funkcji za pomocą ekranu dotykowego ?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

**Pytanie 71**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.54 Czy zamawiający wymaga aby oferowany kardiogram miał możliwość współpracy z telemetrią do ciąży bliźniaczej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 72**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.55 Czy zamawiający dopuści aby oferowany kardiogram był wyposażony w wyświetlacz prezentujący wartości liczbowe i graficzne monitorowanych parametrów ?

**Odpowiedź:**

Dotyczy zadania 3

Zamawiający w pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt. 55 dopuszcza aby oferowany kardiogram był wyposażony w wyświetlacz prezentujący wartości liczbowe i graficzne monitorowanych parametrów.

**Pytanie 73**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.58 Czy zamawiający dopuści kardiogram, którego waga z drukarką wynosi 6 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie 74**

Pytanie dotyczące pkt. nr 7.59 Czy zamawiający dopuści kardiogram wyposażony w gniazda : 1x RS232 , 1xDb15, 2xUSB i 1x LAN służące do komunikacji z systemem okołoporodowym oraz urządzeniami zewnętrznymi ?

**Odpowiedź:**

Dotyczy zadania 3

Zamawiający w pkt 7. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. ppkt. 59 dopuszcza kardiogram wyposażony w gniazda : 1x RS232 , 1xDb15, 2xUSB i 1x LAN służące do komunikacji z systemem okołoporodowym oraz urządzeniami zewnętrznymi.

**Zamawiający w projekcie umowy - załącznik nr 3 dokonał następujących zmian:**

- a) w § 3 ust. 6a skreśla się zapis „7 dni” w zamian wprowadza się zapis „4 dni”
- b) skreśla się w całości §3 ust. 20 w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie szkody na osobie oraz w przypadku, gdy bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy brutto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy”.
- c) skreśla się w całości zapis §3 ust. 21 w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:  
„W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Gdyby z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę umowy w terminie Zamawiający utraciłby dofinansowanie z programu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, Zamawiający może, w szczególności, żądać naprawienia szkody wynikającej z nieotrzymania dofinansowania. Ograniczenia odpowiedzialności określone w ust. 20 mają zastosowanie”
- d) skreśla się w całości zapis §4 ust. 2 w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:  
§4 ust.2:  
„ Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad.. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia”
- e) w §4 skreśla się w całości zapisy ust. 8, 9, 10, 11, 12
- f) w §5 ust. 4 skreśla się zapis „3 dni robocze” w zamian wprowadza się zapis „1 dzień roboczy”.
- g) w §5 ust. 4 skreśla się w całości pkt.4



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
ISO 27001

KONTO: 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3 został zamieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

Nowy projekt umowy - załącznik nr 3B został zamieszczony wraz z zmianą treści SWZ.

**Zamawiający dokonuje zmiany SWZ:**

W Rozdziale VIII – „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego ” w pkt. 2 po słowie „nr 3” dodaje się zapis:  
„...oraz w załączniku nr 3B do SWZ....”

W Rozdziale IX – „Sposób obliczania ceny oferty” w pkt. 2 po słowie „SWZ” dodaje się zapis:  
„...oraz w załączniku nr 3B do SWZ.”

**Zamawiający**