



Gdańsk, dnia 25.09.2024 r.

nr sprawy: D10.251.93.F.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO O-ARM”.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

**Zestaw 1**

**Pytanie 1**

4	Aparat wyposażony w pakiet oprogramowania do wykonywania badań głowy oraz kręgosłupa. W zestawie komputer typu laptop wyposażony w ekran o rozdzielczości maks. 14,5" i rozdzielczości min. 2500x1600 pikseli, dysk o pojemności min. 512 GB SSD, pamięć RAM min. 16GB. oraz komputer stacjonarny o parametrach umożliwiających współpracę z oferowanym systemem.
---	---

W związku ze zmianami naniesionymi przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

Aparat wyposażony w pakiet oprogramowania do wykonywania badań głowy oraz kręgosłupa. W zestawie komputer typu laptop wyposażony w ekran o rozdzielczości maks. 14,5" i rozdzielczości min. 2500x1600 pikseli, dysk o pojemności min. 512 GB SSD, pamięć RAM min. 16GB. **LUB** komputer stacjonarny o parametrach umożliwiających współpracę z oferowanym systemem.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wcześniej wprowadzone zmiany.**

**Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

**Zatwierdził  
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski**

*Sporządziła: Magdalena Fuławka – Sekretarz Komisji Przetargowej*