

BZP.38.382-19.30.1.19

Jastrzębie – Zdrój, 24.04.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektów:**

- 1) *Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.*
- 2) *Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu."*

Znak sprawy: BZP.38.382-19.19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.04.2019 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 10 (Aparat ESWL)

Proszę o przesłanie rzutów pomieszczeń Pracowni Litostar. Jest to niezbędne do opracowania Projektu Osłon Stałych oraz do prac związanych z wentylacją w pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w Pakiecie nr 10 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje pkt. 6 o treści:
6. Rzut pomieszczeń Pracowni Litostar WSS2 w Jastrzębiu Zdroju ul. Jana Pawła II 7., stanowi Załącznik B do Formularza asortymentowo - cenowego,
- wprowadza zmiany dodając Załącznik B do Formularza asortymentowo - cenowego, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 8 (Ssak elektryczny)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1. pkt 3 Czy zamawiający zgodzi się na tolerancje podciśnienia +/- 8 kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 8 (Ssak elektryczny)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1. pkt 4 Czy zamawiający zgodzi się

parametr" Maksymalna wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny 60l/min"?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 8 (Ssak elektryczny)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1. pkt 16 Czy zamawiający zrezygnuje lub wyjaśni wskazany parametr ponieważ jest niejasny. Prawdopodobnie został skopiowany z jakiegoś opisu urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia iż jest to zdejmowany (na przyssawkach) do dezynfekcji uchwyt z tworzywa PCV na którym możemy powiesić dren oraz mamy miejsce na cewnik. Rozwiązanie to pozwala uniknąć przypadku, że dreny i cewniki podłączone do butli spadają na podłogę lub są gdzieś owinięte na ssaku.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 3 (Aparat USG - Pracownia Litostar)

Czy omyłkowo zostały umieszczone parametry dotyczące Pkt 19?

Punkt 19:

Kąt skanowania, min 600

Czy nie powinno być:

Kąt skanowania, min 60°

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 w poz. 19 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

19. Kąt skanowania, min 600

który otrzymuje nowe brzmienie:

19. Kąt skanowania, min 60°

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 10 (Aparat ESWL):

Czy omyłkowo zostały umieszczone parametry dotyczące Pkt VIII Sysyem do zarządzania danymi pacjentów pkt 4, 5 i 6?

Punkt VIII.4:

Możliwość pobierania obrazów z systemu PACS lub płyt CD/DVD, min 500

Czy nie powinno być:

Możliwość pobierania obrazów z systemu PACS lub płyt CD/DVD

Punkt VIII.5:

Podgląd obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym, min 2-12 MHz

Czy nie powinno być:

Podgląd obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym

Punkt VIII.6:

Podgląd obrazów rentgenowskich w czasie rzeczywistym, min 170 dB

Czy nie powinno być:

Podgląd obrazów rentgenowskich w czasie rzeczywistym

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 10 w poz. VIII 4, 5 i 6 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

4	Możliwość pobierania obrazów z systemu PACS lub płyt CD/DVD, min 500
5	Podgląd obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym, min 2-12 MHz
6	Podgląd obrazów rentgenowskich w czasie rzeczywistym, min 170 dB

który otrzymuje nowe brzmienie:

4	Możliwość pobierania obrazów z systemu PACS lub płyt CD/DVD,
5	Podgląd obrazów ultrasonograficznych w czasie rzeczywistym,
6	Podgląd obrazów rentgenowskich w czasie rzeczywistym,

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 6 (Defibrylator z kardiowersją i autotestem)

Ad. Pkt.5 Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację i dopuści defibrylator marki Philips spełniający aktualne wytyczne Krajowej Rady Resuscytacji dotyczące energii wyładowania z zakresem od 1-200 J.

Uzasadnienie: stosowanie wyższej energii od zalecanej tj. 200 J nie ma znaczenia z medycznego punktu widzenia, w tym przypadku zapis o wymaganiu 300 J charakteryzuje defibrylatory firmy Emtel, jednocześnie ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 6 (Defibrylator z kardiowersją i autotestem)

Ad. Pkt.17a Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację i dopuści defibrylator z podsumowaniem zdarzeń w pamięci wewnętrznej: Zaoferowany defibrylator marki Philips może przechowywać maksymalnie 8-godzinny zapis 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń. Maksymalna pojemność wynosi około 50 podsumowań zdarzeń o długości około 30 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 6 (Defibrylator z kardiowersją i autotestem)

Ad. Pkt.18 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia defibrylatora z widocznym wskaźnikiem gotowości urządzenia potwierdzającym poprawność wykonanych codziennych autotestów ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 5 (1(A) Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Ad2. Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością obrotu we wszystkich przegubach o kąt 360° oprócz obrotu kopuły wokół osi poziomej o 180°? W lampach operacyjno-zabiegowych jest to optymalny kąt manewrowania czaszą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 5 (1(A) Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Ad11. Czy Zamawiający dopuści stałą temperaturę barwową na poziomie 4400 K? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ, niezauważalna dla oka ludzkiego i mieszcząca się w granicach błędu pomiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w poz. 11 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

11. Regulowana temperatura barwowa lub temperatura barwowa stała, 3800 - 5000 K lub 4500 K

który otrzymuje nowe brzmienie:

11. Regulowana temperatura barwowa 3800 - 5000 K lub temperatura barwowa stała, **lub 4400 - 4500 K**

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 5 (1(A) Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Ad14, Czy Zamawiający dopuści lampę której kopuła posiada regulację natężenia światła w zakresie 40-160 klux? Według normy medycznej, minimalne natężenie oświetlenia na polu operacyjnym powinno wynosić 40 klux.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 5 (1(A) Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Ad20. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej w zakresie R9=82-90?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Poradnie specjalistyczne:

1. Wysokość pomieszczeń średnia 3m do sufitu podwieszanego, odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym wynosi około 20 cm.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Poradnie specjalistyczne:

2. W pomieszczeniach przewidziano zasilanie awaryjne UPS 230V.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Poradnie specjalistyczne:

3. Strop wykonano jako konstrukcję gęsto-żebrową z wypełnieniem pustakami Acermana.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Poradnie specjalistyczne:

4. W pomieszczeniu istnieje możliwość dojścia z piętra wyżej.

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczaszowe)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Poradnie specjalistyczne:

5. Obecna instalacja elektryczna nie spełnia wymagań obciążeniowych do zasilania lamp.

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczasowe)

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających? Jeżeli nie, to czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że, wykonanie instalacji elektrycznej leży w gestii Wykonawcy, a przygotowanie tras kablowych (peszli) wykona Zamawiający.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczasowe)

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że, zamontowana jest na Poradni Chirurgii Ogólnej jedna lampa zabiegowa BHC 175, Producent: Famed Łódź.

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 5 (2 (A)Lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa)

Ad13. Czy Zamawiający dopuści lampę w której panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlenia, umieszczone są w sposób integralny na kopule - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy? Rozwiązanie takie zapewnia regulację parametrów lampy, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwległych stronach stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w poz. 13 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

13. Panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlenia umieszczone w sposób integralny na ramieniu kardanicznym przy każdej czaszy. Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji i regulacja parametrów pracy lampy realizowana z paneli sterujących oddzielnych dla każdej kopuły. Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji.

który otrzymuje nowe brzmienie:

13. Panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlenia umieszczone w sposób integralny na ramieniu kardanicznym przy każdej czaszy **lub panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlenia, umieszczone są w sposób integralny na kopule - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy.** Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji i

regulacja parametrów pracy lampy realizowana z paneli sterujących oddzielnych dla każdej kopuły. Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji.

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 5 (Czasza główna)

Ad11. Czy Zamawiający dopuści lampę w której temperatura barwowa regulowana jest z paneli sterujących - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy? Rozwiązanie takie zapewnia regulację parametrów lampy, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w poz. 11 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

11. Regulacja temperatury barwowej w min. 3 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Minimalny wymagany zakres [3100-3800] – [4500 -5000]

który otrzymuje nowe brzmienie:

11. Regulacja temperatury barwowej w min. 3 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy **lub z paneli sterujących - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy**. Minimalny wymagany zakres [3100-3800] – [4500 -5000]

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 5 (Czasza główna)

Ad12. Czy Zamawiający dopuści lampę w której natężenie oświetlenia regulowane jest z paneli sterujących - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy? Rozwiązanie takie zapewnia regulację parametrów lampy, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w poz. 12 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

12. Możliwość regulacji natężenia światła w co najmniej 5 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Min w zakresie [10-25] -[150-160] klx

który otrzymuje nowe brzmienie:

12. Możliwość regulacji natężenia światła w co najmniej 5 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy **lub z paneli sterujących - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy**. Min w zakresie [10-25] -[150-160] klx

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 5 (Czasza główna)

Ad12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła w zakresie 40-160klux? Według normy medycznej, minimalne natężenie oświetlenia na polu operacyjnym powinno wynosić 40 klux.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 5 (Czasza główna)

Ad13. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze światłem endoskopowym w kolorze zielonym? Jest to długość fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze zielonym wzrok szybciej się regeneruje. Poza tym kolor światła Endo nie ma wpływu na funkcjonalność lampy operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 5 (Czasza satelitarna)

Ad5. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z parametrami plamy świetlnej $d_{10}=28$, $d_{50}=14$ z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie 190-360mm? Parametr d_{10} , zgodnie z normą, jest wielkością stałą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 5 (Czasza satelitarna)

Ad.9 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada regulację natężenia światła w zakresie 40-160klux? Według normy medycznej, minimalne natężenie oświetlenia na polu operacyjnym powinno wynosić 40 klux.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 5 (Czasza satelitarna)

Ad9. Czy Zamawiający dopuści lampę w której natężenie oświetlenia regulowane jest z paneli sterujących - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy? Rozwiązanie takie zapewnia regulację parametrów lampy, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w poz. 9 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

9. Możliwość regulacji natężenia światła w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Min w zakresie [10-25] -[150-160] klx

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. Możliwość regulacji natężenia światła w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy **lub z paneli sterujących - po dwa panele po dwóch przeciwnych stronach czaszy**. Min w zakresie [10-25] -[150-160] klx

Pytanie nr 29 dot. Pakietu nr 5 (Czasza satelitarna)

Ad.10. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze światłem endoskopowym w kolorze zielonym? Jest to długość fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze zielonym wzrok szybciej się regeneruje. Poza tym kolor światła Endo nie ma wpływu na funkcjonalność lampy operacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Blok operacyjny:

1. Wysokość sali wynosi średnio 272 cm do sufitu podwieszanego, odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym wynosi około 30 cm.

Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Blok operacyjny:

2. Zasilnie awaryjne lamp realizowane jest za pomocą napięcia stałego 24V z zespołu akumulatorów.

Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Blok operacyjny:

3. Strop wykonano jako konstrukcję gęsto-żebrową z wypełnieniem pustakami Acermana.

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Blok operacyjny:

4. W pomieszczeniu istnieje możliwość dojścia z piętra wyżej.

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Blok operacyjny:

5. Pomieszczenia są wyposażone w instalację zasilającą 2,5mm² w lokalizacji istniejącej lampy.

Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających? Jeżeli nie, to czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 5 w Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

Blok operacyjny:

6. Instalacja elektryczna istnieje.

Pytanie nr 36 dot. Pakietu nr 5 (Lampy operacyjne)

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na Sali operacyjnej znajduje się lampa operacyjna Firmy Berthold.

Pytanie nr 37 dot. Wzoru umowy

Paragraf 5 ustęp 10. Czy Zamawiający dopuści dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do dostarczonego przedmiotu umowy przez okres 8 lat, licząc od daty odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 9 (Diatermia chirurgiczna)

II Wyposażenie dotyczy poz. 10 (Elektroda kulkowa) Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prosta, \varnothing 3mm, długość 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 9 (Diatermia chirurgiczna)

II Wyposażenie dotyczy poz. 10 (Elektroda kulkowa) Czy błąd zapisu (m=metry) można w tej sytuacji uwzględnić, że chodzi o (mm=milimetry)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 9 w II Wyposażenie poz. 10 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

10. Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 3 mm, długość 35-45m Min. 1 sztuka

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Elektroda kulkowa, prosta, \varnothing 3 mm, długość 35-45mm Min. 1 sztuka

Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 9 (Diatermia chirurgiczna)

II Wyposażenie dotyczy poz. 12 (Elektroda kulkowa) Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prosta, \varnothing 3mm, długość 43mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 9 (Diatermia chirurgiczna)

II Wyposażenie dotyczy poz. 10 (Elektroda kulkowa) Czy błąd zapisu (m=metry) można w tej sytuacji uwzględnić, że chodzi o (mm=milimetry)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 9 w II Wyposażenie poz. 12 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

12. Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 4 mm, długość 35-45m , Min. 1 sztuka

który otrzymuje nowe brzmienie:

12. Elektroda kulkowa, zagięta, \varnothing 4 mm, długość 35-45mm, Min. 1 sztuka

Pytanie nr 42 dot. Pakietu nr 9 (Diatermia chirurgiczna)

II Wyposażenie dotyczy poz. 15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną

bagnetową dł. 115mm, końcówki cienkie grubość 0,4mm, długość końcówki 8mm, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieraalnych. Opisana pinceta różni się nieznacznie od wymaganej a poniższa różnica nie ma wpływu dla użytkownika ze względu na fakt iż pinceta posiada długość oraz szerokość końcówki zgodną z wymogami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 9 w II wyposażenie poz. 15 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

15. Pinceta bipolarna prosta dł. 15-16 cm, końcówki proste delikatne grubości 0,4mm, długość końcówki 8mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, Min. 1 sztuka

który otrzymuje nowe brzmienie:

15. Pinceta bipolarna prosta **lub bagnetowa** dł. 15-16 cm, końcówki proste delikatne grubości 0,4mm, długość końcówki 8mm, wykonane ze stopów nieprzywieraalnych, Min. 1 sztuka

Pytanie nr 43 dot. Pakietu nr 11 (Kabina audiometryczna)

Czy Zamawiający dopuści kabinę:

Wymiary wewnętrzne minimum:

szerokość min.77

głębokość min. 77

wysokość: min. 192

Maksymalne wymiary zewnętrzne:

Szerokość: min 90 cm

Głębokość min 90 cm

Wysokość: min 213 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 11 (Kabina audiometryczna)

Drzwi z zamkiem mechanicznym z uszczelką, otwierane na zewnątrz, prawe lub lewe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 dot. Pakietu nr 11 (Kabina audiometryczna)

Panel do podłączania przewodów audiometrów zawierający 6 gniazd typu “jack”? Spełniająca pozostałe parametry techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 11 w poz. 8 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

8. Panel do podłączania przewodów audiometrów zawierający minimum 8 gniazd typu “jack”

6,4mm oraz minimum jedno gniazdo USB

który otrzymuje nowe brzmienie:

8. Panel do podłączania przewodów audiometrów zawierający minimum 6 gniazd typu "jack" 6,4mm oraz minimum jedno gniazdo USB

Pytanie nr 46 dot. Wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu w § 5 pkt. 12 na następujący:

W przypadku wystąpienia trzeciej wady tego samego elementu/podzespołu Wykonawca wymieni przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie do 14 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

We Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ zmienia zapis z:

12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 7 dni roboczych.

który otrzymuje nowe brzmienie:

12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 14 dni roboczych.

Pytanie nr 47 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Prosimy o weryfikację poniższego zapisu:

Głowica elektroniczna, kardiologiczna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

- Zakres częstotliwości pracy
- Kąt obrazowania Min 1,5 – 4,0 MHz.
- Obrazowanie harmoniczne Min. 90°

Czy Zamawiający miał na myśli poniższe:

- Zakres częstotliwości pracy Min 1,5 – 4,0 MHz.
- Kąt obrazowania Min. 90°
- Obrazowanie harmoniczne

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w III poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

1. Głowica elektroniczna, kardiologiczna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

- Zakres częstotliwości pracy
- Kąt obrazowania Min 1,5 – 4,0 MHz.
- Obrazowanie harmoniczne Min. 90°

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Głowica elektroniczna, kardiologiczna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.
 - Zakres częstotliwości pracy **Min 1,5 - 4,0 MHz.**
 - Kąt obrazowania **Min. 90°**
 - Obrazowanie harmoniczne

Pytanie nr 48 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Prosimy o weryfikację poniższego zapisu:

Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

- Zakres częstotliwości pracy
- szerokość pola skanowania Min 6,0 - 13,0 MHz.
- obrazowanie harmoniczne Max. 40 mm

Czy Zamawiający miał na myśli poniższe:

Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

- Zakres częstotliwości pracy Min 6,0 - 13,0 MHz.
- szerokość pola skanowania Max. 40 mm
- obrazowanie harmoniczne

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w III poz. 2 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

1. Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

- Zakres częstotliwości pracy
- szerokość pola skanowania Min 6,0 - 13,0 MHz.
- obrazowanie harmoniczne Max. 40 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.

- Zakres częstotliwości pracy **Min 6,0 - 13,0 MHz.**
- szerokość pola skanowania **Max. 40 mm**
- obrazowanie harmoniczne

Pytanie nr 49 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Czy Zamawiający dopuści możliwość Rozbudowy systemu i elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych dzieci min. 2-7MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w IV poz. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

3. Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych dzieci min. 3-8 MHz

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych

dzieci min. 2-7 MHz

Pytanie nr 50 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga do wyceny 2 pił do cięcia gipsu, czy Zamawiający mógłby doprecyzować w formularzu asortymentowo-cenowym czy wymaga wyceny w sumie po 5 ostrzy z każdego rodzaju do 2 pił do cięcia gipsu czy po 5 ostrzy z każdego rodzaju do każdej z pił tj. po 10 ostrzy z każdego rodzaju do 2 pił?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 18 w II poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

1. Ostrza do cięcia gipsu różnej średnicy min. po 5 z każdego rodzaju

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ostrza do cięcia gipsu różnej średnicy min. po 5 z każdego rodzaju **do każdej z pił**

Pytanie nr 51 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym w tabeli „warunki gwarancji” oraz w rozdziale 14 pkt. 4 (dot. gwarancji) SIWZ dopuści min.12 miesięczny termin gwarancji zamiast min. 24 m-ce?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym w tabeli „parametry techniczno-użytkowe” pkt. 1 wyrazi zgodę na zmianę zapisu i możliwość zaoferowania asortymentu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 lub 2019 roku? Informujemy, iż w/w asortyment jest nowy, nieużywany, pełnowartościowy oraz objęty gwarancją.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis w §4 ust. 8 i odstąpi od przedłożenia Certyfikatu producenta wyrobu medycznego w odniesieniu do asortymentu z pakietu nr 18-piła do cięcia gipsu? Oferowany przez nas asortyment posiada Deklarację Zgodności oraz wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych a tym samym spełnia wszystkie, mające zastosowanie dla tych wyrobów, postanowienia Dyrektywy nr 93/42/EWG oraz regulacje polskiego prawa tj. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., (t.j. Dz. U. 2019. poz. 175) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r., w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. W odniesieniu do wyrobów medycznych z w/w pakietu należących do klasy I ryzyka zgodnie z dyrektywą medyczną 93/42/EEC oraz ustawą o wyrobach medycznych nie ma wymogu przeprowadzania oceny zgodności wyrobu z udziałem jednostki notyfikowanej. Oferowany wyrób medyczny jest oznakowany znakiem CE po

przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności ale bez udziału jednostki notyfikowanej zakończonej wydaniem certyfikatu zgodności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający w §5 ust. 8 wydłuży termin z jednego dnia roboczego na 2 dni robocze oraz z 3 dni roboczych do 10 dni roboczych? Termin wymagany przez Zamawiającego jest zbyt krótki na zrealizowanie czynności gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 dot. Wzoru umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 7, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 2 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, który wyświetla FHR (tętna płodu) i Toco (skurczów macicy) w postaci liczbowej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 3 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, który wyświetla FHR (tętna płodu) i Toco (skurczów macicy) w postaci liczbowej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 4 Proszę o dopuszczenie KTG z wbudowanym ekranem dotykowym 6,5''

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 12 w I poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

4. Wbudowany ekran dotykowy min. 7''

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Wbudowany ekran dotykowy min. 6,5''

Pytanie nr 60 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 5 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, który charakteryzuje się pełną obsługą aparatu przy pomocy ekranu dotykowego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 12 w I poz. 5 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

5. Klawisze funkcyjne do szybkiej obsługi podstawowych funkcji aparatu

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Klawisze funkcyjne do szybkiej obsługi podstawowych funkcji aparatu **lub pełna obsługa aparatu przy pomocy ekranu dotykowego.**

Pytanie nr 61 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 21 Proszę o dopuszczenie światowej klasy aparatu KTG, który nie posiada opcji podpięcia stymulatora

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 22 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG z funkcją licznika czasu zapisu (długość badania) NST do wyboru: wył, lub 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 min, gdzie po upływie żądanego czasu daje sygnał dźwiękowy.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 12 w I poz. 22 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

22. Funkcja pomiaru z automatycznym czasem zapisu (długość badania) NST do wyboru: wył, lub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min

który otrzymuje nowe brzmienie:

22. Funkcja pomiaru z automatycznym czasem zapisu (długość badania) NST do wyboru: wył, lub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min **lub funkcja licznika czasu zapisu (długość badania) NST do wyboru: wył, lub 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 min, gdzie po upłygnięciu żadanego czasu daje sygnał dźwiękowy.**

Pytanie nr 63 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 26 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, który posiada możliwość 7 godzinnego zapisu. Archiwizacja większej liczby zapisów jest możliwa na opcjonalnej dedykowanej stacji monitorującej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 29 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, który umożliwia wydruk na Standardowy termoczułym papierze harmonijkowy, a wydruk wielkoformatowy może być realizowany poprzez podpięcie do opcjonalnej dedykowanej centrali monitorującej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 30 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, który umożliwia wydruk na Standardowy termoczułym papierze harmonijkowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 31 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG, w którym zapis wydrukowany może być jedynie na papierze zadrukowanym osiami

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 32 Proszę o dopuszczenie aparatu KTG w którym jest możliwe ustawienie pod kątem monitora dotykowego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 12 w I poz. 32 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

32. Możliwość ustawienia aparatu pod kątem

który otrzymuje nowe brzmienie:

32. Możliwość ustawienia aparatu **lub monitora dotykowego** pod kątem

Pytanie nr 68 dot. Pakietu nr 12 (Kardiotokograf (KTG))

Pkt 33 Proszę o dopuszczenie aparatu, który nie posiada opcji zapisu na urządzeniu USB.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dotyczy punktu I.9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający 10000 klatek pamięci dynamicznej?

Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dotyczy punktu II.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny oferujący prędkość odświeżania obrazu dla trybu B 500 obrazów na sekundę.

Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dotyczy punktu IV.3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z opcją rozbudowy o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych dzieci 2,2-6,2 MHz? Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w IV poz. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

3. Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych dzieci min. 2-7 MHz

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych dzieci **min. 2,2-6,2 MHz**

Pytanie nr 72 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dotyczy punktu IV.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z opcją rozbudowy o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych neonatologicznych 2,2-6,2 MHz?

Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 73 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG - Oddział Chirurgii urazowo-Ortopedycznej)

Dotyczy punktu I.12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w manipulator kulowy bez systemu samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 74 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG - Oddział Chirurgii urazowo-Ortopedycznej)

Dotyczy punktu I.17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny dysponujący pamięcią CineLoop 2700 obrazów? Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 75 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG - Oddział Chirurgii urazowo-Ortopedycznej)

Dotyczy punktu I.28 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode - 500 obrazów na sekundę?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 76 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG - Oddział Chirurgii urazowo-Ortopedycznej)

Dotyczy punktu I.39 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny umożliwiający w trybie Dopplera Pulsacyjnego regulację wielkości bramki w zakresie 1- 20 mm? Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 4 w I poz. 39 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

39. Doppler Pulsacyjny

Regulacja wielkości bramki min 0,5-25 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

39. Doppler Pulsacyjny

Regulacja wielkości bramki min 1-20 mm

Pytanie nr 77 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG - Oddział Chirurgii urazowo-Ortopedycznej)

Dotyczy punktu II.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych o zakresie częstotliwości 4-18MHz?

Zmiana powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG - Oddział Chirurgii urazowo-Ortopedycznej)

Dotyczy punktu IV.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę convexową wykonaną w technologii multicrystal spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące tejże głowicy. Dopuszczenie powyższego parametru pozwoli nam na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 4 w IV poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

1. Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonaną w technologii monokryształu (Single Cristal) do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych:

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonaną w technologii monokryształu (Single Cristal) **lub multicrystal** do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych:

Pytanie nr 79 dot. Wzoru umowy

Dotyczy § 5 Gwarancja, pkt 12 „12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 7 dni roboczych”.

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu w sposób następujący:

„12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech

napraw tego samego elementu Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 7 dni roboczych”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

We Wzorze Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ w § 5 ust. 12 zmienia zapis z:

12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 14 dni roboczych.

który otrzymuje nowe brzmienie:

12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw **tego samego elementu** Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 14 dni roboczych.

Pytanie nr 80 dot. Wzoru umowy

Dotyczy § 5 Gwarancja, pkt 16 „W przypadku o którym mowa w ust. 12 wymiany wadliwego przedmiotu lub elementu wyposażenia na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia i zainstalowania użytkownikowi”.

Prosimy o wykreślenie ww. punktu, w związku z faktem, że prawdopodobieństwo wymiany znacząco podwyższa koszt oferty, a zapisy umowy wystarczająco zabezpieczają interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat niewyposażony w ekran dotykowy, ale wyposażony w funkcyjną klawiaturę alfanumeryczną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści pamięć do 200 zapisów EKG, ale posiadający możliwość eksportu badań do pdf co daje nieograniczoną możliwość archiwizacji ilości zapisanych badań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 10, 23 Czy Zamawiający dopuści wydruk na papierze o szerokości 210 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści interfejs komunikacyjny USB wykorzystywany do celów serwisowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

PKT. 16 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne możliwość podłączenia do aparatu karty SSD?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 16 w poz. 16 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

16. Możliwość podłączenia do aparatu pamięci typu Pendrive

który otrzymuje nowe brzmienie:

16. Możliwość podłączenia do aparatu pamięci typu Pendrive **lub karty SD**

Pytanie nr 86 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści aparat nieposiadający tej funkcji? Stwarza ona ryzyko wycieku wrażliwych danych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu 5, 12, 5, 25 i 50 mm/s?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 16 w poz. 24 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

24. Prędkość zapisu Min. 5; 10; 25; 50 mm/s

który otrzymuje nowe brzmienie:

24. Prędkość zapisu Min. 5; 10; 25; 50 mm/s **lub 5; 12,5; 25 i 50 mm/s**

Pytanie nr 88 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 26 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru sygnalizację odłączonych odprowadzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 16 w poz. 26 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
26. Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody

który otrzymuje nowe brzmienie:

26. Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody **lub odprowadzeń**

Pytanie nr 89 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń, ale posiadający wzrokową i jakościową ocenę jakości podłączenia elektrod z trzy stopniową skalą jakości? Pragniemy zauważyć, iż wymagany parametr nie ma wartości klinicznej i jest bardzo uciążliwy dla personelu wykonującego dużą ilość badań EKG.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 16 w poz. 32 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
32. Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca

który otrzymuje nowe brzmienie:

32. Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca **lub bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń, ale posiadający wzrokową i jakościową ocenę jakości podłączenia elektrod z trzy stopniową skalą jakości**

Pytanie nr 90 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści papier typu składanka? Jest to papier niemający znaczenia klinicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 16 w poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
4. Papier dostarczony wraz z aparatem , 4 rolki

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Papier dostarczony wraz z aparatem , 4 rolki **lub papier typu składanka x4**

Pytanie nr 91 dot. Pakietu nr 16 (Elektrokardiograf (EKG))

Pkt. 5 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametrów wózek do aparatu z możliwością blokady kół, wyposażony w minimum jeden koszyk na akcesoria?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 16 w poz. 5 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

5. Wózek do aparatu z możliwością blokady kół, wyposażony w minimum jeden pojemnik na akcesoria

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Wózek do aparatu z możliwością blokady kół, wyposażony w minimum jeden pojemnik **lub koszyk** na akcesoria

Pytanie nr 92 dot. Wzoru umowy

Dotyczy § 7 ust. 1, 3 W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 dot. Wzoru umowy

Dotyczy §4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego ustępu na: „Zamawiający dokona odbioru jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy w dniu jego dostawy” Zwracamy uwagę, iż Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i pomieszczenia (z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych). Odbiór jakościowy powinien odbywać się w obecności przedstawicieli obu stron: wykonującej oraz odbierającej. Konieczność dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a następnie ponownego przyjazdu w celu odbioru jakościowego będzie miało wpływ na kalkulację cenową oferowanego przedmiotu i być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 dot. Wzoru umowy

Dotyczy § 5 ust. 8 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dot. pkt II.5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego 9 m/s przy zerowym kącie bramki? Różnica 1 m/s będzie niezauważalna dla badającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 96 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dot. pkt III.3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę convex o zakresie częstotliwości pracy 1,3 – 5,7 MHz?

Tak niewielka różnica w górnym zakresie nie wpłynie na jakość obrazowania a niższy niż wymagany dolny zakres pozwoli na dokładniejsze badanie bardziej otyłych pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dot. pkt IV.2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzełykowych o zakresie częstotliwości pracy 2,3 – 7,2 MHz?

Tak niewielka różnica w zakresie częstotliwości nie ma wpływu na jakość diagnostyki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98 dot. Pakietu nr 2 (Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna)

Dot. pkt IV.4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych neonatologicznych o zakresie częstotliwości pracy 3,0 – 11,4 MHz?

Tak niewielka różnica w zakresie częstotliwości nie ma wpływu na jakość diagnostyki.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 2 w IV poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

4. Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych neonatologicznych min. 5-12 MHz

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych neonatologicznych min. 5-11,4 MHz

Pytanie nr 99 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.3 Czy - Zamawiający dopuści do przetargu aparat w którego głośność pracy wynosi?

Taka różnica w głośności pracy nie wpływa na jakość diagnostyki i ma znikomy wpływ na komfort użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada standardową regulację wzmocnienia TGC na potencjometrach suwakowych a na panelu dotykowym cyfrową regulację wzmocnienia LGC z funkcją zapamiętywania ustawień?

Takie rozwiązanie nie pogarsza jakości diagnostycznej aparatu a wręcz ją poprawia, dając dodatkowe możliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada 4 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, które są jednak gniazdami pinowymi? Technologia wykonania gniazd ma niewielki wpływ na jakość obrazowania. Każda z tych technologii ma swoje wady i zalety.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr102 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada 24 461 obrazów pamięci dynamicznej CINE (pamięć kinowa)?

Biorąc pod uwagę, że użytkownik rzadko cofa się więcej niż 100 klatek wstecz, taka pojemność pamięci kinowej jest wystarczająca dla bezproblemowej diagnostyki.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 4 w I poz. 17 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

17. Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE (pamięć kinowa), min. 45000

który otrzymuje nowe brzmienie:

17. Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE (pamięć kinowa), min. **24 461**

Pytanie nr 103 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.28 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada maksymalną prędkość obrazowania (frame rate) 1041 fps?

Taka prędkość obrazowania jest diagnostycznie wręcz w nadmiarze wystarczająca a różnicy między oferowaną w naszym aparacie a wymaganą nie jest w stanie zauważyć żaden użytkownik.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr104 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.37 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada Doppler Kolorowy z maksymalną prędkością obrazowania (frame rate) 340 fps, maksymalną częstotliwością PRF 14,3 kHz i maksymalną prędkością 2,98 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I.39 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada Doppler Pulsacyjny z regulacją wielkości bramki 0,5 – 20mm?

Taka wielkość bramki jest w zupełności wystarczająca i w żaden sposób nie wpływa na jakość diagnostyki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt II.1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 3,5 – 16 MHz spełniającą pozostałe wymagania?

Tak niewielka różnica częstotliwości nie ma wpływu na jakość diagnostyki.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 4 w II poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

1. Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy 3,5-16 MHz

Pytanie nr 107 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt II.2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 3,5 – 16 MHz spełniającą pozostałe wymagania?

Tak niewielka różnica częstotliwości nie ma wpływu na jakość diagnostyki.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 4 w II poz. 2 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

2. Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. **Głowica liniowa do badań mięsnioszkieletowych, małych narządów, naczyńiowych Zakres częstotliwości pracy 3,5-14 MHz**

Pytanie nr 108 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt IV.1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości pracy 1,2 - 5,7 MHz, ale o ilości elementów 192 spełniającą pozostałe wymagania?

Tak niewielka różnica częstotliwości nie ma wpływu na jakość diagnostyki a większa niż wymagana ilość elementów zapewni lepszą jakość obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109 dot. Pakietu nr 4 (Aparat USG- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

Dot. pkt I4.4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowaną baterię pozwalającą na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezenie i szybkie uruchomienie w czasie poniżej 12 sek. lub alternatywnie dołączenie zewnętrznego UPS-a który pozwoli spełnić wymóg Zamawiającego?

Parametr ten nie ma żadnego wpływu na jakość diagnostyczną aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110 dot. Wzoru umowy

Pakiet 2 i Pakiet 4. §5 ust. 8 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu podjęcia naprawy gwarancyjnej do 2 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111 dot. Wzoru umowy

Pakiet 2 i Pakiet 4, §5 ust. 12 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw tego samego istotnego elementu/ podzespołu Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 14 dni roboczych”?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 79.

Pytanie nr 112 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy)

Dotyczy PAKIET NR 7 Stół zabiegowy 3 sztuki, Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z systemem podnoszenia i opuszczania 4 kół plastikowych stopki gumowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy)

Dotyczy PAKIET NR 7 Stół zabiegowy – 1 sztuka, Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z systemem podnoszenia i opuszczania 4 kół plastikowych stopki gumowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę, która posiada regulację wysokości, nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia segmentu nożnego, pozycji Trendelenburga, nachylenie segmentu siedziska następuje za pomocą przycisku do regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz za pomocą przycisków ustawiania fotela w pozycji do zejścia z fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę o wymiarach zewnętrznych całego leża składającego się z trzech sekcji: długość x szerokość : 1850 mm x 830 mm, przy czym wymiar samego siedziska wynosi: 530 x 520 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę o szerokości zewnętrznej 1850 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę o regulacji nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie 94° - 175°. Co jest parametrem lepszym od opisanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę z regulacją siedziska do kąta 0 - 12° tak, jak podczas regulowania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę z regulacją segmentu podudzia w zakresie: 180 - 270°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę z regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 12 ° co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę o regulacji wysokości 570 - 860 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę o wadze 85 kg i udźwigu 180 kg, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę opartą na dwóch kółkach o średnicy 50 mm, i dodatkowym trzecim kole wysuwającym na czas transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez foteloleżankę tapicerowanego oparcia stóp o regulowanym wysuwie, konstrukcja foteloleżanki oferowanej przez Wykonawcę nie wymaga stosowania takiego oparcia, ponadto wyrażenie zgody przez Zamawiającego na prośbę Wykonawcy pozwoli na udział w postępowaniu szerszej grupie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę z możliwością wyboru koloru z wzornika producenta: 12 kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę wyposażoną w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji TRB ustawiane naturalnie równoległe z segmentem siedziska, jak na zdjęciu poniżej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w poz. 18 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

18. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji TRB składane na równo z segmentem siedziska.

który otrzymuje nowe brzmienie:

18. Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji TRB składane na równo **lub naturalnie równoległe** z segmentem siedziska.

Pytanie nr 127 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę z regulacją podłokietników tylko: przód /tył fotela 200 mm, podparcie ręki w podłokietniku do góry 130 mm, regulacja wysokości całego podłokietnika: 200 mm, kąt obrotu 45° jak na zdjęciu poniżej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę, w której segmenty tapicerki zamontowane są na stałe? Czyszczenie i dezynfekcja tapicerek wykonywane są na foteloleżance.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości foteloleżankę ze statywem do kroplówek dwuramiennym?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w poz. 24 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

24. Fotel wyposażony w 4 ramienny statyw na kroplówki, montowany na ramie z możliwością dowolnego ustawienia po lewej lub prawej stronie oparcia fotela oraz regulowaną wysokością.

który otrzymuje nowe brzmienie:

24. Fotel wyposażony w **minimum 2** ramienny statyw na kroplówki, montowany na ramie z możliwością dowolnego ustawienia po lewej lub prawej stronie oparcia fotela oraz regulowaną wysokością.

Pytanie nr 130 dot. Pakietu nr 17 (Asystor)

Dotyczy PAKIET NR 17 poz. V ASYSTOR – 2 sztuki, Czy Zamawiający dopuści asystor wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131 dot. Pakietu nr 17 (Asystor)

Dotyczy PAKIET NR 17 poz. VI ASYSTOR – 1 sztuka, Czy Zamawiający dopuści asystor z jedną szufladą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

1(A) – Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczasowe – 6 szt. Czy Zamawiający dopuści – osłonięta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 133 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjna)

1(A) – Lampy operacyjne (zabiegowe) sufitowe jednoczasowe – 6 szt. Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 12 000 lx – 100 000 lx?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Wymagania podstawowe: Czy Zamawiający dopuści obrót czas wokół osi pionowej - 200° ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Wymagania podstawowe: Czy Zamawiający dopuści – przesłona z ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza główna Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy oświetlanego pola za pomocą panelu sterowania? Panel umieszczony na ramieniu przy czaszy lampy z wizualnym wskaźnikiem wybranego poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w IIA poz. 7 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

7. Średnica oświetlanego pola regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie.
Uchwyt centralny ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Średnica oświetlanego pola regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie **lub za pomocą panelu sterowania**. Uchwyt centralny ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej.

Pytanie nr 137 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza główna Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m: 160 – 280 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza główna Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej [R9] – 92?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w poz. 10 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

9. Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min 93

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] **min 92**

Pytanie nr 139 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza główna Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie 12 000 lx – 160 000 lx?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza główna Czy Zamawiający dopuści żywotność układu świetlnego – 50 000 h?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 141 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza satelitarna Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m: 160 – 280 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza satelitarna Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy czerwonej [R9] – 92?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 5 w IIB poz. 7 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

7. Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min 93

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] **min 92**

Pytanie nr 143 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza satelitarna Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie 12 000 lx – 160 000 lx?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144 dot. Pakietu nr 5 (Lampa operacyjne)

Czasza satelitarna Czy Zamawiający dopuści żywotność układu świetlnego – 50 000 h?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 145 dot. Pakietu nr 6 (Defibrylator z kardiowersją i autotestem)

II. 17. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia defibrylatora z możliwością rozbudowy o moduł Wi-Fi służący do przesyłu danych? Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości na dostosowanie urządzenia do szpitalnego systemu zarządzania i archiwizacji danych medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146 dot. Pakietu nr 6 (Defibrylator z kardiowersją i autotestem)

II. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z codziennym autotestem bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V (częstotliwość oraz czas wykonania bez możliwości zmiany) oraz z możliwością wykonania testu na żądanie użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 6 w II poz. 18 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

18. Codzienny auto test bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V z możliwością ustalenia częstotliwości oraz godziny wykonywania testu lub wykonanie testu na żądanie użytkownika

który otrzymuje nowe brzmienie:

18. Codzienny auto test bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V ~~z możliwością ustalenia częstotliwości oraz godziny wykonywania testu lub wykonanie testu na żądanie użytkownika~~

Pytanie nr 147 dot. Pakietu nr 19 (Pompa infuzyjna)

pkt.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp ze strzykawką mocowaną ręcznie od przodu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 148 dot. Pakietu nr 19 (Pompa infuzyjna)

pkt.9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z ekranem kolorowym, graficznym LCD 3,5” w formacie 16:9 i klawiaturą symboliczną która ułatwia wybór.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 19 w poz. 9 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

9. Ekran kolorowy, dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. Ekran kolorowy, dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy **lub z ekranem kolorowym, graficznym LCD 3,5” w formacie 16:9 i klawiaturą symboliczną która ułatwia wybór**

Pytanie nr 149 dot. Pakietu nr 19 (Pompa infuzyjna)

pkt. 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z programowaniem 5 cykli o różnych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 150 dot. Pakietu nr 19 (Pompa infuzyjna)

pkt.25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klawiaturą symboliczną do szybkiego wprowadzania wartości parametrów infuzji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 19 w poz. 25 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

25. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji

który otrzymuje nowe brzmienie:

25. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji **lub z klawiaturą symboliczną do szybkiego wprowadzania wartości parametrów infuzji.**

Pytanie nr 151 dot. Pakietu nr 19 (Pompa infuzyjna)

pkt.30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z dołączanym uchwytem do mocowania do statywów i odłączaniem uchwytu w celu dokowania w stacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

Pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie piły o głośności w zakresie 52-77dB

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 18 w poz. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

3. Cicha praca silnika , max 75 dB

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Cicha praca silnika , max 77 dB

Pytanie nr 153 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie piły z automatyczną kompensacją obciążenia dla całej amplitudy oscylacji

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 18 w poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

4. Moc konstrukcyjna odporna na wysokie naprężenia i pracę non-stop

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Moc konstrukcyjna odporna na wysokie naprężenia i pracę non-stop **lub z automatyczną kompensacją obciążenia dla całej amplitudy oscylacji**

Pytanie nr 154 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie piły z bezstopniową regulacją od 3500 do 24000 oscylacji

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 18 w poz. 7 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

7. Obroty regulowane stopniowo

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Obroty regulowane stopniowo **lub piły z bezstopniową regulacją od 3500 do 24000 oscylacji**

Pytanie nr 155 dot. Pakietu nr 18 (Piła do cięcia gipsu)

Część II Pkt. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy o średnicy 50 i 65 mm do gipsów zarówno syntetycznych, jak i naturalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 156 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę o całkowitych wymiarach leża 2050 x576mm oraz całkowitej szerokości fotela wraz z podłokietnikami 845mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w I poz. 3, 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

3. Długość x szerokość całkowita siedziska co najmniej w zakresie 2100 do 2200 x 550 do 600 mm
4. Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: maksimum 820 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Długość x szerokość całkowita siedziska co najmniej w zakresie 2050 do 2200 x 550 do 600 mm
4. Całkowita szerokość fotela wraz z podłokietnikami: maksimum 845 mm

Pytanie nr 157 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę o całkowitej długości leża 230mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 158 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę o całkowitej szerokości fotela wraz z podłokietnikami 875mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 159 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę o całkowitej szerokości fotela wraz z podłokietnikami 840mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 160 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę z regulacją segmentu pleców w zakresie +76° do - 10°

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 161 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę z regulacją segmentu siedziska w zakresie 0 do 15°?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w I poz. 6 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

6. Regulacja segmentu siedziska w zakresie minimum od 0° do + 20°. W pozycji siedzącej segment ustawiony pod kątem 0°

który otrzymuje nowe brzmienie:

6. Regulacja segmentu siedziska w zakresie minimum od 0° do + 15°. W pozycji siedzącej segment ustawiony pod kątem 0°

Pytanie nr 162 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę z regulacją segmentu podudzia w zakresie -45° do 0°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 163 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę z regulacją przechyłu Trendelenburga - 10°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 164 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę z regulacją wysokości w zakresie 560 do 860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w I poz. 10 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

10. Regulacja wysokości siedziska w zakresie minimum 540 do 750mm.

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Regulacja wysokości siedziska w zakresie minimum 540 do 860mm.

Pytanie nr 165 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę o konstrukcji kolumnowej z kolumną nośną wykonaną z aluminium?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 166 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę wyposażoną w oparcie stóp regulowane manualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 167 dot. Pakietu nr 7 (Foteloleżanki)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania foteloleżankę wyposażoną w oparcie stóp wykonane z płyty HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w I poz. 16 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

16. Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie. Regulacja długości wspomagana sprężyną gazową.

który otrzymuje nowe brzmienie:

16. Segment podudzia wyposażony w tapicerowane **lub z płyty HPL** oparcie stóp o regulowanym wysuwie. Regulacja długości wspomagana sprężyną gazową.

Pytanie nr 168 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy 4-segmentowy (segment pleców wykonany w całości bez podziału na część piersiową i lędźwiową, segment siedziska, segment nóg, segment głowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 169 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją kąta nachylenia siedziska?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w II poz. 5 oraz III poz. 4 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

II poz. 5. Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego (napięcie 230V/50-60Hz, moc: max160W, klasa ochrony” II, obudowa:IP54)

III poz. 4. Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego (napięcie 230V/50-60Hz, moc: max160W, klasa ochrony” II, obudowa:IP54)

który otrzymuje nowe brzmienie:

II poz. 5. Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego (napięcie 230V/50-60Hz, moc: max160W, klasa ochrony” II, obudowa:IP54) **lub stół zabiegowy z elektryczną regulacją kąta nachylenia siedziska**

III poz. 4. Stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego oraz nożnego (napięcie 230V/50-60Hz, moc: max160W, klasa ochrony” II, obudowa:IP54) **lub stół zabiegowy z elektryczną regulacją kąta nachylenia siedziska**

Pytanie nr 170 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z leżem o szerokości 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 171 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 650 do 1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w II poz. 9 oraz III poz. 8 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

II poz. 9 Regulacja wysokości od 55 do 106 cm +/- 2 cm

III poz. 8 Regulacja wysokości od 48 do 100 cm +/- 2cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

II poz. 9 Regulacja wysokości od 55 do 106 cm +/- 10 cm

III poz. 8 Regulacja wysokości od 48 +/- 20 do 100 cm +/- 2cm

Pytanie nr 172 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulowanym podglówkiem w zakresie +/-20°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 173 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulowanym segmentem pleców w zakresie -5° do +75°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 174 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulowanym segmentem nóg w zakresie +5° do - 85°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 175 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z pozycją Trendelenburga i anty-Trendelenburga +/- 15°?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w I poz. 14, 15 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

14. Pozycja Trendelenburga od 0° do 20° +/- 2°

15. Pozycja anty-Trendelenburga od -18° do 0° +/- 2°

który otrzymuje nowe brzmienie:

14. Pozycja Trendelenburga od 0° do 20° +/- 5°

15. Pozycja anty-Trendelenburga od -18° do 0° +/- 15°

Pytanie nr 176 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w szyny ze stali nierdzewnej o długościach dostosowanych do długości segmentów leża stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 177 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 koła o średnicy 100mm z blokadą oraz z systemem poziomowania podstawy umożliwiającym dostosowanie stołu do nierówności podłoża?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w II poz. 18 oraz III poz. 15 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

II poz. 18 System kółek jezdnych, gumowych , blokada min. 2 kółek, stopki stołu antypoślizgowe

III poz. 15 System kółek jezdnych , gumowych, blokada min. 2 kółek, stopki stołu antypoślizgowe

który otrzymuje nowe brzmienie:

II poz. 18 System kółek jezdnych, gumowych , blokada min. 2 kółek, stopki stołu antypoślizgowe **lub stół zabiegowy z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 koła o średnicy 100mm z blokadą oraz z systemem poziomowania podstawy umożliwiającym dostosowanie stołu do nierówności podłoża**

III poz. 15 System kółek jezdnych , gumowych, blokada min. 2 kółek, stopki stołu antypoślizgowe **lub stół zabiegowy z podstawą jezdnią wyposażoną w 4 koła o średnicy 100mm z blokadą oraz z systemem poziomowania podstawy umożliwiającym dostosowanie stołu do nierówności podłoża**

Pytanie nr 178 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z tapicerką bezszwową o wysokości 4cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 7 w II poz. 20 oraz III poz. 17 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:

II poz. 20 Tapicerka beżowa o wysokości 5 cm dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z wzornika producenta

III poz. 17 Tapicerka beżowa o wysokości 5 cm dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z wzornika producenta

który otrzymuje nowe brzmienie:

II poz. 20 Tapicerka beżowa o wysokości **4 cm lub 5 cm** dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z wzornika producenta

III poz. 17 Tapicerka beżowa o wysokości **4 cm lub 5 cm** dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej z wzornika producenta

Pytanie nr 179 dot. Pakietu nr 7 (Stół zabiegowy poz. II i III)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z zastosowanymi śrubami oraz dopasowanymi do nich tulejami w mechanizmach unoszenia blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

a) w pakiecie nr 5 w pkt. „III Dodatkowo” w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dodano pkt. 2 o treści:

2	Do każdej czaszy po 3 uchwyty do sterylizacji.	TAK	
---	--	-----	--

b) w pakiecie nr 7 w pkt. I poz. 5, 7, 9 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:

5	Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +800 do -130 .
7	Regulacja segmentu podudzia w zakresie minimum: - 300 do + 200.
9	Przechyl Trendelenburga: minimum -130 dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym

który otrzymuje nowe brzmienie:

5	Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +80° do -13° .
7	Regulacja segmentu podudzia

	w zakresie minimum: - 30° do + 20°.
9	Przechył Trendelenburga: minimum -13° dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym

c) w pakiecie nr 17 w pkt. X poz. 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z oraz usuwa poz. 8:

8	Stół osadzony na stacjonarnej podstawie - stopki z możliwością poziomowania
11	Regulacja wysokości leża elektromechaniczna sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego, min 600 mm +/- 50 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

8	Stół osadzony na stacjonarnej podstawie - stopki z możliwością poziomowania
11	Regulacja wysokości leża elektromechaniczna sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego, min 600 mm - 900 mm +/- 50 mm

d) w pakiecie nr 8 w pkt. I dodaje poz. 19 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ a mianowicie:

19.	Ssak wyposażony w wkłady jednorazowego użytku minimum 3 szt. Do każdego ssaka.	TAK, podać
-----	---	-------------------

e) w pakiecie nr 7 w Lp. Wyszczególnienie zmienia zapis przez dodanie poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ a mianowicie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
1	Foteloleżanki	szt	2
2	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem	szt	4

który otrzymuje nowe brzmienie:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość
1	Foteloleżanki	szt	2
2	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem 4 dzielny	szt	3
3	Stół zabiegowy jezdny z wyposażeniem 3 dzielny	szt	1

f) w pakiecie nr 16 w I poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:

10. Szerokość papieru 112 m

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Szerokość papieru 112 **mm**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2 - Aparat USG - Poradnia Kardiologiczna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 - Aparat USG - Pracownia Litostar) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 4 - Aparat USG - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 5 - Lampy operacyjne) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 6 Defibrylator z kardiowersją i autotestem) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 7 - Foleleżanki, Stoły zabiegowe) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 8 - Ssak elektryczny) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 9 - Diatermia chirurgiczna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 10 - Aparat ESWL do litotrypsji) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 11 - Kabina audiometryczna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 12 - Kardiotokograf (KTG) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 16 - Elektrokardiograf (EKG)) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 17 - Łóżka, Szafki, Asystor, materace, wózki do przewożenia chorych, stół zabiegowy) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 18 - Piła do cięcia gipsu) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 19 - Pompa infuzyjna) po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;
- Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 24.04.2019 r.;

Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem