

Dostawa bezkontaktowego wskaźnika trzeźwości typu iBlow (wersja w walizce)

Niezbędne wyposażenie kompletu:

1. Urządzenie iBlow – 1 szt.
2. Baterie alkaliczne LR-6 (AA) – 6 szt.
3. Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem – 1 szt.
4. Karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, warunki i termin ważności gwarancji.
5. Zaświadczenie potwierdzające przeprowadzoną kalibrację oraz analizę poprawności wskazań.
6. Instrukcja obsługi w j. polskim.

Parametry techniczne bezkontaktowego wskaźnika trzeźwości typu iBlow:

- **Zasada pomiaru**- czujnik elektrochemiczny.
- **Zakres pomiarowy:**
 - wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰.
 - wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰.
- **Dokładność pomiaru**- maksimum 0,01 ‰.
- **Zakres błędu pomiarowego**- maksimum $\pm 0,7\%$ przy 1,0‰ BAC.
- **Gwarancja**- minimum 24 miesiące.