



**dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywna dostawa jednorazowych wyrobów medycznych, znak ZP/14/2023**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<b><u>zakres 2 poz. 7</u></b> Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego zakresu pozycji nr 7, tj. worki no godzinowej zbiórki moczu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
2.	<b><u>zakres 2 poz. 7</u></b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, jako produktu równoważnego w zakresie 2 pozycja nr 7 – worka do godzinowej zbiórki moczu godzinowej o pojemności 2 600 ml, tylna biała ściana wzmocniona stelażem, pojemność komory pomiarowej – 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu, malejąca skala na worku i komorze pomiarowej, długość drenu 145 cm z kłamrą, 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna, igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu, kranik spustowy Cross Valve (poprzeczny T), nietoksyczny, niepirogenny. Opisany przedmiot zamówienia jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej oraz powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, a co za tym idzie pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz	Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny worek opisany w pytaniu.

	osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi	
3.	<b><u>zakres 19, poz. 3</u></b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika 2L o wysokości 16 cm, reszta zgodna z wymaganiami SWZ. Dopuszczenie powyższego umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi	Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
4.	<b><u>zakres 19, pozycje 8, 9 i 11</u></b> Czy Zamawiający dopuści w zakresie 19, pozycja 8, 9 oraz 11 pojemniki koloru białego o stawce VAT 23%? Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojemników opisanych w pytaniu i podtrzymuje zapisy SWZ.
5.	<b><u>zakres 19, pozycje 10</u></b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na próbki patologiczne o pojemności 30 ml, reszta zgodna z wymaganiami SWZ. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o parametrach opisanych w pytaniu.
6.	<b><u>zakres 19, pozycje 10</u></b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na próbki patologiczne o pojemności 15 ml, reszta zgodna z wymaganiami SWZ. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojemników opisanych w pytaniu i podtrzymuje zapisy SWZ.
7.	Pakiet 38 pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.	Wtyczka z wejściem standard LNCS ref 1863 <i>Kod produktu: SP9115F</i>
8.	Pakiet 38 pozycja 2	Nellcor, Masimo

	W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o informacje o technologii w jakiej ma działać czujnik. ( Nellcor, Masimo czy Trusignal ?)	
9.	Zakres 30 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.
10.	Zakres 30 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm
11.	Zwracamy się z prośbą o określenie ilości w zakresie pakietu 34.	2 op po 25 szt lub równoważne

Z poważaniem

Członek Zarządu  
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 20.11.2023 r.