

Nr postępowania: GUM2024ZP0054

Gdańsk, dnia 28.05.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego, zamrażarek, chłodziarek i tabletkarki uderzeniowej w 4 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 3:

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem dotykowym LCD o przekątnej 3,5"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego wyświetlacza.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula