



Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

tel. (32) 370 43 07  
fax. (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

**Znak sprawy: ZP/26/PN/2024**

Zabrze, 07.05.2024 r.

## **ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### **„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 135 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

#### **Pytanie nr 1**

##### **dotyczy zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 14** w pozycji 1 dopuści dren w rozmiarach: **16, 20, 24, 28, 30, 32, 36 CH (F)**; spełniający pozostałe wymagania SWZ. Dren dodatkowo posiada (pakowany razem) łącznik schodkowy o dużej średnicy wewnętrznej do połączenia z zestawem do drenażu.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **dotyczy zadania nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 14** w pozycji 2 dopuści dren w rozmiarach: **24, 28, 30, 32, 36 CH (F)**; spełniający pozostałe wymagania SWZ. Dren dodatkowo posiada (pakowany razem) łącznik schodkowy o dużej średnicy wewnętrznej do połączenia z zestawem do drenażu.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **dotyczy zadania nr 34**

Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie w pakiecie 34 o jakie ustniki prosi zamawiający. Czy mają być to jednorazowe, papierowe ustniki ?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe. Jednorazowe ustniki winny być papierowe.**

#### **Pytanie nr 4**

##### **dotyczy zadania nr 20 poz. 8**

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 20 pozycji nr 8 i utworzy nowy pakiet?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 5**

##### **dotyczy zadania nr 55 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepack o wymiarach 107x23.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**



**Pytanie nr 6****dotyczy zadania nr 55 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 110mm x 20m.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 7****dotyczy zadania nr 55 poz. 4 i poz. 5**

Prosimy o doprecyzowanie czy w ww. pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy też dopuszcza zaferowanie papierów kompatybilnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkty równoważne, pod warunkiem, że zapewniają one wysoką jakość wydruku i są w pełni kompatybilne. Patrz pkt 3.4 SWZ o rozwiązaniach równoważnych.**

**Pytanie nr 8****Projekt umowy §7 pkt. 2 a, b**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par.7 pkt. 2a i 2b umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł brutto.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 9****Projekt umowy §7 pkt. 2 c**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par.7 pkt. 2c i 2d umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany.

Wskazanie kwoty 1000,00zł za każdy przypadek odmowy rozładunku bądź braku powiadomienia o terminie dostawy towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 10****Projekt umowy §7 pkt. 2 e**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 2e projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w par. 3 ust. 2” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 11****dotyczy zadania nr 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł do elektrostymulacji :

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach: 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 12****dotyczy zadania nr 43**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do USG: Ostoła 125cm/15cm, sterylne gumki, sterylny żel.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 13****dotyczy zadania nr 30 poz. 1**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw do szynowania moczowodów otwarty/otwary JJ wykonany z poliuretanu pokryty fosforylocholiną w rozmiarze 4,7Ch i dł. 24 cm, prowadnicy o śr.0,028" i dł. 125 cm, popychacz o dł. 70 cm. Drenaż do 12 miesięcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 14****dotyczy zadania nr 30 poz. 2**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Zestaw wymienny do nefrostomii typ J wykonany z poliuretanu w rozmiarach 8Ch i dł. 24-34 cm 9CH dł. 24-34 cm 10,5CH i dł. 30 cm 12 CH o dł. 30 cm z łącznikiem do worka na mocz z męskim Luer-Lock o dł. 10 lub 23 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 15****dotyczy zadania nr 30 poz. 2**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Cewnik wymienny do nefrostomii typ J wykonany z poliuretanu w rozmiarach 8Ch-14Ch i dł. 22-30 cm. W zestawie dodatkowo, metalowy obturator, echogeniczna igła Chiba 18/20, igła punkcyjna 18/20 łącznik do worka na mocz zakończony lejkiem, zestaw 3 rozszerzadeł, prowadnica 0,038", kołnierzyk mocujący, opaska zaciskowa, worek na mocz 2L.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 16****dotyczy zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w zad. nr 6 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych komora kroplowa 49 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 17****dotyczy zadania nr 20 pozycja 4 i 5**

Czy Zamawiający w zadaniu 20 pozycja 4 i 5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy do implantacji metodą wsteczną z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika:

1. dla poz. 4 o długości 19/40, 23/44, 28/49, 33/54 ;

2. dla poz. 5 o długości 23/44, 28/49, 33/54, 55/76 ,

do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 18****dotyczy zadania nr 20 poz. 4**

Czy Zamawiający w zadaniu 20 pozycja 4 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 19****dotyczy zadania nr 20 poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 20 pozycję 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką

elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Szczegółowe informacje o produkcie stanowią załącznik nr 2 do pytań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisać SWZ.**

**Pytanie nr 20**

**dotyczy zadania nr 20 poz. 4 i 5**

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 20 pozycje 4 i 5 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie stanowią załącznik nr 1 do pytań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisać SWZ.**

**Pytanie nr 21**

**dotyczy zadania nr 32**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 21, 26, 28-29 i 32-33 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisać SWZ.**

**Pytanie nr 22**

**dotyczy zadania nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga zaoferowania kompatybilnego z Airvo2, podgrzewanego układu oddechowego ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzany i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami, kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzenia Airvo 2?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 23**

**dotyczy zadania nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga zaoferowania kaniul z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 24****dotyczy zadania nr 23 poz. 1**

Dializator kapilarny: polisulfon sterylizowany promieniami Gamma lub parą wodną; powierzchnia 1,2 - 1,3 m<sup>2</sup>. Czy Zamawiający dopuści Dializator o powierzchni 1,4 m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 25****dotyczy zadania nr 23 poz. 2**

Dializator kapilarny: polisulfon sterylizowany promieniami Gamma lub parą wodną; powierzchnia 1,5 - 1,6 m<sup>2</sup>. Czy Zamawiający dopuści Dializator kapilarny o powierzchni 1,4 m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie wartości kar umownych w stosunku procentowym do wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia. Odgórne kwotowe określenie wysokości kar umownych może prowadzić do sytuacji, że zastrzeżone kary umowne będą rażąco wygórowane.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 27**

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż uregulował powyższe w § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącym część IV SWZ.**

**Pytanie nr 28****dotyczy zadania nr 45 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 45?

Poz. 1 i poz. 2

Kaniula karbowana o długości 110mm

Pozostałe parametry jak w opisie we formularzu asortymentowo-cenowym

*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik. Dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 29****dotyczy zadania nr 47 poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu z zadania nr 47 pozycję nr 1?

*Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty zgodnie z powyższym pytaniem. Dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 30****dotyczy zadania nr 12**

Czy Zamawiający dopuści igły o następujących parametrach:

22Gx80mm i 21Gx100mm, ze strukturą echogeniczną rozmieszczoną równomiernie (360 stopni) wokół igły na pierwszych 20mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

### **Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

### **Pytanie nr 32**

Kryteria oceny ofert: pkt. 20 SIWZ Czas reakcji na reklamacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji na reklamacje z:

„od 3 do 5 dni roboczych włącznie – 0pkt.”

„od 1 do 2 dni roboczych włącznie – 1 pkt.”

Na:

„od 4 do 5 dni roboczych włącznie – 0pkt.”

„od 1 do 3 dni roboczych włącznie – 1 pkt.”

Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest czas reakcji na reklamację. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 20%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin czasu reakcji na reklamacje wynoszący 1-2 dni roboczych.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin reakcji na reklamację wynoszący 2 dni robocze otrzyma 20 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin czasu reakcji na reklamację np. 3 dniowy – 0 pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 1-2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

### **Pytanie nr 33**

Kryteria oceny ofert: pkt. 20 SIWZ Termin dostawy

Zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium oceny ofert - termin dostawy. W obecnej postaci SIWZ za termin dostawy 1-2 dni robocze Zamawiający przyznaje maksymalną ilość punktów. Za dostawę w terminie 3 dni roboczych – 0 pkt. Prosimy o rozszerzenie zakresu, za który przyznawana jest maksymalna ilość punktów od 1 do 3 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

### **Pytanie nr 34**

Dotyczy §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §5 ust.3 umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

*Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

### **Pytanie nr 35**

Dotyczy §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 2 pkt. a) i b) wzoru umowy poprzez zmianę sposobu naliczania kar umownych, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy lub reklamacji kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego zamówienia / towaru objętego reklamacją za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie kary o której mowa w §7 ust. 2 pkt. c, gdyż kara ta po pierwsze daje Zamawiającemu nieuzasadnione korzyści, po drugie powoduje, że wykonawcy, którzy korzystają z firm kurierskich w procesie dostawy towaru, z uwagi na brak wpływu na pracowników firmy kurierskiej oraz z obawy na możliwość obciążenia karami za działania, na które wykonawca nie ma wpływu, zrezygnują z ubiegania się o zamówienie publiczne, którego realizacja będzie obciążona dużym ryzykiem finansowym, niewspółmiernym do korzyści finansowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 37**

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie kary o której mowa w §7 ust. 2 pkt. e?

b) Jeżeli nie wyrazi zgodę na powyższe to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 2 pkt.

d) wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto zamówienia, którego dotyczy przypadek nie wywiązania się obowiązku określonego w §4 ust. 5?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 2 pkt. e) wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 7 ust. 2 pkt. e) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 39**

**dotyczy zadania nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 3 z Zadania nr 7, z uwagi na to, że tego typu produkty nie są oferowane przez większość dostawców sprzętu laboratoryjnego, co utrudnia im dostęp do zamówienia publicznego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 40**

**dotyczy zadania nr 45**

Czy zamawiający dopuści trokary z zaworem dwustopniowym do insuflacji/desuflacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 41**

**dotyczy zadania nr 45**

Czy zamawiający dopuści trokary z zaworem dwustopniowym z możliwością ustawienia zaworu w co najmniej 3 pozycjach otwarty, zamknięty oraz na wpół otwarty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 42**

**dotyczy zadania nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zadaniu 22 składać ofertę na poszczególne pozycje lub wydzieli pozycję 2 do odrębnego zadania?

Komplety linii tętniczo-żylnych, które chcielibyśmy Państwu zaoferować, spełniają wszystkie wymagania opisane w SWZ. Są stosowane z powodzeniem min. w Stacji Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 43**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych** 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy;**

b) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych** 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.**

c) w wysokości **500,00 zł** (słownie: **pięćset złotych** 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

d) w wysokości **0,05%** wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

e) w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 44**

**dotyczy zadania nr 35 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga filtra z klipsem pakowanym razem w jedno opakowanie przez producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 45**

**dotyczy zadania nr 35 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga filtra, z efektywnością: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30l/min. Potwierdzone wynikami testów z niezależnych laboratoriów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga filtra z efektywnością: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30l/min, natomiast dopuszcza, ale nie wymaga przedłożenia wyników testów z niezależnych laboratoriów.**

**Pytanie nr 46**

**dotyczy zadania nr 43 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga filtra który jest wyrobem medycznym i spełnia wymagania wyrobu medycznego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**



**Pytanie nr 47****dotyczy zadania nr 35 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferować wysokiej klasy filtr o następujących parametrach?

- wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego
- do każdego oferowanego filtra dołączony klips nosowy jednorazowego użytku
- średnica filtra w najszerszym miejscu wynosi 95 mm.
- filtr o średnicy wewnętrznej zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów, średnica wewnętrzna 29,1 mm.
- filtr z ustnikiem (ustnik połączony trwale z filtrem w całość poprzez sklejenie, a nie na wcisk jak filtry konkurencji co powoduje zachowanie 100% szczelności )
- długość ustnika od strony pacjenta min. 4 [cm]
- ustnik przezroczysty który umożliwi personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania
- ustnik z wypustką zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania
- spłaszczony anatomiczny ustnik, i jego wymiary wynoszą:  
Szerokość 31 mm Wysokość 18 mm
- długość filtra Vitalograph wynosi 96 mm, i jest optymalnie dobrana pod kątem badań pacjentów dorosłych.
- filtr pakowany pojedynczo - opakowanie jednostkowe oznaczone: numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku
- przestrzeń martwa filtra max. 60 [ml] – potwierdzona dokumentem producenta (np. katalog producenta)
- skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% – potwierdzona dokumentem producenta
- opór (impedancja przepływu) filtra poniżej maksymalnej wartości rezystancji zalecanej przez międzynarodowe standardy spirometrii ATS / ERS
- filtr do spirometru posiadający świadectwo skuteczności wydane przez Nelson Laboratories (Nelson laboratories  
Z oporem dla przepływu 30L/min, 60 L/min, 90 L/min.

Poniżej przedstawiamy badania dotyczące zapobiegania zakażeniom krzyżowym bakteryjnym i wirusowym. Laboratory Demonstrated Cross-Contamination Prevention – Professor Colum Dunne, University of Limerick, 2019

Filtry Vitalograph serii BVF zostały przetestowane przez profesora Columa Dunne'a z University of Limerick. Zakończone testy miały na celu ocenę zdolności Vitalograph BVF do zapobiegania przenoszeniu obciążenia biologicznego.

Wyznaczone natężenia przepływu podzielono na 3 zakresy:

- Niski — mniej niż 55 l/min
- Średni — od 55 l/min do 750 l/min
- Wysoki — wyższy niż 750 l/min

Najwyższe natężenie przepływu, jakie było przyjęte do testu wynosiło 960 l/min. To natężenie przepływu w badaniu jest dobre przekraczające to, czego można by się spodziewać po wydechu pacjenta w warunkach klinicznych.

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego zapewni pacjentom i personelowi wyrób bezpieczny, zapobiegający ochronę antybakteryjną i antywirusową na poziomie skuteczności 99,999%

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem pełnej kompatybilności ze spirometrem Lung Test 1000 (rok produkcji: 1999).**

**Pytanie nr 48****dotyczy zadania nr 43**

Prosimy o dopuszczenie do oceny osłon w rozmiarze 13 x 244 cm , bądź 15 x 244 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 49****dotyczy zadania nr 9 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 50****dotyczy zadania nr 9 poz. 12**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej. Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 51****dotyczy zadania nr 9 poz. 13**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do nabierania płynów z zaworem bezigłowym do worków: korpus kopoliester, Spike ABS

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 52****dotyczy zadania nr 9 poz. 4,8,9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycję 4. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli zaproponować korzystniejsze cenowo rozwiązanie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 53**

W związku z zawartym w § 5 ust. 1 projektu umowy uprawnieniem Zamawiającego do zmniejszenia zakresu zamówienia o 90% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy oraz zawartym w § 5 ust. 2 projektu umowy uprawnieniem Zamawiającego do zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy (jej wartości względem ilości i wartości wskazanych w załączniku nr 2) o 99% oraz mając na uwadze fakt, że Wykonawca kalkuluje swoją ofertę biorąc pod uwagę cały zakres przedmiotu zamówienia, wnosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy minimalnej wartości lub wielkości świadczenia Wykonawcy.

W świetle art. 433 pkt 4 PZP zamawiający jest uprawniony do ograniczenia zakresu zamówienia, o ile określi w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny minimalną wartość lub wielkość świadczenia oraz związanego z tym gwarantowanego poziomu wynagrodzenia umownego (M. Sieradzka, Komentarz do art. 433 PZP (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Projekt umowy w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 wprowadza możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia i ilości przedmiotu umowy odpowiednio aż o 90% oraz 99% i nie określa minimalnej wartości zamówienia lub wielkości świadczenia Wykonawcy, zatem wymaga doprecyzowania w tym zakresie. Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że zastrzeżenie prawa nieograniczonej ingerencji (a do takiej sprowadzają wprowadzone w tym wypadku odsetki

90%

i 99%) w ilość zamawianych dostaw poprzez ich zmniejszenie na etapie realizacji umowy to niedopuszczalny brak pewności po stronie wykonawcy co do jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty (wyr. KIO z 2.1.2017 r. KIO 2346/16). Także w piśmiennictwie podkreśla się, że „postanowienia projektowanej umowy muszą wskazywać minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron, poniżej których zamawiający nie będzie mógł dokonywać zmiany. Zatem minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron musi zostać podana wykonawcom” (M. Sieradzka, Komentarz do art. 433 PZP (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 54**

Wnosimy o obniżenie kar w § 7 ust. 2 lit. a i b na:

- a) w wysokości 10,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości 10,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 55**

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 2 lit. c) projektu umowy wysokości kary umownej z 1 000,00 zł na 100,00 zł – wskazana kara nie jest wygórowana.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 56**

Wnosimy o zmianę sposobu wyliczenia określonej w § 7 ust. 2 lit. d) kary umownej za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 umowy tj. brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym określonej jako „0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2” poprzez odniesienie jej do wartości aktualnej dostawy, której ma dotyczyć powiadomienie wskazane w § 4 ust. 5 umowy, a nie całości wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie z orzecznictwem pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę, a naliczaną karą umowną musi występować bezpośredni związek. Naliczanie kary umownej od wartości całego kontraktu, w sytuacji, gdy opóźnienie dotyczy braku powiadomienia o konkretnej dostawie w dniu jej poprzedzającym jest nieadekwatne i może prowadzić do wątpliwości, czy naliczana kara umowna nie jest wygórowana.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 57**

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 2 lit. e) projektu umowy wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 20% do 10% jako, że zawarta w tym postanowieniu kara umowna jest rażąco wygórowana.

Uzasadnienie dla pytania, jak wskazane powyżej w pkt 2.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 58**

Wnosimy o obniżenie w § 7 ust. 6 projektu umowy łącznej wysokości kar umownych wynikających z umowy z „30 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy” do „17 % ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy” jako, że zawarta w tym postanowieniu kara umowna jest rażąco wygórowana.

Kara będąca surogatem odszkodowania powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej (por. wyrok KIO z dnia 28 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2574/18). W orzecznictwie uznaje się, że już 20% wynagrodzenia umownego może być karą rażąco wygórowaną (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2022 r., II CSKP 59/22, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2022 r., I AGa 205/21), w związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie wysokości określonej w projekcie umowy kary umownej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 59****dotyczy zadania nr 45 poz. 1**

Ekwiwalent Trokara z pozycji 1 znanego europejskiego producenta posiadającego produkty bardzo wysokiej jakości o opisie: Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12mm. Kaniula karbowana o długości 100mm, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5-12mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z przezroczystym, plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie przeziernym eliptycznym stożkiem z symetrycznie położonymi skrzydełkami, pośrodku których umiejscowiony jest mikro grot, z dwustopniowym zaworem pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 60****dotyczy zadania nr 45 poz. 2**

Ekwiwalent Trokara z pozycji 1 znanego europejskiego producenta posiadającego produkty bardzo wysokiej jakości o opisie: Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5mm. Kaniula karbowana o długości 100mm. Trokar z przezroczystym, plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie przeziernym eliptycznym stożkiem z symetrycznie położonymi skrzydełkami, pośrodku których umiejscowiony jest mikro grot. Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 61****dotyczy zadania nr 32 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny wygięty, długość trzonu 18 cm, bez czarnej powłoki antyrefleksyjnej, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 62**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju i UE normami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 63**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości min. 4,5 cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 64**

**dotyczy zadania nr 17 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści elektrody do defibrylacji, kardiowersji synchronicznej, przezskórnej stymulacji serca i monitorowania EKG?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 65**

**dotyczy zadania nr 17 poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje 40 sztuk elektrod (tj. 20 kompletów), czy 40 kompletów pakowanych po a'2 sztuki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga 20 opakowań po 2 sztuki w komplecie, tj. 40 szt elektrod.**

**Pytanie nr 66**

**dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści oznaczenie głębokości w postaci 2 półpięści?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 67**

**dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rurki z nierozłączalnym łącznikiem?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 68**

**dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju i UE normami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 69**

**dotyczy zadania nr 29 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści cewniki bez rozmiaru CH26?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 70**

**dotyczy zadania nr 48 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści sterylną maskę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 71****dotyczy dostawy półmasek FFP**

Jakiej gramatury całkowitej warstw maski wymaga Zamawiający? Zamawiający wymaga maski 5 warstwowej jednocześnie nie podając całkowitej gramatury wymaganych warstw. Na rynku istnieją maski o różnej ilości warstw, które charakteryzują się różną gramaturą całkowitą jednocześnie spełniające wymagania norm oraz w tym przypadku pozostałe wymagania SWZ. Wymóg akurat 5 warstw bez podania całkowitej gramatury powoduje, że opis zawarty w SWZ jest na tyle nieprecyzyjny, że całkowicie wypacza możliwość racjonalnego wyboru oferty. Zamawiający wybierając maskę 5 warstwową o mniejszej całkowitej gramaturze warstw dokonuje wyboru nie racjonalnego mając możliwość wyboru maski np. 4 warstwowej o całkowitej większej gramaturze niż maska 5 warstwową.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza maski 4-warstwowe spełniające wymagania norm (certyfikowane).**

**Pytanie nr 72****dotyczy dostawy półmasek FFP**

Ze względu na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek o następującej gramaturze:

Warstwa zewnętrzna Spunbond: 60 +/- 2g/m<sup>2</sup>

2 warstwy wewnętrzne Meltblown o łącznej gramaturze 55g/m<sup>2</sup> FFP3, 19g/m<sup>2</sup> FFP2

Warstwa zewnętrzna Spunbond: 20 +/- 2g/m<sup>2</sup>

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia nie pozwoli Zamawiającemu na przeprowadzić prawidłowej, konkurencyjnej oceny ofert oraz uniemożliwi mu wybór bez błędu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 73****dotyczy zadania nr 48**

Prosimy o dopuszczenie masek sterylnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 74****dotyczy zadania nr 48**

Czy Zamawiający wymaga masek bez zawartości szkodliwych ftalanów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 75****dotyczy zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 76****dotyczy zadania nr 6**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż potwierdzenie braku zawartości ftalanów może znajdować się w formie symbolu na etykiecie lub jako informacja w ulotce.**

**Pytanie nr 77****dotyczy zadania nr 48**

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o długości 200 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 78****dotyczy zadania nr 48**

Czy zamawiający dopuści maski sterylne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 79**

**dotyczy zadania nr 32 poz. 1**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 32 poz. 1** dopuści: Jednorazowy stapler okrężny, wygięty z możliwością obsługi jedną ręką, z kontrolowaną kompresją tkanki, o średnicy 21, 25, 28 i 32 mm. Stapler dostępny również w wersji długiej – endoskopowej, dł.min.52cm z rękojeścią w kolorze srebrnym pokrytą strukturą antypoślizgową?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 80**

**dotyczy zadania nr 36 poz. 2**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 36 poz.2** dopuści kompatybilny z poz.1 worek na treść o poj. 1000ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 81**

**dotyczy zadania nr 36 poz. 4**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 36 poz.4** dopuści łącznik uniwersalny (prosty, schodkowy, sterylny) w rozmiarze 6/15/6 mm, typu SUMI nr kat. 9P-1510?

**łącznik uniwersalny:**



O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy sterylne	nr katalogowy niesterylne
15	6	9P-1510	9P-1500

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 82**

**dotyczy zadania nr 39 poz. 3**

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 39 poz.3 wymaga** Klipsy polimerowe naczyniowe, niewchłaniające w rozmiarze ML, (o podwyższonej stabilności) z serią zębów w kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwnego ramienia i zamykanej struktury tkankowej pod kątem ok. 45 st. Stabilność poprzeczna klipsa na poziomie 15N - potwierdzona raportem przez certyfikowane laboratorium (dostarczone przy pierwszej dostawie w/w klipsów), eliminującą ryzyko zsunienia się z naczyń pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym. Ilość klipsów w magazynku - 6 szt. W opakowaniu do każdego magazynka z klipsami co najmniej po 2 szt. samoprzylepnych metryczek identyfikujących. Kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsownicy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 83**

**dotyczy zadania nr 39 poz. 1-4**

Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w **Zadaniu nr 39 poz.1-4** (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz.1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 84**

**dotyczy zawarcia umowy**

Wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przestanie umowy do podpisu pocztą lub w trybie z elektronicznym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 85**

**dotyczy zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową dostępną w rozmiarach CH6, CH8, CH10?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 86**

**dotyczy zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości 80cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 87**

**dotyczy zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o opisanych parametrach?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 88**

**dotyczy zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dostępny w rozmiarach CH4, 5, 6 8, 10?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 89**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 90**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z pochewką na igłę biorczą i zaczepem do podwieszenia drenu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 91**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 92**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 93**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkucie w pojemniki z płynami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 94**

**dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową o dł. 6cm (5,5cm w części przezroczystej) w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wymaga przyrządu do infuzji z całą komorą kroplową wielkości nie mniej niż 6cm.**

**Pytanie nr 95**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji dożylnych o następujących parametrach:

- Przeznaczone do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi
- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Obudowa wykonana z polikarbonu
- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-foolia
- Na opakowaniu napisy w języku polskim



bezigłowa nasadka na fiolki o średnicy 20 mm



bezigłowa nasadka na fiolki o średnicy 13 mm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 96**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków Combi za opakowanie a'100?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 97**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków Combi za opakowanie a'250?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 98**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 99**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 7,10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**



**Pytanie nr 100****dotyczy zadania nr 9 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 101****dotyczy zadania nr 9 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o wytrzymałości na ciśnienie do 4,5 barów (65 PSI)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 102****dotyczy zadania nr 9 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników trójdrożnych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 103****dotyczy zadania nr 9 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści rampę pięciodrożną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 104****dotyczy zadania nr 9 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z pojemników wielodawkowych o następujących parametrach:

- łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radetkowaną powierzchnią zapewniającą pewny chwyt
- ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płyn)
- filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem
- łącznik Luer-Lock, żeński, kompatybilny z wyrobami o zakończeniu Luer lub Luer-Lock, męski
- pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów
- wyrób niepirogenny
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 105****dotyczy zadania nr 9 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z pojemników wielodawkowych o następujących parametrach?

- Ergonomiczny kształt
- System podzielnej silikonowej membrany
- Niewymagane stosowanie koreczków zabezpieczających
- Ostry kolec biorczy



- Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności
- Kompatybilny z łączami Luer oraz Luer-Lock
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 106**

**dotyczy zadania nr 17 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za komplet składający się z 2 szt. elektrod?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 107**

**dotyczy zadania nr 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do toalety jamy ustnej suchą dostępną w 1 uniwersalnym rozmiarze (długość całkowita 15 cm , długość gąbki 2,5 cm)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 108**

**dotyczy zadania nr 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę gąbek za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 109**

**dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 110**

**dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zawierające śladowe ilości ftalanów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 111**

**dotyczy zadania nr 28 poz. 1-2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu strzykawkę wpisanych w menu pomp?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 112**

**dotyczy zadania nr 28 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 113**

**dotyczy zadania nr 28 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania**

**należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 114**

**dotyczy zadania nr 48 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę tlenową z workiem i drenem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 115**

**dotyczy zadania nr 48 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąca jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 116**

**dotyczy zadania nr 54 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV bez ftalanów, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 117**

**dotyczy zadania nr 54 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez opaski/gumki stabilizującej dren?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 118**

**dotyczy zadania nr 54 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 119**

**dotyczy zadania nr 54 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) kłapką?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 120**

**dotyczy zadania nr 55 poz. 1,7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 121**

**dotyczy zadania nr 55 poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 122**

**dotyczy zadania nr 55 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepack 107mmx23m?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 123**

**dotyczy zadania nr 55 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepack 12 106mmx25m z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.**

**Pytanie nr 124**

**dotyczy zadania nr 55 poz. 4-5,11**

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego gwarantującego pełną kompatybilność i najwyższą jakość wydruku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkty równoważne, pod warunkiem, że zapewniają one wysoką jakość wydruku i są w pełni kompatybilne. Patrz pkt 3.4 SWZ o rozwiązaniach równoważnych.**

**Pytanie nr 125**

**dotyczy Części IV SWZ – Wzór umowy**

Czy Zamawiający w § 7, ust. 2 pkt. a) wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 126**

**dotyczy Części IV SWZ – Wzór umowy**

Czy Zamawiający w § 7, ust. 2 pkt. b) wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4, ust. 15”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 127**

**dotyczy Części IV SWZ – Wzór umowy**

Czy Zamawiający w § 7, ust. 2 pkt. c) wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4, ust. 4”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 128**

**dotyczy Części IV SWZ – Wzór umowy**

Czy w związku zasadą miarkowania kar, mając na uwadze uprawnienia Zamawiającego wynikające z § 5, ust. 1 oraz § 5, ust. 2 do zmniejszenia zakresu zamówienia odpowiednio o 90% i 99% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu określonego w § 7, ust. 2 pkt. e)

z

**„wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

na

**„w wysokości 10% zrealizowanej wartości umowy brutto, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 129**  
**dotyczy Części IV SWZ – Wzór umowy**

Czy w związku zasadą miarkowania kar, mając na uwadze uprawnienia Zamawiającego wynikające z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 do zmniejszenia zakresu zamówienia odpowiednio o 90% i 99% względem wartości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 6

**z**  
„Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca **nie może przekroczyć 30 %** ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy.

**na**  
„Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca **nie może przekroczyć 10 %** ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 130**  
**dotyczy zadania nr 37 - Części IV SWZ – Wzór umowy §5 ust. 3**

Czy w przypadku asortymentu, który jest konfekcjonowany przez producenta w niepodzielnych oryginalnych opakowaniach handlowych zawierających 5 szt., Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu

**z**  
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień częściowych na dowolną ilość w poszczególnych pozycjach szczegółowych formularzy ofertowych,”

**na**  
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień częściowych na dowolną **ilość opakowań handlowych asortymentu** w poszczególnych pozycjach szczegółowych formularzy ofertowych,”

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**  
**Niemniej jednak, Zamawiający wyraża zgodę, aby igły o których mowa w zadaniu nr 37 zamawiane były w ilości będącej wielokrotnością niepodzielnych opakowań handlowych, tj. w ilości stanowiącej wielokrotność liczby 5. W związku z tym, Wykonawca winien pod szczegółowym formularzem ofertowym wskazać ilość sztuk w oryginalnych niepodzielnych opakowaniach handlowych dla każdego z przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 37.**

**Pytanie nr 131**  
**dotyczy zadania nr 45 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12mm, kaniuła karbowana o długości 100mm, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5-12mm (bez konieczności używania redukcji) Trokar z przezroczystym, plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek, z dwustopniowym zaworem insuflacja/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2)?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 132**  
**dotyczy zadania nr 45 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5mm, kaniuła karbowana o długości 100mm. Trokar z przezroczystym, plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek. Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 133**  
**dotyczy zadania nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie czy pod wymogiem SWZ: „... Ostra igła biorcza dwukanałowa ...” Zamawiający wymaga: Igły ściętej dwupłaszczyznowo z małym kanałem odpowietrzającym i dużym przepływowym? Czy filtr przeciwbakteryjny ma być o wysokiej skuteczności filtracji o potwierdzonej skuteczności działania? Czy w/w filtr, ma być również antywirusowy i ma posiadać potwierdzenie skuteczności działania?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający informuje, iż dopuszcza igłę opisaną jak powyżej, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 134**

**dotyczy zadania nr 9 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego produktu o parametrach:

Zawór bezigłowy, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej -30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip.

Umożliwi to Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty z większej grupy ofert bez ograniczenia do wskazanej w SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 135****dotyczy zadania nr 12**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 dopuści igły o dł . 50 i 80 mm i średnicy 0,7 mm (22G) oraz 100 mm i średnicy 0,9 mm (20G)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 136****dotyczy zadania nr 12**

Czy Zamawiający wymaga by igła do stymulatora HNS12 posiadała oznakowanie z elementami wzoru „X” na pierwszych 20 mm od czubka igły, tworząc trzy segmenty kodu bezpieczeństwa „krótki-krótki-długi”. Umożliwia to rozróżnienie między czubkiem igły i dalszą jej częścią ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 137****dotyczy zadania nr 12**

Czy Zamawiający wymaga by rękojeść posiadała Wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku ścięcia szlif w postaci strzałki oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym i kabelkiem elektrycznym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 138****dotyczy zadania nr 6**

- 1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc “komora kroplowa o wielkości nie mniej niż 6cm” ma na myśli część przezroczystą komory
- 2) Prosimy Zamawiającego czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wolną od PCV

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż cała komora kroplowa winna być o wielkości nie mniej niż 6cm, a także informuje, iż oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów.**

**Pytanie nr 139****dotyczy zadania nr 9**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania zaworu dostępu naczyniowego z neutralnym ciśnieniem.

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampa pięciodrożnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 140****dotyczy zadania nr 54**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi firmy Margomed z kolcem komory kroplowej typu stożek. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 141****dotyczy zadania nr 13**

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Malecot bez wąsa, rozmiar cewnika 8-20 Ch, długość min. 34 cm, dostarczany w zestawie z tulejką mocującą oraz łącznikiem do worka drenażowego dla rozmiary 8-14 Ch.

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik był wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny dla utrzymania światła drenażowego, na zewnątrz miękkiej redukujący dolegliwości bólowe pacjentów)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 142**

**dotyczy zadania nr 6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż oczekuje przyrządów bez ftalanów.**

**Pytanie nr 143**

**dotyczy zadania nr 54**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż oczekuje przyrządów bez ftalanów.**

**Pytanie nr 144**

**dotyczy zadania nr 43 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji ostony na sondę USG o wymiarach 15cm x 244cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 145**

**dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów ust.8 z §4 umowy dotyczących tzw. wykonania zastępczego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 146**

**dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 7 ust.2 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 4 ust. 8 zapisu dotyczącego zapłaty kary umownej i odszkodowań. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 147**

**dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej odnośnie nabycia zastępczego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust.8 w sposób następujący:

8. *W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 148**

**dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2**

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. *Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:*

a) *w wysokości 50,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych*

przedmiotu umowy zgodnie z §4 ust.3,

b) w wysokości 50,00 złotych brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,

e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 149**

**dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2**

Obecne kary są niewspółmierne w stosunku do opisanego przewinienia. Wnioskujemy zatem o modyfikację i zmniejszenia kary:

c) w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 150**

**dotyczy wzoru umowy §10**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umów poprzez dodanie ust. 3a o następującej treści:

3a. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 151**

**dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 2a i 2b wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki? Kara w wysokości 100,00zł za każdy dzień zwłoki jest nadmierna i nieadekwatna do realizowanych zamówień częściowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 152**

**dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 2c wyrazi zgodę na zmianę kary umownej na 1% wartości zamówienia za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4 ? Kara w wysokości 1000,00zł za każdy dzień zwłoki jest nadmierna i nieadekwatna do realizowanych zamówień częściowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 153**

**dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający we wzorze umowy w paragrafie 7, pkt 2e wyrazi zgodę na zmiarkowanie kary umownej do 10%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

Zamawiający  
z up. DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski