

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 11 maja 2020 roku

L.dz.SZP/ZP/1227/2020

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (postępowanie nr 9/PN/2020)

W nawiązaniu do przesłanego pisma nr L.dz.SZP/ZP/1204/2020 uprzejmie informuję, że w piśmie tym błędnie wskazano odpowiedź na pytanie 72.

Jest:

„Pyt. 72

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Tak.”

Powinno być:

„Pyt. 72

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Wymaga zabezpieczenia folią. Dopuszcza folię termokurczliwą.”

Za zaistniałą omyłkę przepraszamy.

DYREKTOR

Bogumił Kurkowski