



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 ekoziol@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 29.11.2021r.

SPZOZ . AZ . 2021 .

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów sterylizacyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 10 zadań częściowe, AZ-P.2021.39.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., dalej Pzp) przekazuje wyjaśnienia do złożonych zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

ZADANIE NR 4:

a) poz. 1, 2, 3, 6 i 7: Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Tak – Zamawiający wymaga, za wyjątkiem pozycji nr 2.

ZADANIE NR 5:

a) poz. 3: Prosimy o dopuszczenie włókniny z warstwą absorpcyjną o następujących parametrach: Ochronny, 2 warstwowy, syntetyczny materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu z dodatkową warstwą wysokochłoną, gramatura 83 g/m², chłonność powierzchni 80g/m², wytrzymałość na rozciąganie 1,9 kN/m w kierunku walcowania i 0,9 kN/m w kierunku poprzecznym. Arkusze do stosowania w sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Jarosław Kończyło

Kierownik Zamawiającego