

Dotyczy Izba Przyjęć- poz. 16 defibrylator TEC-5631 Nihon Kohden

Pytanie nr 1. Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy wykonawca winien skalkulować koszt wymiany akumulatora w ofercie? Wg zaleceń producenta wymiana jest obligatoryjna co 24 miesiące.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Dotyczy Izba Przyjęć – poz. 17 respiratora Osiris 3 Air Liquide Medical Systems

Pytanie nr 2. W celu porównywalności ofert złożonych w zapytaniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wykonawca winien skalkulować w cenie oferty przeglądu koszt wymiany zestawu przeglądowego składającego się z: filtra zasilania tlenu, filtra powietrza atmosferycznego, 3 x filtrów bakteriologiczny oraz akumulatora wewnętrznego. Wg zaleceń producenta wymiana w./w. elementów jest obligatoryjna.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Dotyczy Izba Przyjęć poz. 16 i 17 oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – poz. 1,2, 28.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zgodzi się wykonanie przeglądów w./w. urządzeń podczas jednego przyjazdu serwowana do siedziby Zamawiającego, co pozwoli zaoferować usługę w korzystniejszej cenie?

Odp. Zamawiający zakłada taką ewentualność w celu korzystniejszych kosztów.

Dotyczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poz. 20 i 21 Aparat do znieczulenia Leon

Pytanie nr 4. W celu porównywalności ofert złożonych w zapytaniu ofertowym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zaleceniami producenta wykonawca winien skalkulować w cenie oferty przeglądu wymianę zestawu przeglądowego oraz czujnika tlenu nowej generacji o wydłużonym okresie użytkowania do 24 miesięcy? Wg zaleceń producenta wymiana w./w. elementów jest obligatoryjna.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 5. Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy wykonawca ma skalkulować koszt wymiany akumulatorów (2 sztuki baterii na 1 urządzenie) w usłudze przeglądu w roku 2024. Wg zaleceń producenta akumulatory należy wymieniać co 36 miesięcy.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Dotyczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poz. 25 defibrylator TEC-5631K Nihon Kohden

Pytanie nr 6. Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy wykonawca winien skalkulować koszt wymiany akumulatora w ofercie? Wg zaleceń producenta wymiana jest obligatoryjna co 24 miesiące.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Dotyczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poz. 31, 32, 33 respirator Monnal T60 Air Liquide Medical Systems

Pytanie nr 7. W celu porównywalności ofert prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zaleceniami producenta wykonawca winien skalkulować w cenie oferty przegląd koszt wymiany zestawu przeglądowego składającego się z: uszczelki zastawki wydechowej, filtra wlotowego powietrza, zastawki jednokierunkowej MAP, Nitrylowych O-ringów, filtra HEPA, filtra M.A.P., oraz koszt wymiany czujnika tlenu. Wg zaleceń producenta wymiana w./w. elementów jest obligatoryjna.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 8. Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy wykonawcy winni skalkulować koszt wymiany akumulatora wewnętrznego w ofercie przeglądu? Wg zaleceń producenta wymiana jest obligatoryjna co 24 miesiące.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują). Ewentualne naprawy sprzętu odbędą się na podstawie osobnej oferty cenowej uzyskanej od Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Dotyczy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poz. 13, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 32, 33

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający zgodzi się wykonanie przeglądów w./w. urządzeń podczas jednego przyjazdu serwowana do siedziby Zamawiającego, co pozwoli zaoferować usługę w korzystniejszej cenie?

Odp. Zamawiający zakłada taką ewentualność w celu korzystniejszych kosztów.

Dotyczy formularz oferty oraz zapytania ofertowego

Pytanie nr 10. Czy wykonawca może pozostawiać w formularz wyłącznie te pozycje na które składa ofertę?

Odp. Wykonawca jak najbardziej może pozostawić w formularzu wyłącznie te pozycje na które składa ofertę.