

Wałbrzych, dnia 13.08.2020r.

DZPZ-530-Zp/39/PN-37/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa angiografu i dodatkowego sprzętu medycznego do wykonywania procedur endowaskularnych, kardiologicznych i obwodowych wraz z montażem urządzenia i adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki, przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego oraz dostawa defibrylatora i respiratora transportowego z wyposażeniem” – Zp/39/PN-37/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. dotyczy wizji lokalnej.


Prosimy Zamawiającego o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 18.08 o godzinie 11.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 18.08 o godzinie 11.30.

Pytanie 2, dot. dotyczy treści załączników nr 1 i 2 do SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o ujednocnienie treści SIWZ w zakresie załączników nr 1 i 2, które zgodnie z brzmieniem rozdziału X SIWZ stanowią treść oferty. Obecna treść załączników nr 1 i 2 do SIWZ sprzeczna w zakresie opisu parametrów wymaganych przez Zamawiającego np. punkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ:

Lp.	Wymagania Zamawiającego (warunek)	Parametr wymagany	Parametr oferowany/ Wykonawca poda w Poszczególnych pozycjach parametry lub wpisze TAK albo NIE, stosownie do wymagań	Ocena jakości (zakres punktacji) Ocena Zamawiającego
3.	Rok produkcji 2020	Tak		Bez oceny punktowej



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



natomiast zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ ten parametr jest opcjonalny:

Lp.	Wymagania Zamawiającego (warunek)	Parametr wymagany	Parametr oferowany/ Wykonawca poda w Poszczególnych pozycjach parametry lub wpisze TAK albo NIE, stosownie do wymagań
3.	Rok produkcji 2020	Tak/NIE	

Prosimy Zamawiającego o wskazanie w jaki sposób Zamawiający oceni ofertę w sytuacji, gdy Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ poda „TAK” a w załączniku nr 2 do SIWZ wskaże „NIE” – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego? Wskazujemy, iż sytuacja analogiczna do wskazanej w powyższym przykładzie dotyczy wielu punktów z załączników nr 1 i 2 do SIWZ. Naszym zdaniem przy tak skonstruowanych załącznikach stanowiących treść oferty nie ma możliwości dokonania jej rzetelnej oceny. W celu umożliwienia oceny ofert oraz zachowania przejrzystości a także ujednoczenia zapisów SIWZ, proponujemy usunąć tabelę parametrów technicznych z załącznika nr 2 do SIWZ a informację odnośnie zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów Zamawiający otrzyma w załączniku nr 1 do SIWZ.

Odp. Załącznik nr 1 do SIWZ jest opisem przedmiotu zamówienia i zawiera wymagania co do parametrów sprzętu, Wykonawca nie wypełnia tych tabel. Załącznik nr 2 jest potwierdzeniem czy parametry określone w Załączniku nr 1 są spełnione czy nie. Niektóre z parametrów są względnie obowiązujące (TAK/NIE) np. pozycje 7, 23, 39, 48 Tabeli 1, gdzie odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenie ofert z powodu niezgodności z SIWZ. W tych przypadkach odpowiedź jest punktowana: za odpowiedź „Nie” jest 0 pkt za odpowiedź „Tak” odpowiednio 2 lub 3 punkty. Są również parametry bezwzględnie obowiązujące np. pozycje 3, 10, 16, 37 i wymagane przez Zamawiającego (TAK). Zakreślenie odpowiedzi „Nie” powoduje niezgodność z SIWZ i odrzucenie oferty.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700