

Wrocław, dnia 23.06.2022

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-137A/2022

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **odzieży do ochrony radiologicznej.**

Pytanie nr 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie okularów o wadze 66g (+-5%).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okulary o wadze 66g (+-5%)

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zamieszczonego zaproszenia, zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów wykonanych z materiału bezołowiowego w technologii dwuwarstwowej (bilayer) na bazie bizmutu i antymonu o wadze 5.5 kg/m kw. dla poziomu ochrony 0.50 mm Pb i w pełni zgodnego z obowiązującą normą IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014, obowiązującą od 21 kwietnia 2019 r. stosownie do Rozporządzenia 2016/425/UE. Z poważaniem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy wykonane z materiału bezołowiowego w technologii dwuwarstwowej (bilayer) na bazie bizmutu i antymonu o wadze 5.5 kg/m kw. dla poziomu ochrony 0.50 mm Pb i w pełni zgodnego z obowiązującą normą IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014, obowiązującą od 21 kwietnia 2019 r. stosownie do Rozporządzenia 2016/425/UE. Z poważaniem

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych


mgr inż. Jacek Banaszek

