

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 11.10.2023 r.
Postępowanie nr **52 Z TP 23**

E.ZP.261.46.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę jałowej odzieży ochronnej.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej, posiadające mankiet rolowany, o grubości na palcu 0,18mm+/-0,03 i długość 280-290mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania opisanych rękawic.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 2

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowanego fartucha wykonanego z włókniny typu SMS. Zamawiający zgodnie z opisem zawartym w Formularzy cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. nr 1-3 do SWZ) wymaga zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 35g/m².

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 3

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następującej długości M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha o długości M-124cm, L-128cm, XL—138cm, XXL-157cm.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 4

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następującej długości M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartuchów o zaproponowanych długościach z wyjątkiem fartucha w rozmiarze XXL, którego długość (157cm) jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzy cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ).

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 5

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następującej długości M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartuchów o długościach zaproponowanych dla rozmiaru M i L. Wskazana w pytaniu długość dla rozmiaru XL (138 cm) i XXL (157cm) jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ).

Pytanie 6

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fartucha o opisanych parametrach.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z SWZ, z następującymi różnicami:

- wykonany jest z włókniny SSMMS,
- zapięcie na rzep ma wymiar 3 x 5 cm i 3 x 9,5 cm,
- fartuch posiada oznakowanie w postaci wszytej metki widocznej przed rozłożeniem.
- rozmiar XXL ma długość 152 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych fartuchów.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z SWZ, z następującą różnicą:

- rozmiar XXL ma długość 152 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych fartuchów.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego z SWZ, z następującymi różnicami:

- rozmiar M ma długość 120 cm
- rozmiar L ma długość 130 cm
- rozmiar XXL ma długość 152 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartucha o zaproponowanych rozmiarach M i L z wyjątkiem rozmiaru XXL, którego długość (152 cm) jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-5 do SWZ).

Pytanie 10

Pakiet 5 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m² z mankietem 7 cm. Rozmiar : M – 115 cm, L – 127 cm , XL 135 cm , XXL – 140 cm .

Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych fartuchów.

Pytanie 11

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki zapakowane w opakowanie zewnętrzne folia-folia oraz zewnętrzne papierowe? Pozostała parametry zgodne z OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 12

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach S/M 120 cm (+/- 5 cm) , L 130 cm (+/- 5 cm), XL 150 cm(+/- 5 cm), XXL 150 cm(+/- 5 cm) , spełniający pozostałe parametry zgodne z SWZ? Fartuchy posiadają min. dwie etykiety samoprzylepne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 13

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L 130 cm (+/- 5 cm), XL 150 cm(+/- 5 cm), XXL 150 cm(+/- 5 cm) , spełniający pozostałe parametry zgodne z SWZ? Fartuchy posiadają min. dwie etykiety samoprzylepne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 14

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice w których wewnętrzna powierzchnia pokryta jest tylko polimerem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych rękawic.

Pytanie 15

Pakiet 6

Czy Zamawiający poprzez określenie "impregnowane", rozumie zarękawki z laminatu włókninowo - foliowego, barierowego dla płynów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowana zarękawków z laminatu włókninowo – foliowego, barierowego dla płynów.

Pytanie 16

Pakiet 6

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg długości zarękawków, jeżeli zaoferowane zostaną zarękawki o długości 45 cm + 8 cm ściągacz (mankiet), co daje łączną długość 53 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zarękawków o długości 45cm+8cm ściągacz (łącznie 53cm).

Pytanie 17

dot. części 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19+/-0,02, typowej długości 302 mm. Rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem mikroteksturą, posiadające mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Pozostałe wymagania, w tym wewnętrzna warstwa nawijająca, zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych rękawic.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 18

dot. Części 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha posiadającego 2 rzepy 2x10 cm, oznakowanie rozmiaru w postaci wewnętrznej wszywki widocznej przed rozłożeniem oraz dodatkowo zawiinięty w serwetę włókninową - różny kolor owinięcia w zależności od rozmiaru, fartuch pakowany z dwoma rączniczkami 30x40 cm. Fartuch o długości: M - 120 cm, L – 130 cm, XL – 140 cm, XXL – 150 cm lub XL – 140, XXL – 150, XXXL – 160 cm (wymiary z tolerancją +/- 1 cm) – do wyboru Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią **Modyfikacji z dnia 11.10.2023 r.**

Obowiązujący wzór Formularza cenowego/Przedmiot zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 19

dot. Części 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², posiadający wzmocnienia o gramaturze 40 g/ m². Mankiety o długości min 7 cm. Długość fartucha: M - 120 cm, L – 130 cm, XL – 140 cm, XXL – 150 cm lub XL – 140, XXL – 150, XXXL – 160 cm (wymiary z tolerancją +/- 1 cm) – do wyboru Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego fartucha.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.