



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września, dn19.08.2021r.

SA-381-9/21

Dotyczy postępowania: „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści układ z dodatkową rurą do użytku opcjonalnego?	Zamawiający dopuszcza
2	Pakiet nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach CH6-CH20?	Zamawiający dopuszcza
3	Pakiet nr 1, pozycja nr 5e – Czy zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm?	Zamawiający dopuszcza
4	Pakiet nr 1, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z PE?	Zamawiający dopuszcza
5	Pakiet nr 1, pozycja nr 7B – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?	Zamawiający dopuszcza
6	Pakiet nr 1, pozycja nr 7D – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?	Zamawiający dopuszcza
7	Pakiet nr 1, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z PCV?	Zamawiający dopuszcza
8	Pakiet nr 1, pozycja nr 9A – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?	Zamawiający nie odstąpi od wymogu
9	Pakiet nr 1, pozycja nr 9B – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?	Zamawiający nie odstąpi od wymogu
10	Pakiet nr 1, pozycja nr 9C – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?	Zamawiający nie odstąpi od wymogu
11	Pakiet nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści niesterylne (mikrobiologicznie czyste) opaski mocujące?	Zamawiający dopuszcza
12	Pakiet nr 1, pozycja nr 12 – Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający na pewno oczekuje przewodnic wielorazowych?	Zamawiający dopuszcza
13	Pakiet nr 1, pozycja nr 13a – Czy zamawiający dopuści przewodnice rozmiar 2.0 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5-3,5?	Zamawiający dopuszcza
14	Pakiet nr 1, pozycja nr 13b – Czy zamawiający dopuści przewodnice rozmiar 3.3 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,0-5,5?	Zamawiający dopuszcza
15	Pakiet nr 1, pozycja nr 13c – Czy zamawiający dopuści	Zamawiający dopuszcza

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	przewodnice rozmiar 5.0 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0-10,0?	
16	Pakiet nr 1, pozycja nr 13d – Czy zamawiający dopuści przewodnice rozmiar 10.0 do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0-10,0?	Zamawiający dopuszcza
17	Pakiet nr 1, pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści przewód o długości 210cm?	Zamawiający dopuszcza
18	Pakiet nr 1, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści opaski mocujące do rurek intubacyjnych o szerokości ok. 2 cm?	Zamawiający dopuszcza
19	Pakiet nr 1, pozycja nr 21b – Czy zamawiający dopuści dren dołączony osobno?	Zamawiający dopuszcza
20	Pakiet nr 1, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę ustno-nosową?	Zamawiający dopuszcza
21	Pakiet nr 1, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę ustno-nosową?	Zamawiający dopuszcza
22	Pakiet nr 1, pozycja nr 23 – Czy zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę ustno-nosową?	Zamawiający dopuszcza
23	Pakiet nr 1, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy 2,0-2,2 mikrona?	Zamawiający dopuszcza
24	Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści okularniki mocowane na rzepy?	Zamawiający dopuszcza
25	Pakiet nr 7, pozycja nr 4a – Czy zamawiający dopuści okularniki o maksymalnym obwodzie 31 cm?	Zamawiający dopuszcza
26	Pakiet nr 7, pozycja nr 4b – Czy zamawiający dopuści okularniki o maksymalnym obwodzie 40 cm?	Zamawiający dopuszcza
27	Pakiet nr 7, pozycja nr 19 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?	Zamawiający dopuszcza
28	Pakiet nr 7, pozycja nr 20 – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby materiał był wykonany przez polskiego producenta?	Zamawiający dopuszcza
29	Pakiet nr 7, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści zgłębnik wykonany z PCV bez zwartości DEHP?	Zamawiający dopuszcza
30	Pakiet nr 7, pozycja nr 42a – Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarach 16 x 26 cm?	Zamawiający dopuszcza
31	Pakiet nr 7, pozycja nr 42b – Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarach 21 x 38 cm?	Zamawiający nie dopuszcza
32	Pakiet nr 7, pozycja nr 42b – Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarach 21 x 29 cm?	Zamawiający dopuszcza
33	Pakiet nr 7, pozycja nr 42c – Czy zamawiający dopuści kompres o wymiarach 7,5 x 13 cm?	Zamawiający dopuszcza
34	Pakiet nr 7, pozycja nr 43 – Czy zamawiający oczekuje zestawu z 10ml saszetką zawierającą 0,12% roztworem chlorheksydyny?	Zamawiający dopuszcza, oczekuje w zestawie preparatu antyseptycznego
35	Pakiet nr 7, pozycja nr 43 – Czy zamawiający oczekuje zestawu pakowanego na sztywnej tacy umożliwiającej przygotowanie zestawu po otwarciu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
36	Pakiet nr 7, pozycja nr 50 – Czy zamawiający dopuści pojemniki zamykane na wcisk?	Zgodnie z SWZ

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

37	Pakiet nr 40, pozycja nr 1a – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z noskami o wysokości 13mm?	Zamawiający dopuszcza
38	Pakiet nr 40, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z drenem zakończonym standardowym złączem żeńskim (na wcisk)?	Zamawiający dopuszcza
39	Pakiet nr 48, pozycja nr 1a – Czy zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej w zakresie 150-1500ml?	Zamawiający dopuszcza
40	Pakiet nr 48, pozycja nr 1b – Czy zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej w zakresie 150-1500ml?	Zamawiający dopuszcza
41	<p>Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora • dodatkowa, obrotowa złączka 15mm • posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer • posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) • posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej • posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu • regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN” • blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° • samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta • system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów • cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania • cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemiennie oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm • oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym • w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim • system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania • w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik 	Zamawiający dopuszcza

	<ul style="list-style-type: none"> • sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin • pakowana folia/papier 	
42	<p>Pakiet nr 51, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora • obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl • zamykany port do podawania leków z końcówką Luer • przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej • zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu • regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN” • blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° • suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu • system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów • cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania • cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm • oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym • w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim • system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów • sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin • pakowany w rękaw papierowo-foliowy 	Zamawiający dopuszcza
43	<p>Pakiet nr 52, pozycja nr 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:</p>	Zgodnie z SWZ

	<ul style="list-style-type: none"> - rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw - 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową - 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach - 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka - zestaw wprowadzający - Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml? 	
44	Pakiet nr 52, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste?	Zgodnie z SWZ
45	Pakiet nr 56, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny, taki jak obecnie stosowany, posiadający funkcję „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?	Zamawiający dopuszcza
46	Pakiet nr 56, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści myjki, takie jak obecnie stosowane, posiadające tylko środek myjący?	Zamawiający dopuszcza myjki nasączone środkami myjącymi i dezynfekującymi
47	Pakiet nr 56, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści myjki w formie rękawicy o wymiarach 17 x 24,5 cm, nasączone jedynie środkiem myjącym?	Zamawiający dopuszcza myjki nasączone środkami myjącymi i dezynfekującymi
48	Dotyczy Pakietu nr 42 Czy Zamawiający w związku ze zmianą technologiczną dopuści opakowania typu blister?	Zamawiający dopuszcza
49	Dotyczy Pakietu nr 42 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające w swoim składzie celulozę? Nie wpływa to na jakość oferowanego produktu a wynika z procesu technologicznego wyprodukowania opakowań typu folia papier?	Zamawiający dopuszcza
50	Dotyczy Pakietu nr 42 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment pochodził od jednego producenta?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
51	Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1) ppkt a) Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kary umownej w wysokości 2% kwoty brutto dostawy, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki.	Zamawiający nie wyraża zgody

52	Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2) ppkt a) Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody
53	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny z wielkością opakowania i ceną jednostkową netto w Formularzu cenowym?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
54	Czy pliki mają zostać podpisane profilem zaufanym pracownika wyznaczonego i upoważnionego do reprezentowania naszej firmy w przetargu, czy podpisane profilem zaufanym instytucji? Czy można i tym i tym	Zgodnie z zapisem SWZ – pkt. 14 ppkt. 11 tj. „Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”
55	Pakiet 17 <u>Poz. 1</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szafu 25 cm, średnica 21 mm, długość linii szycia 19 mm, wysokość zszywek otwartych 4,5 mm , ilość zszywek 18?	Zgodnie z SWZ
56	Pakiet 17 <u>Poz. 2, 3</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szafu 25 cm, średnica 25 mm, długość linii szycia 23,2 mm, wysokość zszywek otwartych 4,8 mm , ilość zszywek 20?	Zgodnie z SWZ
57	Pakiet 17 <u>Poz. 4</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szafu 25 cm,	Zgodnie z SWZ

	średnica 29 mm, długość linii szycia 26,2mm, wysokość zszywek otwartych 4,8 mm , ilość zszywek 24?	
58	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 5</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szafu 25 cm, średnica 32 mm, długość linii szycia 28,8mm, wysokość zszywek otwartych 5,0 mm , ilość zszywek 30?</p>	Zgodnie z SWZ
59	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 6</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału. Ergonomiczna konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", gumowana rękojeść, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału, oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze i opakowaniu. Długość szafu 25 cm, średnica 34 mm, długość linii szycia 30,8 mm, wysokość zszywek otwartych 5,0 mm , ilość zszywek 32?</p>	Zgodnie z SWZ
60	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 7</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler endoskopowy, zamykająco-tnący, z ładunkiem 45 mm, z możliwością artykulacji, cięcie długości 43,5 mm, długość linii zszywek 45 mm, jedna rękojeść zamykająco-tnąca. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, kompatybilne z MRI i biologicznie. Trzy podwójnie ułożone rzędy zszywek, tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 66?</p>	Zgodnie z SWZ
61	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 8</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 45 mm (w zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm), z wymiennymi ładunkami aplikującymi podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego (do 8 wystrzeleń). Długość linii</p>	Zgodnie z SWZ

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań -- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	szwu 42,5 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15?	
62	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 9</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 45 mm (w zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm), z wymiennymi ładunkami aplikującymi podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego (do 8 wystrzałów). Długość linii szwu 42,5 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15?</p>	Zgodnie z SWZ
63	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 10</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 60 mm (w zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm), z wymiennymi ładunkami aplikującymi podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego (do 8 wystrzałów). Długość linii szwu 59,0 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 21?</p>	Zgodnie z SWZ
64	<p>Pakiet 17</p> <p><u>Poz. 11</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny, rozmiar 60 mm (w zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm), z wymiennymi ładunkami aplikującymi podwójną linię naprzemiennie ułożonych zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler posiada pin pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego (do 8 wystrzałów). Długość linii szwu 59,0 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 21?</p>	Zgodnie z SWZ

65	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 12</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 60 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki, wykonane ze stopu tytanu dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 62,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 64. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?</p>	Zgodnie z SWZ
66	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 13</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 60 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 62,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 64. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?</p>	Zgodnie z SWZ
67	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 14</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 60 mm (niebieski). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 62,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 64?</p>	Zgodnie z SWZ
68	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 15</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 60 mm (zielony). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 62,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 64?</p>	Zgodnie z SWZ
69	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 16</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 80 mm,</p>	Zgodnie z SWZ

	<p>automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki, wykonane ze stopu tytanu dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 82,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 84. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?</p>	
70	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 17</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 80 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 82,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 84. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?</p>	Zgodnie z SWZ
71	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 18</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm (niebieski). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 82,9 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 84?</p>	Zgodnie z SWZ
72	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 19</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm (zielony). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 82,9 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 84?</p>	Zgodnie z SWZ
73	<p>Pakiet 17 <u>Poz. 20</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z</p>	Zgodnie z SWZ

	możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 96,0 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?	
74	Pakiet 17 <u>Poz. 21</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 96,0 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku?	Zgodnie z SWZ
75	Pakiet 17 <u>Poz. 22</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm (zielony). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 96,0 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 104?	Zgodnie z SWZ
76	Pakiet 17 <u>Poz. 23</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm (zielony). Zszywki wykonane ze stopu tytanu, dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 96,0 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 104?	Zgodnie z SWZ
77	Pakiet 70 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie czepka w rozmiarze uniwersalnym	Zamawiający nie dopuszcza
78	Pakiet 70 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy Jednorazowe, długie ochraniacze na buty, środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 6 P-B zgodnie z normą EN 13034:2005+AI:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga

79	Pakiet 70 poz. 4 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z folii.	Zamawiający dopuszcza
80	Pakiet 73 Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy: Sterylny barierowy fartuch izolacyjny w kolorze żółtym, wiązany na troki w pasie i przy szyi z rękawami zakończonymi dzianinowymi mankietami. Fartuch wykonany w części przedniej i na rękawach z bilaminatu włóknina/folia polietylenowa o gramaturze 27 g/m2, plecy wykonane z oddychającego polipropylenu o gramaturze 15 g/m2. Odporność na przenikanie wody w miejscach krytycznych co najmniej 109 cmH2O. Produkt oznakowany jako środek ochrony osobistej kat. I.	Zgodnie z SWZ

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

Z poważaniem



Prezes Zarządu
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp z o.o. w restrukturyzacji
Zbigniew Hupało

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;