



Branice, 04.06.2024r.

TP 13/2024

Do wszystkich Wykonawców postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, w związku z otrzymanymi zapytaniami do SWZ działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr TP 13/2024 na „**Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku**”.

Pytanie 1

Zadanie 1 Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku z workiem z niebieskiego PCV, z martwą objętością zaworu pacjenta 7ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 1 Pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści standardową kruszarkę do leków – rozkruszanie w bezpiecznych warunkach, wyposażona w pojemnik do przechowywania tabletek, wykonana z bezpiecznego materiału, kruszarka niesterylna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 1 Pozycja 7 -Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek do zębów za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 1 Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną, wykonany z wytrzymałego LDPE 1l bez wkładki absorpcyjnej, skalowany co 50ml od 100ml do 1000ml (oraz co 10ml do 100ml), tekturowy kołnierz dostosowujący się do kształtu twarzy?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z wytrzymałego LDPE 1l bez wkładki absorpcyjnej, skalowany co 100ml od 100ml do 1000ml (oraz co 10ml do 100ml), kołnierz z tworzywa sztucznego w kształcie koła zapewniający pewny chwyt i ułatwia manewrowanie workiem z nacięciem pozwalającym na zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej „skręć i zaczepek”?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza



Zadanie 1, pozycja 10 - Zwracam się z prośbą o określenie pojemności żelu do EKG

Odpowiedź: Zamawiający wymaga żelu do EKG o pojemności od 200 ml do 500 ml

Zadanie 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z znacznikiem głębokości w postaci 2 czarnych oringów (pierścieni)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów nie typu bezpiecznego bez mechanizmu podwójnej osłony?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,3 mm x 8mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści igły z szlifem standardowym z potrójnie ściętym lancetem (tj. w 3 płaszczyznach), niepolerowane ultradźwiękami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści **kaniule bezpieczne**, dwuportowe o następujących parametrach:

- **Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem** - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym **chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem**
- **Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut (końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach)**
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w **6 pasków kontrastujących w RTG**
- Kaniula wyposażona w **kolorystycznie barwione skrzydełka** z możliwością przysycia do skóry oraz w **samodomykający się koreczek** portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- **Filtr hydrofobowy (pełniący rolę zastawki) zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia**
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14G do 24G
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru
- Opakowanie handlowe a'50 szt.



ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	rdzawy	61
18 x 1 1/2"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 2, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z zastawką zamiast filtra zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z koreczkiem zabezpieczającym luer-lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi z nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul dożylnych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź: Nie

Zadanie 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką identyfikującą rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Tak

Zadanie 2, pozycja 14-15,17 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie handlowe a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę za opakowanie handlowe a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 14-17 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 2, pozycja 18-19 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę cewnikowych za opakowanie handlowe a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych 50ml z rozszerzeniem skali do 60ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych posiadające znak zgodności CE, wykonane zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniające normę techniczną ISO 7886-1 oraz EN 1707, odstępując od spełnienia dodatkowych norm?

Odpowiedź: Nie



Zadanie 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 1 pełnego opakowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 2, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o dł. 150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na lejkowatym łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l bez zakładki do podwieszenia kranika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 3, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści worki do lewatywy sterylne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 3, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści nawilżacz typu „sztuczny nos” (jałowy) o skuteczności nawilżenia $\leq 11,1$ ml/l przy objętości wydechowej 500ml, przestrzeń martwa 16ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod do defibrylacji za opakowanie a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 48x36mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 56x42mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści papier do EKG pakowany po 5 rolek i wycenę za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza



Pytanie 5

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego resuscytatora?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z niebieskiego PCV, przezroczysty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga szczoteczki do zębów z odsysaniem zarejestrowany w klasie IIa, ze względu na fakt, iż wyroby podłączane do ssaka muszą posiadać tą samą klasę co ssak (w tym przypadku jest to klasa IIa)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby (w tym krwi), o pojemności 1500ml, skalowany co 100 ml, z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia, funkcja „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w zestawie z 3 łyżki w rozmiarze 2, 3, 4?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę intubacyjną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści worek nie posiadający zakładki na kranik spustowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ



Zadanie nr 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy, centralnie umieszczony
- Obudowa przezroczysta
- Przewodność: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ



Pytanie 6

Zadanie 2, poz. 10,12,18,19,21

Czy zamawiający wydzieli poz. 10,12,18,19,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie

Zadanie 2, poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2, poz. 12

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetwarzania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Tak

Zadanie 2, poz. 21

Czy zamawiający dopuści skale rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3, poz. 6-10

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie

Zadanie 3, poz. 7

Czy zamawiający dopuści worek bez zakładki do podwieszenia drenu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 1 dopuści wycenę igieł bezpiecznych w rozmiarze 0,8x40mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza



**Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**



**JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 2 dopuści wycenę igieł bezpiecznych do pena, wyposażonych w automatyczną, jednostronną osłonę ochronną na igłę ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 5 dopuści wycenę kaniul w rozmiarze 18G w dwóch długościach, o granicach przepływu 90-105ml/min oraz kaniul w rozmiarze 20G w dwóch długościach, o granicach przepływu 56-65ml/min.? Pozostałe parametry i rozmiary bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 6 dopuści wycenę kaniul z trzema paskami RTG, z koreczkiem zabezpieczającym posiadającym trzpień powyżej własnej krawędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 9 dopuści wycenę koreczków dezynfekcyjnych zawierających 70% roztwór izopropylowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 22 dopuści wycenę przyrządu do pompy infuzyjnej Ascor AP31?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR

Krzysztof Nazimek

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa postępowania
2. a/a