



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 21.09.2021 r.

WSPR/DT/2274/2021

WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania nr 2021.07.ZP prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych.**

PAKIET I

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 11-14. Pozwoli nam to przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, których użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga w pozycji 11-13 oryginalnych czujników z najnowszą końcówką RD w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski? Zobowiązujemy się dostarczyć Państwu adaptory, które zapewnią kompatybilność czujników z posiadanymi przez Zamawiającego kablami. Tym samym Zamawiający otrzyma czujniki w technologii Masimo SET najnowszej generacji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

DYREKTOR
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie
R. Palka
lek. med. Roman Palka