

Jarocin, 24.08.2023r.

INFORMACJA

Dotyczy : Dostawa bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platformą medyczną.

Nr postępowania 18/2023

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści SWZ, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ, udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ zgodnie z poniższym:

A

Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące SWZ:

Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2023r.)

Czy zamawiający dopuści monitor do bronchofiberoskopów, którego data produkcji nie będzie starsza niż 2022r. Produkt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, pełnowartościowy ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora do bronchofiberoskopów, którego data produkcji nie będzie starsza niż 2022r.

B

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego Urządzenia w terminie nie później niż 48 godzin od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy)”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Umowy zawarte w § 9 ust. 3 i nadaje im następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego Urządzenia w terminie nie później niż 48 godzin od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy)”.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W ramach czynności, o których mowa w pkt. 3, nie później niż w terminie 72 godzin od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys – kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Urządzenia”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Umowy zawarte w § 9 ust. 4 i nadaje im następujące brzmienie:

„W ramach czynności, o których mowa w pkt. 3, nie później niż w terminie 72 godzin od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys – kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Urządzenia”.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie 8 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego akceptacji kosztorysu, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych lub napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztorysu naprawy”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Umowy zawarte w § 9 ust. 5 i nadaje im następujące brzmienie:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie 8 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego akceptacji kosztorysu, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych lub napraw wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztorysu naprawy”.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty, jednak jako profesjonalista działający na rynku może przedstawić inne optymalne rozwiązanie mające na celu uchronić Zamawiającego przed niewspółmiernymi kosztami”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy zawarte w § 9 ust. 11.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi w autoryzowanym serwisie”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Umowy zawarte w § 9 ust. 12 i nadaje im następujące brzmienie:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi w autoryzowanym serwisie”.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1, jednak nie więcej niż 7 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Umowy zawarte w § 10 ust. 1 pkt 1.1 i nadaje im następujące brzmienie:

„..., w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy”.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do kwoty równej 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy zawarte w § 10 ust. 8.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

4.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

4.2. Wykonawca jest w zwłoce w terminie określonym w § 2 ust. 1. Przez co najmniej 21 dni roboczych

4.3. Wykonawca nie usuwa wad przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wad Urządzeń objętych gwarancją w terminach określonych w Umowie, a na ten czas nie dostarcza urządzenia zastępczego;

4.4. Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje przedmiot niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji warunków zamówienia;

4.5. Wykonawca realizuje przedmiotu Umowy bez zachowania należytej staranności lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wezwania”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy zawarte w § 11 ust. 4

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 3 Dostawa bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platformą medyczną 18/2023.

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video (kamera, źródło światła LED). Pole widzenia 120 stopni. Głębina ostrości 5-50mm. Oświetlenie LED-dwie diody. Długość części roboczej 600mm. Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji: do góry 230 stopni, do dołu 210 oraz do góry 210 stopni , do dołu 180 stopni. Kanał roboczy o średnicy 1,2 mm lub 3,0 mm (w zależności od rozmiaru) wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękocyfki bronchoskopu. Średnica zewnętrzna części roboczej 3,4 mm lub 5,3 mm (w zależności od rozmiaru). Możliwość odsysania i wyprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy. Końcówka dystalna mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. Produkt nie zawiera lateksu. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo. Wraz z bronchoskopem będzie dostarczony monitor na stojaku mobilnym. Bronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora- wyznaczonego przez tirem/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. Dwa rozmiary - do wyboru zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ zał. 3.

C

Dotyczy załącznika nr 3:

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności postępowania przetargowego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rozwiązania równoważnego do pierwotnie opisanego. W związku z powyższym prosimy udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pakiet 1 Pytanie 1


Ze względu na opis przedmiotu zamówienia, który wskazuje na jeden konkretny produkt, którego wyłącznym dystrybutorem jest jeden Wykonawca, co skutecznie ogranicza uczciwą konkurencję zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania równoważnego elastycznego endoskopu francuskiej produkcji: Bronchofiberoskop jednorazowy w dwóch rozmiarach, które pozwalają na pokrycie wszelkich wskazań do wykonania bronchoskopii jednocześnie minimalizując ryzyko błędnego doboru rozmiaru, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 2,8 mm dla rozmiaru większego i 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 1,4 mm dla rozmiaru mniejszego z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Kompatybilne z monitorem Screeni HD, który bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu na czas trwania umowy lub do wyczerpania bronchofiberoskopów jednorazowych. W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ zał.3. Przedmiotem Zamówienia jest **dostawa bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platformą medyczną** składająca się z elementów wskazanych w zał nr 3. A więc monitora do bronchofiberoskopów oraz bronchofiberoskopów jednopacjentowych. Nie ma możliwości zaoferowania bezpłatnego dostarczenia na czas trwania umowy (użyczenia , wypożyczenia ?) monitora. Ponadto oferowany bronchofiberoskop nie posiada rozmiaru kanału roboczego 2,2 mm (lub zbliżonego).

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane bronchofiberoskopy będą wykorzystywane do procedur takich jak: odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego, pobieranie wymazów lub tkanek, trudna intubacja, kontrola położenia rurki dwuświatłowej?

Odpowiedź: zaoferowane bronchofiberoskopy będą wykorzystywane do procedur takich jak: odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego, pobieranie wymazów lub tkanek, trudna intubacja ponadto diagnostyka układu oddechowego.




Pytanie 3

Czy podane średnice kanału roboczego mają dotyczyć wartości minimalnych, które wyznaczają kompatybilność z rozmiarem narzędzi endoskopowych?

Odpowiedź: Kanał roboczy musi być kompatybilny z narzędziem endoskopowym.

Prezes Zarządu


Henryk Szymczak

.....